

# КАРАТ

614039 Пермь, Комсомольский пр. 51а  
т. (342)279-18-72, 215-78-40  
e-mail: karat.perm@mail.ru  
Исх. №222 от 18.08.2017 г

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной  
службы по Челябинской области

454111, Челябинск,  
ул. Ленина, 56, ГСП-6

*(сгорблено)*

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	ООО «Карат», г.Пермь, Комсомольский пр-т, 51А, почтовый адрес: 614000 Пермь, Главпочтамт. а/я 115, номера контактного телефона/факса (342)279-18-72, 215-78-40
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк". 456780. Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31., номер контактного телефона заказчика/факса: +7 (35130) 2 81 28.
СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ	Контактное лицо: Председатель закупочной комиссии члены комиссии.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ	запрос цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку весов лабораторных для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
СУТЬ ЖАЛОБЫ	При размещении заказа путем запроса цен в электронной форме № 31705316422 заказчиком были допущены следующие нарушения: 1. Заказчиком в нарушение требований закупочной документации Том 2 ТЗ (Техническое задание) были допущены к участию компании, предложившие продукцию, не соответствующую требованиям Технического Задания, а именно : 1. Заявка ООО "АтомПроект" не соответствует требованиям ТЗ по следующим позициям Поз.1 - у предложенных ООО "АтомПроект" весов отсутствует автоматическая калибровка, имеется только встроенная. - у весов отсутствует функция взвешивания под весами Поз. 2 - у предложенных ООО "АтомПроект" весов диапазон дискретности 0.01 мг в 81 г превосходит требуемый заказчиком диапазон до 80г - у предложенных весов дисплей не цветной, а одноцветный, в данном случае синий - меню весов не русифицировано. 2. Заявка ООО "Интертех" не соответствует требованиям ТЗ по следующим позициям: Поз.1 - у предложенных ООО "Интертех" весов отсутствует автоматическая калибровка, имеется только встроенная. Поз. 2 - блок управления не отсоединяется от взвешивающего

приложение  
Федеральной антимонопольной службы  
по Челябинской области  
18.08.2017

модуля в нарушение требования ТЗ и прошедшего запроса уточнений.

- Диапазон дискретности 0,01 мг до 120 г вместо требуемого до 80 г.

- Дисплей предложенных весов не цветной, а черно - белый.

2. Заказчиком 16.08.2017 г. до истечения срока возможности подачи участниками закупки жалоб в ФАС и ЦАК опубликован протокол проведения преддоговорных переговоров с ООО "АтомПроект". Этим Заказчиком нарушено следующее положение ФЗ № 223 :

Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг:

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

На основании вышеизложенного прошу:

1. Провести проверку указанных обстоятельств.

2. Признать жалобу обоснованной и обязать Заказчика отстранить указанные компании от конкурса ввиду несоответствия их заявки требованиям ТЗ.

3. Отменить итоги проведения закупки ввиду отсутствия заявок, удовлетворяющим требованиям конкурсной документации

4. Привлечь к ответственности должностных лиц организатора закупки, ответственных за нарушение.

Приложения к жалобе:

1. Извещение о проведении закупки № 31705316422

2. Том 2 Документации о закупке.

3. Протокол проведения преддоговорных переговоров с ООО "АтомПроект"

С уважением, директор ООО «Карат»

18.08.2017г.

