



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
Компания  
**АльфаМедикалГрупп**

Юридический адрес: 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 9  
Почтовый адрес: 426033, г. Ижевск, а/я 5229  
Тел./факс: (3412) 518-315, 504-888, 504-303, 504-880, 518-415  
Моб. тел.: 8 912 753 72 70  
www.amg-med.ru  
e-mail: amg@amg-med.ru

ИНН 1831158920 / КПП 183101001  
БИК 049401601  
р/сч 40702810368000001605  
ОТДЕЛЕНИЕ № 8618 СБЕРБАНКА  
РОССИИ г. Ижевск  
кор/сч 30101810400000000601  
ОГРН 1131831001390

30 августа 2017 г. № 331

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
Руководителю Ханян А.Э.  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, стр. 1  
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб  
100/105); 8 (495) 607-49-29  
E-mail: to77@fas.gov.ru

**Извещение**  
**RTG17082500012 (№ 31705380209)**

**Жалоба на положения аукционной документации  
по Федеральному закону №223 от 18.07.2011 (в ред. от 07.06.2017)**

**1. Заказчик:**

Государственная корпорация «Ростех»,  
Адрес: 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1  
Контактное лицо: Черниговский Алексей Андреевич  
Тел./факс: +7 (495) 287-25-00 доб. 2867  
e-mail: zakupki@rostec.ru

**2. Специализированная организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Комплектимпекс».  
Адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24  
Контактное лицо: Рыбин Алексей Витальевич.  
Тел./факс, электронная почта: +7 (495) 825-50-50 доб. 105,  
e-mail: avrybin@rt-ci.ru

**3. Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Компания АльфаМедикалГрупп»  
(ООО «Компания АМГ»), ИНН: 1831158920, КПП 183101001.  
Адрес: 426033, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул.Кирова, 9;  
телефон/факс: (3412) 504-888;  
e-mail: amg@amg-med.ru.

#### 4. Сведения о закупке:

Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку автомобилей скорой медицинской помощи класс «С».

Индивидуальный номер закупки, предмет договора: 0100-2017-00237 Поставка автомобилей скорой медицинской помощи класс «С».

Начальная (максимальная) цена договора: 85 170 848,00 рублей.

Дата и время окончания подачи заявок: 01.09.2017, 09.00 (МСК).

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 06.09.2017.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 07.09.2017, 10.00(МСК).

Дата рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов закупки): 08.09.2017.

Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП», [www.etprf.ru](http://www.etprf.ru).

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона: 31.07.2017

#### 5. Указание на обжалуемые действия (бездействие) Заказчика

На официальном сайте ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) опубликована документация о проведении вышеуказанного аукциона в электронной форме, отдельные положения которой **не соответствуют** требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ №223-ФЗ), требованиям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135-ФЗ) и иным нормативным правовым актам.

31 июля 2017 года на ООО «ЭТП» опубликовано извещение о проведении открытого одноэтапного электронного аукциона № 31705380209 вместе с документацией об аукционе (далее - Документация).

Заказчик в Приложении №2 к документации о закупке («Требования к продукции») указал несколько требований к техническим характеристикам товара **ошибочно, некорректно.**

При этом в пункте 1 проекта Договора указано следующее:

*1.1. «Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 17 (Семнадцать) автомобилей российской сборки «Скорой медицинской помощи класса «С» на базе \_\_\_\_\_, характеристики которых указаны в Приложении № 1 к Договору (далее - «Автомобили»), на условиях Договора, а Покупатель обязуется принять Автомобили и уплатить за них согласованную цену»;*

*1.2. «Комплектация и иные параметры Автомобилей указаны в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора».*

Исходя из вышеуказанных требований проекта Договора Поставщик обязан выполнить в полном объеме требования Приложения №2 к документации о закупке.

Невыполнение части требуемых Заказчиком характеристик товара обернется для Поставщика как огромными штрафными санкциями, так и невозможностью выполнения Договора в целом. Это нарушает принципы открытой и добросовестной конкуренции.

**В связи с этим прошу обязать Заказчика устранить ниже представленные неточности и ошибки в требованиях к продукции, а именно:**

1. В Приложении №2 к документации о закупке, раздел «Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи неонатальной реанимационной бригады», подраздел «Комплект медицинского оборудования» в требованиях к **аппарату искусственной вентиляции легких для новорожденных** указано следующее требование:

«Монитор разгерметизации и минимального давления: срабатывание в случае недостижения давления вдоха **12**»

Для характеристики со значением «**12**» в вышеуказанном требовании Заказчиком не указана единица измерения, что приводит к неопределенности указанного требования и невозможности его выполнения. Поэтому прошу обязать Заказчика внести изменение в вышеуказанное требование, указать единицу измерения и изложить требование в следующей редакции:

**«Монитор разгерметизации и минимального давления: срабатывание в случае недостижения давления вдоха 12 мбар».**

2. В Приложении №2 к документации о закупке, раздел «Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации», подраздел «Комплект медицинского оборудования» в требованиях к **набору реанимационному педиатрическому** в п.2.783 указано следующее требование:

«Медицинские изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2016г. №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»: **не менее 6**».

В данном пункте неоднозначное значение «**не менее 6**» указано Заказчиком **не только ошибочно, но и не имеет указанной единицы измерения** – штуки, комплекты, наборы и т.п., что приводит к неопределенности указанного требования и невозможности его выполнения. Поэтому прошу обязать Заказчика внести изменение в вышеуказанное требование, указать единицу измерения и изложить требование в следующей редакции:

**«Медицинские изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2016г. №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»: 1 комплект».**

3. В Приложении №2 к документации о закупке, раздел «Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи неонатальной реанимационной бригады», подраздел «Комплект медицинского оборудования» Заказчиком установлено **описание набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи**, параметры которого в совокупности соответствуют одной модели, а именно: **Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-02-«МЕДПЛАНТ» по ПР. № 36Н от 01.07.2016г. в УКЛАДКЕ УМСП-01-ПМ/2.**

В требовании к массе набора реанимационного допущена ошибка:

Требование Заказчика (описание объекта закупки)		Техническая документация Производителя (характеристики медицинского изделия)	
Масса изделия, не более	6,0 кг	Масса изделия, кг. (не более)	7

Вышеуказанное ошибочное требование к массе изделия приводит к невозможности подачи аукционной заявки с полным соответствием установленным требованиям к продукции. Поэтому прошу обязать Заказчика внести изменение в вышеуказанное требование и изложить требование в следующей редакции:

**«Масса изделия, не более: 7,0 кг».**

4. В Приложении №2 к документации о закупке, раздел «Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации», пунктом 2.267 подраздела «Комплект медицинского оборудования» Заказчиком установлено описание **электроотсасывателя с**

**бактериальным фильтром**, параметры которого в совокупности соответствуют одной модели, а именно: **Отсасыватель хирургический электрический «Armed», в исполнении 7ED (Китай)**.

В пункте 2.280 в требовании к максимальной производительности электроотсасывателя по воздуху допущена ошибка:

Требование Заказчика (описание объекта закупки)		Техническая документация Производителя (характеристики медицинского изделия)	
Максимальная производительность электроотсасывателя по воздуху, л/мин	по Не менее 18	Максимальная производительность электроотсасывателя по воздуху, л/мин	по Не менее 15

Вышеуказанное ошибочное требование к максимальной производительности электроотсасывателя по воздуху приводит к невозможности подачи аукционной заявки с полным соответствием установленным требованиям к продукции. Поэтому прошу обязать Заказчика внести изменение в вышеуказанное требование и изложить требование в следующей редакции:

**Максимальная производительность электроотсасывателя по воздуху, л/мин: не менее 15».**

5. В Приложении №2 к документации о закупке, раздел «Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи неонатальной реанимационной бригады», подраздел «Комплект медицинского оборудования» Заказчиком установлено **описание портативного транспортного инкубатора для новорожденных** (пункт 3).

В совокупности все требования Заказчика к портативному транспортному инкубатору не соответствуют ни одной модели транспортного инкубатора из предлагаемых к поставке и разрешенных к применению на территории РФ.

Ошибки в вышеуказанной совокупности требований к портативному транспортному инкубатору для новорожденных приводят к невозможности подачи аукционной заявки с полным соответствием установленным требованиям к продукции. Поэтому прошу обязать Заказчика внести изменения в вышеуказанную совокупность требований к портативному транспортному инкубатору для новорожденных.

ООО «Компания АМГ», считает, что Заказчик в приложение №2 к документации о закупке «Требования к продукции» ограничил количество возможных поставщиков, в том числе по причине нарушений нормативных требований к закупаемому товару. Тем самым Заказчик нарушил пункт 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», создав участнику торгов или нескольким участникам торгов, преимущественные условия участия в торгах.

На основании вышеизложенного, просим Вас:

- 1) Провести проверку электронного аукциона № RTG17082500012 (№ 31705380209);
- 2) Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
- 3) Обязать Заказчика внести изменения в приложение №2 к документации о закупке «Требования к продукции».

Приложения:

- 1) Копия Извещения о проведении электронного аукциона № RTG17082500012 (№ 31705380209);
- 2) Копия 1-го запроса на разъяснение положений аукционной документации ООО «Компания АМГ»;

- 3) Копия 2-го запроса на разъяснение положений аукционной документации ООО «Компания АМГ».
- 4) Копия разъяснения Заказчика на запросы участника.

Директор

В.А. Симонов

ПОДПИСАНО ЭЦП<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).