

Общество с ограниченной ответственностью

«Корпус А»

192102 г. Санкт-Петербург ул. Марата дом 73 литер А Помещение 4-Н

ИНН 7840482708 КПП 784001001 ОГРН 1129847023130

Тел/факс: +7 9111670153

E-mail: 7015386@mail.ru

№ 2 от «02» октября 2017 г.

Руководителю Управления Федерально
антимонопольной службы по Республике Крым

и г. Севастополь

E-mail: to82@fas.gov.r

Телефон/факс: +7 (3652) 544-63

Жалоба

На действия заказчика по незаконному отстранению от участия в торгах открытого аукциона в электронной форме № 0374200000417000471

«На право заключения гражданско-правового договора На поставку медицинского оборудования для отделения анестезиологии - реанимации сосудистого центра»

Сведения о заказчике:

Наименование:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова".

Место нахождения, почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19.

Адрес электронной почты: lgb_ks@mail.ru.

Номер контактного телефона: 559763

Контрактный управляющий/Сотрудник контрактной службы:: Романюта Е. Ю.;

Номер контактного телефона: +79787220387

Адрес электронной почты: e_romanyuta@mail.ru

Мы подали заявку на участие в вышеуказанном аукционе, по результатам рассмотрения первых частей заявок наша заявка была признана не соответствующей требованиям документации со следующей формулировкой –

Заявка №1 от участника (ООО "Корпус А", ИНН 7840482708) не допущена.

Причины отказа в допуске: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе (предложение товара: по поз. «Насос инфузионный шприцевой» несоответствие параметра «Диапазон задаваемой скорости введения*» для шприца 50 мл: в ТЗ требовалось 0,1-1500 мл/ч. Участник предлагает 0,1-2000 мл/ч..

Мы не согласны с данным протоколом по следующим причинам –

- 1) По данной позиции мы указали значение в соответствии с требованиями документации заказчика

Требования документации

"Диапазон задаваемой скорости введения* Шприц 50 мл: 0,1-1500 мл/ч"

*** - указать диапазонное значение "**

С своей заявке мы указали диапазонное значение от 0,1 до 2000 мл/час. Диапазон скорости введения у всех Производителей шприцевых инфузионных насосов является диапазонным значением. К примеру на насосах Litus P-1800, производства Китай, он составляет от 0,1 до 1800 мл/час. Искусственное ограничение диапазоном от 0,1 до 1500 мл/час прямо противоречит требованиям 44-ФЗ пункта 1 ст.33

Требования документации описания объекта Закупки-

В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием:

В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона:

- со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона);

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений;

- если в части II настоящей аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ» устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «от...- до», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя. При этом, если к данному значению не применяется прямая отсылка на то, что оно является диапазонным, значение считать требующим указания конкретных значений показателей и пользоваться частью 23.1 инструкции;

- при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон.

Таким образом в описании объекта закупки не используются формулировки "от" и "до", а присутствует указание на диапазонное значение. Верхние и нижние границы запрашиваемого диапазон от 0,1 до 1500 мл/час входят (включаются) в диапазон от 0,1-2000 мл/час.

В аукционной документации в описании объекта закупки не указано, что значения Скорости введения для 50 мл шприца предлагаемого Участником, не должны выходить за границы задаваемого в техническом задании Диапазона.

ПРОСИМ

1. Выдать предписание об отмене протокола рассмотрения первых частей и признать нашу Заявку соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.
2. Приостановить проведение торгов до результатов рассмотрения жалобы

Генеральный директор

_____ **Жуков Д.Е.**

Приложения

1. *Подтверждение полномочия руководителя*
2. *Документация об аукционе*
3. *Протокол рассмотрения первых частей заявок*
4. *Заявка*