

# МедИнвест

Общество с ограниченной  
ответственностью 350072,  
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Рахманинова, д.24, помещение  
20  
ИНН 2311248199 КПП 231101001  
s5adm@mail.ru

---

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Республики Крым и городу Севастополь  
Адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь,  
улица Александра Невского, 1  
Телефон: +7 (3652) 544-638  
E-mail: to82@fas.gov.ru

От кого: Общество с ограниченной ответственностью «МедИнвест»  
Адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рахманинова,  
д.24, помещение 20  
E-mail: s5adm@mail.ru  
Телефон: 8-922-849-12-10

## Жалоба

### 1. Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

2. Адрес: Российская Федерация, 299007, Севастополь г, УЛ СУПРУНА, ДОМ 19

Ответственное должностное лицо: Заикина Ирина Викторовна;

Адрес электронной почты: zaikina@sevgb2.ru

Номер контактного телефона: +79787397334

3. Участник закупки (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью  
«МедИнвест»

Адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рахманинова, д.24, помещение  
20

E-mail: s5adm@mail.ru

Телефон: 8-922-849-12-10.

4. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

5. Номер извещения: № 0374200009617000226

Наименование объекта закупки: На поставку ЛОР-установки

5246/08  
21 11 17

ООО "МедИнвест" намеревалось принять участие в аукционе №0374200009617000226 «На поставку ЛОР-установки» 14.11.2017г. на сайте госзаказов [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) размещено извещение №0374200009617000226 на поставку ЛОР - оборудования.

Заказчиком при размещении закупки путем проведения электронного аукциона допущены нарушения Заказчиками статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно:

1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
  - 1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
  - 2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Поскольку "заявленные Заказчиком" требования в документации к техническим характеристикам планируемого к закупке медицинского оборудования в совокупности полностью соответствуют только одной определенной модели аппарата - *Dixion ST-E900*, производитель ООО «DIXION», информация о котором находится в открытых источниках, а именно на сайте компании-производителя <http://www.dixion.ru/goods/rabochee-mesto-lor-vracha-Dixion-ST-E900.html> /, а так же на сайтах других российских компаний-поставщиков, например ООО «Stormoff» [http://www.stormoff.ru/st\\_e900/](http://www.stormoff.ru/st_e900/). При этом Заказчик использовал информацию о технических характеристиках аппарата «*Dixion ST-E900*» с использованием терминологии и стилистики с сайта поставщика <http://www.dixion.ru/goods/rabochee-mesto-lor-vracha-Dixion-ST-E900.html>

Между тем, на рынке медицинского оборудования существует несколько моделей ЛОР-комбайнов с одинаковым принципом работы. Заказчик использовал ТЗ, которое ориентировано конкретно на одну марку и на одного производителя.

В аукционной документации, а именно в техническом задании документации участником заказа были указаны технические характеристики, которые соответствуют только *Рабочему месту ЛОР-врача Dixion ST-E900* и исключают возможность участия в данной закупке других поставщиков с аналогичным и/или превосходящим по своим свойствам оборудованием, что ведет к ограничению конкуренции со стороны других производителей аналогичного оборудования, что противоречит Федеральному закону № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового

оборота, требованиям добросовестности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации).

В дополнение Заказчик указал необоснованно короткие сроки поставки и ввода в эксплуатацию оборудования с момента заключения договора до 25 декабря 2017 года, что подтверждает предварительные договоренности Заказчика с аффилированным с ним поставщиком. заказчика.

Заказчик нарушил требования статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

**ПРОСИМ:**

1. рассмотреть настоящую жалобу по существу;
2. направить предписание Заказчику с требованием приостановления размещения заказа до принятия решения по настоящей жалобе;
3. выдать предписание Заказчику об устранении допущенных нарушений Федерального закона № 44 ФЗ;
4. внести в техническое задание соответствующие изменения, допускающие участие других поставщиков медицинского оборудования, предназначенного для этих же целей.

**Приложение:**

1. Приказ о назначении директора на 1 стр.

Директор ООО «МедИнвест» \_\_\_\_\_  
Давыденко А.Н.

Подписано ЭЦП