

# МедИнвест

ИНН 2311248199

КПП 231101001

г. Краснодар, тел.: 89619389498

E-mail: med-invest23@mail.ru

---

Исх.номер №50 от 11.12.2017

**Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Республики Крым и городу Севастополь**

**Адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь,  
улица Александра Невского, 1**

**Телефон: +7 (3652) 544-638**

**E-mail: to82@fas.gov.ru**

**От кого: Общество с ограниченной ответственностью «МедИнвест»**

**Адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Им. Рахмаинова, д.24, пом.20**

**E-mail: medinvest23@mail.ru**

**Телефон: 8-961-9389498**

## **Жалоба на действия аукционной комиссии**

**1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"**

**Адрес: Российская Федерация, 299007, Севастополь г, УЛ СУПРУНА, ДОМ 19**

**Ответственное должностное лицо: Заикина Ирина Викторовна**

**Адрес электронной почты: zaikina@sevgb2.ru**


**Номер контактного телефона: +79787397334**

**2. Участник закупки (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью  
«МедИнвест»**

**Адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Им. Рахмаинова, д.24, пом.20**

**E-mail: med-invest23@mail.ru**

**Телефон: 8-961-9389498**



3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. Номер извещения: №0374200009617000238

**Наименование объекта закупки:** На поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Общество с ограниченной ответственностью «МедИнвест» просит, Вас рассмотреть, сложившуюся ситуацию при рассмотрении заявок на участие в Открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Реестровый номер аукциона: 0374200009617000238.

Компанией Общество с ограниченной ответственностью «МедИнвест» была подана заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Номер заявки: № 3 от участника (Общество с ограниченной ответственностью "МедИнвест", ИНН 2311248199) рассмотрена и признана несоответствующей.

**Обоснование отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе:**

«Отстранение участника в соответствии с частью 6.1 статьи 66; частью 9 статьи 31; частью 10 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ Отстранение участника в соответствии с частью 6.1 статьи 66; Федерального закона №44-ФЗ Основание отстранения: недостоверная информация, указанная в первой части заявки, а именно: 1) П.2.1.9 ТЗ: Требование заказчика: Высокопоточная назальная оксигенотерапия со скоростью потока кислородо-воздушной смеси в диапазоне, л/мин - От 2 до 80 Предложение участника: Высокопоточная назальная оксигенотерапия со скоростью потока кислородо-воздушной смеси в диапазоне, л/мин - От 2 до 80 Согласно открытых источников в сети интернет (<http://maximed.su/catalog/?product=5435> ; <https://tecme.upacom.ru/apparaty-ivl-tecme/apparat-graphnet-advance> ; <http://www.medmarin.com/catalog-anketa2380.htm>) данная функция у аппарата отсутствует. 2) П. 5.1.4. ТЗ: Требование заказчика: Работа от двух встроенных аккумуляторов или от аккумулятора расширенной емкости, ч - Не менее 3. Предложение участника: Работа от двух встроенных аккумуляторов и от аккумулятора расширенной емкости, ч — 4. Согласно открытых источников в сети интернет (<http://maximed.su/catalog/?product=5435> ; <https://tecme.upacom.ru/apparaty-ivl-tecme/apparat-graphnet-advance> ) аппарат имеет одну сменную Li-ION аккумуляторную батарею — 2 часа 30 минут работы.

**Номер закупки:** 0374200009617000238.

**Наименование закупки:** На поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)».

**Указанное решение заказчика считаем необоснованным:**

Аукционная комиссия сделала вывод о наличии недостоверной информации, представленной Участником аукциона с порядковым номером 2, исключительно на основании сведений, указанных на сайтах (<http://maximed.su/catalog/?product=5435> ; <https://tecme.upacom.ru/apparaty-ivl-tecme/apparat-graphnet-advance> ; <http://www.medmarin.com/catalog-anketa2380.htm>).

Во-первых, данные источники не являются сайтом производителя. Вместе с тем такие сведения не могут являться доказательствами, с достаточной степенью определенностью и достоверности свидетельствующими о представлении Заявителем в заявке на участие в Электронном аукционе недостоверной информации о предлагаемом товаре. Заказчик не направлял запросы о соответствии функциональных характеристик «Аппарат искусственной вентиляции легких Neumovent GraphNet с принадлежностями». Производитель: «ТЕКМЕ С.А.» Аргенина, предложенных Заявителем, требованиям документации об электронном аукционе в адрес соответствующего производителя данного товара. Без наличия подтверждающих сведений от производителя, либо его уполномоченного представителя, сведения о характеристиках поставляемого товара, полученные с сайта поставщиков-перекупщиков, не могут служить подтверждением недостоверности содержащейся в заявке участников электронного аукциона информации. Проверка заявок на соответствии каким-либо сайтам в сети «Интернет» законодательством не предусмотрена. У хозяйствующих субъектов нет обязанности размещать информацию о производимых ими товарах на каких-либо сайтах. Кроме того, указанная информация, размещенная на сайте производителя или продавца, на момент ее рассмотрения может быть уже не актуальна. Характеристика товаров, указанные, в том числе на сайтах производителей данного товара, могут быть изменены без предварительного уведомления потенциальных покупателей вследствие изменившейся потребности рынка в отношении данного товара либо производственной необходимости. При таких обстоятельствах сведения о функциональных характеристиках «Аппарат искусственной вентиляции легких Neumovent GraphNet с принадлежностями». Производитель: «ТЕКМЕ С.А.» Аргенина, содержащейся на сайте производителя, не могут быть приняты в качестве допустимых доказательств наличия недостоверных сведений в заявке на участие в электронном аукционе Заявителя.

Указанная правовая позиция подтверждается сложившейся практикой рассмотрения жалоб антимонопольным органом (в частности, Решение Комиссии по Контролю закупок УФАС по Тульской области от 25.02.2016 по делу №04-07/43-2016), поддерживаемой арбитражными судами от 13.07.2015 по делу №А56-86301/2014, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2015 по делу №А56-86301/2014, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2013 по делу №А40-32628/2013, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2013 по делу №А56-79373/2012.

## **ПРОШУ**

1. Приостановить осуществление закупки до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать предписание об отмене протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### **Приложения:**

1. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание жалобы;
2. Копия решения и предписание от 24.11.2016 № 08/2978-16

Директор ООО «МедИнвест» \_\_\_\_\_ Давыденко А.Н.  
(подписано ЭЦП)