

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, пом. 26

E-mail: [medservys@yandex.ru](mailto:medservys@yandex.ru)

Тел. 8 (925) 848-11-31

« 17 » 01 2018г

Исх. № 1

**В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве**  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,  
стр. 1  
Адрес электронной почты: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

**Заявитель:**  
**Общество с ограниченной  
ответственностью «МедСервис»**  
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19,  
пом. 26

## **ЖАЛОБА на положения аукционной документации**

**Наименование электронного аукциона:** Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудования (**номер извещения:** 31705971966).

**Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 85 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

**Место нахождения:** 115409, г Москва, ул Москворечье, дом 16

**Почтовый адрес:** 115409, г Москва, ул Москворечье, дом 16

**Тел:** +7 (499) 3246493

**Адрес электронной почты:** [ovddog@mail.ru](mailto:ovddog@mail.ru)

**Контактное лицо:** Шашлова Ирина Владимировна

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «МедСервис»

**Адрес местонахождения:** 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, пом. 26

**Адрес электронной почты:** [medservys@yandex.ru](mailto:medservys@yandex.ru)

**Номер контактного телефона:** +7 (925) 848-11-31

**Должностное лицо:** Токарев Юрий Николаевич

«28» декабря 2017 года Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства» (далее – Заказчик) был объявлен открытый аукцион в электронной форме на комплексное техническое обслуживание медицинского оборудования с начальной ценой контракта 3 696 666,67 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Реестровый номер электронного на официальном сайте Российской Федерации <http://zakupki.gov.ru> - 31705971966.

В соответствии с частью 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее- Закон N 223-ФЗ) участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган, в порядке, установленном антимонопольным органом, действие (бездействие) заказчика при закупке.

Согласно части 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с

ними и утвержденными с учетом положений части 3 указанной статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В техническом задании Заказчиком установлены требования к каждому из 16 (шестнадцати) материалов, используемых при техническом обслуживании медицинского оборудования, также физико-химические показатели материала, используемого при производстве готового изделия, необходимого к поставке.

В техническом задании на шкурку шлифовальную Заказчиком установлено следующее:

3	Шкурка шлифовальная	Назначение	Должна быть бумажная шлифовальная шкурка, предназначенная для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита
		Тип шлифовальной шкурки	для машинной и ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи, резины, пластмассы), для машинной и ручной обработки металлов, сплавов
		Пределные отклонения по ширине	$\pm 1,0$
		Условное обозначение бумаги	может быть П1, П2, П3, П4, П6, П8
		Ширина шкурки	может быть 1250, 1000, 720, 750, 900
		Рабочий слой	Сплошной или рельефной
		Ширина рельефа $\alpha$	не менее 0,5, но не более 15
		Отклонение от параллельности образующих линий рельефа должно быть в пределах допуска на шаг рельефа	должно быть в пределах допуска на шаг рельефа
		Шаг рельефа	не менее 1, но не более 38
		Неравномерность толщины	не более 0,2
		Марка бумаги	может быть БШ-140, БШ-240, [0-140], [0-200], [0-210], [0-235]
		Вид шлиф материала	Нормальный электрокорунд, Легированный электрокорунд, Белый электрокорунд, зеленый карбид кремния, монокорунд
		Марка шлиф материала	может быть 94А, 93А, 92А, 91А, 91А-М, 92А-М, 15А, 14А, Ф14А, 13А, Ф13А, 25А, 24А, 23А, 44А, 43А, 64С, 63С
		Угол наклона рельефа $\alpha$	должен быть не менее 5°, но не более 85°
		Разрывная нагрузка в поперечном направлении	не менее 98,0
		Шлиф материал	должен быть связан с основой мездровым клеем
		В рулоне шлифовальной шкурки	не допускаются кромки шириной [более 10 мм] с дефектами
		Режущая способность шкурки	не менее 0,187
		Разрывная нагрузка в продольном направлении	не менее 176,4
		Зернистость	должна быть 50, 40, 12
		Влажность шлифовальной шкурки	должна быть не менее 3, но не более 7
		Коэффициент нанесения шлиф материала на основу $K_n$	должен быть не менее 0,40, но не более 0,75
		Соответствие ГОСТ	Должна соответствовать ГОСТ 6456-82

Вместе с тем, предметом контракта является техническое обслуживание медицинского оборудования, а не производство каждого элемента материала и запасных частей, используемых при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования. При этом такие показатели, как разрывная нагрузка в продольном направлении, разрывная нагрузка в поперечном направлении, отклонение от параллельности образующих линий рельефа, угол наклона рельефа  $\alpha$  (для шкурки шлифовальной) и другие, представляют из себя показатели, определяемые по результатам испытаний.

Закон N 223-ФЗ не обязывает участника закупки иметь в наличии материал в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путём предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты материала, и (или) показатели технологии производства, испытания материала, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определённой партии материала после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Учитывая, что на момент подачи предложения у участника закупки не может быть в наличии данного материала, поэтому характеристики как разрывная нагрузка в продольном направлении, разрывная нагрузка в поперечном направлении, отклонение от параллельности образующих линий рельефа, угол наклона рельефа  $\alpha$  (для шкурки шлифовальной) участник ни знать, ни предугадать не

может – данные показатели не указываются ни на упаковке товара, ни в сопроводительной документации на материал. Единственный возможный способ узнать такие характеристики – это провести экспертизу материала, однако на момент подачи заявки провести экспертизу поставляемого материала не представляется возможным (в том числе в силу временных ограничений).

Таким образом, установление таких требований является нарушением и вводит участника и иных участников закупки, в заблуждение и не дают возможность участникам оформить и предоставить Заказчику конкретное (корректное) предложение в отношении поставляемого материала, что существенно ограничивает количество участников в Аукционе и является нарушением действующего законодательства.

На основании вышеизложенного считаем, что Заказчик нарушил требования пункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно Заказчиком не были учтены принципы равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

### **ПРОШУ:**

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Провести проверку фактов, изложенных в жалобе.
3. Обязать Заказчика внести изменения в закупку для приведения ее в соответствии с требованиями действующего законодательства.

### **Приложение:**

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МедСервис»

Генеральный директор



Ю.Н. Токарев

Подписано электронной подписью  
Генерального директора  
ООО «МедСервис»  
Токаревым Юрием Николаевичем