

«19» февраля 2018 г.

**Руководителю Управление Федеральной антимонопольной службы
по Чувашской Республике-Чувашии**
428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 2

Податель жалобы:
ООО «МЕДКОНТРАКТ»
117246, город Москва, Научный проезд, дом 19
т/ф. 8 (966) 352-60-24
E-mail: oomedcontract@gmail.com

Государственный Заказчик:
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики
«Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Бондарева, 13/15
E-mail: farmmost@yandex.ru
тел/факс: (8352) 58-78-49

Жалоба на аукционную документацию

Извещением от 02.02.2018г., размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (заказ № 31806093818), было объявлено о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на право заключения договора на поставку медицинских изделий (СРЕДСТВА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ пластырного типа)

Адрес электронной площадки в сети Интернет 223.rts-tender.ru

Дсводы жалобы:

1) Согласно Аукционной документации,

Раздел 1.6. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

1.6.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в электронной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за **десять дней** до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

При этом, на электронной площадке 223.rts-tender.ru указано, что срок разъяснения положений документации об аукционе составляет **10 рабочих дней**.

*Вх. 06-01/1134
/ 20.02.2018
10 Амн. Рн. 10.02*

Ориентируясь на положения Аукционной документации и установленный в ней срок **10 дней** до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, мы не смогли подать запрос на разъяснение положений аукционной документации, т.к. электронная площадка не принимает запросы по истечении **10 рабочих дней** до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Налицо противоречие требований Аукционной документации и требований, установленных на электронной площадке в сети Интернет 223.rts-tender.ru, которое вызвало нарушение прав участников на подачу запроса разъяснений, и как следствие – невозможность участия и ограничение конкуренции при данной закупке.

2) В п.1 Технического задания Заказчиком указано требование - Пластырь (повязка), адгезивный, стерильный. Применение: для фиксации периферических и центральных катетеров с поглощающей запах подушечкой. Пластырь (повязка) выполнен из трёх компонентов: тела повязки, «штанишек» из дышащей нетканой основы, отходящих от тела повязки, предохраняющей снаружи полимерной пленки и абсорбирующей подушечки. Подушечка покрыта полимером или полиэтиленовой сеткой, обеспечивающим атравматичное снятие и терморегуляцию (теплообмен).

При этом, Заказчиком не указаны размеры поглощающей запах подушечки и длины «штанишек» из дышащей нетканой основы, отходящих от тела повязки, что не позволяет правильно определить соответствие поставляемого товара требованиям Заказчика.

В п.2 Технического задания

- Пластырь (повязка) медицинский на нетканой основе для фиксации катетеров не менее 8,5см x 6см

Заказчиком указано требование Наличие не менее двух дополнительных абсорбирующих подушечек и требование к размеру пластыря - не менее 8,5см x 6см.

при этом, размеры всех остальных закупаемых пластырей составляют от 8,0 см и увеличение размера одной из сторон до 8,5 см ведет к ограничению конкуренции в ходе данной закупки и нарушению антимонопольного законодательства, т.к. данные размеры характерны исключительно для пластыря одного производителя.

Внесение изменений в Техническое задание по данному пункту: общие требования к размеру пластыря -- не менее 8,0 см x 6см позволит избежать нарушения о защите конкуренции, устранил коррупционные риски закупки, снимет необоснованные ограничения количества участников и делает данную закупку более эффективной, без ущерба для качества закупаемого товара.

На основании вышеизложенного

ПРОСИМ:

-Провести внеплановую проверку действий Заказчика при проведении закупки.

-Выдать Заказчику обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение:

1) Документация об открытом аукционе в электронной форме (заказ № 31806093818)

Генеральный директор
ООО «МЕДКОНТРАКТ»

