

Исх. № 6/н

дата: «11» марта 2018 года

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, дом 5
Адрес электронной почты: to42@fas.gov.ru

Копия: Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Кемеровская городская детская клиническая больница № 7»
Место нахождения: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 134А
Почтовый адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 134А
Тел./факс: 8 (3842) 54-09-10
Адрес электронной почты: buhdkb7@rambler.ru
Контактное лицо: Саушкина Ольга Павловна

От кого: Общество с ограниченной ответственностью «АРС-ЛИДЕР»
Генеральный директор Чудинова Елена Владимировна
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, пом. VI, комн. 12
Тел.: +7-903-755-70-76
Адрес электронной почты: rudakova@brifgroup.ru

ЖАЛОБА

**на действия Заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»**

Наименование запроса ценовых предложений в электронной форме: Выполнение работ по ремонту комплекса рентгеновского диагностического среднечастотного КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» (номер извещения: 31806157381, электронная торговая площадка АО «ОТС» <https://ots.ru/>).

Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская городская детская клиническая больница № 7»
Место нахождения: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 134А
Почтовый адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 134А
Тел./факс: 8 (3842) 54-09-10
Адрес электронной почты: buhdkb7@rambler.ru
Контактное лицо: Саушкина Ольга Павловна.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АРС-ЛИДЕР»
Генеральный директор Чудинова Елена Владимировна
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, пом. VI, комн. 12
Тел.: +7-903-755-70-76
Адрес электронной почты: rudakova@brifgroup.ru

"20" февраля 2018 года Государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская городская детская клиническая больница № 7» (далее – Заказчик) был объявлен запрос ценовых предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту комплекса рентгеновского диагностического среднечастотного КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» с начальной ценой договора 686 346,67 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 67 копеек. Реестровый номер запроса ценовых предложений в электронной форме в Единой информационной системе закупок по адресу в сети интернет <http://zakupki.gov.ru> 31806157381.

Общество с ограниченной ответственностью «АРС-ЛИДЕР» (далее – Заявитель) направило заявку на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме. Заявка была принята оператором электронной площадки и присвоен порядковый номер 717022.

Согласно протокола рассмотрения заявок заявка Заявителя была отклонена по следующему

основанию: участник и заявка не соответствует требованиям извещения о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме: указанный в заявке участника рентгеновский излучатель с трубкой торговой марки Siemens RAY-14S_1 не обладает признаками совместимости с комплексом рентгеновским диагностическим среднечастотным КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП», поскольку не содержится в таблице 2-1 «Поддерживаемые конфигурации типы трубки» технического описания ремонтируемого оборудования.

Заявитель не согласен с отклонением заявки в связи со следующим: п. 4.2 Технического задания установлены требования к техническим характеристикам рентгеновского излучателя с трубкой, а именно:

Фокус малый 0,6 мм
Фокус большой 1,2 мм
Максимальное рабочее напряжение, кВ 150 кв
Скорость вращения анода, об/мин 3000-10000
Мощность:
Низкая скорость М.Ф. 20 квт
Мощность:
Высокая скорость Б.Ф. 50 квт
Теплоемкость анода 300000ТЕ

Заявителем был предложен рентгеновский излучатель с трубкой Siemens RAY-14S_1, производство: Германия, **ИМЕЮЩИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА**. Кроме того, в Техническом задании отсутствует требование о том, что рентгеновский излучатель с трубкой, используемый в процессе выполнения работ **ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН В ТАБЛИЦЕ 2-1 «ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ТИПЫ ТРУБКИ»** технического описания ремонтируемого оборудования.

Ремонтируемое оборудование было произведено более 10 лет назад и данные, содержащиеся в его эксплуатационной документации устарели.

В заявке было указано, что **ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ** рентгеновского излучателя с трубкой с комплексом рентгеновским диагностическим среднечастотным КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» заводской номер 531, год выпуска 2007, что **ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОВМЕСТИМЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ** при производстве работ по ремонту комплекса рентгеновского диагностического среднечастотного КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП».

Заявитель не согласен с решением комиссии Заказчика, считает, что комиссия отклонила заявку неправомерно и отказ в допуске противоречит нормам действующего законодательства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями ч. 1, 5 ст. 17, ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Провести проверку фактов, изложенных в жалобе.
3. Признать заявку ООО «АРС-Лидер» соответствующей требованиям, изложенным в документации и допустить до участия в запросе ценовых предложений в электронной форме.

Приложения:

1. Документация о проведении запроса котировок в электронной форме № 31806157381 – на 32 л.
2. Копия заявки на участие в запросе котировок в электронной форме – на 7 л.
3. Приказ о назначении директора – на 1 л.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 л.

Подписано электронной подписью
Генерального директора ООО «АРС-Лидер»
Чудиновой Елены Владимировны