

22/05-18.1-2018

13.03 810

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5
Телефон: (3842) 36-42-28
Факс: (3842) 36-77-83
E-mail: to42@fas.gov.ru
Руководителю: Кухарской Наталье Евгеньевне

Заказчик: ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева»
Место нахождения, почтовый адрес: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22
Телефон: +7 (3842) 39-64-84
Адрес электронной почты: kokb_elena@mail.ru
Контактное лицо: Койнова Елена Викторовна

Лицо, подавшее жалобу: Общество с ограниченной ответственностью «ТехКомСервис»
Место нахождения/Почтовый адрес: 650066, Россия, г. Кемерово,
ул. Спортивная, д. 28, оф. 407
Тел./ факс 8 (384-2) 72-00-68
Адрес электронной почты: Tehkomservice@mail.ru
Директор: Преснякова Яна Григорьевна (на основании устава)

**Жалоба на открытый аукцион в электронной форме № 31806105349
«Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинского
оборудования»**

Информация о закупке:

7 февраля 2018 года на сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 31806105349 «Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования».

Дата начала подачи заявок: 7 февраля 2018 года

Дата и время окончания подачи заявок: 28 февраля 2018 г. 16:30

Дата рассмотрения заявок: 1 марта 2018 г.

Дата проведения электронного аукциона: 6 марта 2018 г.

Дата подведения итогов электронного аукциона: 7 марта 2018 г.

Обжалуемые действия заказчика:

В п. 3 Формы № 4 «Требование заказчика по условиям исполнения договора» установлено: «Работы должны выполняться с использованием инструментов с применением инструментов, приспособлений и измерительных приборов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования, необходимого для проведения работ согласно технической документации».

Считаем, что данное требование ограничивает конкуренцию, обязывает исполнителя услуг получать на инструменты, приспособления, другие средств диагностики и контроля разрешение и/или рекомендацию на их использование от производителя медицинского оборудования.

Указанное требование противоречит п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ в части соответствия принципу равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Техническое обслуживание медицинской техники осуществляется на основании положений соответствующих Методических рекомендаций, утвержденных Письмом Минздрава России от 27.10.2003 № 293-22/233.

В п. 4.3. данного документа установлены требования к используемому при обслуживании медицинской техники оборудованию:

«4.3.1. Технологическое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений должны обеспечивать выполнение всей номенклатуры работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

4.3.2. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены».

Иных требований к используемому оборудованию, т.е. инструментам, приспособлениям, другим средствам диагностики и контроля не установлено, следовательно, требование, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме является избыточным, нарушающим принципы Федерального закона № 223-ФЗ, необоснованно ограничивающим права участников закупки.

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется, в том числе, в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

В связи с вышеизложенным, просим

1. Принять и рассмотреть настоящую жалобу.
2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений положений действующего законодательства путем внесения соответствующих изменений в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложения:

1. Протокол № 6 заседания Общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ТехКомСервис» от 17.12.2015.

Директор
ООО «ТехКомСервис»

