


5

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
E-mail: to77@fas.gov.ru
Единый номер Управления: (495) 784-75-05
Факс: (495) 607-42-92

от

Индивидуальный предприниматель
Лужнев Роман Иванович



г. Москва
Исх. №06/2018

от 06.04.2018 года

Жалоба

на действие(бездействие) Заказчика при организации и проведении торгов

1. Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и другие сведения):

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН/КПП 7713059497 /771301001 ОГРН 1027739714606) (Краснодарский филиал)

Сведения о местонахождении: 127486, г Москва, б-р Бескудниковский, дом 59А

Почтовый адрес: 127486, г Москва, б-р Бескудниковский, дом 59А

Контактное лицо: Сухова Татьяна Викторовна, Сахнов Сергей Николаевич


Телефон: +7(495) 4888747, +7 (861) 2220372

Адрес электронной почты: zakupki_mntk@mail.ru

Адрес организации в сети Интернет: www.mntk.ru

2. Заявитель (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и другие сведения):

Наименование:



Московское УФАС
Рег. номер 17558/18
зарегистрирован 06.04.2018



3. Размещаемый заказ:

Наименование (форма) процедура закупки: Открытый аукцион в электронной форме;

Предмет закупки: Поставка медицинских изделий (АК-24)

Проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Официальный сайт, на котором размещена информация о размещении заказа:
<http://zakupki.gov.ru>, <https://com.roseltorg.ru/>

Извещение о проведении процедуры №31806281143 от 23.03.2018.

4. Обжалуемые действия (бездействия) заказчика:

23.03.2018 Федеральным государственным автономным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации была опубликована закупка на поставку медицинских изделий для Краснодарского филиала Федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации номер извещения 31806281147.

При организации и проведении торгов, а именно при подготовки технической части документации Заказчиком были установлены функциональные и качественные характеристики товара нарушающие основные принципы закупок товаров, работ, услуг согласно №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также антимонопольные требования к торгам согласно 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5. Доводы жалобы:

При описании функциональных и качественных характеристик товара Заказчик руководствовался техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к качеству, а также собственными требованиями к характеристикам товара опираясь на показатели, требования, условные обозначения и терминологию, указанные в технической документации, предоставляемой производителями. Обоснование использования Заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологий, не относящихся к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологиям, приведено в п.7 Технической части документации.

В ходе изучения технической части документации Заявителем были выявлены показатели и характеристики к ним ограничивающие конкуренцию по отношению к участникам закупки, а именно:

№ п/п	Наименование показателя	Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
1	Перчатки хирургические стерильные синтетические	
	Контрастный цвет (отличие от обычных латексных перчаток, контрастный цвету крови, для индикации перфорации при использовании перчатки в качестве внутренней, в системе двойных перчаток)	Зеленый или голубой
	Длина перчатки для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты, мм	не менее 300
2	Перчатки хирургические стерильные латексные	
	Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции	Соответствие
3	Перчатки хирургические стерильные латексные	
	Длина обеих перчаток с манжетой для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, мм	не менее 300

Показатель «Контрастный цвет (отличие от обычных латексных перчаток, контрастный цвету крови, для индикации перфорации при использовании перчатки в качестве внутренней, в системе двойных перчаток)». Ни в ГОСТе Р 52238-2004, ни в Методической рекомендации МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» нет конкретных требований к цвету, при этом существуют другие аналоги с другим цветом (Перчатки Peha®-isoprene latexfree HARTMANN, соответствуют всем требованиям при этом имеет белый цвет и является контрастным цвету крови).

Показатель «Длина перчатки для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты, мм». Согласно ГОСТу Р 52238-2004 длина хирургической перчатки от 280 мм. (Перчатки Peha®-isoprene latexfree HARTMANN, длина перчатки 295 мм.)

Показатель «Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции». Обращаем внимание, что в процессе производства перчаток с обрезанной манжетой для препятствия к скатыванию производители используют следующие технологические приемы: уплотненная манжета, армированная (с ребрами жесткости), адгезивная полоса. Однако, в аукционной документации предложен только один возможный вариант исполнения манжеты «без валика с адгезивной полосой», несмотря на то, что данный способ является самым малоэффективным. Обрезанная манжета только за счет адгезивной полосы не обеспечивает надежное крепление перчатки на рукаве медицинском халата, так как халат - это не кожа, он не плотно облегает руку и, соответственно, при одевании на него плотной перчатки, ткань деформируется, за счет чего площадь соприкосновения адгезивной полосы с халатом минимальна и эффекта от неё минимален.

Требования к дизайну манжеты «манжета должна быть обрезана», в совокупности с полимерным покрытием подпадают под описание перчатки Gammex одного производителя Анселл (Англия), что является ограничением конкуренции.

Выбор Заказчика именно в пользу данной характеристики является необъективным, в связи с чем просим изменить её и расширить требования к исполнению манжеты.

Показатель «Длина обеих перчаток с манжетой для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, мм». Согласно ГОСТу Р 52238-2004 длина хирургической перчатки от 280 мм. (Перчатки Maxitex Duplex PF ADVENTA Health соответствуют всем требованиям при этом имеет длина 295 и соответствует ГОСТу)

В связи с вышеизложенным [REDACTED] просит дать предписание на внесение соответствующих изменений в документацию и продлить сроки подачи заявок.

Приложение:

- п. 1, 2
отсутств
Шу*
1. Документы, подтверждающие полномочия заявителя;
 2. Квитанция, подтверждающая направление копии жалобы Заказчику;
 3. Разъяснение положений документации о закупке в электронной форме на право заключения договора поставки. [REDACTED]

Заявитель [REDACTED]