

**ООО «МЕДСЕРВИС»**  
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

---

**Исх.№ 33**

**В Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Крым и городу Севастополю**

Адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь,  
улица Александра Невского, 1  
Телефон/факс: +7 (3652) 544-638,  
+7 (499) 755-23-23 (доб. 082-100)  
E-mail: to82@fas.gov.ru

**Копия заказчику: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5-ЦЕНТР ОХРАНЫ  
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА".**

Место нахождения, почтовый адрес: 299005, ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ  
ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, ДОМ 211-А.  
Адрес электронной почты: *gorbol5@inbox.ru*.  
Номер контактного телефона: 7-8692-673971.

**Копия уполномоченному органу: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА  
СЕВАСТОПОЛЯ**

Место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ  
ЛЕНИНА, ДОМ 2  
Ответственное должностное лицо: Т. В. Подлесная  
Номер контактного телефона: 54-26-24 (доб.304)  
Адрес электронной почты: *t.podlesnaya@sev.gov.ru*

**Лицо, подающее жалобу:**

Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис»  
Юридический адрес: 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14А, лит Д, пом 3Н  
Почтовый адрес: 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14А, лит Д, пом 3Н  
Телефон/Факс: 812-380-05-53  
e -mail: *medservice\_spb@inbox.ru*  
ИНН: 7813262260

**ЖАЛОБА**

*На положение документации открытого аукциона в электронной форме.*

**Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5-ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И  
РЕБЕНКА".

Место нахождения, почтовый адрес: 299005, ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА  
ОСТРЯКОВА, ДОМ 211-А.

Адрес электронной почты: *gorbol5@inbox.ru*.

Номер контактного телефона: 7-8692-673971.

**Уполномоченный орган:** ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ ЛЕНИНА,  
ДОМ 2

Ответственное должностное лицо: Т. В. Подлесная

Номер контактного телефона: 54-26-24 (доб.304)

Адрес электронной почты: *t.podlesnaya@sev.gov.ru*

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

---

**Оператор электронной площадки** - Национальная электронная площадка.

**Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**  
<http://www.etp-ets.ru>.

**Наименование объекта закупки:** на поставку видеоэндоскопической стойки для педиатрической и неонатальной лапароскопии.

**Реестровый номер закупки:** № 0174200002018000137.

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 11 900 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

18.05.2018 года на официальном сайте [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0174200002018000137, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## **1. Довод жалобы:**

При изучении номенклатуры закупаемого товара во взаимосвязи с «Техническим заданием на поставку видеоэндоскопической стойки для педиатрической и неонатальной лапароскопии» было установлено, что наряду с товарами, не попадающими под национальный режим, заказчиком включен товар, на который распространяются условия и ограничения, предусмотренные Постановлением № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- Пункт 22 «Технического задания на поставку видеоэндоскопической стойки для педиатрической и неонатальной лапароскопии»: ***Коагулятор электрохирургический.***

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 (далее - Постановление № 102).

Пунктом 1 Постановления № 102 утверждён перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень).

Так, указанный перечень содержит позицию «Аппараты электрохирургические» с кодом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 «32.50.1; 32.50.13.190».

**Однако рассматриваемый перечень не содержит других закупаемых в рамках настоящей закупки товаров.**

Пунктом 2(2) Постановления № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что для целей ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

---

государств, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в перечень и не включенные в него.

*Таким образом, заказчик объединил в один лот медицинские изделия, включенные в перечень № 1 Постановления Правительства РФ № 102 и не включенные в данный перечень медицинские изделия.*

Одновременно считаем необходимым обратить внимание, что в соответствии с примечанием к Постановлению № 102 при применении перечня следует руководствоваться как кодом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или ОКПД2), так и наименованием вида медицинского изделия указанного кода.

Предметом закупки является: *поставка видеоэндоскопической стойки для педиатрической и неонатальной лапароскопии.*

## 2. Довод жалобы:

Согласно части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что заказчик должен руководствоваться следующими правилами, а именно, использовать при составлении описания объекта закупки показатели, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56279-2014 Изделия медицинские электрические. Стойки эндоскопические. «Технические требования для государственных закупок» установлены требования к техническим заданиям на эндоскопические стойки.

Разделом № 1 ГОСТ Р 56279-2014 установлена область применения, где указано, что стандарт распространяется на торги по государственным и муниципальным закупкам эндоскопических стоек, предназначенных для оснащения эндоскопических диагностических отделений с целью проведения лечебно/оперативных вмешательств через эндоскоп с помощью специальных инструментов, которые проводятся через инструментальный канал. Стандарт устанавливает технические требования к ним для государственных закупок.

Таким образом, указанный стандарт в полной мере распространяется на данную закупку, что следует как из области клинического применения закупаемого оборудования, так и из наименования объекта закупки.

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
medservice\_spb@inbox.ru  
Тел (812) 380-05-53

Однако, при сопоставлении показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемого товара указанных в Техническом задании с ГОСТ Р 56279-2014 Изделия медицинские электрические. Стойки эндоскопические. «Технические требования для государственных закупок» становится совершенно очевидно, что заказчик при описании объекта закупки пренебрёг императивными требованиями ст. 33 Закона о контрактной системе поскольку не использовал ранее указанный ГОСТ Р, а также не привел в документации обоснования необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений.

Более того, пункты 39-42, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 58, 61, 67 содержат требования о необходимости соответствия поставляемого товара непознанным прототипам /полезным моделям, а именно:

3 9	Щипцы		1
	Щипцы для захвата	Наличие	
	Поворотные	Наличие	
	Разборные	Наличие	
	Бранши окончатые	Наличие	
	На браншах тонкие атравматические насечки	Наличие	
	Одна бранша подвижна	Наличие	
	Соединение для монополярной коагуляции	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 5	
	Длина, см	Не менее 36	
	Пластиковая рукоятка с фиксатором по MANHES	Наличие	
	Увеличенная рабочая поверхность для пальцев	Наличие	
	Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе	Наличие	
	Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками	Наличие	
	Стерилизация в автоклаве	Наличие	
4 0	Щипцы		1
	Щипцы для захвата кишечника	Наличие	
	Бранши окончатые	Наличие	
	Обе бранши подвижны	Наличие	
	Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 5	
	Длина, см	Не менее 36	
	Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и	Наличие	

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

	рукоятками		
	Пластиковая рукоятка с фиксатором по MANHES	Наличие	
	Увеличенная рабочая поверхность для пальцев	Наличие	
4 1	Щипцы		1
	Щипцы для захвата	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 10	
	Длина, см	Не менее 35	
	Обе бранши подвижны	Наличие	
	Бранши изогнуты вправо	Наличие	
	Металлическая рукоятка	Наличие	
	Без соединения для монополярной коагуляции	Наличие	
	Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе	Наличие	
	Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками	Наличие	
4 2	Рабочая вставка		1
	Рабочая вставка для щипцов по ВАВСОСК	Наличие	
	Две бранши подвижны	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 10	
	Длина, см	Не менее 35	
	Совместимость с тубусами диаметром, мм	Не менее 10	
4 6	Щипцы		1
	Щипцы для захвата	Наличие	
	Поворотные	Наличие	
	Разборные	Наличие	
	Соединение для биполярной коагуляции	Наличие	
	Бранши с особенно тонкими атравматическими зубцами	Наличие	
	Бранши окончатые	Наличие	
	Обе бранши подвижны	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 5	
	Длина, см	Не менее 35	
	Кольцевая рукоятка	Наличие	
	Без фиксатора на рукоятке	Наличие	
	Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе	Наличие	
	Замок LUER для чистки	Наличие	
4	Щипцы		2

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
 ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
[medservice\\_spb@inbox.ru](mailto:medservice_spb@inbox.ru)  
 Тел (812) 380-05-53

7			
	Щипцы для захвата по KELLY	Наличие	
	Соединение для биполярной коагуляции	Наличие	
	Обе бранши подвижны	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 5	
	Длина, см	Не менее 35	
	Быстрое соединение тубуса по щелчковый системе	Наличие	
	Пластиковая рукоятка без фиксатора	Наличие	
	Замок LUER для чистки	Наличие	
4 9	Иглодержатель		1
	Макроиглодержатель по КОН	Наличие	
	Аксиальная рукоятка с фиксатором	Наличие	
	Фиксатор открывается справа	Наличие	
	Прямые бранши	Наличие	
	Диаметр, мм	Не менее 5	
	Длина, см	Не менее 30	
	Карбид-вольфрамовые вставки на браншах	Наличие	
5 0	Иглодержатель		1
	Макроиглодержатель по КОН	Наличие	
	Аксиальная рукоятка	Наличие	
	Фиксатор на рукоятке справа	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 5	
	Длина, см	Не менее 30	
	Карбид-вольфрамовые вставки на браншах	Наличие	
	Бранши загнуты влево	Наличие	
5 1	Иглодержатель		1
	Иглодержатель по SZABO-BERCI "клюв попугая"	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 5	
	Длина, см	Не менее 30	
	Малые бранши	Наличие	
	Бранши с вставками из твердого сплава	Наличие	
	Используется с троакарами диаметра, мм	Не менее 6 не более 6,2	
	Аксиальная рукоятка с	Наличие	

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
 ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
 medservice\_spb@inbox.ru  
 Тел (812) 380-05-53

	фиксатором		
	Для использования с шовным материалом диаметра	Не менее 4/0-6/0	
	Для использования с иглами, диаметра	Не менее RB (Ethicon), CV-23 (USSC)	
5 4	Троакар		1
	Троакар, в комплекте:	Наличие	
	Канюля троакара, с резьбой и с краном для инфуляции с замком LUER	Наличие	
	Диаметр, мм	Не более 3.5	
	Длина, см	Не менее 20	
	Автоматический клапан	Наличие	
Щипцы			1
Щипцы для захвата по KELLY		Наличие	
Обе бранши подвижны		Наличие	
Соединение для монополярной коагуляции		Наличие	
Диаметр, мм		Не более 3	
Длина, см		Не более 20	
Внешний тубус изолированный		Наличие	
Пластиковая рукоятка без фиксатора		Наличие	
Щипцы			
Разборные щипцы по TAN для расширения пилоруса, разборные, поворотные, с зубчатыми браншами внутри и снаружи, без изоляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки		Наличие	
Диаметр мм		Не более 3	
Длина см		Не более 20	
Металлическая рукоятка без фиксатора		Наличие	
Рабочая вставка			1
Рабочая вставка-щипцы по MANNES, для биполярных щипцов, диаметр, мм		Не менее 3 не более 3,2	
Длина, см.		Не менее 30 не более 32	

В соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при

# ООО «МЕДСЕРВИС»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

---

условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

Таким образом, описание объекта закупки подобным образом в принципе противоречит императивным правилам ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Более того, описание объекта закупки подобным образом, не позволяет предполагаемому участнику закупки сформулировать свое предложение, поскольку техническое задание не имеет описания устройства, принципа работы, необходимого клинического эффекта товаров, которые должны соответствовать определенным полезным моделям.

### 3. Довод жалобы:

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ***в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.***

Согласно ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. **Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Постановление № 1042), которое вступило в силу 09.09.2017, утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее - Правила).

Пунктом 4 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -



**ООО «МЕДСЕРВИС»**  
**МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ**  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

---

Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

**в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).**

В пункте 33 табличной части раздела № 1 аукционной документации «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» заказчиком установлены преимущества в соответствии со ст. 28-30 44-ФЗ для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Однако в пункте 11.7. раздела № 3 аукционной документации «Проект гражданско-правового договора» Заказчиком установлено следующее:

«11.7. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф, определенный в порядке:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федеральный закон о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – \_\_\_\_\_ рублей от цены Договора, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

**б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).»**

При этом считаем необходимым обратить внимание комиссии УФАС по Республике Крым и городу Севастополю, что начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с извещением составляет **11 900 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.**

Таким образом, принимая во внимание, что цена заключаемого контракта может быть в ценовом диапазоне от 10 млн. рублей до 11 900 000,00 рублей, в то время как положения действующей редакции аукционной документации в части размера штрафа ограничены 10 млн., а в силу положений ст. 95 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, Заказчиком нарушено право участника закупки, являющегося субъектом малого предпринимательства на пониженные штрафные санкции установленные Правительством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, в виду того, что оспариваемые положения документации открытого аукциона в электронной форме, не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и нарушают права и законные интересы поставщиков в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

**Просим:**

- 1) Приостановить осуществление закупки до рассмотрения жалобы;
- 2) Выдать Заказчику предписание об устранении нарушения в части несоответствия аукционной документации требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**ООО «МЕДСЕРВИС»**  
**МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ**  
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8 лит А пом. 30-Н  
ИНН /КПП: 7813262260/781301001  
*medservice\_spb@inbox.ru*  
Тел (812) 380-05-53

---

***Приложение:***

1. ГОСТ Р 56279-2014 Изделия медицинские электрические. Стойки эндоскопические. «Технические требования для государственных закупок» «01» июня 2018 года

Генеральный директор ООО «Медсервис»  
ПОДПИСАННО ЭЦП

Н.А. Парфенова