

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Чувашской Республике - Чувашии
(Чувашское УФАС России)

Адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, д. 2

E-mail: to21@fas.gov.ru

Приемная: (8352) 58-42-08

Факс: (8352) 58-40-13

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА, АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Заказчик: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская клиническая
больница №1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Указание на лиц, действия (бездействие) которых обжалуются:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии

Главный врач БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава
Чувашии

Место нахождения : Российская Федерация, 428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.46

Почтовый адрес : Российская Федерация, 428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.46

Вх. 06-04/4837
09.08.2018
С.Э.У.П.

Адрес электронной почты : E-mail:

Тел:

Контактное лицо

Электронная почта

Телефон

Участник закупки (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Д-тэкс»

Место нахождения: Юр. адрес:

Почтовый адрес:

E-mail:

Номер контактного телефона:

Факс: нет

Контактное лицо:

ИНН:

Номер закупки Извещение №31806708408

Дата и время публикации извещения : 11.07.2018 (МСК)

Дата и время публикации извещения текущая редакция: Размещено 19.07.2018 (МСК (СГВ+3)
Москва, Волгоград)

Дата и время окончания срока подачи заявок : 06.08.2018 в 08:00 (МСК)

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 08.08.2018 (МСК)

Дата и время проведения электронного аукциона: 10.08.2018 в 09:00 (МСК)

Электронная площадка в сети Интернет: <http://www.rts-tender.ru>

Адрес электронной площадки в сети Интернет 223.rts-tender.ru

Наименование закупки: **на поставку уборочного инвентаря для субъектов малого предпринимательства.**

Начальная максимальная цена контракта: 2 966 020 (Два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч двадцать) рублей 38 копеек..

Официальный сайт, на котором размещена информация об электронном аукционе:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806708408>

Обжалуемые действия:

Руководствуясь положениями норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же в порядке ст.18.1 135 ФЗ «О защите конкуренции».

ООО «Д-тэкс» обращается к Вам с жалобой на действия заказчика, аукционной комиссии, нарушающие права и законные интересы участника закупки, а именно – **необоснованное отклонение заявки на участие в электронном аукционе, Заказчик предъявил к участнику закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке. Ограничение конкуренции, картельный сговор.**

Доводы жалобы:

04.08.2018 г. ООО «Д-тэкс» была подана заявка на участие в электронном аукционе № 31806708408

Номер заявки - 515648 Дата и время регистрации - 04.08.2018 г. 04:23 МСК

Информация из Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку уборочного инвентаря

для субъектов малого предпринимательства:

«Обоснование решения о несоответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям документации об аукционе в электронной форме:

«В нарушение п.п 1, п 1.9.3, часть 1.9, раздела I «Общие положения» и п.2 Раздела II «Информационная карта» документации об открытом аукционе в электронной форме:

- непредоставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией об аукционе, а именно:

1) заявка участника не содержит копию регистрационного удостоверения, выданного Росздравнадзором на товары в позициях 5-11 в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (п.п 7, п 1.8.4, часть 1.8, раздела I «Общие положения» документации об открытом аукционе в электронной форме и п.30 Раздела II «Информационная карта» документации об открытом аукционе в электронной форме)..»

ООО «Д-тэкс» не согласно с решением аукционной комиссии по следующим основаниям:

В Разделе 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка продукции должна сопровождаться следующими документами:

1. Копия Регистрационного удостоверения на продукцию, выданного Росздравнадзором.

Заявка участника размещения заказа должна содержать:

1. Копии Регистрационных удостоверений на товары, выданных Росздравнадзором.

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	ОКПД 2
1	Тележка медицинская транспортировочная MOBILETTE HEALTHGUARD	Пластиковая платформа, не менее 3-х ванн, не менее 3-х выдвижных лотков для мопов (в 1 лотков входит не менее 20 мопов), рама для мешков не менее 2x70 л, не менее 3-х ведер по не менее 6 л (красное, синее, желтое), не менее 1 клипсы для швабры, наличие крючка-клипсы для принадлежностей, полки навесной для швабры, не менее 6-ти поворотных колес из каучука. Маневренная, бесшумная. Размеры не менее	шт.		30.99.10.000

	BIG	110x55x98 см		10	
2	Держатель пластиковый	Поворотный держатель из прочного пластика с магнитной защелкой из нержавеющей стали, имеет отличный контакт с поверхностью, удобен при одевании и снятии насадок (позволяет открывать держатель нажатием ноги). Длина не менее 39 см и не более 40 см.	шт.	48	22.29.29.000
3	Ручка для швабры Z-образная	Алюминиевая ручка для швабры, Z-образная, длина не менее 140 см. Форма: специальная изогнутая форма ручки эргономична, легка в использовании, уменьшает физическую нагрузку, обеспечивает высокую производительность	шт.	24	25.99.11.193
4	Ручка для швабры телескопическая	Палка алюминиевая телескопическая. Выдвигающаяся часть из алюминиевого сплава, основная из пластика. На верхнем конце ручки вращающийся шар, что облегчает движение шваброй. Пластиковая ручка имеет круговой ограничитель, выступающий за диаметр ручки, что предотвращает попадание стекающих с mop-насадки капель на руки при мытье стен. Длина не более 160 см.	шт.	24	25.99.11.193
5	Моп для уборки пола из микрофибры	Насадка из микрофибры с одной уборочной стороной, износоустойчивая (не менее 500 стирок). Стирка при температуре не менее 60°. Одна пропитка мопа обеспечивает эффективную дезинфекцию и уборку не менее 20 кв.м. поверхности. Водопоглощение по ГОСТ- 3816-81. Цветовая кодировка (лямка)- красная, синяя, желтая. Размер- не менее 42,5x15 см	шт.	1200	13.92.29.120
6	Моп для уборки пола из микрофибры	Моп- насадка для генеральной уборки. Насадка из микрофибры с одной уборочной стороной, износоустойчивая (не менее 500 стирок). Стирка при температуре не менее 60°. Одна пропитка мопа обеспечивает эффективную дезинфекцию и уборку не менее 20 кв.м. поверхности. Водопоглощение по ГОСТ- 3816-81. Цветовая кодировка (лямка)- зеленая. Размер- не менее 42,5x15 см	шт.	240	13.92.29.120
7	Салфетка из микрофибры	Салфетка из микрофибры красная, износоустойчивая (не менее 300 стирок). Стирка при температуре не менее 60°. Одна пропитка салфетки обеспечивает эффективную дезинфекцию и уборку не менее 7 кв.м. поверхности. Водопоглощение по ГОСТ 3816-81. Размер не менее 40x40 см.	шт.	340	13.92.29.120
8	Салфетка из микрофибры	Салфетка из микрофибры синяя, износоустойчивая (не менее 300 стирок). Стирка при температуре не менее 60°. Одна пропитка салфетки обеспечивает эффективную дезинфекцию и уборку не менее 7 кв.м. поверхности. Водопоглощение по ГОСТ 3816-81. Размер не менее 40x40 см.	шт.	1180	13.92.29.120
9	Салфетка из микрофибры	Салфетка из микрофибры желтая, износоустойчивая (не менее 300 стирок). Стирка при температуре не менее 60°. Одна пропитка салфетки обеспечивает эффективную дезинфекцию и	шт.		13.92.29.120

		уборку не менее 7 кв.м. поверхности. Водопоглощение по ГОСТ 3816-81. Размер не менее 40x40 см.		240	
10	Сетка для стирки	Сетка- чехол большая. Сетка на шнуровке, совместима с тележкой, крепится на раму для мешков. Размер не менее 90*60 см.	шт.	20	13.92.29.190
11	Сетка для стирки	Сетка для стирки использованных мопов и салфеток большая, синяя. Сетка на шнуровке. Размер не менее 90*60 см	шт.	20	13.92.29.190

Обращаем внимание на тот факт, что Заказчик в п.№1 приобретает Тележку медицинскую транспортировочную MOBILETTE HEALTHGUARD BIG и описывает какие именно принадлежности должны входить в данную тележку, а именно:

«Пластиковая платформа, не менее 3-х ванн, не менее 3-х выдвижных лотков для мопов (в 1 лотков входит не менее 20 мопов), рама для мешков не менее 2x70 л, не менее 3-х ведер по не менее 6 л (красное, синее, желтое), не менее 1 клипсы для швабры, наличие крючка-клипсы для принадлежностей, полки навесной для швабры, не менее 6-ти поворотных колес из каучука. Маневренная, бесшумная. Размеры не менее 110x55x98 см”

Данная Тележка медицинская транспортировочная MOBILETTE HEALTHGUARD BIG имеет Регистрационное Удостоверение (регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2015/3319; номер регистрационного досье № РД-21237/11075 от 02.03.2018 «Тележка медицинская транспортировочная Mobilette» с принадлежностями.) Принадлежности входящие в данное РУ необходимые Заказчику перечислены выше.

Данное Регистрационное Удостоверение предоставлено Заказчику в документах к заявке ООО “Д-тэкс”.

Так же обращаем внимание на код указанный в Регистрационном Удостоверении Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.000 (Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие)

А приобретаемая тележка закупается по Коду 30.99.10.000 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности -Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки – не подразумевающая наличия РУ.

Касаемо того, что заявка участника не содержит копию регистрационного удостоверения, выданного Росздравнадзором на товары в позициях 5-11 в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, сообщаем следующее:

Позиции с 5 по 9 закупаются по Коду 13.92.29.120 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности - Салфетки текстильные для удаления пыли.

А позиции с 10 по 11 закупаются по Коду 13.92.29.190 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности- Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки. На данный товар, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не установлены требования обязательного наличия регистрационных удостоверений, а так же данный товар не подлежит обязательной сертификации на территории РФ.

Данный товар не является медицинским оборудованием и не входит в перечень товаров на которые распространяется обязанность производителя получать Регистрационное Удостоверение на товар медназначения.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ»

Помимо этого, Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 г. № 299 был утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной государственной регистрации. В соответствии с данными документами товары по Коду **13.92.29.120** и по Коду **13.92.29.190** не входят в соответствующие перечни товаров.

Мы заявляем, что товары с Кодами **13.92.29.120** и **13.92.29.190** не имеют Регистрационных Удостоверений на территории Российской Федерации.

Поэтому требования Заказчика о предоставлении РУ по пунктам 5-11 незаконно.

Если Заказчик располагает информацией о наличии РУ на данный вид товара то пусть предоставит данный документ либо ссылку на сайте Росздравнадзора с указанием номера РУ.

Обращаем внимание на тот факт, что заказчик не прописывает в Техническом Задании, что пункты с №2 -№ 11 должны быть принадлежностью к пункту №1, а значит данные товары рассматриваются отдельно, поэтому и имеют разные кода ОКПД 2.

Помимо всего прочего в РУ медицинского изделия РЗН 2015/3319 «Тележка медицинская транспортировочная Mobilette» с принадлежностями в качестве принадлежностей указываются

Моп для уборки пола из микрофибры - не более 50 шт.;

Салфетка из микрофибры - не более 50 шт.

Т.е если Заказчик покупает 1 тележку, то мопов, как и салфеток, как принадлежности к тележке можно указать не более 50 каждой позиции, и то только в характеристиках самой тележки (см. РУ). и только по коду ОКПД **32.50.50.000** (Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие).

А в позиции №5 -1200 штук, а в №6 – 240 штук. (Всего 1440 шт.)

То же и с позициями №7- 340 штук, №8 -1180 шт., №9 – 240 шт.,(Всего 1760 шт.)

Этот факт говорит о том, что это отдельный товар, не указываемый Заказчиком в ТЗ как принадлежность к «Тележке медицинской транспортировочной Mobilette».

Ни в одном из пунктов с п. №2 по п.№9 и п.№11 не сказано, что они должны быть принадлежностями к «Тележке медицинской транспортировочной Mobilette» и должны быть совместимы с данной тележкой.

Лишь только в п.№10 Заказчик указывает на обязательную совместимость данной сетки с тележкой, но такой сетки (а именно сетки чехла) нет в РУ.

Так же обращаем внимание что в Разделе 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА в п.4

Предоставляется приоритет товарам российского производства над импортными товарами 15%
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925

ООО «Д-тэкс» основным видом деятельности, является производство текстильных изделий, в том числе мопов и салфеток, а так же сеток различных модификаций и размеров, в том числе к импортной технике в рамках импортозамещения.

Мы рассматриваем действия должностных лиц Заказчика, как картельный сговор с «победителем» данного аукциона и ограничение конкуренции.

Указанные выше действия Заказчика создают условия для различного рода коррупционных злоупотреблений должностными лицами, а также влекут за собой нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, закрепляющей принцип эффективности использования бюджетных средств.

Одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Просим провести тщательное расследование по данному аукциону.

Так же сообщаем о том, что наша компания направит в общественные организации документы, для привлечения внимания к данной закупке и привлечения внимания со стороны общества на действия должностных лиц.

Так же материалы будут направлены в центральный аппарат ФАС России.

Требуем приостановить процедуру проведения электронного аукциона до рассмотрения жалобы по существу.

1. Признать аукционную комиссию нарушившей требования закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так закона №135 «О защите конкуренции».
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Обязать заказчика устранить нарушения закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с законодательством РФ.
4. Принять решение о выдаче Заказчику обязательного для исполнения предписания, об устранении указанных нарушений.
5. Привлечь должностных лиц членов комиссии к административной ответственности по части 2 статьи 7.30 и части 2.1 статьи 7.30 КоАП РФ.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие полномочия руководителя на 1 листе.
2. Документация об аукционе в электронной форме- 2 файла на 34 листах.
3. Заявка на участие, Сведения о функциональных характеристиках_потребительских свойствах_количественных и качественных характеристиках товара, Анкета - 3 файла на 6 листах.
4. Регистрационное Удостоверение РЗН 2015/3319.

Директор ООО «Д-тэкс»

_____ /