

«20» августа 2018 года

№ 07.16-43/18
24.08.-10³⁰ 22.08.2018

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Оренбургской области

Заявитель: закрытое акционерное общество «Уралрентген»
Адрес: 460520, Оренбургская область, Оренбургский район,
с. Нежинка, ул. Юбилейная, д. 1/1 (ОГРН: 1095658030203,
ИНН: 5638056370)
телефон: (3532) 599-668
E-mail:

представитель по доверенности:
адвокат (регистрационный номер
в реестре адвокатов Оренбургской области, ННО
«Оренбургская областная коллегия адвокатов»),
Адрес: 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 20В, офис 414
Телефон:

Заказчик (копия):
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Новоорская районная больница» (ГАУЗ «Новоорская РБ»)
Контактное лицо:
Телефон / факс: (35363) 7 66 09
Адрес: 462800, Оренбургская область,
п. Новоорск, ул. Булдакова, д. 2
E-mail:

W

20.08.18

Закупка № 31806773796

ЖАЛОБА

На официальном сайте Российской Федерации ЕИС в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru> была опубликована информация о проведении электронного аукциона на право заключения договора поставки кабинета флюорографического передвижного с цифровым флюорографом (извещение № 31806773796).

ЗАО «Уралрентген» не может принять участие электронном аукционе и мотивирует свою позицию следующим.

1) В ДООАЭФ отсутствует обоснование НМЦД, что является нарушением п. 5 ч. 10 ст. 4 Закона 223-ФЗ:

- в документации о конкурентной закупке должны быть указаны сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Минэкономразвития России в Письме от 27 мая 2015 г. № Д28и-1391 указало, что обоснование начальной цены договора должно содержаться в документации о закупке.

2) В п. 8.2 и п. 8.6. проекта договора заказчик указывает ответственность в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

В ПП РФ № 1042 указано, что в соответствии со статьей 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области

Вх № 6170 20.08.2018/16 48

Следовательно, вышеуказанное постановление распространяется исключительно на закупки, регулируемые Законом 44-ФЗ, и не может применяться в рамках закупок по Закону 223-ФЗ.

В технической части указана необходимость программного обеспечения в составе кабинета флюорографического передвижного с цифровым флюорографом.

Тогда по логике заказчика должен стоять запрет, установленный Постановлением Правительства РФ № 1236, которое необходимо применять для закупок по Закону 44-ФЗ.

3) Согласно п. 10 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.) включение в документацию о закупке требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики такого товара, его использования является ограничением конкуренции.

Техническое задание свидетельствует о конкретном производителе НПАО «АМИКО» и продукте аппарат - приставка для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО».

Необходимо обратить внимание, что только в аппарате АПЦФ-01-«АМИКО» используется технология сканирующего ЦПРИ (линейный детектор). Иные производители используют матричную технологию.

Заказчик указал, необходимость применения именно технологии сканирующего ЦПРИ (линейный детектор), что исключает возможность предложить аппарат иного производителя.

Необходимо отметить, что данная ситуация касается и ряда иных параметров, указанных в техническом задании.

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются следующими принципами:

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В силу ч. 6.1. ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, *требования к товарам*, информации, работам, услугам *при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки*, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями ст. 18.1 Закона 135-ФЗ

ПРОШУ:

1) Запретить заключение контракта по результатам электронного аукциона до рассмотрения жалобы.

2) Провести проверку закупки и выдать предписание заказчику о внесении изменений в документацию и извещение электронного аукциона или об аннулировании закупки;

Приложения (копии):

- 1) Извещение о проведении закупки.
- 2) Свидетельство ОГРН.
- 3) Свидетельство ИНН.
- 4) Документ на руководителя ЗАО «Уралрентген».
- 5) Ордер на адвоката (оригинал).

адвокат