

Смирнов Г.А.
от 2018
29.08.2018

Свердловское УФАС России
 Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
 Телефон/факс: (343)377-00-83/377-00-84
 E-mail: to66@fas.gov.ru

Жалоба на действия комиссии заказчика

2.	Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" Почтовый адрес 624440, Свердловская обл, г Красноурьинск, ул Чкалова, дом 20 Контактный адрес электронной почты mut73@mail.ru Телефон 7-34384-65880 Факс 7-34384-65880 Комиссия заказчика Председатель комиссии Крылова Ирина Владимировна Зам. председателя комиссии Чепайкина Светлана Васильевна Член комиссии Касилова Юлия Владимировна Член комиссии Шмелёва Анна Александровна Секретарь Паршина Юлия Александровна
3	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Наименование электронной площадки в сети Интернет «Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU» Адрес электронной площадки в сети Интернет http://estp.ru/
4	Сведения об участнике размещения заказа	Общество с ограниченной ответственностью «Латрек»; Место нахождения: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, Рабочий поселок Кольцова, улица Технопарковая, д. 10, офис 207; Телефон / факс +7 (383) 2436007; E-mail: latrec@bk.ru
5	Сведения о размещаемом заказе	Наименование объекта закупки Поставка расходного материала Начальная (максимальная) цена контракта 2 232 800,00 ЗАКУПКА № 31806820638 Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика) 23.08.2018 в 13:00 (МСК+2) Рассмотрение заявок Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени заказчика) 23.08.2018 в 13:00 (МСК+2) Дата и время подведения итогов (по местному времени заказчика) 24.08.2018 в 16:00

Смирнов → Смирнов → Жалобы → ООО Латрек (№ 0638) № 08 2018 г.
 Вх. № *01-18480*
 «08» 08 2018 г.

23.08.2018 года в единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о Запросе котировок в электронной форме на право заключения договора расходного материала (номер извещения в ЕИС 31806820638).

Общество с ограниченной ответственностью «Латрек» подала заявка на участие в запросе котировок (Заявке был присвоен порядковый номер 125785.), полностью соответствующая требованиям документации.

Однако заказчик в ходе рассмотрения заявок отклонил заявку Общества с ограниченной ответственностью «Латрек» на основании п.п. 4 п.10.1 раздела 10 Положения о закупке ГАУЗ СО "КГБ" и указал причину отклонения Несоответствие участника закупки требованиям котировочной документации, при этом заказчик не указал обстоятельства выявления факта несоответствия (не указал что именно не соответствует требованиям документации), не указал сведения, полученное Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают факт несоответствия заявки участника

Это противоречит части 6 статьи 3 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» а также п. 4 п.10.1 раздела 10, пп.5 и 6 пункта 2.3.2. Положения о закупке ГАУЗ СО "КГБ"

Кроме того, обращаем внимание на то, что в соответствии с техническими условиями по позиции 6 аукционной документации участником был предложен товар "Набор аспирационных катетеров ASAP, компании Merit medical США, полностью удовлетворяющий требованиям заказчика.

Между тем, иные медицинские изделия не могут быть предложены по данным позициям, поскольку не соответствуют всем требованиям документации по следующим основаниям:

Название аспирационного катетера, размер 6F	Длина катетера, см	Длина сегмента быстрой смены, см	Площадь аспирации проксимальной части, мм ²	Площадь аспирации дистальной части, мм ²	Скорость аспирации	Диаметр дистального shaft, мм	Диаметр проксимального shaft, мм	ссылка на каталог производителя
Техническое описание	140	20	0,81	0,89	1,44 мл/сек	1,73	1,39	
Terumo Eliminate	140	23	0,95	0,79	н.д	1,7	1,4	http://www.nda.ru/terumo/eliminate.html http://www.terumo-europe.com/en-emea/interventional-cardiology/coronary-intervention-products/aspiration-catheter/eliminate%E2%84%A2-aspiration-catheter
REBIRTH Goodman	136	22	н.д	н.д	н.д	1,62	1,38	http://elaine.ee/wp-content/upload

								s/2013/04/Rebirth-Pro.pdf
Export Medtronic	140	н.д	н.д	н.д	н.д	1,73	н.д	http://medtronic.dev.magwai.ru/catalog/chreskozhnye-koronarnye-vmeshatelstva/aspiratsionnye-katetry-export-advance/ http://www.invamedrus.ru/index.php?nn=2&cid=47&pid=53
QuickCat Extraction Catheter Boston	145	10	н.д	0.858	1,16 мл/сек	н.д	н.д	http://groupaics.org/wp-content/uploads/2015/07/QuickCat-Brochure.pdf
Аспирационный катетер Qualimed	136		н.д	н.д	н.д	1,42	1,37	http://www.qualimed.de/downloads/Qualimed_Catalogue.pdf
Capturer iVascular	140	17,5	0.99	0,89	1.70 мл/сек	1,62	1,39	file://era/zm/users/ryndina/Downloads/IFU-SCREEN_capturer_rev02_mar-2017.pdf http://www.ivascular.global/interventional-coronary/capturer/

На основании изложенного, согласно пункту 2 части 10 статьи 3 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО «Латрек» обоснованной.
2. Приостановить закупку на время рассмотрения жалобы.
3. Выдать заказчику предписание об отмене протоколов подведения итогов.

Управляющая

Непомнящая Г.Г.

