

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службой по Санкт-
Петербургу

Владимирову Вадиму Валерьевичу

199004, Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова, д.13,
лит.А

Электронная почта: to78@fas.gov.ru

От участника закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД МЕДИКАЛ»

Юридический адрес: 197022, г.Санкт-Петербург,

ул.Всеволода Вишневского, д.11 лит.А, пом.12Н

Почтовый адрес: ООО «РосУчет» (для ООО «ГРАНД МЕДИКАЛ»),

197022, г.Санкт-Петербург, а/я 14

+7 (812) 454-47-07, + 7 921 580-92-50,

8 800-234-78-10, info@grandmedical.ru

ЖАЛОБА

на действия Заказчика по 223-ФЗ

1.Сведения о закупке:

«13» сентября 2018 г. была размещена актуальная версия Извещения (Закупка №31806913093) о проведении открытого конкурса на право заключения договора на Поставку медицинского оборудования с принадлежностями для отделения лучевой диагностики в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Предмет закупки—Поставка медицинского оборудования с принадлежностями для отделения лучевой диагностики, начальная максимальная цена договора 14 903 683 рублей 00 копеек.

2.Сведения о Заказчике:

Заказчиком выступило Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 83" (далее — Государственный заказчик) (Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, Большой ПС, дом 10, корпус литер А. Адрес места нахождения: 197198, г Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., дом 10, корпус литер А, ИННКПП 7813047791/781301001, ОГРН 1037828007513, Контактное лицо Лаврушина Галина Владимировна, Электронная почта policlin83@yandex.ru, Телефон +8 (812) 4988577, Факс +8 (812) 4988577). Врио главного врача поликлиники Журавлев С.В.

Согласно информации, размещенной на электронной площадке срок предоставления документации: с «12» сентября 2018 г. по «27» сентября 2018 г.

3. доводы жалобы:

В ходе оценки отдельных медико-технических характеристик универсального цифрового аппарата, указанных в конкурсной документации № 31806913093 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 83", нами установлено следующее:

Согласно требованиям технического задания по совокупности отдельных параметров ни один производитель оборудования «Универсальный цифровой рентгеновский аппарат с U-образным кронштейном для производства цифровых рентгеновских снимков в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на CD и DVD, пересылки изображений на диагностические станции и архивные станции, распечатки диагностических изображений на пленке», за исключением компании «AGFA HealthCare, NV, Бельгия», не соответствует требованиям Заказчика.

По данным из открытых источников, в том числе по аукционам, опубликованном в интернете ограничивающими параметрами, являются:

Параметр	Требования к наличию функции или характеристикам параметра	
Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с ручки-держателя корпуса плоскопанельного детектора	Наличие	Отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300

Наличие замкнутой системы управления током рентгеновской трубки, пиковым напряжением и нитями накала	Наличие	Отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Размещение фотодиодов на единой стеклянной пластине размером, не менее, см	43 x 43	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Сохранение изображения в памяти плоскопанельного портативного детектора в случае сбоя принимающей станции	Наличие	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Программное обеспечение, обеспечивающее автоматическую калибровку плоскопанельного портативного детектора, получение и обработку изображения	Наличие	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Синхронизация генератор-трубка-плоскопанельный детектор для работы по стандарту Full Leg Full Spine: получение составных изображений позвоночника и нижних конечностей	Наличие	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Синхронизация генератор-трубка-плоскопанельный детектор для выполнения 2-х последовательных экспозиций	Наличие	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Синхронизация генератор-трубка-плоскопанельный детектор для выполнения 3-х последовательных экспозиций	Наличие	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300
Синхронизация генератор-трубка-плоскопанельный детектор для выполнения 4-х последовательных экспозиций	Наличие	Параметр отсутствует у других производителей, специфично для AGFA DX-D 300

По нашему мнению, «заточка» технического задания Заказчика под единственного производителя является нарушением пункта 2, части 1 ст.3 ФЗ-223, а также ст. 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заказчиком нарушены требования пункта 2 части 1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, а также ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в соответствии с которой при проведении торгов, запрещаются действия, которые приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции,

На основании изложенного, руководствуясь
требованиями действующего законодательства РФ,

ПРОШУ:

1. Провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения ФЗ-223 и ст.17 ФЗ-135 «О защите конкуренции»
2. обязать Заказчика в установленные законом сроки внести изменения в техническое задание открытого конкурса на поставку медицинского оборудования с принадлежностями для отделения лучевой диагностики

Директор по развитию

ООО «ГРАНД МЕДИКАЛ»



Мудновский М.В.

Приложения:

Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего жалобу на 1 листе.

**Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Медикал»
197022, Санкт-Петербург г, Всеволода Вишневого ул., д.11 лит.А,
пом. 12 Н, т. +7(812) 936-72-43, т. бухгалтерии +7(812)234-63-95**

Доверенность №12

г. Санкт-Петербург

21 сентября 2018 года

Настоящая доверенность выдана Директору по развитию Чудновскому Михаилу Владимировичу, паспорт серия 4005 №567155, выдан 25 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 21.06.2005 года, проживающему по адресу г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 137, корпус 1, кв. 1214 в том, что ему доверяется представлять интересы Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД МЕДИКАЛ» во всех отношениях с представителем УФАС по Ленинградской области, а именно:

1. Предоставлять и получать от УФАС по Санкт-Петербургу необходимые документы и сведения;
2. Подписывать договоры, необходимые документы, заявления и формы от имени Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД МЕДИКАЛ»;
3. Совершать иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком на один год без права передоверия

Образец подписи Чудновский Михаил Владимирович _____ удостоверяю.

Директор ООО «ГРАНД МЕДИКАЛ» _____

