

+7 (384) 277-71-28

e-mail: newth42@mail.ru

Новые Технологии

652612, Кемеровская обл., г. Белово, ул. 1 Мая, дом 144, корпус А
ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург, р/с 40702810210380006884,
к/с 30101810240300000707, БИК 044030707, ИНН 4202050058, КПП 420201001

Исх. № 6/н от 23.10.2018г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Крым и городу Севастополю.

Адрес: 295000, Республика Крым, город
Симферополь, улица Александра Невского, 1 Тел./факс
+7 (3652) 544-638, +7 (499) 755-23-23 (доб. 082-100)Е-
mail: to82@fas.gov.ru

Жалоба на действия заказчика по электронному аукциону На поставку анализатора гематологического

Заказчик:

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 299002, Севастополь г, УЛ
ЛЕВАНЕВСКОГО, ДОМ 25

Адрес электронной почты: 4_hospital@mail.ru

Номер контактного телефона: 8 (0692) 71-50-32

Ответственное контактное лицо: Чередниченко Валерий Анатольевич

Заявитель (участник закупки):

Наименование: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Юридический адрес: 652612, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 мая, дом 144, корпус А
ИНН: 4202050058, КПП 420201001, ОГРН 1154202001238

Номер контактного телефона: 89062189064

E-mail: newth42@mail.ru

Контактное лицо: Драгулов Михаил Иванович

Номер извещения: 0374200004218000194

Дата публикации извещения: 16.10.2018 12:12 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное
время) По местному времени организации, осуществляющей закупку.

Вх. №	4046
« 14 »	10 2018 г.
Подпись	

16.10.2018 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" (Далее Заказчик) разместила на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru извещение № 0374200004218000194 Электронный аукцион на поставку анализатора гематологического.

В соответствии с п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки должна содержаться, в том числе, следующая информация: краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных ст. 33 Закона о контрактной системе, информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

Заказчиком согласно извещения о проведении электронного аукциона от 16.10.2018 №0374200004218000194 размещена следующая информация:

Извещение о проведении электронного аукциона	
для закупки №0374200004218000194	
Общая информация	
Номер извещения	0374200004218000194
Наименование объекта закупки	На поставку анализатора гематологического
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	РТС-тендер
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.rts-tender.ru
Размещение осуществляет	Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
Контактная информация	
Организация, осуществляющая размещение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
Почтовый адрес	Российская Федерация, 299002, Севастополь г, УЛ ЛЕВАНЕВСКОГО, ДОМ 25
Место нахождения	Российская Федерация, 299002, Севастополь г, УЛ ЛЕВАНЕВСКОГО,

Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Дополнительная информация
Информация о процедуре закупки

ДОМ 25
Чередниченко Валерий Анатольевич
4_hospital@mail.ru
(0692) 71-50-32
Информация отсутствует
Информация отсутствует

Дата и время начала подачи заявок

Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение

Дата и время окончания подачи заявок

24.10.2018 10:00

Место подачи заявок

РТС-тендер

Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок осуществляется согласно документации об электронном аукционе, п.20 части 1.1 Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников

25.10.2018

Дата проведения аукциона в электронной форме
--

29.10.2018

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта

313400.00 Российский рубль

Источник финансирования

бюджет субъекта Российской Федерации

Идентификационный код закупки

182920300719992030100100710070000000

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги
--

299002, г. Севастополь, ул. Леваневского, 25
--

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
--

с момента заключения договора в течение 7 рабочих дней, единоразово

Объект закупки

Российский рубль

Наименование товара, работы, услуги по КТРУ	Код позиции	Характеристики товара, работы, услуги			Единица измерения	Количество	Цена за ед.изм.	Стоимость
		Наименование	Значение	Единица измерения				
Гематологический анализатор	26.51.53.190				Штука	1	313400.00	313400.00

Итого: 313400.00 Российский рубль	
Преимущества и требования к участникам	
Преимущества	Не установлены
	1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
	Дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам	2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
	Дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничения и запреты	1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
	Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Обеспечение заявок	
Обеспечение заявок не требуется	
Обеспечение исполнения контракта	
Требуется обеспечение исполнения контракта	
Размер обеспечения исполнения контракта	15670.00 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта предусмотрен п.29 документации об аукционе в электронной форме
	"Номер расчётного счёта" 40601810967111000001
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта	"Номер лицевого счёта" 20746Щ83140
	"БИК" 046711001
Дополнительная информация	Информация отсутствует
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.	

п/п	е товара	№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей, которые не могут изменяться	Максимальное и (или) минимальное значение показателей	Требования к показателям	изм.	л-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Гематологический анализатор	1.1	Общие требования:	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития		наличие	шт	1
				Сертификат соответствия Госстандарта России или письмо ВНИИС об отсутствии необходимости обязательной сертификации		наличие		
				Инструкция по эксплуатации на русском языке		наличие		
				Гарантийное сервисное обслуживание и методическая поддержка	не менее 12 месяцев			
				Обучение на рабочем месте специалистов		наличие		
		1.2	Исследуемые образцы:	цельная кровь (венозная, капиллярная)		соответствие		
		1.3	Производительность:		не менее 60 исследований в час			
		1.4	Система реагентов:	Закрытая система: для подключения реагентов к анализатору требуется считать бар-		соответствие		

			код, содержащий всю необходимую информацию для автоматическо го мониторинга реагентов.			
			Возможность работы на реагентах отечественного производства		Наличие	
	1.5	Количество параметров:	в том числе:	не менее 20		
			количество лейкоцитов (WBC)		наличие	
			количество лимфоцитов в лейкоцитах (LYM/LY)		наличие	
			количество средних клеток в лейкоцитах (MID)		наличие	
			количество гранулоцитов в лейкоцитах (GRA/GR)		наличие	
			содержание лимфоцитов в лейкоцитах (LYM%/LY%)		наличие	
			содержание средних клеток в лейкоцитах (MID%)		наличие	
			содержание гранулоцитов в лейкоцитах (GRA%/GR%)		наличие	
			гемоглобин (HGB)		наличие	
			количество эритроцитов (RBC)		наличие	
			гематокрит (HCT)		наличие	
			средний объем эритроцита (MCV)		наличие	
			среднее содержание гемоглобина в		наличие	

				эритроците (MCH)				
				средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)		наличие		
				относительная ширина распределения эритроцитов по объёму RDW-SD, стандартное отклонение		наличие		
				относительная ширина распределения эритроцитов по объёму RDW-CV, коэффициент вариации		наличие		
				число тромбоцитов (PLT)		наличие		
				средний объем тромбоцита (MPV)		наличие		
				тромбокрит (PCT)		наличие		
				ширина распределения тромбоцитов (PDW)		наличие		
				коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)		наличие		
	1.6	Количество гистограмм:	в том числе:	не менее 3				
			гистограмма соотношения размеров и количества эритроцитов		наличие			
			гистограмма соотношения размеров и количества лейкоцитов		наличие			
			гистограмма соотношения размеров и количества тромбоцитов		наличие			
	1.7	Объем образца:	цельной крови (для одного	не более 9,8 мкл				

		измерения)		
		при разведении (для одного измерения)	не более 20 мкл	
1.8	Количество реагентов для работы:		не более 3х	
1.9	Периодичность цикла промывки:	Возможность программирования оператором		наличие
1.1.0	Принцип определения:	Импедансный принцип определения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов		соответствие
		Колориметрический (фотометрический) метод определения концентрации гемоглобина		соответствие
1.1.1	Количество измерительных камер:		не менее 2х	
1.1.2	Диаметр апертур:	в лейкоцитарно-гемоглобиновой измерительной камере:	не более 80 мкм	
		в камере эритроцитарно-тромбоцитарной камере:	не более 50 мкм	
1.1.3	Очистка апертуры:	высоковольтным разрядом		наличие
		гидравлическая		наличие
		моющим раствором		наличие
1.1.4	Система подачи образца:	Забор из открытой пробирки зондом пробоотборника		соответствие
1.1.5	Калибровка:	Автоматическая по результатам измерений	не менее 20 измерений	
		Ручная по факторам для определения		соответствие

			эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, тромбоцитов и среднего объема эритроцитов				
		1.1 6	Память:	Сохранение в памяти результатов измерений:	не менее 50000		
		1.1 7	Контроль качества:	Количество параметров контроля качества:	не менее 20		
				Графики L-J (графики Леви- Дженнинга)	не менее 20 контрольн ых материало в		
					не менее 500 результато в по каждому контрольн ому материалу		
				Графики X-B	не менее 2000 образцов		
				Графики X-R	не менее 60 групп		
					не менее 10 образцов в группе		
		1.1 8	Коэффициент вариации:	при определении лейкоцитов:	не более 2,0%		
				при определении эритроцитов:	не более 1,5%		
				при определении гемоглобина:	не более 1,5%		
				при определении гематокрита:	не более 1,5%		
				при определении среднего объема эритроцита:	не более 0,4%		
				при определении	не более 4%		

			тромбоцитов:		
1.1	Погрешность	при	не более		
9	между	определении	0,5%		
	измерениями:	лейкоцитов:			
		при	не более		
		определении	0,5%		
		эритроцитов:			
		при	не более		
		определении	0,5%		
		гемоглобина:			
		при	не более		
		определении	1%		
		тромбоцитов:			
1.2	Интерфейсы	Порт RS-232		наличие	
0	связи:	Порт USB	не менее 2х		
		Порт PS/2	не менее 2х		
1.2	Язык	Русский		соответст	
1	интерфейса:			вие	
1.2	Способ ввода	при помощи		наличие	
2	данных:	сенсорного			
		экрана			
		при помощи		наличие	
		клавиатуры и			
		мышь			
1.2	Дисплей:	Цветной,		соответст	
3		сенсорный,		вие	
		встроен в			
		корпус			
		прибора.			
		диагональ:	не менее 10,4 дюйма		
		разрешение:	не менее 640x480		
1.2	Уровни доступа		не менее 4х		
4	пользователей к				
	управлению				
	прибором:				
1.2	Регистрация	по номеру:		наличие	
5	пациента:	по возрасту:		наличие	
		по полу:		наличие	
		по номеру		наличие	
		медицинской			
		карты:			
1.2	Принтер:	Встроенный		наличие	
6		термальный.			
		Возможность		наличие	
		подключения			
		внешнего			
		принтера.			
1.2	Питание:	напряжение:	Не менее 220 В		
7		частота:	Не менее 50 Гц		
1.2	Энергопотребле		не более		

	8	ние:		96 ВА			
	1.2 9	Габариты:		Не более 440х365х3 75 мм			
	1.3 0	Вес:		не более 18,7 кг			
	1.3 1	Вариант размещения:	Настольный		Соответст вие		
	1.3 2	Температурный режим эксплуатации		Не менее 15 °С Не более 35 °С			
	1.3 3	Класс потенциального риска		Не выше 2а			
	1.3 4	Сервисное обслуживание	Наличие авторизованно го производите л м сервисного центра на территории РФ		Соответст вие		
	1.3 5	Внутренний компьютер анализатора:	Одноплатный промышленны й компьютер EMB-3680 или эквивалент		наличие		
			Процессор AMD LX или эквивалент		наличие		
	1.3 6	Стартовый набор реагентов и расходных материалов			Наличие		1

Согласно подпункту «и» пункта 1 требований к форме плана-графика закупок товара, работ, услуг утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (ред. от 16.08.2018) "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" (далее-Требования) описание объекта закупки, может включать в том числе его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), **позволяющие идентифицировать предмет контракта** с учетом положений статьи 33 Федерального закона, включая информацию о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае закупки лекарственных средств - международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований - химические, группировочные наименования указываются в соответствии с наименованием из государственного реестра лекарственных средств.

Исходя из выше описанного следует, что закупка, размещенная в плане-графике не может быть идентифицирована с предметом контракта, так как в описательной части характеристик плана-графика закупаемого медицинского оборудования отсутствуют какие либо параметры, позволяющие, хотя бы каким то образом сопоставить закупаемый гематологический анализатор описываемый положениями документации об электронном

аукционе извещение № 0374200004218000194 с информацией указанной в плане-графике № 2018037420000420020001

Кроме того план-график в части условий закупки содержит информацию о периодичности поставки товаров выполнения работ и оказания услуг – один раз в год. Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)- информация отсутствует.

ИНФОРМАЦИЯ	ПОСЛАНИЕ	ЗАКАЗЧИК	ЗАКАЗЧИК	ЗАКАЗЧИК
Идентификационный код закупки в плане закупок	1829209607109992030100100700000000			
Идентификационный код закупки в плане-графике	182920960710999203010010071000000000			
РАЗМЕР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА				
Размер обеспечения исполнения контракта	13 670 000 рублей			
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКЕ				
Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)				
Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Один раз в год		

Однако извещение о проведении электронного аукциона содержит следующую информацию:

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	с момента заключения договора в течение 7 рабочих дней, единоразово
--	---

Кроме того проект контракта являющийся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе п 2.2. содержит информацию: «Срок поставки продукции: с момента заключения договора в течение 7 рабочих дней, единоразово».

Отсюда следует, что информация о сроках поставки размещенная в плане-графике не соответствует информации размещенной в извещении о проводимой закупке и положениям установленных документацией об электронном аукционе для проведения закупки на поставку гематологического анализатора. Заказчик не правомерно установил срок 7 рабочих дней. Сведения о поставки в 7 рабочих дней отсутствуют в плане-графике Заказчика.

В соответствии с ч.ч. 11, 12 ст. 21 Закона о контрактной системе Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона о контрактной системе. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.

Таким образом, наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе и информация о сроках поставки товара устанавливается Заказчиком в извещении о проведении закупки и документации о закупке на основании плана-графика, при этом изменение наименования и характеристик объекта закупки в извещении и документации об электронном аукционе не допускается на основании ч.ч. 11, 12 ст. 21 Закона о контрактной системе.

Считаем, что документация об электронном аукционе № 0374200004218000194 не соответствует нормам законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Заказчиком исходя из положений документации об электронном аукционе в целях обоснования установления начальной (максимальной) цены контракта на поставку анализатора гематологического, был проведен анализ рынка путем направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам, обладающим опытом поставок. Для определения начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовалась информация, полученная от трех различных поставщиков, указанная в следующих источниках:

- 1) Коммерческое предложение: Источник цены 1 вх. б/н от 05.10.2018;
- 2) Коммерческое предложение: Источник цены 2 вх. б/н от 05.10.2018
- 3) Коммерческое предложение: Источник цены 3 вх. б/н от 05.10.2018.

Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" Заказчик имеет специально разработанный механизм для определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – это Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Исходя из таких рекомендаций участник закупки приходит к выводу, что заказчику необходимо направить запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю) содержащий: подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги; перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем); основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества; По своей сути содержание запроса по сбору коммерческих предложений содержит всю необходимую информацию для Заказчика, являющейся критерием для установления требований, в последствии, устанавливаемых при размещении информации в плане графике Заказчика по осуществлению закупки, а так же извещением о проводимой закупке, информационной карты являющейся частью документации об электронном аукционе. Таким образом направленный запрос поставщикам с содержанием технического задания являющейся описанием объекта закупки по своей сути обязан соответствовать техническому заданию установленному Заказчиком в составе документации об электронном аукционе.

Однако следует отметить, что план закупок и план-график для закупки извещение № 0374200004218000194 Электронный аукцион анализатора гематологического в части описания объекта закупки не содержит информацию касаясь характеристик о закупаемом оборудовании. В связи с чем, есть основание полагать, что заказчик при запросе коммерческих предложений руководствовался, так же как и те кто предлагал предложения основываясь лишь на требованиях о поставке «анализатора гематологического», без каких либо требований к характеристикам. Отсюда следует, что установление Заказчиком в документации об

электронном аукционе дополнительных требований к товару в описательной части объекта закупки будет, являться избыточным требованием, которое приведет к ограничению конкуренции. Так как стоимость гематологического анализатора не соответствует указанной максимальной начальной цене контракта.


Выводы о стоимости гематологических анализаторов можно проверить по ссылке:
<https://tiu.ru/Gematologicheskij-analizator.html>



970 000 руб.

В наличии

Автоматический
гематологический




370 000 руб.

Оптовые цены

В наличии


Гематологический
анализатор для ветеринарии



2 873 486 руб.

В наличии

5-dif Анализатор
Гематологический Модель



407 451 руб.

В наличии

Гематологический
анализатор HEMA-SCREEN

При формировании технического задания заказчику в рамках закона предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности. Однако из буквального толкования вышеприведенных положений Закона о контрактной системе следует, что заказчики, осуществляющие закупку по правилам Закона о контрактной системе, при описании объекта закупки должны таким образом прописать требования к закупаемым товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с такими характеристиками, которые ему необходимы, а с другой стороны, не ограничить количество участников закупки.

Заказчиком формально была проведена процедура сбора коммерческих предложений без характеристик товара. А в момент размещения документации об электронном аукционе Заказчик решил переиграть закупку указанную в плане-графике, указав сведения в аукционной документации не предусмотренные планом графиком в виде дополнительных характеристик требований к товару. В связи с чем, есть достаточно оснований полагать, что Заказчик лоббирует интересы определенного поставщика.

Обращаем внимание, что Заказчик положениями документации об электронном аукционе в части описания объекта закупки установил требование к товару:

1.35	Внутренний компьютер анализатора:	Одноплатный промышленный компьютер EMB-3680 или эквивалент		наличие
		Процессор AMD LX или эквивалент		наличие

В соответствии со статьей 6 Закона о контрактной системе контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, а также обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04. 2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком в описании объекта закупки

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. **Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент"** либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

Указание в описательной части закупки на Внутренний компьютер анализатора: Одноплатный промышленный компьютер EMB-3680 или эквивалент; Процессор AMD LX или эквивалент является прямым нарушением п.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04. 2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как Заказчик установил конкретную конкретную модель материнской платы и модель процессора не существующего на сегодняшний день. Ни один из участников закупки законным способом не сможет предоставить установленные в документации эквиваленты.

Установленная характеристика в описательной части объекта закупки EMB-3680 не является товарным знаком. Так как EMB-3680 – это серия материнской платы(ее модель). Комплектующее входящее в состав устройства для обработки информации. Материнская плата является платформой на которую устанавливаются другие элементы вычислительной системы. Данная материнская плата не имеет аналогов в принципе. А если аналог приближен к эквиваленту, то и эквивалента так же не существует. Материнская плата EMB-3680 комплектуется только с помощью семейства процессоров AMD Geode™ LX. Такими процессорами служат AMD LX 700/800/900. Каждый из перечисленных процессоров имеет свои специфические особенности. Работает на заданной производителем частоте имеет определённые встроенные вычислительные процессы. Процессора AMD LX у предприятия выпускающего процессоры под товарным знаком AMD не существует. Данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте компании AMD в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по ссылке . <https://www.amd.com/ru/products/> Кроме того Заказчик может убедиться что Материнская плата «EMB-3680» и Процессор «AMD LX» не являются товарным знаком, через реестр на сайте Роспатента. Заказчик профессионал своего дела, поэтому не знание, что такое товарный знак и что такое серия, модель, патент не может освободить Заказчика от ответственности в связи с несоблюдением норм федеральной контрактной системы.

Другими словами Заказчик в нарушение ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04. 2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установил не допустимые характеристики законом о контрактной системе в части описания объекта закупки в первом случае модель материнской платы EMB-3680 сопроводив словами «или эквивалент», во втором случае не существующий процессор AMD LX сопроводив словами «или эквивалент».

В данной ситуации потенциальные участники закупки не смогут сформировать заявки для участия в электронном аукционе отвечающие всем требованиям документации об электронном аукционе, а это приведет к ограничению количества участников в закупке.

А так же к неэффективному расходованию бюджетных средств, в случае признания победителем открытого электронного аукциона поставщика, чьи интересы лоббирует Заказчик.

Кроме того заказчиком при установлении описания объекта закупки для материнской платы EMB-3680 и процессора AMD LX со словами «или эквивалент», не был установлен сам параметр эквивалентности для требуемой материнской платы и процессора. В связи, с чем участники закупки не смогут предложить эквиваленты требуемого товара. Такие действия Заказчика вводят потенциальных участников закупки в заблуждения. И как следствие, заставляют отказаться от участия в закупке.

Установление заказчиком в документации об электронном аукционе необоснованных избыточных требований, привело к нарушению закона о контрактной системе, Заказчиком были не соблюдены требования предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а так же не соблюдены нормы Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В силу части 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции наряду с установленными частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции запретами при проведении торгов, если организаторами или заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд **запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.**

Принимая во внимания, что Заказчик на один из направленных запросов по разъяснению положений аукционной документации пояснил: *При планировании закупки гематологического анализатора заказчик сравнил несколько моделей различных производителей оборудования по следующим параметрам: производительность; компактные размеры; удобством в эксплуатации; экономичность в работе; высокая аналитическая точность и надежность. А также произвел сравнение не менее трех анализаторов удовлетворяющих условиям описания объекта закупки.*

На основании данного разъяснения потенциальный участник закупки провел анализ анализаторов на рынке и выявил, что Заказчик в разъяснении документации об электронном аукционе предоставил **не верные сведения**, так как удовлетворяющим всем условиям проводимой закупки не существует трех анализаторов.

Все приведенные доводы свидетельствуют о том, что Заказчик не добросовестно отнесся к процедуре проведения закупки и подлежит в случае выявления противоправных действий административному наложению штрафа.

Указанные действия Заказчика приводят к ограничению или устранению конкуренции (в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона "О защите конкуренции" № 135-ФЗ). Кроме того, создание дискриминирующих условий для других поставщиков может косвенно указывать о согласованных действиях заказчика и определенных хозяйствующих субъектов, лоббировании их интересов, что запрещено ст. 17 Федерального закона "О защите конкуренции".

Считаем, что потенциальный участник закупки ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» предоставил необходимые доказательства нарушения Федерального закона от 05.04. 2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в проводимой Заказчиком закупке № 0374200004218000194, что аукционная документация не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе пердусмотренных ч.ч. 11, 12 ст. 21 и п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе, нарушает нормы Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.105 ФЗ от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Просит:

- 1.Признать Жалобу к рассмотрению и признать её обоснованной.
- 2.Провести внеплановую проверку Заказчика.
- 3.Обязать заказчика внести изменения в документацию и план-график.
- 4.Привлечь должностных лиц Заказчика к административной ответственности.

Приложения:

1. Приказ о вступлении в должность генерального директора Обществ с ограниченной ответственностью «Новые технологии».
2. Инструкция к материнской плате ЕМВ-3680 на английском языке, являющейся доказательством, что на материнскую плату модели ЕМВ-3680 не существует возможности комплектовать процессор AMD LX .

Генеральный директор

Нестеров В.В

Э.П.