

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Кемеровской области  
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5  
Телефон/факс: (384 2) 36-42-28/(384 2) 36-77-83  
E-mail: [to42@fas.gov.ru](mailto:to42@fas.gov.ru)

**Жалоба**  
**на положение документации об электронном аукционе**

**1. Сведения о заказчике.**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОКУЗНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА № 1"

Место нахождения: 654057 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-кт Бардина, дом 28  
телефон/факс: +7 (3843) 324647

Адрес электронной почты: [yarkina@1gkb-nk.ru](mailto:yarkina@1gkb-nk.ru)

Ответственное должностное лицо:

**2. Сведения об операторе электронной площадки**

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети  
"Интернет" ОТС-tender

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
<https://otc.ru/tenders/otc/4385238>

**3. Сведения об участнике размещения заказа.**

Общество с ограниченной ответственностью «Ангиоэксперт»;

Место нахождения: 630123, Новосибирская обл, г. Новосибирск, улица Ляпидевского, дом  
31;

Телефон / факс +7 (916) 5535767;

E-mail: [angioexpert@bk.ru](mailto:angioexpert@bk.ru)

**4. Сведения о размещаемом заказе.**

Наименование аукциона: Поставка медицинских изделий

Номер извещения электронного аукциона: №31807054957;

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 107 013,73 руб.

Дата начала подачи заявок 23.10.2018

Дата и время окончания подачи заявок 08.11.2018 08:00

Дата рассмотрения заявок 12.11.2018

Дата подведения итогов 16.11.2018

**5. Указание на обжалуемые действия заказчика, доводы жалобы.**

23.10.2018 года на электронной площадке ОТС-tender было размещено извещение о  
проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на  
поставку медицинских изделий №31807054957.

**6.1. Необъективное описание объекта закупки нарушает антимонопольное  
законодательство и приводит к ограничению числа участников торгов.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона № 135-ФЗ под товаром понимается  
объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в  
оборот.



Согласно пункту 3 статьи 4 Закона № 135-ФЗ под взаимозаменяемыми товарами понимаются товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях).

В силу части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

При этом если организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.


В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются такими принципами, как: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Однако, Заказчиком были установлены уникальные технические характеристики, ограничивающие участие в закупке единственным производителем.

По позиции 11 «Система коронарного стента с лекарственным покрытием» заказчик ограничил поставку единственным медицинским изделием – стентом для коронарных артерий DESyne, компании Elixir Medical Corporation, США, с помощью следующих характеристик:

- Толщина стенки 0.0032 дюйма.
- 8 лучевая структура при диаметре 3.0; 3.5; 4.0мм и 6-лучевая структура при диаметре 2.5; 2.75мм.
- Общая рабочая длина системы доставки 120 см и 140 см.
- Номинальное давление 10 атм
- Расчетное давление разрыва 16 атм
- Содержание 5 мкг препарата Новолimus на каждый миллиметр длины.
- Метакрилатный полимера без праймеров
- Толщина полимерного покрытия 3 микрон
- Диаметры: 2.5мм; 2.75мм; 3.0мм; 3.5мм; 4.0мм.
- Длины: 14, 18, 23, 28, 32, 38 мм.

На фотографии указаны эксклюзивные характеристики данного медицинского изделия:





## УНИКАЛЬНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ


### Лекарственный патентованный препарат **Новолимус**

- » Доказанная безопасность и эффективность
  - Семейство «олимусов» с доказанной клинической эффективностью
  - Активный метаболит Сиролимуса
- » Патентованный препарат помогает достичь высокой клинической эффективности
  - Мощный антипролиферативный препарат, безопасность которого известна

**Толщина стенки 81 микрон или 0.0032 дюйма**

#### Кобальт-хромовая платформа

- » Стент самого низкого профиля (81 микрон) для высокой гибкости и легкости доставки
- » Точное покрытие стенки сосуда для равномерной доставки препарата и дизайн с открытыми ячейками для легкой установки и удаления стента



**Elixir**<sup>®</sup>  
MEDICAL CORPORATION  
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ<sup>®</sup>

Уникальный размерный ряд по длине стентов

| Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) |         |         |         |         |         |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 14                | 18      | 23      | 28      | 32      | 38      |
| 2.5                 | SER2514           | SER2518 | SER2523 | SER2528 | SER2532 | SER2538 |
| 2.75                | SER2714           | SER2718 | SER2723 | SER2728 | SER2732 | SER2738 |
| 3.0                 | SER3014           | SER3018 | SER3023 | SER3028 | SER3032 | SER3038 |
| 3.5                 | SER3514           | SER3518 | SER3523 | SER3528 | SER3532 | SER3538 |
| 4.0                 | SER4014           | SER4018 | SER4023 | SER4028 | SER4032 | SER4038 |

Кроме того, согласно данным Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий стенты, покрытые лекарственным препаратом новолимус, не имеют аналогов, зарегистрированных на территории РФ.

Кроме того, установление завышенных требований к предмету закупки, необусловленных потребностями Заказчика, а приведенных под конкретный товар конкретного производителя и единственного поставщика, создают условия для ограничения конкуренции, не способствуют эффективному расходованию бюджетных средств.

На основании изложенного, и в целях недопущения нарушения законодательства при осуществлении закупки, а также в соответствии со ст.17 Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 2 ч. 10 ст. 3 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

### ПРОСИТ:

1) признать положения документации об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку медицинских изделий №31807054957 не соответствующим действующему законодательству в сфере закупок;

2) обязать Заказчика внести соответствующие изменения в положения документации об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку медицинских изделий №31807054957;

3) приостановить определение поставщика до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.