



# АНКОН

ООО «Анкон», 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 5-я линия, дом 9, офис 305  
Тел./факс (863) 223-67-60;  
Обособленное подразделение в г. Севастополе,  
299003, ул. Коммунистическая, 4А  
Тел./факс (8692) 55-39-70; E-mail: [ankon@ankonmed.ru](mailto:ankon@ankonmed.ru)  
[www.ankonmed.ru](http://www.ankonmed.ru)

Исх. № И19/11

От «19» ноября 2018 г.

✓ В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Республике Крым и г. Севастополю

ул. Ленина, д. 48, г. Севастополь, Российская  
Федерация, 299011

тел. +7 (8692) 54 40 98, факс +7 (8692) 54 60 96  
[to92@fas.gov.ru](mailto:to92@fas.gov.ru)

**ЗАЯВИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «АНКОН»  
(ООО «АНКОН»)

ИНН 9204004465

Адрес местонахождения: 344019 г. Ростов-на-Дону, ул.  
5-я линия, дом 9, офис 305

Почтовый адрес: 299003, г. Севастополь, ул.  
Коммунистическая, дом 4А

Контактное лицо: Дышко Игорь Михайлович

Факс/ Тел. + 7 (8692) 55 39 70

E-mail: [info@ankonmed.ru](mailto:info@ankonmed.ru)

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения Севастополя "Городская больница  
№ 1 им. Н.И. Пирогова"

место нахождения: ул. Адм. Октябрьского, д. 19  
г. Севастополь, Российская Федерация, 299011

почтовый адрес: ул. Адм. Октябрьского, д. 19  
г. Севастополь, Российская Федерация, 299011

Контактное лицо: Золотарева Екатерина Андреевна

Телефон: +7 (8692) 55 97 63, +7(978) 071 53 65

E-mail: [lgb\\_ks@mail.ru](mailto:lgb_ks@mail.ru)

**ЖАЛОБА**

на действия Заказчика – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя  
"Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова", при проведении торгов на поставку лампы  
потолочной операционной бестеневой (в порядке ст. 18<sup>1</sup> Федерального закона от 26.07.2006 г. №

135-ФЗ

«О защите конкуренции»)

Вх. №	4970
« 13 »	11 2019 г.
Подпись	

При проведении торгов на поставку лампы потолочной операционной бестеневой по  
извещению № 0374200000418000538, опубликованному на официальном сайте Единой  
информационной системы в сфере закупок 12.11.2018 г. в 18 часов 17 минуты по местному  
времени (ссылка на электронный аукцион <http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common->

[info.html?regNumber=0374200000418000538](http://info.html?regNumber=0374200000418000538) ) организатор торгов – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова", место нахождения: ул. Адм.Октябрьского, д. 19, г. Севастополь, Российская Федерация, 299011, почтовый адрес: ул. Адм.Октябрьского, д. 19, г. Севастополь, Российская Федерация, 299011, телефон +7 (8692) 55 97 63, ответственное должностное лицо: Золотарева Екатерина Андреевна, телефон +7 (978) 071 53 65.

В ходе рассмотрения и оценки аукционной документации, предоставленной Заказчиком для участия в торгах на поставку лампы потолочной операционной бестеневой от 12.11.2018 г., ООО «АНКОН» были выявлены несоответствия соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере государственных закупок Заказчиком – организатором торгов – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова", а именно – нарушение признака конкуренции среди поставщиков. Данная информация подтверждается исходя из анализа раздела аукционной документации, а именно технического задания, предоставленного Заказчиком. Техническое задание включает в себя раздел «Значение параметра», который представляет собой наличие у Заказчика требований к определённым техническим характеристикам объекта закупки. Данный раздел составлен Заказчиком таким образом, что не позволяет участникам торгов составить добросовестную конкуренцию друг другу, так как позиции отдельных характеристик объекта закупки прописаны под конкретного производителя конкретного медицинского оборудования – **«Светильник потолочный операционный «Эмалед 500-300», производства ЗАО «Завод ЭМА»**, что исключает возможность участия Поставщиков с товаром другого производителя, также в требованиях Заказчика присутствуют намеренно заниженные параметры, ухудшающие характеристики поставляемого товара и присутствуют избыточные требования, не имеющие под собой клинического и технического обоснования, кроме ограничения добросовестной конкуренции.

В частности:

Наименование параметра	Значение параметра*	Комментарий
Форма блоков освещения	7-лепестковая структура или крестообразная	Форма блоков освещения, является особенностью данного производителя и не несет в себе никакого технического или клинического обоснования.
Диаметр блока освещения	не более 625 мм	Ограничение диаметр блока освещения – намеренное ухудшение параметров светильника, чем больше размер блока, тем большее количество источников света можно разместить на куполе блока освещения и, соответственно тем самым увеличивается суммарный световой поток. Правильнее ограничить минимальный параметр – «не менее».
Режим увеличения глубины освещения	наличие	В таком режиме нет необходимости. Чем выше значение глубины освещения,

		тем лучше. В регулировке нет необходимости.
--	--	---

Таким образом компания ООО «Анкон» приходит к выводу, что действия Заказчика направлены на получение преимуществ одним из участников закупки и приводят к «недобросовестной конкуренции». Техническое задание, предоставленное Заказчиком в части, раздела «технические характеристики», часть первая, практически в полном объеме совпадает с техническими характеристиками светильника потолочного операционного «Эмалед 500-300», производства ЗАО «Завод ЭМА». Таким образом можно сделать вывод, что действия Заказчика направлены на получение преимуществ одним из участников закупки и приводят к «недобросовестной конкуренции».

На основании всего вышеперечисленного считаем, что Заказчиком – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова", нарушены:

- пункт 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которая гласит, что недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации;
- часть 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которая гласит, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции;
- часть 2 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая гласит, что конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
- часть 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая гласит, что описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если

при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

### **ПРОСИМ**

1. провести проверку указанных фактов
2. установить нарушения законодательства в документации аукциона и выдать предписание об их устранении
3. принять меры, а именно отменить процедуру закупки до приведения технического задания в соответствии с требованием законодательства РФ.

### **Приложение:**

1. Копии документов, подтверждающих полномочия на подписание жалобы (копии приказов, копии решений) – 4 л.
2. Техническое задание Закупки №0374200000418000538 – 4 л.
3. Технические характеристики светильника потолочного операционного «Эмалед 500-300» согласно данным с официального сайта ЗАО «Завод ЭМА» (<http://ema.su/catalog/svet/stationarny-e-svetil-niki/svetil-nik-operatsionny-j-potolochny-j-2/>) – 2 л.

Директор ООО «Анкон»

М.М.Дышко

