

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниМедикал»
ИНН 7714928559
КПП 770301001
ОГРН 1147746189711
ФИО руководителя и его ДОЛЖНОСТЬ в соответствии с ЕТРС Л
Генеральный директор Буймов Артем Сергеевич
Электронный адрес unimedical@mail.ru
Юридический адрес 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, ком. 10, оф. 88
Контактный телефон +7-951-4720872

000

"ЮНИМЕ

ДИКАЛ"

Подписано цифровой подписью: ООО
"ЮНИМЕДИКАЛ"
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120С303037373134399238353
539,
1.2.643.100.3=120В3031363339343730313530,
1.2.643.100.1=120D31313437334363138393731
31, email=sky-medical@mail.ru,
title=Генеральный директор, ou=Общее
подразделение, o=ООО "ЮНИМЕДИКАЛ",
street=наб. Пресненская, д.12, ком. 10, оф. 88,
l=Москва, st=77 г. Москва, c=RU,
givenName=Артем Сергеевич, sn=Буймов,
cn=ООО "ЮНИМЕДИКАЛ"
Дата: 2018.11.02 10:35:45 +05'00'

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
Телефон/факс: (343)377-00-83/377-00-84
E-mail: to66@fas.gov.ru

02.11.2018
11:15

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниМедикал»
Юридический адрес 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, ком. 10, оф. 88
Почтовый адрес 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, ком. 10, оф. 88
Электронный адрес unimedical@mail.ru

Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения свердловской области "Центр специализированных видов медицинской помощи "Институт медицинских клеточных технологий"
ИНН 6671185689 / КПП 668501001 / ОГРН 1069671014324
Адрес местонахождения: 620026, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Карла Маркса, дом 22, корпус А
Почтовый адрес: 620026, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Карла Маркса, дом 22, корпус А

Извещение №31806986743

Открытый конкурс в электронной форме на поставку комплекта оборудования для лаборатории цитофлуометрии.

Ссылка: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806986743>

Начальная (максимальная) цена договора: 15 519 333,30 рублей.

ЖАЛОБА

на действия Заказчика, нарушающие обязательные требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

25 октября 2018 года Государственным автономным учреждением здравоохранения свердловской области "Центр специализированных видов медицинской помощи "Институт медицинских клеточных технологий" (здесь и далее – Заказчик) было размещено извещение № 31806986743 о проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку комплекта оборудования для лаборатории цитофлуометрии.

Техническое задание Документации о проведении открытого конкурса составлено с грубым нарушением обязательных положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (здесь и далее – Закон № 223-ФЗ), Федерального закона 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (здесь и далее - Закон № 135-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 17. Закона № 135-ФЗ, при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В соответствии с нормами п. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки. При проведении конкурентной закупки обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки.

Вх. № 01-2018

«02» 11 2018 г.

Семь → Андрей → Максим → ООО Юни Медикал (... 6443)

10-15

Из перечисленных правовых норм следует, что аукционная документация в целом не должна содержать в себе условий, которые бы приводили или могли бы привести к ограничению числа участников аукциона, которые не обусловлены объективными потребностями заказчика.

Однако, в нарушение указанных норм, размещенная аукционная документация содержит положения, нарушающие права и законные интересы участников закупки.

Описание требований	Наличие функции или величина параметра (по техническому заданию)	Комментарии
Количество регистрируемых параметров флуоресценции	не менее 10 (не менее 5 каналов флуоресценции для синего лазера, не менее 3 для красного, не менее 2 для фиолетового)	Заявленному требованию Технического задания соответствует только проточный цитофлуориметр Navios производства компании Beckman Coulter. Указанные количества каналов флуоресценции являются технологическим решением, уникальным для конкретной модели цитофлуориметра Navios, однако данное требование не обуславливает очевидных преимуществ как с функциональной, так и с технической точки зрения, поскольку на российском рынке широко представлены проточные цитофлуориметры, которые регистрируют 10 параметров флуоресценции и позволяют полноценно работать во всех областях применения проточного цитофлуориметра, перечисленных в Техническом задании.
Чувствительность	Минимальный размер детектируемых частиц – не более 0,404 мкм Максимальный размер детектируемых частиц – не менее 40 мкм.	Заявленному требованию «Минимальный размер детектируемых частиц – не более 0,404 мкм» Технического задания соответствует только проточный цитофлуориметр Navios производства компании Beckman Coulter. Существуют проточные цитофлуориметры других производителей, позволяющие регистрировать частицы размером от 0,5 мкм, разница в 0,096 мкм не имеет практической значимости и позволяют полноценно работать во всех областях применения проточного цитофлуориметра, перечисленных в Техническом задании.

Таким образом, к поставке может быть предложена единственная модель товара Navios конкретного производителя: Beckman Coulter. Описание объекта закупки направлено исключительно на ограничение числа потенциальных участников закупки, не соответствует целям и задачам осуществления закупочной деятельности.

Участником закупки дважды подавались запросы на разъяснения с целью исключить требование, обязывающее участников поставить товар единственного производителя, а также расширить Техническое задание с целью предложить к поставке эквивалентный товар. В ответах на указанные запросы Заказчиком фактически была признана необходимость внесения изменений в Техническое задание таким образом, чтобы допустить к участию большее количество потенциальных участников.

Однако позднее Заказчиком были внесены изменения, которые вновь ограничили число потенциальных участников закупки, включив в Техническое задание пункты, обязывающие участника поставить товар конкретного производителя. В настоящее время возможность подать запрос на разъяснение, в соответствии со ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ, отсутствует, поэтому Заявителем было принято решение о подаче жалобы в компетентные государственные органы в порядке ст. 18. Закона № 135-ФЗ.

Техническое задание Документации о проведении открытого конкурса намерено ограничивает число участников закупки, не допускает поставить товар, полностью удовлетворяющий потребностям заказчика, обладающий аналогичными техническими и функциональными характеристиками.

Так же прилагаем сравнительную таблицу (приложение 3) двух проточных цитофлуориметром разных производителей, полностью обеспечивающие потребность заказчика к техническим параметрам оборудования.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, ст. 3 Закона № 223-ФЗ, просим:

1. Отменить Открытый конкурс в электронной форме на поставку комплекта оборудования для лаборатории цитофлуориметрии (извещение № 31806986743).
2. Согласно ч. 20 ст. 18.1. и п.3.1. ч. 1 ст. 23 выдать предписание Заказчику об устранении нарушений, связанных с ограничением конкуренции.

Приложения:

- 1) Конкурсная документация 25л
- 2) Раздел II Описание объекта закупки 7л
- 3) Сравнительная таблица 4л
- 4) Учредительные документы 7л


Генеральный директор _____

Буймов Артем Сергеевич

ООО

"ЮНИМЕДИКАЛ"

"



Подписано цифровой подписью: ООО "ЮНИМЕДИКАЛ"

DN: 1.2.643.3.131.1.1=120С303037373134393238353539,

1.2.643.100.3=120В3031363339343730313530,

1.2.643.100.1=120D31313437373436313839373131,

email=sky-medical@mail.ru, title=Генеральный директор,

ou=Общее подразделение, o=ООО "ЮНИМЕДИКАЛ",

street=наб. Пресненская, д.12, ком. 10, оф. 88, l=Москва,

st=77 г. Москва, c=RU, givenName=Артем Сергеевич,

sn=Буймов, cn=ООО "ЮНИМЕДИКАЛ"

Дата: 2018.11.02 10:36:12 +05'00'