

Исх. № 24/02/2021
24.02.2021

Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
От кого: Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Электротехмонтаж"
191015, г. Санкт-Петербург, пер.Фуражный, д.3 литер К пом.14Н, 15Н, комната 18

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок.

1. **Заказчик (организатор торгов):** ПАО «Аэрофлот». Адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1, тел.: +7 (495) 753-81-63.

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются: Члены закупочной комиссии: Д.Ю.Галкин, А.В.Гарнов, Я.К.Белов, А.В.Беркутов, Е.А.Зенченко, Т.В.Зиных, А.А.Зотов, А.В.Иванов, Р.В.Ключиков, В.Г.Николаенко, М.А.Петухов, А.А.Провальский, С.М.Спахова, И.В.Стрыков, Ю.М.Черемных,

2. **Участник Закупки (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Электротехмонтаж", (ООО "ТД "Электротехмонтаж"). Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, пер.Фуражный, д.3 литер К пом.14Н, 15Н, комната 18, тел.(812) 3202074, email: tender202@etm.ru. Контактное лицо: Тимофеева Маргарита Вениаминовна, Timofeeva_mv@etm.ru, +7 (846) 207-54-16 (доб. 116)

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: <https://zakupki.gov.ru/>

4. Номер извещения: 32009827320

Наименование закупки: Рециркулятор бактерицидный (передвижной)

Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме: 21.12.2020

Номер заявки в протоколе: 2724

5. Суть жалобы:

Комиссия заказчика при проведении запроса котировок на поставку рециркуляторов бактерицидных (передвижных) для нужд ПАО «Аэрофлот», при рассмотрении заявок признала победителем участника, подавшего заявку № 501.

Просим признать победу участника № 501 не правомерной в связи с тем что:

1. В извещении о закупке указано наименование товара **Рециркулятор бактерицидный Мегидез МСК 911.1Ф на передвижной платформе или эквивалент.**
2. Победителем лота по протоколу признан рециркулятор **СФЕРА SR-30М** на передвижной платформе
3. Сравнительные характеристики приборов приведены ниже (данные по прибору СФЕРА SR-30М использованы с сайта производителя <https://sferasan.ru/recirculator/>)

| Показатель | Мегидез МСК 911.1Ф на передвижной платформе | СФЕРА SR-30М на передвижной платформе |
|---|---|---------------------------------------|
| Кол-во ламп | 2 | 2 |
| Мощность ламп | 30Вт | 15Вт |
| Суммарная мощность бактерицидных ламп | 60Вт | 30Вт |
| Бактерицидный поток, Вт (Мощность УФ излучения) | 25,2 | ? |
| Производительность | 100 куб.м. | 100 куб. м. |



ООО «ТД «Электротехмонтаж» р/сч 40702810890330001303
Юр. адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, пер. Фуражный, д.3 литер АО «Банк «Санкт-Петербург»
пом.14Н, 15Н, комната 18 ОГРН 1147847063638 ИНН 7804526950
Офис: ул. 9-я Советская, д. 2, г. Санкт-Петербург, 191014 БИК 044030790 КПП 780421001
Тел.: (812) 274-04-47
Тел./факс: (812) 331-10-76 etm@etm.ru www.etm.ru

| | | |
|---|--|---------------|
| Время обеззараживания | 1 час | 2 часа |
| Таймер наработки ламп | есть | нет |
| Типы помещений, где может применяться прибор | 1, 2, 3, 4, 5 (все общественные помещения, включая медицинские кабинеты) | ? |
| Степень обеззараживания по методике расчетов РЗ.5.1904-04 МЗ РФ | 99,90% | ? |

4. Из таблицы видно, что по техническим характеристикам рециркулятор **Сфера SR-30M** является эквивалентом рециркулятору **Мегидез МСК 911.1Ф** из извещения только по показателю производительность.

Приложения:

1. Итоговый протокол №28/2021 – на 3 л. в 1 экз.;
2. Доверенность №1250 06.03.2020г.

Заместитель начальника тендерного отдела



Лясин М.С.