

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**РЕШЕНИЕ**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/33-468/2021**

21 мая 2021 года

г. Владимир

*Резолютивная часть решения оглашена 21.05.2021*

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «Ренессанс-Мед» (г.Москва) на положения документации электронного аукциона на поставку расходных материалов для оперблока для нужд ГБУЗ ВО «ОКОД» (извещение № 0128200000121003150) в присутствии представителя заказчика – ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер»

Заявитель, надлежащим образом, уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечил.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/33-468/2021 Комиссия

**УСТАНОВИЛА:**

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Ренессанс-Мед» (г.Рязань) на положения документации электронного аукциона на поставку расходных материалов для оперблока для нужд ГБУЗ ВО «ОКОД» (извещение № 0128200000121003150).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок и в ней содержатся положения, ограничивающие количество участников закупки.

В частности, в техническом задании аукционной документации для позиции 1 «Степлер циркулярный внутрисветный, одноразового использования» заказчик установил дополнительные характеристики – «Калиброванный, неизменяемый зазор между браншами при полном закрытии аппарата 1 мм», «Диаметр ножа и прорезаемого отверстия не менее 21 мм», «Ширина шкалы компрессии тканей с маркерными полосками зазора не менее 7 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке является циркулярный аппарат Ethicon CDH29A, однако согласно данным производителя диаметр ножа и прорезаемого отверстия равен 20,4 мм, что не соответствует характеристике установленной заказчиком.

Кроме того, информация по характеристикам «Калиброванный, неизменяемый зазор между браншами при полном закрытии аппарата 1 мм», «Ширина шкалы компрессии тканей с маркерными полосками зазора не менее 7 мм» производителем нигде не представлена, данные показатели являются избыточными, заказчиком чрезмерно детализировано описание товара.

По позиции 2 технического задания аукционной документации «Степлер сшивающе-режущий с изогнутой браншей, одноразовый» заказчик установил следующие характеристики «Механический сшивающе-режущий аппарат с анатомически изогнутой рабочей частью для прошивания утолщенной тканей», «Длина ножки открытой скобки не менее 4,8 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке является изогнутый сшивающе-режущий аппарат Ethicon Contour CS40G. Однако данный аппарат предназначен для плотных тканей, имеет длину ножки 4,7 мм, что не соответствует характеристике заказчика.

По позиции 3,4 «Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования» заказчик установил дополнительные характеристики «5. Расстояние от средней части узла артикуляции до проксимальной части браншей не более 2 см», «6. Ширина раскрытия браншей в дистальной части не менее 21 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке по данным позициям является – сшивающий аппарат Ethicon Echelon Flex EC45A, сшивающий аппарат Ethicon Echelon Flex EC60A. Однако информация по данным параметрам производителем нигде не представлена, данные показатели являются избыточными, заказчиком чрезмерно детализировано описание товара.

В техническом задании аукционной документации по позиции 6 «Степлер линейный ручной режущий для открытых операций, одноразового использования» заказчик установил дополнительные характеристики «7. Дистальный край прошивания превышает линию разреза не менее чем на 4 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке является линейно сшивающе-режущий аппарат Ethicon NTLC75. Согласно данным производителя дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки, в зависимости от толщины ткани, что не соответствует характеристике заказчика. Заказчик не может говорить, что дистальный край прошивания превышает линию разреза не менее чем на 4 мм, так как аппарат используется с кассетами различной толщины скобки. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В техническом задании аукционной документации по позиции 10 «Кассеты к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому заказчик установил характеристики «Кассеты со скобами к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому Эшелон 60. Кассеты одноразовые, для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,8 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,8 мм. Длина скобочного шва 60 мм». Наиболее подходящим аппаратом к поставке является кассета одноразовая для аппарата Ethicon Echelon ECR60D.

Согласно данным производителя, кассеты к сшивающему аппарату эндоскопическому Эшелон 60 с высотой закрытой скобки 1,8 мм, длиной ножки открытой скобки 3,8 мм, длиной скобочного шва 60 мм предназначены для прошивания утолщенной ткани, что не соответствует характеристике заказчика. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В техническом задании аукционной документации по позициям 12, 13 «Кассеты к используемым Заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому» заказчик установил характеристики «12. Кассеты со скобами к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому Эшелон 45. Кассета, содержит 58 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке», «13. Кассеты со скобами к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому Эшелон 45. Кассета содержит 58 скобок из титанового сплава, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке». Наиболее подходящим товаров к поставке является по позиции 12 Кассета одноразовая для аппарата Ethicon Echelon ECR45G, по позиции 13 Кассета одноразовая для

аппарата Ethicon Echelon ECR45W. Однако согласно данным производителя кассеты к сшивающему аппарату эндоскопическому Эшелон 45 содержат 70 скоб, что не соответствует характеристике заказчика. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В техническом задании аукционной документации по позиции 14 «Кассеты к используемым Заказчиком в учреждении сшивающе-режущем аппаратам» заказчик установил характеристики «длина ножки открытой скобки 4,8 мм», «высота закрытой скобки 2,0 мм». Наиболее подходящим к поставке является кассета для аппарата Ethicon Contour CR40G. Согласно данным из каталога производителя, аппарат, предназначенный для плотных тканей, высота скобки 2,0 мм имеет длину ножки открытой скобки 4,7 мм, что не соответствует характеристикам заказчика. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В техническом задании аукционной документации по позиции 16 «Клипсы лигирующие (большие)» заказчик установил характеристики «толщина ножки клипсы 1,25 мм», «расстояние между замками 10 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке является Полимерные лигирующие клипсы Grena (Великобритания) (артикул 0301-03L). Однако согласно данным производителя толщина ножки составляет 1,29 мм, расстояние между замками равно 10,2 мм, что не соответствует характеристике заказчика. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В техническом задании аукционной документации по позиции 17 «Клипсы лигирующие (экстра-большие)» заказчик установил характеристику «толщина ножки клипсы 1,25 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке является Полимерные лигирующие клипсы Grena (Великобритания) (артикул 0301-03L). Однако согласно данным производителя толщина ножки составляет 1,29 мм, что не соответствует характеристике заказчика. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В техническом задании аукционной документации по позиции 18 «Устройство для защиты краев операционной раны» заказчик установил характеристику «Ретрактор малый предназначен для использования на брюшной стенке толщиной в диапазоне от 0 см до 4 см». Наиболее подходящим товаром для поставки является ретрактор Ethicon Endopath Dextrus FLR01. Согласно данным производителя рекомендованная толщина брюшной стенки до 4 см. Заказчик некорректно установил характеристику товара, ретрактор не может быть использован на брюшной стенке толщиной 0 см. Заказчик некорректно установил характеристику товара.

В техническом задании аукционной документации для позиции 24 «Мешок хирургический для извлечения тканей» заказчик установил дополнительную характеристику «Длина мешка от 205 мм до 210 мм». Наиболее подходящим товаром к поставке является мешок для извлечения органов и тканей Grena (Великобритания) (артикул 0208-RBM800). Однако согласно данным производителя длина мешка составляет 212 мм, что не соответствует характеристике заказчика. Заказчик установил недостоверные характеристики товара.

В силу изложенного, заявитель просит провести проверку правомерности действий заказчика, признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

Представитель заказчика по существу жалобы пояснил следующее.

Согласно нормам Закона о контрактной системе Заказчик наделен правом устанавливать описание объекта закупки в объеме необходимом и достаточном для обеспечения своих нужд и действительных потребностей. В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения показателя, а так же значения показателей, которые могут изменяться. Указанные нормы свидетельствуют, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики товара, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих

функций медицинского учреждения. При этом заказчик вправе в необходимой Степени детализировать предмет электронного аукциона. Федеральным законом N»44-ФЗ не предусмотрены ограничения по включению в документацию электронного аукциона требования к товарам, являющихся значимыми для заказчика

Указанный в техническом задании позиции 1 «калиброванным неизменяемый зазор между брашнями при полном закрытии аппарата I мм.,.» показатель не является ошибкой или «чрезмерной детализацией». Это важнейший показатель обеспечивает безопасность смыкания головки и аппарата и предотвращает омертвление сшиваемых тканей. Заказчик не обязан приводить необходимые ему характеристики в соответствии с каталогом или другим рекламным буклетом или маркетинговым источником. Заказчик в своей работе может и опирается, в том числе, на использованные ранее продукты, на свой опыт.

Указанный в техническом задании позиции I «Ширина шкалы компрессии ! камей с маркерными полосками зазора не менее 7 мм...» показатель не является ошибкой и «чрезмерной детализацией». Этот показатель дает возможность визуально оценить высоту закрытия скобки (определенную для каждого конкретного вида сшиваемой ткани) перед прошиванием во время операции. Чем шире шкала, тем точнее установка необходимого зазора. Заказчик не обязан приводить необходимые ему характеристики в соответствии с каталогом или другим рекламным буклетом или маркетинговым источником, Заказчик в своей работе может и опирается в том числе на использованные ранее продукты, на свой опыт.

Указанный в техническом задании позиции 1 «Диаметр ножа и прорезаемого отверстия не менее 21мм...» - это техническая ошибка, вызванная тем, что заказчик неточно измерил диаметр ножа имеющегося у него отработанного сшивающего аппарата - должно быть «не менее 20 мм».

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Степлер сшивающе-режущий с изогнутой браншей, одноразовый.

Указанная в техническом задании позиция 7 «Механический сшивающе- режущий аппарат с анатомически изогнутой рабочей частью для прошивания утолщенных тканей...» описывает данное медицинское изделие в соответствии с толщиной прошиваемой ткани, определенными техническими условиями производи теля. Заказчик допущена техническая ошибка, показатель должен быть описан «Длина ножки открытой скобки не менее 4,7 мм».

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования.

Указанный в техническом задании позиции 5 «расстояние от средней части Vi.a артикуляции до проксимальной части браншей не более 2 см» показатель не является ошибкой и «чрезмерной детализацией». Этот показатель определяет, насколько близко к стволу аппарата после его изгиба можно проводить сшивание и рез, т.е. характеризует манипуляционные возможности аппарата в ограниченном пространстве. Заказчик не обязан приводить необходимые ему характеристики в соответствии с каталогом или другим рекламным буклетом или маркетинговым источником, Заказчик в своей работе может и опирается в том числе на использованные ранее продукты, на свой опыт.

Указанный в техническом задании позиции 16 «ширина раскрытия браншей в дистальной части не менее 21 мм» показатель не является ошибкой и «чрезмерной детализацией». Этот показатель определяет, какой объем ткани можно захватить аппаратом т.е. характеризует возможности аппарата при операциях на больших органах. Заказчик не обязан приводить необходимые ему характеристики в соответствии с каталогом или другим рекламным буклетом или маркетинговым источником, Заказчик в своей работе может и опирается в том числе на использованные ранее продукты, на свой опыт.

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Степлер линейный ручной режущий для открытых операций, одноразового использования.

Указанный в техническом задании позиции 7 «Дистальный край прошивания превышает линию разреза не менее чем на 4 мм» показатель не является ошибкой. Этот показатель измеренный именно в мм, а не в количестве скобок, характеризует безопасность прорезания после сшивания. Заказчик не обязан приводить необходимые ему характеристики в соответствии с каталогом или другим рекламным буклетом или маркетинговым источником, Заказчик в своей работе может и опирается в том числе на использованные ранее продукты, на свой опыт.

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Кассеты к используемым Заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому. Кассеты со скобами к используемым Заказчиком в учреждении сшивающим аппаратам эндоскопическим Эшелон 60».

Указанный в техническом задании показатель «для тканей нормальной толщины» не является ошибкой, если имеется в виду кассета ECR60D . В таблице стр. 55, помещенной на англоязычном сайте производителя (Ethicon, США) указано, что кассета применяется для средней и утолщенной ткани. Это в очередной раз подчеркивает, что Заказчик не обязан приводить необходимые ему характеристики в соответствии с каталогом или другим рекламным буклетом или маркетинговым источником, Заказчик в своей работе может и опирается на свои потребности, в том числе на использованные ранее продукты, на свой опыт.

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Кассеты к используемым Заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому. Кассеты со скобами к используемым Заказчиком в учреждении сшивающим аппаратам эндоскопическим Эшелон 45» - позиции 12 и 13.

Показатель «Кассета содержит 58 скобок» является технической ошибкой. Правильное значение - 70 скобок.

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Клипсы лигирующие (большие) -позиция 16.

Показатели «толщина ножки клипсы 1,25 мм и расстояние между замками 10 мм» получены Заказчиком путем измерения реальных клипс, которые ранее использовались.

Правильное значение- толщина ножки клипсы 1,29 мм и расстояние между замками 10,2 мм.

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения Клипсы лигирующие (экстра-большие) – позиция 17.

Показатели «толщина ножки клипсы 1,25 мм» получены Заказчиком путем измерения реальных клипс, которые ранее использовались.

Правильное значение- толщина ножки клипсы 1,29 мм.

Заказчиком закупаются изделия медицинского Устройство для защиты операционной раны.

Указанный в техническом задании показатель «ретрактор малый предназначен для использования на брюшной стенке толщиной в диапазоне «от 0 см до 4 см» не является ошибкой. Необходимое устройство, используемое Заказчиком ранее, реально позволяет установить высоту конструкции от 0 до 4 см, что максимально расширяет его возможности при операциях не только брюшной полости.

Заказчиком закупаются изделия медицинского назначения «МЕШОК ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТКАНЕЙ».

Указанный в техническом задании показатель «длина мешка от 205 до 210 мм» не является ошибкой, если имеется в виду мешок 0208-RBM800. Длина измерена заказчиком и подтверждается производителем.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

В силу пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде: одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара и (или) показатели технологии производства, испытания товара и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия установила, что по позициям 1, 3, 4 технического задания аукционной документации (Приложение № 2 к документации электронного аукциона) заказчиком установлены избыточные, чрезмерно детализированные требования к поставляемому товару - «Калиброванный, неизменяемый зазор между браншами при полном закрытии аппарата 1 мм», «Ширина шкалы компрессии тканей с маркерными полосками зазора не менее 7 мм», «5. Расстояние от средней части узла артикуляции до проксимальной части браншей не более 2 см», «6. Ширина раскрытия браншей в дистальной части не менее 21 мм», которые могут привести к ограничению количества участников закупки. Также по данным позициям заказчиком не были

представлены документарные доказательства относительно того, продукция каких производителей соответствует требованиям технического задания аукционной документации.

Также по позиции 1 технического задания «Степлер циркулярный внутрисветный, одноразового использования» заказчиком некорректно установлено требование к диаметру ножа и прорезаемого отверстия – не менее 21 мм.

По позиции 2 технического задания «Степлер сшивающе-режущий с изогнутой браншей, одноразовый» заказчиком некорректно установлено требование к длине ножки открытой скобки не менее 4,8 мм.

По позиции 6 технического задания «Степлер линейный ручной режущий для открытых операций, одноразового использования» заказчиком некорректно установлена характеристика «дистальный край прошивания превышает линию разреза не менее чем на 4 мм». Также по данной позиции заказчиком не были представлены документарные доказательства относительно того, продукция каких производителей соответствует требованиям технического задания аукционной документации.

По позиции 10 технического задания «10 «Кассеты к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому» заказчик некорректно установил характеристики «Кассеты со скобами к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому Эшелон 60. Кассеты одноразовые, **для тканей нормальной толщины** для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,8 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,8 мм. Длина скобочного шва 60 мм». Также по данной позиции заказчиком не были представлены документарные доказательства относительно того, продукция каких производителей соответствует требованиям технического задания аукционной документации.

По позициям 12, 13 технического задания аукционной документации «Кассеты к используемым заказчиком в учреждении сшивающему аппарату эндоскопическому» заказчиком некорректно установлено требование о наличии в кассетах 58 скобок.

По позиции 14 технического задания аукционной документации «Кассеты к используемым заказчиком в учреждении сшивающе-режущим аппаратам» заказчиком некорректно установлено требование к длине ножки открытой скобки – 4,8 мм.

По позиции 16 технического задания аукционной документации «Клипсы лигирующие (большие)» заказчиком некорректно установлены требования к толщине ножки клипсы – 1,25 мм; расстоянию между замками – 10 мм.

По позиции 17 технического задания аукционной документации «Клипсы лигирующие (экстра-большие)» заказчиком некорректно установлено требование к толщине ножки клипсы – 1,25 мм.

По позиции 18 «Устройство для защиты краев операционной раны» заказчиком некорректно установлено требование «Ретрактор малый предназначен для использования на брюшной стенке толщиной в диапазоне от 0 см до 4 см». Также по данной позиции заказчиком не были представлены документарные доказательства относительно того, продукция каких производителей соответствует требованиям технического задания аукционной документации.

По позиции 24 «Мешок хирургический для извлечения тканей» заказчиком некорректно установлено требование к длине мешка – от 205 мм до 210 мм. Также по данной позиции заказчиком не были представлены документарные доказательства относительно того, продукция каких производителей соответствует требованиям технического задания аукционной документации.

Таким образом, аукционная документация не соответствует требованиям частей 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок и нуждается в корректировке и доработке, для приведения её в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Ренессанс-Мед» (г.Москва) на положения документации электронного аукциона на поставку расходных материалов для оперблока для нужд ГБУЗ ВО «ОКОД» (извещение № 0128200000121003150) обоснованной

2. Признать заказчика нарушившим требования частей 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*