

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
г. Москва, Мясницкий пр-д, д. 4, стр.1

**Копия:**

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Поликлиника №4» Управления делами Президента  
Российской Федерации (ФГБУ «Поликлиника №4»)

АО «ЕЭП»  
115114, Москва,  
ул Кожевническая 14, стр. 5  
<http://msp.roseltorg.ru>

Заявитель жалобы:  
ООО «АЛМЕД»

**Жалоба**  
на действия Заказчика (аукционной комиссии Заказчика) при проведении  
электронного аукциона на поставку расходных материалов для проведения  
плазмафереза в дневном стационаре

Указание на размещенную закупку: Номер извещения: №32111008274-4

Заказчик: ФГБУ «Поликлиника №4»

Наименование электронного аукциона: аукцион в электронной форме на поставку  
расходных материалов для проведения плазмафереза в дневном стационаре

Протокол подведения итогов процедуры от 16.03.2022

Заявитель – ООО «Алмед» (далее – Заявитель) является участником аукциона в  
электронной форме на поставку расходных материалов для проведения плазмафереза в  
дневном стационаре.

Согласно протоколов подведения итогов по 1 и 2-й частям, для участия в аукционе  
было подано 2 заявки:

- ООО «Десепта Групп», заявка №803533, товар, предлагаемый к поставке: магистраль Гемос-  
МН.ПФ и плазмофильтр Гемос-ПФС (информация, доступная из протокола).

- ООО «Алмед» - Заявитель, заявка №802991, товар предлагаемый к поставке: Комплект  
однократного применения для аппаратного и безаппаратного плазмафереза по ТУ 9444-005-  
49560207-2010. РУ № РЗН 2013/755.

Обе заявки были допущены к участию, победителем признано ООО «Десепта Групп».

Однако, при проведении аукциона Заказчиком были допущены нарушения ч.10 ст.3  
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  
отдельными видами юридических лиц» и положения аукционной документации.

В описании объекта закупки (приведено ниже) указаны требования к поставляемому Товару:

№ п/п	Наименование показателей	Требуемые значения
1	2	3
1.	<b>Технические и функциональные характеристики</b>	
1.1.	<b>Плазмофильтр в комплекте с магистралью</b>	
1.1.1	Назначение - для проведения процедур лечебного плазмафереза	соответствие
1.1.2	Совместимость плазмофильтра в комплекте с магистралью с аппаратом для мембранного лечебного и (или) донорского плазмафереза АМПлд-«ТТ» («Гемофеникс»), имеющимся у Заказчика	соответствие
1.1.3	Вид соединения плазмофильтра с магистралью	луер-лок
1.1.4	Комплект – стерилен, апиrogenен, нетоксичен, однократного применения	соответствие
1.2.	<b>Плазмофильтр должен иметь:</b>	
1.2.1	Объем начального заполнения экстракорпорального корпуса, мл	не более 100
1.3.	<b>Магистраль кровопроводящая содержит:</b>	
1.3.1	Атравматичный для клеток крови насос	соответствие
1.3.2	Систему защиты пациента с помощью микрофильтров	наличие
1.3.3	Трансфузионный фильтр микроагрегатов крови	наличие
1.3.4	Контейнер для сбора плазмы, объем мл	не менее 700
2.	<b>Документы и гарантия</b>	
2.1.	Остаточный срок годности товара на момент поставки	не менее 18-ти месяцев
2.2.	Регистрационное удостоверение	наличие
2.3.	Руководство по эксплуатации с техническим описанием, медицинскими методическими рекомендациями, паспортом и гарантийным талоном	наличие

Как видно из вышеуказанного описания, в нем содержится требование о совместимости поставляемого товара с аппаратом для лечебного и (или) донорского плазмафереза АМПлд-ТТ «ГЕМОФЕНИКС» производства ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» (далее – Аппарат Гемофеникс).

При этом, в силу письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №09-С-571-1414 от 05.02.2016 (копия прилагается), возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем медицинского оборудования. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместимость может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан и медицинских работников.

Т.е., только производитель аппарата может определить возможность использования расходных материалов иного производителя.

В письме производителя аппарата ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» от 10.11.2021 №75-ИНФ, представленном в составе заявки Заявителя, указано:

*«Расходными материалами для Аппарата для мембранного лечебного и(или) донорского плазмафереза АМПлд-«ТТ» по ТУ 9444-003-49560207-2002, торговая марка «ГЕМОФЕНИКС» производства ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» являются: комплект магистралей полимерных кровопроводящих для лечебного и донорского плазмафереза одноразовый, стерильный КМАП-01 «Новопласт-М» по ТУ 9393-046-17121966-002, комплект однократного применения для аппаратного плазмафереза по ТУ 9444-005-49560207-2010.....»*

Использование Аппарата для мембранного лечебного и(или) донорского плазмафереза АМПд-«ТТ» по ТУ 9444-003-49560207-2002, торговая марка «ГЕМОФЕНИКС» производства ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» с иными расходными материалами (плазмофильтрами, магистралями, комплектами и т.д.) не допускается и является нарушением действующего законодательства РФ»

Также вопрос совместимости плазмофильтров Гемос-ПФС уже был предметом рассмотрения в Арбитражном суде города Москвы при обжаловании ООО «Десепта Групп» решения Московского УФАС с участием в деле Заявителя в качестве третьего лица (копия решения от 10.12.2021 по делу №А40-147857/2021 прилагается). Из текста решения следует, что плазмофильтры Гемос-ПФС с Аппаратом Гемофеникс не совместимы.

Согласно п.1.7 документации об аукционе первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе следующую информацию и документы в соответствии с документацией об аукционе:

- функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара, работ, услуг, включая срок годности, остаточный срок годности, гарантийный срок;
- наименование товара, работы, услуги, товарный знак (при наличии), наименование производителя, страна происхождения товара;
- номера регистрационных удостоверений на товар;
- сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение (при наличии такого требования).

В силу п.2.7 документации об аукционе в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, а также несоответствия участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации, комиссия Заказчика обязана отстранить такого участника закупки от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявителем в составе заявки было представлено вышеуказанное письмо ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» (копия прилагается), из которого явно следует, что вторым участником ООО «Десепта Групп» были представлены недостоверные сведения о товаре, предлагаемом к поставке.

Также, на сайте производителя аппарата ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» ([www.trackpore.ru](http://www.trackpore.ru)) размещено руководство по эксплуатации на аппарат Гемофеникс (копия прилагается) в силу которого (см. стр.6) расходными материалами для аппарата являются: комплект магистралей полимерных кровопроводящих для лечебного и донорского плазмафереза одноразовый, стерильный КМАП-01 «Новопласт- М» по ТУ 9393-046-17121966-002 и комплект однократного применения для аппаратного плазмафереза по ТУ 9444-005-49560207-2010 заказываются и поставляются отдельно.

В силу ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в

утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

Не отклонив заявку участника, заявившего недостоверные сведения, Заказчик и признав данную заявку победителем аукциона, Заказчик намеренно нарушил вышеуказанные положения законодательства РФ.

**При этом, Заказчик достоверно знал, что предлагаемый ООО «Десепта Групп» товар не отвечает необходимым требованиям и не совместим с Аппаратом Гемофеникс, так как ранее в отношении Заказчика в рамках данного аукциона уже выносилось предписание об устранении нарушений по жалобе ООО «Александровская слобода» (копия решения и предписания прилагаются).**

На основании вышеизложенного,

**Просим Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве:**

1. Приостановить заключение контракта с победителем аукциона, направив заказчику, оператору электронной площадки, требование о приостановлении заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;

2. Признать настоящую жалобу обоснованной и выдать Заказчику (аукционной комиссии Заказчика) предписание об устранении выявленных нарушений и признании победителем аукциона Заявителя - ООО «Алмед».

3. Провести внеплановую проверку деятельности аукционной комиссии Заказчика и возбудить дело о привлечении аукционной комиссии Заказчика к административной ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Приложение:

- копия документа, подтверждающего полномочия подписанта;
- документация об электронном аукционе;
- протоколы электронного аукциона;
- документация, представленная Заявителем в составе заявки на участие;
- копия руководства по эксплуатации на Аппарат Гемофеникс;
- копия решения Арбитражного суда города Москвы;
- копия решения Московского УФАС;
- копия предписания Московского УФАС.

