

**В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве**

**Заявитель:**

Индивидуальный предприниматель Пачев М.В.

**Жалоба на положения аукционной документации проводимого аукциона в электронной  
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства, № 32312449896**

Наименование заказчика	Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Контактная информация	125367, г. Москва, ш. Ивановское, д. 3
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Общество с ограниченной ответственностью «РТС-Тендер»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://www.rts-tender.ru">http://www.rts-tender.ru</a>
Номер извещения о проведении закупки	<b>№ 32312449896</b>
Дата размещения извещения о проведении закупки (дата размещения изменения извещения о проведении закупки)	02.06.2023
Объект закупки	Закупка расходных материалов для рентгенохирургических вмешательств
Начальная (максимальная) цена контракта	37 256 743,00
Дата и время окончания срока подачи заявок	20.06.2023 13:00

02 июня 2023 г. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации разместило извещение об осуществлении закупки посредством аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32312449896.

Описание объекта закупки вышеназванного аукциона противоречит действующему законодательству о закупках, в частности, Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223), а именно – ст. 3 ФЗ № 223, и ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135).

1. Позиция 7 сформирована под товар единственного производителя – Стент-система коронарная XIENCE Alpine, выделяющая лекарственный препарат эверолимус (Everolimus) – "Эбботт Васкуляр" (РЗН 2019/8132). Установленные параметры не позволяют подать заявку на участие в аукционе с изделиями других производителей.

7	Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство	Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента должен быть кобальт-хромовый сплав. Лекарственное покрытие эверолимус или новолимус. Рабочая длина катетера должна быть не менее 140 см, совместимость должна быть с 0.014" проводником. Номинальное давление для стентов 2.5мм; 2.75мм- 10 атм; для стентов 3,0мм; 3,5мм; 4,0мм-8 атм. или 10 атм. Расчетное давление разрыва -16 атм. или 18 атм. Диаметры: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм. Длины: 14мм или 15мм; 18мм; 23мм; 28мм; 32мм или 33мм, 38 мм	300 шт
---	---	---	--------

Изделие Система коронарного стента DESyne с лекарственным покрытием Новолимус, различных размеров - "Эликсир Медикал Корпорейшн" не соответствует требованиям технического задания по параметру технического задания «Номинальное давление для стентов 2.5мм; 2.75мм- 10 атм; для стентов 3,0мм; 3,5мм; 4,0мм-8 атм. или 10 атм.».

Информация подтверждается письмом производителя и официального дистрибьютора.

2. Позиция 6 имеет ошибку, которая не позволяет корректно заполнить заявку на участие и может повлечь отклонение всех участников аукциона. Среди значений длины стента указано значение «8м». Ни одно изделие, зарегистрированное на территории РФ, не имеет такой большой длины стента.

6	Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство	Рабочая длина катетера не более 142 см. Толщина стенки стента должна быть не более 0,065 мм. Биоразлагаемое полимерное покрытие. Система доставки должна быть монорельсовая. Материал кобальт-хром. Номинальное давление не более 11 атм.* Давление разрыва не более 19 атм.* Лекарственное покрытие сиролимус. Диаметр стента 2,50мм; 2,75мм; 3,00мм; 3,50мм; 4,00мм, длина 8м; 12мм; 16мм; 20мм; 24мм; 28мм; 32мм; 36мм; 40мм	400 шт
---	---	---	--------

Заявитель считает, что ошибка прямым образом может повлиять на допуск участников при рассмотрении заявок как по первым, так и по вторым частям. Наличие ошибки, которая приводит к несоответствию товара и невозможности поставки товара в соответствии с требованиями технического задания позволяет Заказчику отклонять заявки на участие на любом этапе вплоть до заключения контракта.

3. Техническое задание имеет разночтение, которое вводит в заблуждение и повышает риск отклонения заявки на участие. Позиция 8 технического задания имеет параметр «Варианты длин интродьюсера не менее 45 и не более 100 см».

№	Наименование	Технические характеристики	Кол-во
8	Проводниковый катетер-интродьюсер	Проводниковый катетер-интродьюсер. Размеры интродьюсера: от 5 до 8 Fr. Варианты длин интродьюсера не менее 45 и не более 100 см. Наличие металлической оплетки для усиления shaft	250 шт.

\* допускается указание более одного значения в соответствии с размерным рядом

Формулировка «Варианты длин...» подразумевает необходимость предложить не менее 2-х вариантов длины интродьюсера в диапазоне «не менее 45 и не более 100 см». Однако инструкция по заполнению заявки, потенциальный участник аукциона может указать только одно значение при формулировке «не менее» и «не более». Выдержка из инструкции.

- Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

**Инструкция по предоставлению сведений в заявке на участие:**

В техническом задании Заказчика могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

54

Также следует отметить, что Заказчик предусмотрел пункты и параметры, которые могут содержать более одного значения в установленном диапазоне. В данном случае был установлен символ «\*», который означает следующее: «\* допускается указание более одного значения в соответствии с размерным рядом».

Таким образом, потенциальный участник аукционе не смог определить одно или несколько значений требуется Заказчику. Указание одного значения противоречит формулировке наименования параметрам, а указание двух и более значений противоречит требованиям инструкции.

Из изложенного следует, что установление указанных законодательных требований направленно на недопущение ограничения конкуренции и обеспечения объективного описания технических характеристик товара, необходимых заказчику.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3 ФЗ № 223, ст. 17, п.1 ч.1 ст. 18.1 ФЗ № 135,

**ПРОШУ:**

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
2. Приостановить определения поставщика путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32312449896 в части заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
3. Признать в действиях Заказчика нарушение требований ст. 3 ФЗ № 223, ст. 17 ФЗ № 135.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений, в том числе о внесении изменений в документацию к проводимому аукциону в соответствии с настоящей жалобой.