

074/0713 - 1266/2019<sup>12 5ч</sup> 01.07  
зуп

*Резван Е.Г.*

*Копылов С.В.*  
*Демченко*

Челябинское УФАС России

Адрес: 454091, ГСП-6, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 59

Адрес электронной почты: [to74@fas.gov.ru](mailto:to74@fas.gov.ru)

Телефон/факс: 8 (351) 263-88-71

**Заявитель жалобы**

Индивидуальный предприниматель «Мирошниченко Е.С.»

Адрес: 454025, г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 Б, кв. 69

Телефон: 8 (922) 233-82-57

Адрес электронной почты: [deost@list.ru](mailto:deost@list.ru)

**Заказчик**

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

Место нахождения/почтовый адрес: 454017, Челябинская область,

г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 28 А,

Адрес электронной почты: [planotdel14@yandex.ru](mailto:planotdel14@yandex.ru)

Номер контактного телефона: 8 (351) 721-25-56

Ответственное должностное лицо заказчика: Щербакова К.С.

*musgkb6@mail.ru*

**Информация о закупке**

Номер извещения: 31908023989

Наименование закупки: поставка расходных материалов для остеосинтеза

**ЖАЛОБА**

**на положения аукционной документации**

24 июня 2019 года Муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов «Единой информационной системе в сфере закупок» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было опубликовано Извещение № 31908023989 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходных материалов для остеосинтеза.

При изучении документации указанного аукциона выявлено, что Заказчиком в нарушение норм действующего законодательства, а именно Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) при описании характеристик

Управление Федеральной антимонопольной службой  
01.07.2019  
Вход № 9120  
Подпись

требуемого к поставке товара, установлены эксклюзивные характеристики, соответствующие товарам конкретных производителей.

1. Заказчиком, в п.п. 10-17 Спецификации, в описании Штифтов ПФФ, установлены следующие характеристики:

- Диаметр бедренного винта 12,0 мм;
- Диаметр внутреннего осевого отверстия 5,0 мм;
- Отверстие для введения бедренного винта – расположено в проксимальной части штифта под углом 125,0 градусов;
- Отверстия в дистальной части – три отверстия диаметром 5,2 мм, расположенные на расстоянии 25,0 мм между центрами отверстий, предназначенные для блокирования винтами диаметром 5,0 мм;
- Исполнение – правое, левое.

Под описание указанных характеристик, подходит только продукция одного единственного производителя ООО «Остеосинтез» (Россия).


**Штифт ПФФ**  
в комплекте с заглушкой

Код по каталогу	Диаметр, мм.	Длина, мм.
772.220.10 (с...11; 12)	10,0; 11,0; 12,0	220
772.200.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	300
772.220.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	320
772.340.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	340
772.360.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	360
772.380.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	380
772.400.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	400
772.420.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	420
772.440.10 (с...11; 12) правый, левый	10,0; 11,0; 12,0	440

Заглушка ПФФ одинарная (компонента 1)	Заглушка ПФФ двойная (компонента 2)
	
772.000.310.	772.000.320.

**Винт ПФФ**

Код по каталогу	Диаметр, мм.	Длина, мм.
772.080.35	12,0	80
772.090.35	12,0	90
772.100.35	12,0	100
772.110.35	12,0	110

Винт блокирующий	Код по каталогу	Диаметр, мм.	Длина, мм.
	740.030.05	5,0	30
	740.034.05	5,0	34
	740.038.05	5,0	38
	740.042.05	5,0	42
	740.046.05	5,0	46
	740.050.05	5,0	50
	740.054.05	5,0	54
	740.058.05	5,0	58
	740.062.05	5,0	62


Ручонга для фрез	Ручонга для сверл
	
780.013.000. Предназначен для работы фрезой д.17 мм и сверлом д.8/12 мм.	790.012.000. Предназначен для работы со сверлами диаметром до 3 мм.



2. Заказчиком, в п.п. 25-26 Спецификации, в описании Штифтов плечевых, установлены следующие характеристики:

- Форма ножки – не канюлированные, круглые в сечении, прямые, без расширения;
- Отверстия в дистальной части – под кортикальные саморезы на 3.5 мм;
- Отверстия в проксимальной части – под кортикальные саморезы на 3.5 мм, НВ 4.0 мм;
- Количество отверстий – штифты имеют 7 отверстий, для блокирования в четырех плоскостях, основной ряд: из 5 симметрично расположенных отверстий во фронтальной плоскости – 2 резьбовых в проксимальной части, 3 в дистальной части штифта; 2 резьбовых отверстия в проксимальной части для блокирования в косых плоскостях;
- Диаметр – 9.0 мм;
- Длина – не менее 148.0 не более 152.0 мм.

Указанные Заказчиком характеристики соответствуют товару только одного производителя фирмы «MEDIN» (Чешская Республика).



3. Заказчиком, в п.п. 30-31 Спецификации, в описании Стержня пяточного, установлены следующие характеристики:

- Форма – цилиндрический, круглый в сечении;
- Количество отверстий – 7отверстий под кортикальные запирающие винты, расположенные в разных плоскостях;
- Диаметр – 8.0 мм;
- Поверхность – полированная;
- Длина – не менее 60.0 не более 65.0 мм.

Указанные Заказчиком характеристики соответствуют товару только одного производителя фирмы «MEDIN» (Чешская Республика).



C-NAIL hřeb patní, pravý  
C-NAIL calcaneal nail, right

EST  
129 72 4160


C-NAIL hřeb patní, levý  
C-NAIL calcaneal nail, left

EST  
129 78 4170



End cap

EST	A	Fig.
129 77 2210	4 mm	Fig. 0
129 77 2220	5 mm	Fig. 5
129 77 2230	10 mm	Fig. 10
129 78 8890	15 mm	Fig. 15
129 78 8890	20 mm	Fig. 20



Šroub majšřovací s pŕochoou hlavou 3,8 mm  
Locking screw with flanged head 3.8 mm

EST	A
129 78 5651	22 mm
129 78 5661	24 mm
129 78 5671	26 mm
129 78 5681	28 mm
129 78 5691	30 mm
129 78 5701	32 mm
129 78 5711	34 mm
129 78 5721	36 mm
129 78 5731	38 mm
129 78 5741	40 mm
129 78 5751	42 mm
129 78 5761	44 mm
129 78 5771	46 mm
129 78 5781	48 mm
129 78 5791	50 mm
129 78 5801	52 mm
129 78 5811	54 mm
129 78 5821	56 mm
129 78 5831	58 mm
129 78 5841	60 mm
129 78 5851	62 mm
129 78 5861	64 mm
129 78 5871	66 mm
129 78 5881	68 mm
129 78 5891	70 mm

prŕmĕr zĕvitu	thread diameter	3,8 mm
prŕmĕr hlavu	core diameter	3,8 mm
prŕmĕr hlavu	head diameter	8,0 mm
vrtaĕ pro zĕvit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
šroubovĕĕ	screwdriver	Ø 2,5 mm

Кроме того, обращаем внимание, что Пяточные стержни являются эксклюзивной продукцией и производятся только указанной фирмой «MEDIN» (Чешская Республика).

Согласно ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» если организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Данные действия Заказчика свидетельствуют о явной цели заключения контракта с определенным поставщиком на определенный товар и влекут ограничение количества участников закупки, а также отсутствие конкуренции при проведении торгов.

**4. Заказчиком опубликована формальная Инструкция по заполнению заявок.**

- Так в п. 1 Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» в пп. б) указано – «В случае установления заказчиком диапазона значений показателя со словами «не менее чем от ..... до .....», «не более чем от ..... до .....» или «минимум не более ..... максимум не менее .....» и т.п., участник закупки указывает диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый товар. **При этом диапазон значений может быть равен или шире диапазона, установленного заказчиком.»**

Из данного требования следует, что возможен к поставке товар, диапазон значений которого **шире диапазона**, установленного Заказчиком. Тем самым, Участнику не представляется возможным понять конкретный диапазон значений требуемый к поставке.

- В инструкции по заполнению заявок не разъяснена трактовка символа «±».

**Таким образом, в данном случае для участников закупки существует неясность по заполнению заявки на участие в аукционе.**

На основании вышеизложенного,

**ПРОШУ:**



1. Признать доводы данной жалобы правомерными, а саму жалобу обоснованной;
2. Признать в действиях Заказчика нарушения норм законодательства Российской Федерации о закупках;
3. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений норм действующего законодательства;
4. Обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию;
5. Принять меры к недопущению ограничения конкуренции при проведении аукционов в электронной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Сертификат подписи.
3. Каталог продукции конкретных производителей.

Индивидуальный предприниматель

Мирошниченко Е.С.