

ООО "Моснейро"

Эксклюзивный представитель ООО "Нейрософт" на территории Московской области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан

ИНН: 772313420

КПП: 772501001

ОГРН: 116774632894

Название банка Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва

К/с 30101810145250000411

Р/с 40702810307510000804

БИК 044525411

Юридический адрес: 115114, Москва г, Даниловская наб, дом № 4а, офис 7

Телефон: +74993916245 com@mosneiro.ru

Управление Федеральной антимонопольной

службы по Чувашской Республике

Адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, д. 2

E-mail: fo21@fas.gov.ru

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г.
ЧЕБОКСАРЫ)

Электронная площадка: АО "Сбербанк - АСТ"
119435, город Москва,
Большой Саввинский пер., д. 12 стр. 9,
эт/пом/ком1/1/2

Жалоба

на положения документации об электронном аукционе.

20.07.2023 года в единой информационной системе в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru> было опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме № 32312601744 на поставкунейромониторингаоперационного с принадлежностями.

Размещение закупки осуществляет Заказчик.

Начальная сумма по электронному аукциону составляет 8 213 434,00 рублей

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие ваукционе в электронной форме- 31.07.2023 в 14:00(по московскому времени).


Дата подведения итогов 04.08.2023(по московскому времени).

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о закупках, заказчики закупок обязаны обеспечить равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникамзакупки, а также негласно и экономичностьэффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

Согласно ч. 10 ст. 4 Закона о закупках, в документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Изучив документацию аукциона в электронной форме, было выявлено, что техническое задание по данному электронному аукциону составлено некорректно – с нарушением требований законодательства по следующим пунктам, а именно:

Действующая редакция описания объекта закупки	Предложенная редакция	Обоснования

<p>Электрод стимуляционный</p>	<p>Технические характеристики и: Длина рабочей части, мм: не менее 85. Длина кабеля, м: не менее 3.</p>	<p>Технические характеристики и: Длина рабочей части, мм: не более 85. Длина кабеля, м: не более 3.</p>	<p>Так на рынке медицинских услуг представлены аналогичные расходные материалы других производителей оборудования для интраоперационного мониторинга, но с другими техническими характеристиками:</p> <p>Электрод стимулирующий монополярный (со сферическим наконечником) производитель NATUS NEUROLOGY</p> <p>Характеристика</p> <p>Длина электрода 150мм, при этом длина рабочей части менее половины длины всего электрода, соответствует не превышает требуемых 85мм https://medsystems.ru/rashodnye-materialy/nejro-fiziologija/aksessuary-dlja-iom/stim-mono-ball (ссылка на сайт дестрибьютера)</p> <p>Длина кабеля 2м</p> <p>Электрод-зонд стимулирующий монополярный сферический производитель Нейрософт</p> <p>Характеристика</p> <p>Длина рабочей части 45мм, Длина кабеля 1,5 м https://neurosoft.com/ru/catalog/accessory/group/147#2380 (ссылка на сайт дестрибьютера)</p> <p>Соответствует единственному производителю Inomed https://inomed.ru/produkcija/komplektu-iushchie-komplektu-iushchie-dlja-iom/</p>
	<p>Референтный игольчатый электрод в комплекте: наличие.</p> <p>Треугольный корпус игольчатого электрода: соответствие.</p>	<p>Референтный игольчатый электрод в комплекте: наличие.</p> <p>Длина кабеля, м: не более 1.5</p> <p>Треугольный корпус игольчатого электрода: соответствие.</p>	<p>Соответствует единственному производителю Inomed https://inomed.ru/produkcija/komplektu-iushchie-komplektu-iushchie-dlja-iom/</p>  <p>Кат. № 532651</p>

		Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45x20мм, треугольный корпус, разъем типа "touchproof", стерильный, одноразовый), 10 шт./уп. Примеры игольчатых электродов других производителей:
Этот пункт просим исключить, так как указывает на ед. производителя Inomed	1. https://medsystems.ru/rashodnye_materialy/neiro_fiziologija/igolchatye-koncentricheskie-odnorazovye/elektrod-igolchatyj-koncentricheskij%2C-artikul-s53153%2C-25-mm%2C-0%2C3-mm%2C-25-shtup	2. https://www.medtronic.com/content/dam/medtronic-wide/public/united-states/products/ear-nose-throat/ent-product-catalog.pdf (Стр. 52)

Таким образом, Заказчиком в документации об Аукционе в электронной форме установлены требования к техническим характеристикам товара, ограничивающие количество участников закупки.

Дополнительно обращаем внимание комиссии, что участник закупки направил запрос разъяснений в электронном аукционе с просьбой внести изменения в аукционную документацию, однако, Заказчик частично внес изменения в документацию.

Согласно Письму ФАС России от 14.04.2015 № АК/18070/15, установление заказчиком требований необъективного характера путем излишней детализации описания объекта закупки, вплоть до соответствия товару одного производителя, приводит к ограничению количества участников размещения заказа, не создает предпосылок для экономии бюджетных средств. Напротив, соблюдение заказчиком конкурентных условий описания объекта закупки, под которое подпадают товары различных производителей, приводит к увеличению количества участников закупок и значительной экономии бюджетных средств.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 3, 4 Закона о закупках и статьей 18.1 Федерального закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О защите конкуренции"

ПРОШУ:

1. Приостановить проведение аукциона в электронной форме.
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание, для устранения нарушений.

Приложение:

1. Выписка из ЕИРЮЛ на 8 л.