



Дело № 128фз-24  
029/06/33-557/2024

Заказчик:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Архангельской области**

ул. К. Либкнехта, 2, г. Архангельск, 163000  
Тел.: (8182) 20-73-21, факс: (8182) 21-54-45  
e-mail: to29@fas.gov.ru

Оператор электронной площадки:

Заявитель:

№ 04-05/3856/24

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

05 июля 2024 года

г. Архангельск

Руководствуясь Письмом ФАС России от 03.04.2020 № ИА/27903/20 "О дистанционном рассмотрении жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков", Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

**Председатель комиссии:**

**Члены комиссии:**

на основании пункта 1 части 15 статьи 99, статьи 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

**в присутствии представителей от:**

**Заявителя:**

**Заказчика:**

**УСТАНОВИЛА:**

28 июня 2024 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступила

жалоба Общества с ограниченной ответственностью ' ' (далее - Заявитель) на действия заказчика -

(далее – Заказчик), при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией в целях социального обеспечения граждан (извещение №0224100001824000230).

**Содержание жалобы:**

Заявитель обжалует действия Заказчика в связи с размещением извещения, несоответствующего требованиям ФЗ «О контрактной системе».

Заказчик не согласен с доводами Заявителя по основаниям, изложенным в объяснении по жалобе от 04.07.2024 № ВС-19-10/44349.

**Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на основании части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку осуществления закупки с учетом следующего.**

21.06.2024 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> размещено извещение № 0224100001824000230 о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией в целях социального обеспечения граждан (далее – Извещение).

Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 3 146 500,00 рублей.

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

*1. Заявитель в своей жалобе указывает, что Заказчиком установлены характеристики не в соответствии с ГОСТ Р70185-2022 и не указано обоснование потребности именно в таких характеристиках, а также указаны излишние функциональные и технические характеристики.*

В силу пункта 1 части 2 статьи 42 ФЗ «О контрактной системе» извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено ФЗ «О контрактной системе», должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 ФЗ «О контрактной системе».

Согласно части 2 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 данной статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» заказчик при описании объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественные характеристики объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Согласно Извещению объектом закупки является поставка сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией.

Установлено, что Заказчиком закупаются товары в соответствии с позицией каталога товаров, работ, услуг (далее - КТРУ) - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией - 27.90.20.120-00000003.

В указанной позиции КТРУ 27.90.20.120-00000003 отсутствуют характеристики товара.

Следовательно, в рассматриваемом случае заказчик должен установить требования к товару по правилам статьи 33 ФЗ «О контрактной системе».

Раздел «Объект закупки» Извещения и файл «Описание объекта закупки», являющийся неотъемлемой частью Извещения (далее - Описание объекта закупки), содержит таблицу, в которой установлены требования к товару, в том числе

Наименование товара	Наименование по коду КТРУ, код КТРУ	Описание функциональных и технических характеристик*
Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией, 27.90.20.120-00000003	<p>Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.</p> <p>Требования к функциональным и техническим характеристикам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сигнализатор звука должен быть беспроводным по конструкции;</li> <li>- радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;</li> <li>- рабочая частота: 433,92 МГц +/- 0,2 %;</li> <li>- конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.</li> </ul> <p>Карманный приемник с вибрационной и световой индикацией Карманный приемник с вибрационной и световой индикацией должен служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дверного звонка;</li> <li>- домашнего стационарного телефона;</li> <li>- сотового телефона (смартфона);</li> <li>- домофона.</li> </ul> <p>Карманный приемник должен иметь компактные габаритные размеры. Карманный приемник должен иметь клипсу для крепления на пояс.</p> <p>Приемник должен оповещать пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- световой индикации;</li> <li>- звуковой индикации;</li> <li>- вибрационной индикации;</li> <li>- в текстовом виде (за счет текста на русском языке).</li> </ul> <p>Приемник должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопку включения и выключения;</li> <li>- меню;</li> <li>- будильник;</li> <li>- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;</li> <li>- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии;</li> <li>- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;</li> <li>- регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;</li> <li>- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной).</li> </ul>

	<p>Питание приемника должно быть от аккумулятора. На приемнике должна быть индикация уровня заряда аккумулятора. Время автономной работы на карманном приемнике должно быть не менее 3-х суток.</p> <p>Универсальный передатчик Универсальный передатчик должен служить для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик универсальный должен иметь возможность подключаться к линии домофона и телефона. Передатчик должен подключаться к источникам сигнала как проводным способом с помощью специальных проводов и клемм, так и беспроводным способом с помощью встроенного микрофона. Передатчик универсальный должен иметь: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).</p> <p>Передатчик дверного звонка Передатчик дверного звонка должен служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик дверного звонка должен быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Передатчик должен иметь встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик должен иметь светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).</p> <p>Датчик сотового телефона Датчик сотового телефона (смартфона) должен служить для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией.</p> <p>Комплект поставки сигнализатора должен включать: - карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.; - передатчик универсальный - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке.</p>
--	--

Как следует из пояснений представителя Заказчика, описание объекта закупки сформировано с учетом интересов инвалидов, а также потребности Заказчика в приобретении продукции, имеющей максимально возможный реабилитационный эффект, содержащий в себе все современные технические разработки. Формируя описание объекта закупки, Заказчик руководствовался ГОСТ Р 70185-2022 «Технические средства реабилитации. Сигнализаторы звука световые и вибрационные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 70185-2022), а также приказом СФР от 01.11.2023 № 2178 «О применении рекомендаций по составлению технических заданий для закупок технических

средств реабилитации в территориальных органах СФР», которым были утверждены технические задания на сигнализаторы звука, являющиеся объектом закупки. Характеристики сигнализаторов звука, включенные в описание объекта закупки, согласованы и одобрены Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих». Следовательно, по мнению Заказчика, описание объекта закупки отвечает потребности инвалидов с нарушением слуха для их адаптации в бытовой среде.

Кроме того, в заседании Комиссии Архангельского УФАС России представитель Заказчика пояснил, что существуют разные степени потери слуха от незначительной до полного. Лицам с неполной потерей слуха наличие звукового сигнала является дополнительным источником информации о происходящих событиях.

В данном случае происходит приобретение товара для всех лиц с ограничением слуха, а не под конкретного пациента и разделение товаров со звуковым оповещением и без него является не рациональным, в связи с невозможностью точного определения количества товара с разными характеристиками (замена вышедшего из строя, появление новых лиц с ограничениями слуха разной степени и т.д.)

Также, представитель Заказчика не согласился с дискриминирующим утверждением, о том, что лицам с потерей слуха достаточно оповещения виде пиктограмм, а не полноценного текстового оповещения на экране приемника.

При закупке Заказчик ориентируется на потребности лиц с потерей слуха, их отзывах и пожеланиях в части функционала закупаемого товара. Соответственно, отсутствие возможности у Исполнителя к поставке товара требуемого Заказчиком не является основанием для признания закупки ограничивающих круг участников закупки.

В Описании объекта закупки определено, что товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69.

Так, согласно разделу 1 ГОСТ Р 70185-2022 указанный стандарт распространяется на сигнализаторы звука световые и вибрационные для людей с инвалидностью по слуху и устанавливает общие технические требования к сигнализаторам и методам их испытаний.

ГОСТ Р 70185-2022 введен в действие 01.12.2022 и является общим для всех производителей указанного вида товара, данный ГОСТ устанавливает общие правила и требования, которые рекомендуется учитывать в технических условиях производителя на конкретную продукцию.

Таким образом, при описании объекта закупки применительно к сигнализаторам звука различных модификаций заказчика должны использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, установленные ГОСТ Р 70185-2022.

Изучив описание объекта закупки, ГОСТ Р 70185-2022, Комиссией Архангельского УФАС России установлено, что оспариваемые подателем жалобы характеристики сигнализаторов звука непосредственным образом предусмотрены обозначенным стандартом и не противоречат ему.

Согласно пункту 5.6.21 ГОСТ Р 70185-2022 карманные (напоясные) приемники сигнала должны обладать возможностью одновременно в световом (за счет свечения и вспышек и/или пиктограмм), звуковом, текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций) информировать инвалидов по слуху о происходящем событии.

Пунктом 5.6.19 ГОСТ Р 70185-2022 предусмотрено, что приемники сигнала с дисплеем должны содержать меню, позволяющее реализовать следующие функции:

1) запись и просмотр истории событий с указанием времени произошедшего и (или) пропущенного события и описания характера события на русском языке;

2) функцию будильника или информатора, активирующую индикацию в заданное инвалидом по слуху время.

В соответствии с пунктом 5.1.1 ГОСТ Р 70185-2022 в состав изделий, предназначенных для людей с инвалидностью по слуху, должны входить:

- приемники сигнала, содержащие дисплеи с отображением текста на русском языке и/или пиктограммы сигналов и/или стробоскоп и/или вибромотор, в следующих исполнениях: настольном (настенном), карманном (напоясном), наручном.

Согласно пункту 5.6.27 ГОСТ Р 70185-2022 в составе системы могут быть следующие датчики и передатчики сигнала от датчиков к приемникам: - датчик дыма;

- датчик утечки воды;
- датчик срабатывания сигнализации (с возможностью регулирования уровня чувствительности микрофона во избежание ложных срабатываний);
- датчик дверного звонка или передатчик дверного звонка со встроенной кнопкой звонка;
- датчик срабатывания сигнала домофона с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний;
- датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон инвалида по слуху;
- для инвалидов по слуху, имеющих маленьких детей - датчик плача ребенка с возможностью регулирования уровня чувствительности микрофона во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний;
- для реализации ситуационных потребностей инвалидов по слуху в составе комплекта сигнализаторов звука могут быть датчики движения, датчики открытия окон, дверей (герконы), датчики утечки газа, и пр.;
- для обеспечения потребностей инвалидов по слуху в состав комплекта сигнализаторов звука могут быть включены передатчики сигнала на личные мобильные телефоны (смартфоны, планшеты).

Соответственно, при описании объекта закупки Заказчиком установлены требования к закупаемым товарам в соответствии с действующими ГОСТ.

**Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.**

*2. В своей жалобе, Заявитель указывает, что Заказчиком необосновано установлено требование о наличии универсального передатчика. По его мнению, наличие одного входа для проводного подключения устройства звука, создаст невозможным для получения информации о других событиях, то есть, передатчик не имеет возможности одновременно принимать сигнал домофона и телефона.*

Согласно пункту 5.6.30 ГОСТ Р 70185-2022 настольные (настенные) передатчики могут иметь возможность проводного или беспроводного подключения специального внешнего вибрационного устройства (так называемой «виброподушки»), предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр.

При анализе описания объекта закупки Комиссией Архангельского УФАС России установлено, что Универсальный передатчик должен служить для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. Передатчик универсальный должен иметь возможность подключаться к линии домофона и телефона. **Передатчик должен подключаться к источникам сигнала как проводным способом с помощью специальных проводов и клемм, так и беспроводным способом с помощью встроенного микрофона.**

Таким образом, Комиссией Архангельского УФАС России установлено, что описание объекта закупки установлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70185-2022.

Кроме того, Заявитель в своей жалобе не отрицает, что универсальный передатчик может подключаться, как при помощи проводного соединения, так и при помощи беспроводного способа.

Мнение Заявителя о худших технических характеристиках универсального передатчика, в связи с возможностью ложных срабатываний при использовании встроенного микрофона, Комиссией Архангельского УФАС России не принимается, в связи с тем, что оно является оценочным мнением Заявителя и не подтверждается какими-либо доказательствами.

**Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.**

3. Заявитель в своей жалобе указывает, что характеристики, установленные Заказчиком, в совокупности соответствуют товару единственного производителя ООО «Исток Аудио Трейдинг», что ограничивает круг потенциальных участников закупки.

Частью 1 статьи 8 ФЗ «О контрактной системе» установлено, что контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В силу части 2 статьи 8 ФЗ «О контрактной системе» запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям ФЗ «О контрактной системе», в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» определено, что Заказчик при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

- а) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";
- б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
- в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
- г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации.

Таким образом, при осуществлении закупки Заказчик вправе не только выбрать ее предмет, но и обязан определить его и описать в соответствии с нормами ФЗ «О контрактной системе» именно таким образом, чтобы участник закупки смог подать заявку на участие в торгах, соответствующую объективным и обоснованным требованиям Заказчика. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать требования к товару, так как ФЗ «О контрактной системе» не содержит норм, ограничивающих право заказчика включать в документацию об аукционе требования к объекту закупки, которые являются для него значимыми, а также норм, обязывающих заказчика устанавливать в документации, вопреки его потребностям, такие требования к характеристикам объекта закупки, которые соответствовали бы всем существующим видам товаров.

Таким образом, из норм ФЗ «О контрактной системе» следует, что установление таких характеристик товара, которым в совокупности соответствует товар конкретного производителя, может привести к ограничению количества участников закупки.

Как следует из письменных пояснений Заказчика (в материалы дела представлена сравнительная таблица), рассматриваемому Описанию объекта закупки соответствуют следующие сигнализаторы звука: сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией «Пульсар-3», производитель: ОАО «Исток-Аудио Интернеэшнл», Россия; сигнализатор звука цифровой беспроводной «Вибролайн», производитель: ООО КБ «Контур», Россия; Сигнализатор звука цифровой «Энеджи», Производитель: ООО «Элита Групп», Россия.

Обоснование начальной максимальной цены контракта произведено на основании трех коммерческих предложений, полученных посредством ЕИС от потенциальных поставщиков товаров. Коммерческие предложения содержат предложения поставки товаров, указанных заказчиком выше.

Вместе с тем, Комиссия Архангельского УФАС России отмечает, что в предоставленной Заказчиком сравнительной таблице, в обоснование соответствия сигнализатора звука цифровой беспроводной «Вибролайн» указаны ссылки на заключенные ранее контракты № 1525801288124000049 от 31.01.2024 и №1246600188524000114 от 27.02.2024. При анализе контрактов установлено, что контракт №1246600188524000114 расторгнут по решению Заказчика, в связи с отсутствием поставки товара, а контракт №1246600188524000114 находится в стадии исполнения, товар не поставлен.

Таким образом, установить соответствие поставляемого товара, на основании данных контрактов, требованиям к товару в рассматриваемой закупке не представляется возможным, в связи с отсутствием документов подтверждающих приемку товара.

В подтверждении соответствия сигнализатора звука цифровой «Энеджи», Производитель: ООО «Элита Групп» в заседании Комиссии Архангельского УФАС России Заказчик предоставил руководство по эксплуатации на товар «Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией «Энеджи»», производитель: ООО «Элита Групп» (НМВС.464512.016РЭ) без указания даты или иного идентифицирующего признака.

В свою очередь Заявителем также представлено руководство по эксплуатации на товар «Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией «Энеджи»», производитель: ООО «Элита Групп» (НМВС.464512.016РЭ) без указания даты или иного идентифицирующего признака.

Проведя анализ положений предоставленных руководств по эксплуатации на товар Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией «Энеджи», производитель: ООО «Элита Групп» Комиссия Архангельского УФАС России установила, что в содержащейся в них информации, в том числе в части технических характеристик товаров, имеются отличия.

В связи с тем, что у Комиссии Архангельского УФАС России нет возможности установить какое из представленных руководств является действующим, недопустимо использовать данное руководство для сравнения характеристик товара, содержащихся в Описании объекта закупки, сравнительной таблице, предоставленной Заказчиком, характеристик товара, указанным в руководствах.

Кроме того, в составе жалобы представлено письмо производителя ООО «Аурика», о том, что требованиям ГОСТ Р 70185-2022 соответствуют только товары производителя ООО «Исток Аудио Трейдинг».

Следовательно, из представленных материалов невозможно установить, что характеристики товаров производителей ООО КБ «Контур» и ООО «Элита Групп» соответствуют требованиям Заказчика, установленным в Извещении.

Проанализировав материалы дела, Комиссия Архангельского УФАС России отмечает, что включение заказчиком в Извещение требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе в отсутствии доказательств отсутствия



аналогичных товаров иных производителей, является нарушением положений ФЗ «О контрактной системе».

Таким образом, в действиях Заказчика выявлены нарушения пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе».

В указанных действиях Заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ.

При проведении внеплановой проверки на основании пункта 1 части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» данной закупки иных нарушений законодательства РФ о контрактной системе не выявлено.

Руководствуясь пунктом 1 части 15, пунктом 2 части 22 статьи 99 и частью 8 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу Общества с ограниченной ответственностью ' ' обоснованной в части третьего довода.

2. Признать Заказчика -

нарушившим пункт 1 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе».

3. Заказчику, комиссии, созданной Заказчиком оператору электронной площадки - ООО « » (далее – Оператор электронной площадки) выдать предписание об устранении выявленных нарушений ФЗ «О контрактной системе».

*Примечание. Согласно части 9 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.*

**Председатель Комиссии**

**Члены Комиссии**