

Исх. № 475/Ж-2022

дата: 05.09.2022

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Чувашской Республике-Чувашии
428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 2

Жалоба на действия (бездействия) юридического лица

1. Заказчик: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Место нахождения/почтовый адрес:

Номер телефона/факса:

Адрес электронной почты:

Ответственное должностное лицо:

2. Участник закупки:

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН

КПП:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Номер счёта

Банк:

БИК:

Кор. счёт

тел.:

e-mail:

- 3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru
- 4. Номер извещения:** 32211627719
- 5. Наименование объекта закупки:** Поставка инструментов для открытых и эндоскопических операций
- 6. Дата размещения извещения:** 17.08.2022 г.
- 7. Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:** в нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках заказчик неправомерно отказал в допуске заявки №3.

Доводы жалобы:

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках), при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 32211627719-01 от 30.08.2022 г. нашей заявке с номером заявки № 1 отказано в допуске к дальнейшему участию в процедуре по следующим основаниям:

Комиссия приняла решение о несоответствии следующих заявок участников аукциона требованиям документации:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Принятое решение	Причина несоответствия
1.	№1	28.08.2022 09:12 (МСК)	Не соответствует требованиям	<p>В нарушение требований п. 2.1 и п.3. Раздела 2 аукционной документации «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» участник закупки в своей заявке по позиции № 20 «Сменные кассеты к линейному сшивающему аппарату с ножом» указал функциональные характеристики (потребительские свойства), не соответствующие требованиям, указанным в настоящей документации, а именно: «Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной 80,5 мм», требуемое значение «Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной не менее 82 мм и не более 85 мм».</p> <p>В соответствии с пп. 1 п. 8.16 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (далее – Положение о закупке) пп. 1 п. 1.12.3. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» аукционной документации данная заявка подлежит отклонению.</p>

С данным отклонением мы не согласны по следующим основаниям:

Предложенный нами товар соответствует потребности Заказчика и показателям заявленным производителям.

Согласно требованию технического задания Заказчика, Заказчику по позиции 20 были необходимы к поставке **Сменные кассеты к линейному сшивающему аппарату с ножом со следующим описанием:** *«Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающе-режущему аппарату для тканей нормальной толщины. Должно быть наличие в кассете канала для лезвия между парными рядами скобок, кнопки, препятствующей выскальзыванию тканей из браншей в момент прошивания, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Кассета должна содержать скобки, расположенных в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки не менее 3,5 мм и не более 4,0 мм, высота закрытой скобки не менее 1,5 мм и не более 2,0 мм. Материал скобок – титан ТА1, МРТ-совместимый и биологически совместимый. Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной не менее 82 мм и не более 85 мм. Длина разреза не менее 80 мм и не более 83 мм. Количество скоб не менее 85 шт. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки, в зависимости от толщины ткани. Поставляются заряженными,*

стерильными, со съёмной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка – синяя. Срок службы составляет не менее 3 лет после стерилизации».

В совокупности установленных характеристик Заказчику необходим к поставке Картридж синий, с количеством скоб 88, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-80L).

В своей заявке по позиции 20 мы предложили к поставке - Сменные кассеты к линейному сшивающему аппарату с ножом, со следующими характеристиками:

20	Сменные кассеты к линейному сшивающему аппарату с ножом	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающе-режущему аппарату для тканей нормальной толщины.</p> <p>Наличие в кассете канала для лезвия между парными рядами скобок, кнопки, препятствующей выскальзыванию тканей из браншей в момент прошивания, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете.</p> <p>Кассета содержит скобки, расположенные в два двойных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,8 мм, высота закрытой скобки 1,5 мм. Материал скобок –титан ТА1, МРТ-совместимый и биологически совместимый. Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной 80,5 мм. Длина разреза 80 мм. Количество скоб 88 шт. Линия механического шва превышает линию разреза на 1,5 скобки, в зависимости от толщины ткани.</p> <p>Поставляются заряженными, стерильными, со съёмной предохранительной пластиной красного цвета на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка – синяя. Срок службы составляет 3 года после стерилизации.</p>	Китайская Народная Республика	Шт.	9	6	15
----	---	---	-------------------------------	-----	---	---	----

		<p>Наименование согласно РУ: Картридж синий, с количеством скоб 88, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-80L) Номер регистрационного удостоверения: РЗН 2020/9937 от 09.04.2020 Страна происхождения: Китайская Народная Республика Товарный знак: отсутствует</p>
--	--	--

На момент подачи заявки (28.08.2022 г.) у нас отсутствовала возможность направить Заказчику запрос на разъяснения. Мы как добросовестный участник в своей заявке указали достоверные сведения производителя товара, в потребности которого нуждался Заказчик

Указанный нами показатель характеристики «Кассета обеспечивает наложение скобочного шва длиной 80,5 мм» был взят из данных заявленных самим производителем.

В инструкции производителя по данному товару содержится информация о длине скобочного шва.

Приложение 1. Варианты исполнения

Инструменты хирургические сшивающе-режущие одноразовые «Шеврон», варианты исполнения:

- 1. Степлер «Шеврон» изогнутый режущий одноразовый, в вариантах исполнения:**
 - 1.1. Степлер «Шеврон» изогнутый режущий с двумя ручками, длиной 435 мм (SHHA-45);
 - 1.2. Степлер «Шеврон» изогнутый режущий с одной ручкой, длиной 374 мм (SHHB-45).
- 2. Степлер «Шеврон» линейный режущий одноразовый с картриджами, в вариантах исполнения:**
 - 2.1 Степлер, в составе:
 - Степлер «Шеврон» режущий, с длиной шва 60 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-55L);
 - Картридж синий, с количеством скоб 56, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-55L), не более 20 уп. – при необходимости.
 - 2.2 Степлер, в составе:
 - Степлер «Шеврон» режущий, с длиной шва 60 мм, высотой шва 2 мм (SHQA-55H);
 - Картридж зеленый, с количеством скоб 56, высота скоб 4,8 мм (SHQRA-55H), не более 20 уп. – при необходимости.
 - 2.3 Степлер, в составе:**
 - Степлер «Шеврон» режущий, с длиной шва 80,5 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-80L);**
 - Картридж синий, с количеством скоб 88, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-80L), не более 20 уп. – при необходимости.**

На официальном сайте Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения размещены регистрационные удостоверения на все медицинские изделия оборот, которых разращён на территории РФ. Также в каждом регистрационном удостоверении содержатся актуальные инструкции

SR75	Аппарат	81	78	Регулируемая	4,3	1,5/1,8/ 2,0	118	Титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия
SHQR A-80L	Аппарат	80,5	80	Фиксируемая	3,8	1,5	88	Титан
SHQR A-80H	Аппарат	80,5	80	Фиксируемая	4,8	2,0	88	Титан
PYQG-80A	Аппарат	82	80	Фиксируемая	4,5	2,0	78	Титановый сплав
PYQG-80B	Аппарат	82	80	Фиксируемая	3,85	1,5	78	Титановый сплав
FLC803 8L	Аппарат	80		Фиксируемая	3,8	1,5	84	Титан
FLC804 8L	Аппарат	80		Фиксируемая	4,8	2,0	84	Титан
LCR80 B	Аппарат	83		Фиксируемая	3,8	1,5	84	Титан
LCR80 G	Аппарат	83		Фиксируемая	4,8	2,0	84	Титан

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В силу части 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции наряду с установленными частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции запретами при проведении торгов, если организаторами или заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.

На основании вышеизложенного, мы считаем, что заказчик, неправоммерно отказал в допуске заявки № 3, что нарушает положения ст.17 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ, пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и части 1 статьи 2 Закона о закупках.

Прошу:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести проверку правомерности действий Заказчика, содержания извещения;
3. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
4. Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 32211627719-01 от 30.08.2022 г и обязать Заказчика провести повторное рассмотрение первых частей заявок;
5. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки.

Приложения:

- Копия решения единственного учредителя;
- Копия приказа на генерального директора;
- Извещение;
- Протокол;
- Инструкция производителя.

(должность) _____ / _____ / (ФИО) _____

ЭП