



ArtisMedicine

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТИС МЕДИСИН»

119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д.18, стр. 1, эт. 5, п. XI, к. 14-22, оф. 501

**Федеральная антимонопольная служба
Управление по г. Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4

Телефон/факс: (495) 784-75-05 / (495) 607-49-29

e-mail: to77@fas.gov.ru

«09» октября 2020 года

**ЖАЛОБА
на действия уполномоченного органа
по закупке №32009494838**

1. Лицо, обращающееся с жалобой (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Артис Медисин» (ООО «АСМ»)

2. Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Место нахождения: Москва, Ленинский проспект, д.17,

Почтовый адрес: Москва, Ленинский проспект, д.17,

3. Сведения о размещаемом заказе:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования для биохимических исследований
Реестровый номер торгов - №32009494838

15 сентября 2020 на официальном сайте Российской Федерации <http://zakupki.gov.ru/> было размещено извещение №32009494838 о проведении Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на Поставку и ввод в эксплуатацию оборудования для биохимических исследований. Начальная (максимальная) цена контракта 48 126 666,67 рублей.

ООО «АСМ» подало заявку на данный электронный аукцион, заявке был присвоен №476540.

Согласно *Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 32009494838 от 02 октября 2020 года*, аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок и заявка ООО «АСМ» (заявка №476540) была отклонена (не допущена).

Согласно п2 ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заказчики обязаны руководствоваться принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В соответствии с ч.1. ст. 17. Федерального закона 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту - Закон № 135-ФЗ), при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Согласно *Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 32009494838 от 02 октября 2020 года*, аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок и заявка ООО «АСМ» (заявка №476540) была отклонена со следующими формулировками:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Обоснование для решения
476540	30.09.2020 17:41:46	Не допущена	Наличие в составе заявки участника закупки недостоверной информации. По п.1 участник предлагает «Анализатор иммунохимический модульный ARCHITECT i2000sr для in vitro диагностики с принадлежностями. Производитель, страна происхождения: "Эбботт Лэбораториз", США, Сингапур. Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/10138. Товарный знак: АББОТТ», указав по параметру «Определение и мониторинг иммуносупрессантов, параметр: 12». Согласно письму уполномоченного представителя компании Abbott Laboratories на территории РФ ООО «Эбботт Лэбораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20 значение по данному параметру: «4». По п.2 участник предлагает «Анализатор биохимический модульный "ARCHITECT s8000 PROCESSING MODULE" с принадлежностями, Производитель, страна происхождения: "Эбботт Лэбораториз", США, Япония. Регистрационное удостоверение: РЗН 2014/2010. Товарный знак: АББОТТ», указав по параметру «Количество загружаемых образцов, шт.: - рутинных 180». Согласно письму уполномоченного представителя компании Abbott Laboratories на территории РФ ООО «Эбботт Лэбораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20 значение по данному параметру: «150». По п.3 участник предлагает «Анализатор биохимический модульный ARCHITECT c16000 для in vitro диагностики с принадлежностями. Производитель, страна происхождения: "Эбботт Лэбораториз", США, Япония. Регистрационное

			<p>удостоверение: ФСЗ 2009/03611. Товарный знак: АВБОТТ», по параметрам «Количество загружаемых образцов, шт.: - рутинных 180», «Количество одновременно загружаемых реагентов в охлаждаемую емкость, флакон – 121». Согласно письму уполномоченного представителя компании Abbott Laboratories на территории РФ ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20 значения по данным параметрам: «150» и «130» соответственно.</p> <p>Отказано в допуске в соответствии с п. 13.4.5. Положения о закупке товаров, работ и услуг Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» от 09.12.2019 г.</p>
--	--	--	--

ООО «АСМ» (Заявитель) считает, что данный вывод аукционной комиссии не соответствует действительности, а Протокол рассмотрения заявок от 02 октября 2020 года является необоснованным в связи со следующим:

1) По п.1 участник предлагает «Анализатор иммунохимический модульный ARCHITECT i2000sr для *in vitro* диагностики с принадлежностями. Производитель, страна происхождения: "Эбботт Лабораториз", США, Сингапур. Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/10138. Товарный знак: АВБОТТ», указав по параметру «Определение и мониторинг иммуносупрессантов, параметр: 12». Согласно письму уполномоченного представителя компании Abbott Laboratories на территории РФ ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20 значение по данному параметру: «4».

Аргументация Заявителя:

Заявителем получено официальное письмо Исх. №09/10-01 от 09 октября 2020г.с разъяснениями по параметру «Определение и мониторинг иммуносупрессантов, параметр: 12». В соответствии с эксплуатационной документацией производителя Abbott Laboratories данной формулировке технического задания соответствует как значение, указанное в письме ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20, так и значение, указанное Заявителем:

Параметр	Требования технического задания	Предложение участника закупки (Заявителя)
Определение и мониторинг иммуносупрессантов, параметр: - Такролимус - Циклоспорин - Сиролимус - Метотрексат	Не менее 4 Наличие Наличие Наличие Наличие	12 Наличие Наличие Наличие Наличие

2) По п.2 участник предлагает «Анализатор биохимический модульный "ARCHITECT s8000 PROCESSING MODULE" с принадлежностями, Производитель, страна происхождения: "Эбботт Лабораториз", США, Япония. Регистрационное удостоверение: РЗН 2014/2010. Товарный знак: АВБОТТ», указав по параметру «Количество загружаемых образцов, шт.: - рутинных 180». Согласно письму уполномоченного представителя компании Abbott Laboratories на территории РФ ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20 значение по данному параметру: «150».

Аргументация Заявителя:

Заявителем получено официальное письмо Исх. № №09/10-01 от 09 октября 2020г. с разъяснениями по параметру «Количество загружаемых рутинных образцов». В соответствии с эксплуатационной документацией производителя Abbott Laboratories данной формулировке

технического задания соответствует как значение, указанное в письме ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20, так и значение, указанное Заявителем:

Параметр	Требования технического задания	Предложение участника закупки (Заявителя)
Количество загружаемых образцов, шт.:		
- рутинных	Не менее 150	180
- срочных	Не менее 5	35
- максимальная загрузка	Не менее 215	215

3) По п.3 участник предлагает «Анализатор биохимический модульный ARCHITECT с16000 для *in vitro* диагностики с принадлежностями. Производитель, страна происхождения: "Эбботт Лэбораториз", США, Япония. Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/03611. Товарный знак: АВБОТТ», по параметрам «Количество загружаемых образцов, шт.: - рутинных 180», «Количество одновременно загружаемых реагентов в охлаждаемую емкость, флакон – 121». Согласно письму уполномоченного представителя компании Abbott Laboratories на территории РФ ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20 значения по данным параметрам: «150» и «130» соответственно.

Аргументация Заявителя:

Заявителем получено официальное письмо Исх. №09/10-01 от 09 октября 2020г с разъяснениями по параметру «Количество загружаемых рутинных образцов». В соответствии с эксплуатационной документацией производителя Abbott Laboratories данной формулировке технического задания соответствует как значение, указанное в письме ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20, так и значение, указанное Заявителем:

Параметр	Требования технического задания	Предложение участника закупки
Количество загружаемых образцов, шт.:		
- рутинных	Не менее 150	180
- срочных	Не менее 5	35
- максимальная загрузка	Не менее 215	215

Заявителем получено официальное письмо Исх. №09/10-01 от 09 октября 2020г с разъяснениями по параметру «Количество одновременно загружаемых флаконов реагентов в охлаждаемую емкость». В соответствии с эксплуатационной документацией производителя Abbott Laboratories данной формулировке технического задания соответствует как значение, указанное в письме ООО «Эбботт Лабораториз» от 01.10.2020 г. № 01-10-01/20, так и значение, указанное Заявителем:

Параметр	Требования технического задания	Предложение участника закупки
Количество одновременно загружаемых реагентов в охлаждаемую емкость, флакон	Не менее 100	121

Таким образом, отклонение заявки ООО «АСМ» (Заявителя) на основании п. 13.4.5 Положения о закупке товаров, работ и услуг Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» от 09.12.2019 г. в данном случае было недопустимо.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.3, п.1 ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов.
2. Отменить итоги проведения электронного аукциона №32009494838.
3. Обязать Заказчика повторно рассмотреть и оценить заявки

Генеральный директор ООО «АСМ»



Бе