

**В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве**

Заявитель:
**Индивидуальный предприниматель
Пачев Мурат Валерьевич**

Жалоба на действия аукционной комиссии заказчика (извещение № 32312730165)

Наименование заказчика	Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России)
Контактная информация	
Способ определения поставщика (подрядчи исполнителя)	конкурсная процедура с ограниченным числом участников и средним предложением
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке	www.fls-tender.ru
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	www.fls-tender.ru
Номер извещения о проведении закупки	№ 32312730165
Дата размещения извещения о проведении закупки (дата размещения изменения извещения о проведении закупки)	01.09.2023 г.
Объект закупки	Закупка расходных материалов для рентгенохирургических вмешательств
Начальная (максимальная) цена контракта	6 912 889,00

01 сентября 2023 г. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России) (далее – Заказчик) разместило на сайте электронной площадки «Национальная электронная площадка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении аукциона в электронной форме № 32312730165.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, отраженным в Протоколе от 14 сентября 2023 г., заявка ИП Пачев М.В. (заявка № 2) отклонена по следующим обстоятельствам:

«9.2 Участник с номером заявки 2 предлагает поставить товар, не соответствующий требованиям технического задания аукционной документации Заказчика, а именно:

П. 1 Стент коронарный «Калипсо»:


Стент Jaguar имеет совместимость с проводниковым катетером 7F

В технических характеристиках участника указана толщина каркаса стента 0,080. По факту от 0,067 - 0,100 для разных размеров несоответствие толщины стенок стента для диаметра более 3,5 мм и отсутствия в размерном ряду длины 48мм

Руководствуясь пп. 2.8.4 части 2.8 документации на проведение аукциона в электронной форме и пп. 1.10.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Комиссия приняла решение об отказе в допуске к аукциону участнику с номером заявки 2 в связи с тем, что первая часть заявки участника с номером заявки 2 не соответствует всем требованиям аукционной документации.»

1. Заявка на участие Заявителя не имеет указания на товар «Стент Jaguar имеет совместимость с проводниковым катетером 7F»
2. Заявка на участие Заявителя не имеет указания на длину 48 мм, на отсутствие которого указывает Заказчик в отклонении.
3. Заявка на участие содержала указание на стент Стент коронарный "Калипсо" с биорезорбируемым лекарственным покрытием на системе доставки по ТУ 9444-003-83540797-2011 - АО "Р-Васкуляр" (ФСР 2012/13734) по позиции 1. В официальной инструкции, размещенной на сайте Росздравнадзора нет указания на характеристики, по которым можно судить о соответствии стента требованиям параметра «Толщина стенок стента».

Заявитель обнаружил указание на данный параметр в открытых источниках, где есть указание на 80 мкм = 0.080 мм.



Описание преимуществ	
+ Назначение	
- Характеристики стента	
Материал	Кобальт-хром L605
Конструкция	Матричная трубчатая
Толщина стенки для стента диаметром 3.0 мм	80 мкм (0.0031")
Укорочение при раскрытии	<1%
Соотношение металл/артерия для стента диаметром 3.0 мм	15%
Покрытие	С сиролimusом (рапамицином)
Толщина покрытия	4-7%
Концентрация покрытия	150 мкг/мм2

Ссылка на сайт производителя: <https://ci58165.tmweb.ru/catalog/kalipso-calipso/>

Также данное значение отражено в каталоге производителя:



КАЛИПСО (CALIPSO)
КОРОНАРНЫЙ СТЕНТ С БИОРЕЗОРБИРУЕМЫМ
ПОКРЫТИЕМ, ВЫДЕЛЯЮЩИМ СИРОЛИМУС

Коронарный стент с полностью биорезорбируемым покрытием, содержащим сиролимус (рапамацин) – высокоэффективный лекарственный агент для предотвращения рестеноза

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНТА

Материал	Кобальт-хром L605
Конструкция	Матричная трубчатая
Толщина стенки для стента диаметром 3.0 мм	0.080 мм (0.0031")
Укорочение при раскрытии	<1%
Соотношение металл/артерия для стента диаметром 3.0мм	12.8%
Покрытие	50:50 DL-PLG/Сиролимус (Рапамацин) (CAS:53123-88-9)
Толщина покрытия	4-7 мкм
Концентрация препарата	150 мкг/см ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

Тип системы доставки	Rapid Exchange (Rx)
Совместимость с коронарным проводником	0.014"
Совместимость с проводниковым катетером	SF
Материал баллона	Резак
Материал проксимальной части	Гипотрубка из нержавеющей стали с PTFE покрытием
Номинальное давление	9 атм
Расчетное давление разрыва	18 атм
Диаметр кончика баллона	0.419 мм (0.0165")
Профиль стента на баллоне (кроссинг-профиля) для стента диаметром 3.0 мм	0.960 мм (0.038")

Таким образом указано значение 0.080 мм, которое попадает в установленный диапазон и удовлетворяет требования Заказчика.

Следовательно, Заявителем предоставлена достоверная информация в заявке на участие в соответствии с ч. 10 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что указывает на отсутствие оснований для отклонения поданной заявки. Действия Заказчика нарушают предписания ч. 13 ст. 3.2 поименованного федерального закона.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

1. Выдать предписание аукционной комиссии отменить протокол рассмотрения первых частей заявок по аукциону в электронной форме № 32312730165
2. Провести процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе в электронной форме № 32312730165 с учетом исправления выявленных нарушений.
3. Обязать аукционную комиссию признать заявку, поданную ИП Пачев М.В., как соответствующую документации к аукциону и допустить к участию в закупке.

Приложения:

1. Копия Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме № 32312730165
2. Копия первой части заявки ИП Пачев М.В. на участие в аукционе.
3. Копия Инструкции- Калипсо
4. Копия каталога - стент Калипсо

Индивидуальный предприниматель

Пачев М.В.