



Premier-Med

Адрес: 115404, г. Москва, ул. Липецкая, д.14, корпус 1, кв. 269
ОГРН 1187746213071, ИНН 7724431685
e-mail: premier-med@bk.ru

В Калужское УФАС России

Исх. № 122 от 28 декабря 2023 г.

ЖАЛОБА

на положения извещения об осуществлении закупки.

Номер извещения: 32313119106

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»: <http://utp.sberbank-ast.ru>

Размещение осуществляет: Заказчик

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"КАЛУГАФАРМАЦИЯ"**

Место нахождения 248000, Г. КАЛУГА, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д.34, -, -

Почтовый адрес 248000, Калужская область, Калуга город, Театральная улица, дом 34

Контактное лицо: 8(4842) 575928

Адрес электронной почты: gr_ubp@bk.ru

Контактный телефон: +8 (4842) 575928

Считаем извещение об осуществлении закупки противоречащим действующему законодательству ввиду следующего:

- по позиции 4 спецификации установлено требование о поставке наборов базовых для внутривенных вливаний, зарегистрированных в Российской Федерации единственным иностранным производителем.

Наборы базовые, требуемые к поставке по позиции 4, по совокупности технических и функциональных характеристик (Порт из силиконовой резины у основания внутривенной иглы) соответствуют медицинским изделиям, зарегистрированным в Российской Федерации единственным производителем – "Фогт Медикал Фертриб ГмбХ" (Германия), по регистрационному удостоверению от 30.03.2021 года № РЗН 2014/2260 (Приложение к жалобе).

При этом, наборы (системы, устройства) для переливания в Российской Федерации и странах Евразийского экономического союза производятся несколькими заводами-изготовителями. В их числе ООО «Виробан» (Московская обл.), ООО «МПК «Елец» (Липецкая обл.), АО «Синтез» (г. Курган), Унитарное предприятие «ФреБор» (г. Борисов, Республика Беларусь), АО "НПП "Интероко" (Московская обл.), ООО «СМД» (Новосибирская обл.). Товар данных производителей зарегистрирован в установленном порядке, медицинские изделия допущены к обращению на территории РФ. Ни один из них не изготавливает наборы базовые с перечисленными характеристиками.

На основании вышеизложенного становится очевидно, что требуемые медицинские изделия изготавливаются единственным производителем, и не имеют абсолютно никаких аналогов как на территории Российской Федерации.

Составление технических характеристик, соответствующих единственному производителю, без указания на возможность поставки аналогичного товара, является нарушением Федерального закона о контрактной системе и закона о защите конкуренции № 135 – ФЗ.

Верховный суд РФ в свою очередь придерживается последовательной позиции о незаконности включения заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе (п. 2 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации «28» июня 2017 года.).

Таким образом, подобные действия Заказчика нарушают ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного и, руководствуясь статьей 18.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"

прошу:

1. приостановить проведение закупки до рассмотрения настоящей жалобы, по существу;
2. выдать заказчику предписание об устранении указанных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и выделении в отдельный лот товаров, единственного производителя.

Приложение:

1. регистрационное удостоверение от 30.03.2021 года № РЗН 2014/2260.
2. инструкция по применению к регистрационному удостоверению от 30.03.2021 года № РЗН 2014/2260.

Директор

Е.В. Титова