

471 -
14438-19/

**Общество с ограниченной ответственностью
«КИТ»**

пр. Ленинградский, 86-220, г. Ярославль, 150064
ИНН/КПП 7602060779/760201001,
Р/с 40702810062000692501, К/с 30101810300000000760
Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль БИК 047888760
Тел/факс: (4852) 90-80-09, 50-42-50

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области
443086, г. Самара ул. Ерошевского 3а

«13» ноября 2019 года
№ 49/11

Жалоба на действия (бездействия) заказчика.

Заказчик: ФБУ «Самарский ЦСМ», ИНН/КПП 6311012306/631101001,
Адрес местонахождения: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, 134,
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, 134
контактное лицо: Антипов Евгений Александрович;
телефон: 8 (846) 3369000 e-mail: zakupki@samaragost.ru

Участник размещения заказа (Заявитель): ООО "КиТ", ИНН/КПП 7602060779/760201001
Адрес местонахождения, 150064, г.Ярославль, пр-кт Ленинградский, 86, 220,
Почтовый адрес: 150064, г.Ярославль, пр-кт Ленинградский, 86, 220,
контактное лицо: Чирков Александр Алексеевич
тел/факс (4852) 50-42-50; e-mail: yar_kit@mail.ru.

Номер извещения на сайте <http://zakupki.gov.ru/>: 31908411353

Наименование электронной площадки в сети Интернет: <https://www.utp.sberbank-ast.ru>

Способ размещения закупки: Открытый аукцион в электронной форме.

Наименование закупки: Поставка установки для поверки концевых мер длины.

Обжалуемые действия Заказчика: Неправомерный отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Доводы жалобы:

Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ» была подана заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (номер извещения 31908411353, размещено 17.10.2019 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>) на поставку установки для поверки концевых мер длины.

Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе отражены в Протоколе № 1-ЭА-28/2019 от 07.11.2019, размещенном 07.11.2019 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>

Заявителю было отказано в допуске в связи с несоответствием требованиям, установленным документацией об открытом аукционе (раздел III Техническая часть).

В обоснование отклонения Заказчик приводит три довода:

1. «В описании типа на установку измерительную «КИТ КМД» КТОР.121001.002.12ТУ (№ Государственного реестра Российской Федерации 38229-14) отсутствует информация соответствующая пункту 4.2.2 технического задания «предел допускаемой абсолютной

погрешности при измерении отклонения от плоскопараллельности концевых мер, мкм, не более ± 0.1 ».

Данный довод не соответствует действительности.

Обоснование:

В описании типа (Таблица «Метрологические и технические характеристики», Лист 03) предложенной нами Установки измерительной КИТ КМД указан параметр - Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки.

Данный параметр включает в себя и Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонения от плоскопараллельности концевых мер, и Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения длины концевых мер, запрашиваемые заказчиком.

Согласно описанию типа средств измерений (№ 38229-14 в реестре СИ) Установка измерительная КИТ КМД удовлетворяет требованиям п 4.2.2 технического задания и отклонение нашей заявки по данному доводу неправомерно.

2. «В описании типа на установку измерительную «КИТ КМД» КТОР.121001.002.12ТУ (№ Государственного реестра Российской Федерации 38229-14) отсутствует информация соответствующая пункту 4.2.7 технического задания «условия эксплуатации».

Данный довод не может быть причиной отклонения заявки.

Обоснование:

Согласно п.27 ст. 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", при утверждении типа средств измерений устанавливаются метрологические и технические требования.

Из того, что в описании типа Установки измерительной «КИТ КМД» не указаны условия эксплуатации, нельзя сделать вывод, что предложенное Заявителем оборудование не соответствует требованиям 4.2.7 технического задания «условия эксплуатации».

Требований к обязательному указанию условий эксплуатации именно в описании типа в законе нет. Условия эксплуатации Установки измерительной «КИТ КМД» указаны в технической документации, которая Заказчиком не запрашивалась.

3. «В описании типа на установку измерительную «КИТ КМД» КТОР.121001.002.12ТУ (№ Государственного реестра Российской Федерации 38229-14) дискретность отсчета указана 0,001 мкм, 0.01 мкм и 0.1 мкм, что противоречит пункту 4.2.3 технического задания «Дискретность отсчета при измерении, мкм, не более 0.01».

Данный довод также не может быть причиной отклонения заявки.

Обоснование:

В описании типа (Таблица «Метрологические и технические характеристики», Лист 03) Установки измерительной КИТ КМД указан параметр - Дискретность отсчета, мкм. Значения параметра указаны через знак препинания – точка с запятой, это значит, что возможен любой вариант. Оператор во время работы может выбрать любой из перечисленных значений параметра, в том числе и запрашиваемый заказчиком 0,01.

Согласно методам измерений, указанным в КТОР.121001.002РЭ «Измерительные установки «КИТ КМД». Руководство по эксплуатации» (абз.3 лист 4 Описания типа СИ), в режиме поверки концевых мер длины на 3 разряд используется диапазон измерения ± 10 мкм при шаге дискретности 0.01 мкм, в режиме поверки на 4 разряд используется диапазон измерения ± 20 мкм при шаге дискретности 0.01 мкм.

Из выше изложенного следует, что отказ Заявителю в допуске является неправомерным, противоречащим нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, единственным участником закупки, заявка которого была допущена Заказчиком к участию в аукционе, является ООО «Инженерно-метрологический центр «Микро». Предлагаемая ими Установка УKM-100 занесена в реестр СИ под номером 38869.

Согласно описанию типа, Установка УKM-100 не соответствует требованиям технического задания. А именно:

п. 4.2.7 технического задания - допустимое изменение температуры окружающей среды в течение 1 часа работы Установки, °С, не менее 0,3

В описании типа Установки УKM-100 указано: изменение температуры воздуха в течении 1 часа работы, С, не более 0,5

Таким образом, заявка ООО «Инженерно-метрологический центр «Микро» на участие в аукционе была допущена с нарушениями.

На основании выше изложенного, прошу:

1. Признать действия Заказчика - ФБУ «Самарский ЦСМ» - в части отказа Заявителю в допуске к участию открытом аукционе в электронной форме - незаконными и необоснованными.

2. Направить Заказчику предписание с требованием анулировать протокол № 1-ЭА-28/2019 от 07.11.2019 и заново провести рассмотрение заявок.

Приложение:

1. Протокол (подтверждение полномочий директора) № 01 от 21.01.2019;
2. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 38229-14;
3. Описание типа средств измерений.

Директор ООО «КИТ» _____

А.Н.Чиркова