

5
Управление Федеральной антимонопольной
службы
по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом
4, стр. 1 (вход со стороны Боярского
переуллка).

Заинтересованные лица:
ПАО «Транснефть» (Заказчик)
123112, г. Москва, ул. Пресненская
набережная, д.4, стр.2
Тел. (495) 950-81-78
Факс:(495) 950-89-00, (495) 950-81-68
e-mail: transneft@ak.transneft.ru
ИНН 7706061801, ОГРН 1027700049486
Президент ПАО «Транснефть»
Токарев Николай Петрович

Податель жалобы:
ООО ТД «АКИП»
117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2,
помещение IX, ком. 28
Тел.факс (499) 503-14-37
e-mail: tender@explosimetr.ru
ИНН 7725674881, ОГРН 1097746484131
Генеральный директор
Шиманский Руслан Юрьевич

Московское УФАС
Рег. номер 84775119
зарегистрирован 08.11.2019



пакет

№ конкурса в электронной форме: 0001-
202-К-14-01470-2020

От 14 октября 2019 г. исх. № 16533/2019

Жалоба

на действия (бездействия) заказчика при проведении открытого конкурса в электронной форме
0001-202-К-14-01470-2020 на торговой площадке <https://www.transneft.ru>

30 сентября 2019 г. на официальном сайте для размещения заказов ПАО «Транснефть» разместило извещение и конкурсную документацию для проведения открытого конкурса в электронной форме №0001-202-К-14-01470-2020 «Метрологическое оборудование (Газосигнализаторы)» с ценой контракта не превышающей 24 122 299,08 рублей (в том числе НДС). Податель жалобы, ООО Торговый Дом «АКИП» (ИНН 7725674881) подал заявку на участие в данном конкурсе, подача пакета документов осуществлялась нами в сроки, установленные инструкцией – до 30.09.2019 11:00 (мск) с предложением на поставку Газоанализаторов М02-02 (695 шт.) российского производителя ООО «НПЦ АТБ».

Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии ПАО «Транснефть» №0001-202-К-14-014-70-2020/Р от 08.10.2019 г. заявка компании ООО Торговый Дом «АКИП» (Участник №2893) не допущена до дальнейшего рассмотрения (Этап №2) по причине несоответствия требованиям документации о закупке по техническим характеристикам (п.10, п.11 опросных листов).

На основании проведенного анализа рынка газоаналитического оборудования сообщаем, что опросные листы, приложенные в качестве технического задания к указанному выше конкурсу, составлены таким образом, что предполагают согласование единственного

производителя: ФГУП «СПО «Аналитприбор» и, как следствие, безальтернативную закупку переносных газоанализаторов СГГ-20Микро.

Пункт 10 Опросного листа (табл.1) «Время срабатывания пороговой сигнализации в 1,6 раза превышает установку порога», в точности дублирует технические характеристики из Описания типа средств измерения к переносному газоанализатору СГГ-20Микро (Лист №5 Приложение 4).

Требования вышеуказанного пункта (табл.1) считаем завышенными и необоснованными, т.к. согласно ГОСТ Р 52350.29.1-2010 «Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов» (табл. А), пункт 5.4.16 «Определение времени установления показаний – не более 30 секунд» (Приложение 5).

Согласно Пункта 11 Опросного листа, для измерения требуемых горючих смесей малогабаритными переносными газоанализаторами в диапазоне измерений от 1 до 50% НКПР применяются только термокаталитические сенсоры (датчики), погрешность которых составляет +/-5% НКПР. С точки зрения физических и конструктивных особенностей термокаталитических сенсоров возможность установки порога в 1% НКПР не представляется возможным при вышеуказанной погрешности. В связи с вышесказанным, переносной газоанализатор СГГ20-Микро также не соответствует требованиям пункта 11 Опросного листа и не может признаваться победителем в конкурсе №0001-202-К-14-01470-2020.

Табл. 1 «Выдержки из ОЛ»

П. 10. Время срабатывания пороговой предупреждающей сигнализации (значение определяемой концентрации в 1,6 раза, превышает установку порога срабатывания), не более	15 с
П.11. Пороги срабатывания «ПОРОГ 1» «ПОРОГ 2»	1 % от НКПР 5 % от НКПР

Правовое регулирование отношений, связанное с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, устранением противодействия конкуренции со стороны органов власти и управления, регламентируется положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководствуясь ст. 17, п.2 «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений» Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции», считаем создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах неправомерным.

На основании вышеизложенного,


ПРОШУ:

1. Приостановить заключение контракта с победителем торгов;
2. Вынести предписание об устранении нарушений;
3. Продолжить рассмотрение предложений по конкурсу с учетом заявки 2893 от ООО ТД «АКИП».

Приложения:

1. Часть №1 Участника №2893 – 1 архив.
2. Протокол №0001-202-К-14-014-70-2020/Р от 08.10.2019 г. на 4 л.
3. Техническая документация – 1 архив.
4. Описания типа средств измерения к переносному газоанализатору СГГ-20Микро.
5. ГОСТ Р 52350.29.1-2010 «Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов» (табл. А), пункт 5.4.16.

Генеральный директор ООО ТД «АКИП»



Шиманский Р.Ю.