

19/03-18.1-2019
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5
Телефон: (3842) 36-42-28
Факс: (3842) 36-77-83
E-mail: to42@fas.gov.ru
Руководителю: Кухарской Наталье Евгеньевне

Заказчик: ГАУЗ КО «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. М.А. ПОДГОРБУНСКОГО»
Место нахождения: почтовый адрес: 650993, Кемеровская обл, г Кемерово, ул Николая
Островского, дом 22
Телефон/Факс: 8(384)2465052
Адрес электронной почты: okbsmp.dogovor@mail.ru
Контактное лицо: Солопова Наталья Валерьевна

Специализированная организация: ООО «ТРК»
Место нахождения: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, д.1 офис.612
Телефон: 8-961-715-99-29
Адрес электронной почты: trk42t@gmail.ru

В.М. Кухарская
Н.О.Д. 18
Лицо, подавшее жалобу: Общество с ограниченной ответственностью
«Крон»
Место нахождения/Почтовый адрес: 650907, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. 3-я Аральская, д. 8
Тел./ факс 8 (384-2) 72-00-68
Адрес электронной почты: kron-strov@mail.ru
Директор: Пресняков Сергей Витальевич (на основании устава)

**Жалоба на аукцион в электронной форме № 31907449417
«Оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей магнитно-резонансного
томографа Brivo MR 355»**

Информация о закупке:

24 января 2019 года на сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru была опубликована документация о проведении аукциона в электронной форме № 31806190515 «Оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей магнитно-резонансного томографа Brivo MR 355».

Дата начала подачи заявок: 24 января 2019 года
Дата и время окончания подачи заявок: 11 февраля 2019 г. 10:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 12 февраля 2019 г.
Дата и время проведения аукциона: 15 февраля 2019 г. 10:00
Дата подведения итогов закупки: 15 февраля 2019 г.

Обжалуемые действия заказчика:

В соответствии с пунктом 1.1 технического задания документации установлено требование к запасной части «Охлаждающая голова Sumitomo Cold Head A3 FRU Kit - номер по технической документации производителя - 5438959».

Считаем, что требование в отношении номера по технической документации ограничивает конкуренцию в связи с тем, что завод-производитель документации производит указанную запасную часть под одним номером, а производитель по технической документации под другим, что приводит к невозможности поставки запасной части, произведенной как запасную часть, а не как составную часть нового томографа.

Указание на другой номер по технической документации приведет к необоснованному отклонению заявки.

Аналогичная ситуация возникает по пункту 1.2 технического задания – «Адсорбер Sumitomo F-50 - номер по технической документации производителя 5264644».

В пункте 1.7 технического задания установлено требование к запасной части «Кабель HEAD COIL ONTR ASSEMBLY **15T**». При этом, согласно требованиям технической документации, характеристика показателя кабеля **составляет – 1.5T**.

Указание в заявке действительного показателя будет являться основанием для необоснованного отклонения заявки. Указание же «неправильного» показателя в соответствии с требованиями документации при исполнении контракта может повлечь необоснованный отказ в установке данной запасной части, и, как следствие, признание исполнителя недобросовестным с расторжением заключенного договора и взысканием штрафа (пени).

В пункте 2.28 установлено обязательно требование к услуге в течение гарантийного обслуживания «Выравнивание магнитного поля (шимминг), с помощью специализированного инструмента SHIM POWER SUPPLY TOOL – номер по технической документации производителя 46-260777G3, набора кабелей для шимминга SHIM CABLE KIT – номер по технической документации производителя 2135558». При этом, данное требование является абсолютно избыточным в условиях когда показатели работы томографа находятся в норме.

Считаем указанное требование избыточным, содержащим коррупционную составляющую.

Согласно пункта 2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ при осуществлении закупки заказчик руководствуется, в том числе, принципом равноправия, справедливости, **отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.**

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. **Обжалование осуществляется, в том числе, в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона** и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

В связи с вышеизложенным, просим

1. Принять и рассмотреть настоящую жалобу.
2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений положений действующего законодательства путем внесения изменений в документацию о закупке, размещения извещения о закупке в соответствии с положениями закона и положением о закупке заказчика.

Приложения:

1. Решение № 7 заседания Общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Крон» от 14.02.2013

Директор
ООО «Крон»

