

**ЖАЛОБА
(ФЗ-№223)**

заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Информ» (ООО «РТ-Информ»)
заказчик	Государственное автономное учреждение города Москвы «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»
закупка	№32312397308
сайт публикации документации	https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15285596

По мнению Заявителя, описание объекта закупки сформировано Заказчиком таким образом, что не представляется возможным предложить к поставке медицинское оборудование широкого круга производителей, что подтверждается следующим:

Предметом аукциона – является поставка **анализаторов гематологических** для оснащения поликлиник города Москвы.

Согласно пункту 2.3 Технического задания Документации об аукционе, Заказчиком установлено следующее требование к анализатору:

«Максимальная производительность: не менее 70 обр/час (обоснование: ГОСТ Р 55991.6-2014)».

ОДНАКО, ГОСТ Р 55991.6-2014 – НЕ СОДЕРЖИТ ТРЕБОВАНИЯ «НЕ МЕНЕЕ 70 обр/час» МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗАТОРА.

Более того, Заявитель сообщает Комиссии Управления, что Заявитель выражает свое желание принять конкурентоспособное участие в данном аукционе и предложить к поставке «Анализатор автоматический гематологический URIT-3020», который в полной мере соответствует Техническому заданию Заказчика, кроме одного показателя – «Максимальная производительность», так как в пункте 1.7 Руководства по эксплуатации анализатора URIT-3020 (страница №12) указано:

«Анализатор автоматический гематологический URIT-3020 способен обработать не менее 60 образцов в час».

Ввиду вышеизложенного,

ПРОШУ УВАЖАЕМУЮ КОМИССИЮ УПРАВЛЕНИЯ

1. Признать Жалобу – обоснованной.

2. Выдать Заказчику Предписание о приведении Технического описания ДООЭФ в соответствие с законодательством РФ о техническом регулировании, и регламентами, применяемыми в национальной системе стандартизации.

приложение

-Руководство по эксплуатации анализатора URIT-3020.

-Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу.

Генеральный директор

Бабарсков Е.С.