

19^к 15.07
ЭП

Самойловой Н.В.

443110 г. Самара пр. Ленина 1-661
ИНН 631605332584
ОГРНИП 319631300031887
Расч. счёт 40802810854400030873
В ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 043601607
Корр. счёт 30101810200000000607
E-mail: ipkulka@gmail.com

ИП Кулька А.Н.

Исх. № 152 от 15.07.2019

В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Челябинской области

Жалоба

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru, а также на электронной-торговой площадке <http://www.rts-tender.ru> была размещена информация о проведении электронного аукциона на поставку эндоскопического медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении аукциона: 31908061580

Заказчик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11.

Место нахождения: 454129, г. Челябинск, ул. Дзержинского 17-а
Почтовый адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Дзержинского 17-а
Адрес электронной почты: reo-gkb11@mail.ru
Номер контактного телефона: +7 (351) 253-6571
Ответственное должностное лицо: Тарасов Кирилл Михайлович.

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе котировок № 948554, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 11.07.2019 комиссия Заказчика признала заявку №1 ИП Кулька Андрея Николаевича не соответствующей требованиям, установленным документацией о запросе котировок в электронной форме, а именно:

Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации. Предоставление недостоверных сведений о технических характеристиках товара, согласно сверке моделей оборудования на сайте производителя и в заявке участника. А именно: 1) наклон спинной секции предложенного товара участником закупки - 80 градусов, на сайте производителя - 75 градусов. 2) безопасная рабочая нагрузка предложенного товара участником закупки - 200 кг, на сайте производителя - 180 кг.

Сведения о комиссии:

Член комиссии	Роль	Статус
Полетаева Ирина Дмитриевна	И.О. председателя комиссии	отсутствовал
Мехонцева Анна Александровна	Секретарь	присутствовал

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
15.07.2019
Вход. № 9983
Подпись

ИП Кулька А.Н.

443110 г. Самара пр. Ленина 1-661
ИНН 631605332584
ОГРНИП 319631300031887
Расч. счёт 40802810854400030873
В ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 043601607
Корр. счёт 30101810200000000607
E-mail: ipkulka@gmail.com

Киреева Наталья Александровна	Член комиссии	присутствовал
Тарасов Кирилл Михайлович	Председатель комиссии	присутствовал
Благинина Татьяна Анатольевна	И.О. председателя комиссии	отсутствовал

На указанную причину отклонения у Заявителя имеются следующие возражения:

Заявитель предоставил верные данные о технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования. Комиссия заказчика не могла сверить данные с данными сайта производителя, поскольку Заявитель не указывал в своей заявке модель оборудования (не требуется). Возможно данные, полученные комиссией ошибочны.

Считаем, что никакого нарушения Заявителем не было и нет оснований отклонять заявку ИП Кулька Андрея Николаевича.

В соответствии с вышеизложенным ИП Кулька А.Н. просит признать заявку участника ИП Кулька А.Н. № 1 соответствующей требованиям и допустить указанную заявку к участию в данной процедуре закупки.

Координаты ИП Кулька А.Н.: 443110 г. Самара пр. Ленина 1-661
Тел./факс: 8-967-727-65-49, e-mail: ipkulka@gmail.com

Индивидуальный предприниматель

А.Н. Кулька

Кулька
Андрей
Николаевич

Подписано цифровой подписью: Кулька Андрей Николаевич
DN: 1.2.840.113549.1.9.2=INN=631605332584/
O=GRNIP=319631300031887,
email=ipkulka@gmail.com,
1.2.643.100.5=120F33313936333133303030333138383
7, 1.2.643.100.3=12083030373537383630313634,
1.2.643.3.131.1.1=120C363331363035333332353834,
givenName=Андрей Николаевич, sn=Кулька, c=RU,
st=63 Самарская область, l=Самара, o=ИП Кулька
Андрей Николаевич, ou=0, cn=Кулька Андрей
Николаевич
Дата: 2019.07.15 18:46:03 +04'00'