

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области**
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская 5,
E-mail: to42@fas.gov.ru

Заказчик

Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны
здоровья шахтёров»

Место нахождения и почтовый адрес:
652509, Кемеровская область-Кузбасс, г.
Ленинск-Кузнецкий, ул. 7-ой микрорайон 9
ИНН 4212007870; КПП 421201001; ОГРН 1024201298527

Ответственное должностное лицо:

Адрес электронной почты: 23699@mail.ru
Номер контактного телефона: 8(384 56) 2 36 99

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационно-Диагностическое Бюро «Ортомед»
место нахождения: 236008, Калининград, ул.
Верхнеозерная д.24.
ИНН 3907049814, ОГРН 1063906075617,
телефон: +7 (921)711-41-91,
адрес электронной почты: kdbortomed@mail.ru

**Номер закупки: 1849289;
Номер в ЕИС 32009414027;**

Жалоба

на положения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

Ознакомившись с опубликованным техническим заданием, заявитель считает, что техническое задание составлено Заказчиком с нарушением требований действующего законодательства, в том числе федерального закона № 223-ФЗ, от 18 июля 2011 г. по следующим основаниям.

В техническом задании документации об аукционе установлены такие технические параметры объекта закупки, которые ограничивают количество участников закупки и по совокупности показателей не соответствуют продукции ни одного существующего в мире производителя.

По некоторым отдельным параметрам, например по указанию на марку титанового сплава из которого должна быть изготовлена «Чаша» (номер п/п 3), можно предположить что это продукция Российского производителя- ООО «Эси Медикал», однако по другим известным параметрам продукция этого производителя не подходит под сделанное описание. Эндопротез тазобедренного сустава «ARTUS», включает в себя помимо указанных компонентов также и

неуказанные- винт спонгиозный; направляющая дистальная, заглушка. Без полного комплекта компонентов продукция не может считаться соответствующей регистрационному удостоверению и регистрационному досье № РЗН 2020/9923, а следовательно не может использоваться в медицинских целях.

Кроме того, описанные технические характеристики продукции вообще не указаны в регистрационном удостоверении на продукцию «ЭСИ Медикал» № РЗН 2020/9923 от 09.04.2020 г. в связи с чем невозможно установить их соответствие.

В соответствии с п. 6.1. ст. 3, 223-ФЗ, при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

Указанная норма права в полной мере нарушена заказчиком при описании объекта закупки.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Провести внеплановую проверку в отношении проводимой закупки и вынести предписание об устранении допущенных нарушений.

Приложение: регистрационное удостоверение РЗН 2020/9923

**Генеральный директор
ООО «Консультационно-Диагностическое Бюро
«Ортомед»**

ООО

"ОРТОМЕД"

Подписано цифровой
подписью: ООО
"ОРТОМЕД"
Дата: 2020.08.26 22:38:05
+02'00'