

Исх. № \_\_\_\_\_  
дата: \_\_\_\_\_

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Чувашской Республике-Чувашии

Адрес: 428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 2

**От кого:** ООО «РЕНЕССАНС-МЕД»

**Адрес Заявителя:** 105187, г. Москва, вн.тер.

г. Муниципальный Округ Измайлово,  
ул. 1-я Измайловского зверинца, дом

8, помещ. 1/1.

### **Жалоба на действия (бездействия) юридического лица**

**1. Заказчик:** АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Адрес: 428020, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 31  
телефон: +7 (8352) 620526

Адрес электронной почты: [onko620526@yandex.ru](mailto:onko620526@yandex.ru)

Ответственное должностное лицо<...>

**2. Участник закупки (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью  
«РЕНЕССАНС-МЕД»

ОГРН: 1207700169522 ИНН: 9717091569 КПП: 771701001

Адрес: 105187, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Измайлово, ул. 1-я  
Измайловского зверинца, дом 8, помещ. 1/1.

Тел<...> e-mail: [zakup-aokb@mail.ru](mailto:zakup-aokb@mail.ru)

Контактное лицо: <...> **3. Адрес официального сайта, на котором размещена  
информация о закупке:**  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

**4. Номер извещения:** 32413600357

**5. Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 15.05.2024г.

**6. Наименование закупки:** Поставка изделий медицинского назначения.

**7. Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 №  
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –  
Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ,  
услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости,  
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к  
участникам закупки.

**ДАННАЯ ЗАКУПКА СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ  
КОНКУРЕНЦИИ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.**

Предметом закупки является поставка медицинского расходного материала для оперблока.

**В совокупности описания объекта закупки для позиции 9 поставка товара ограничена одним производителем – Мэрил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд., для позиций 23-26 поставка товара ограничена одним производителем – Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си.**

**Включение Заказчиком в документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики использования такого товара является нарушением и приводят к ограничению конкуренции участников закупки.**

Заказчиком ограничено количество возможных участников, так как закупить и поставить уникальный товар имеет возможность только ограниченный круг лиц, имеющий с производителем такого товара партнерские отношения и/или иные договоры о сотрудничестве.





аппарата.													
Шкала степени компрессии ткани с маркерными полосками зазора для получения обратной связи о степени сжатия прошиваемых тканей для снижения риска развития несостоятельности анастомоза.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Количество скоб в степлере не менее 24 штук.	36 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	39 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	26 шт.	24 шт.	24 шт.
Скобы из МРТ-совместимого титанового сплава или титана.	Титан	Титановый сплав	Титановый сплав	Титановый сплав	Титан	Титановый сплав	Титан	Титан	Титан	Титан	Титановый сплав	Титановый сплав	Титан
В наличии имеется мини - троакар для съёмной головки, предназначенный для соединения со съёмной головкой в целях создания контролируемого прокола тканей, выбранных хирургом.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
В наличии имеется атравматичный чехол для троакара для обеспечения защиты соседних внутренних органов при использовании мини-троакара.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Инструмент поставляется стерильным и предназначен для использования у одного пациента.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Не подлежит перезарядке и повторной стерилизации.	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие











Для позиции 24

<p><b>Характеристики, установленные Заказчиком</b></p>	<p>Кассета со скобами к аппарату сшивающе-режущему с регулируемой высотой закрытия скобок (артикул SR55) ФСЗ 2011/08985 от 23.12.2019 Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си</p>	<p>Картридж GIATM с применением технологии Tri-Staple™, черный сверхтолстый, 60 мм, в составе с инструкцией по применению (артикул GIA60XTC) РЗН 2022/17195 от 17.05.2022 Ковидиен Ллс</p>	<p>Одноразовый загружаемый блок GIATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 60 мм - 3,8 мм (артикул GIA6038L) РЗН 2020/9563 от 20.08.2020 Ковидиен Ллс</p>	<p>Кассета прямая с ножом к линейным сшивающе-режущим аппаратам, синяя, длина шва 60 мм, высота скобы 3,8 мм, REF-1847-VLSC60B-V РЗН 2020/11148 от 08.05.2024 Фолькманн МедицинТехник ГмбХ</p>	<p>Кассета для инструмента линейного шва с ножом KYQZ (размер - 60 мм; высота скобки - L) (артикул KYQZ-60L) ФСЗ 2009/04760 от 16.09.2009 Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд.</p>	<p>Картридж GK553 РЗН 2020/12620 от 20.11.2020 Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд.</p>	<p>Кассеты сменные Reloading Staples Unit for Linear Cutter Stapler со скобами для степлера сшивающего с ножом: Размер: - длина 60 мм, высота скрепок 3,8 мм (SADB-60N) РЗН 2013/643 от 17.06.2021 БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Эквипмент Ко. Лтд</p>	<p>Картриджи для линейного степлера (артикул DLCSC-60L) ФСЗ 2008/02015 от 25.07.2023 Грена Лтд.</p>	<p>Картридж синий, с количеством скоб 56, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-55L) РЗН 2020/9937 от 09.04.2020 Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко., Лтд.</p>	<p>Кассеты для инструмента линейного шва PYQG (размер: 60; высота скобки: L) PYQG-60B РЗН 2013/50 от 15.03.2013 Пресижин (Чанчжоу) Медикал Инструментс Ко., Лтд.</p>	<p>Картриджи RLC6038L одноразовые с длиной ряда скоб 60 мм и высотой 3,8 мм РЗН 2020/10104 от 14.09.2022 Рич Сёрджикал, Инк.</p>	<p>Принадлежности: Скобы. (артикул QCB55-3.8) ФСЗ 2007/00920 от 26.12.2007 Чангжоу Сити Жие Медикал Девайс Институт</p>	<p>Кассета к инструменту SLC, вариант: LCR60B РЗН 2021/14965 от 13.01.2023 Виктор Медикал Инструмент Ко., Лтд.</p>
<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с регулируемой высотой закрытия скобок.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>
<p>Кассета содержит не менее 88 скобок,</p>	<p>88 скобок</p>	<p>96 скобок</p>	<p>64 скобы</p>	<p>64 скобы</p>	<p>60 скоб</p>	<p>56 скоб</p>	<p>64 скобы</p>	<p>60 скоб</p>	<p>56 скоб</p>	<p>58 скоб</p>	<p>64 скобы</p>	<p>56 скоб</p>	<p>60 скоб</p>
<p>расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке и имеет съемную предохранительную пластину.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>	<p>два двойных ряда</p>
<p>Длина ножки открытой скобки не более 4,3 мм.</p>	<p>4,3 мм</p>	<p>4,0 / 4,5 / 5,0 мм</p>	<p>3,8 мм</p>	<p>3,8 мм</p>	<p>3,8 мм</p>	<p>3,85 мм</p>	<p>3,8 мм</p>	<p>3,85 мм</p>	<p>3,8 мм</p>	<p>3,85 мм</p>	<p>3,85 мм</p>	<p>3,85 мм</p>	<p>3,8 мм</p>
<p>Высота закрытой скобки регулируемая: - для тканей нормальной толщины не менее 1,4 мм не более 1,6 мм; - для утолщенных тканей не менее 1,7 мм не более 1,9 мм; - для толстых тканей не менее 2,0 мм не более 2,2 мм.</p>	<p>1,5 мм и 1,8 мм и 2,0 мм</p>	<p>фиксируемая 1,75 / 2,0 / 2,25 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>	<p>фиксируемая 1,5 мм</p>
<p>Материал скобок – МРТ-совместимый: титановый сплав или титан.</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>	<p>Материал скобок – МРТ-совместимый титан</p>
<p>Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной не менее 60 мм,</p>	<p>61 мм</p>	<p>63 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>59 мм</p>	<p>57 мм</p>	<p>64 мм</p>	<p>61 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>62 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>57 мм</p>	<p>60 мм</p>
<p>длина линии разреза не более 58 мм.</p>	<p>58 мм</p>	<p>62 - 66 мм</p>	<p>60 - 64 мм</p>	<p>55 мм</p>	<p>55 мм</p>	<p>55 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>55 мм</p>	<p>55 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>55 мм</p>	<p>60 мм</p>
<p>Линия механического шва превышает линию разреза не</p>													



Для позиции 25

<p><b>Характеристики, установленные Заказчиком</b></p>	<p>Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (артикул NTLС75) ФСЗ 2010/08360 от 06.08.2020 Этикон Эндо-Серджерн, ЭлЭл-Си</p>	<p>Степлер GIАtm с применением технологии Tri- Stapletm для черных сверхтолстых картриджей, 80 мм, в составе с инструкцией по применению (артикул GIA80XTS) P3H 2022/16916 от 15.04.2022 Ковидиен Ллс</p>	<p>Степлер одноразовый GIA Auto Suture с технологией DST Series, длина шва 80 мм, со скобками 3,8 мм (84 шт.) (артикул GIA8038S) P3H 2022/17761 от 15.07.2022 Ковидиен Ллс</p>	<p>Линейный сшивающе-режущий аппарат, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 80 мм, REF-1847-VLCB80-B P3H 2020/11154 от 20.12.2022 Фолькманн МедицинТехник ГмбХ</p>	<p>Инструмент одноразовый линейного шва с ножом KYQ (размеры - 80 мм; высота скобки - L) (артикул KYQ-80L) ФСЗ 2009/04760 от 16.09.2009 Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд.</p>	<p>Степлер линейный GH753 P3H 2020/12620 от 20.11.2020 Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд.</p>	<p>Степлер Linear Cutter Stapler сшивающий хирургический со скобками и ножом: Размер: - длина 80 мм, высота скрепок 3.8 мм (SSAB-80 3.8mm) P3H 2013/643 от 17.06.2021 БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Эквипмент Ко. Лтд</p>	<p>Степлеры сшивающие хирургические с принадлежностями линейные (артикул DLCS-80L) ФСЗ 2008/02015 от 25.07.2023 Грена Лтд.</p>	<p>Степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 80,5 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-80L) P3H 2020/9937 от 09.04.2020 Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко., Лтд.</p>	<p>Кассеты для инструмента линейного шва PYQG (размер: 80; высота скобки: L) PYQG-80B P3H 2013/50 от 15.03.2013 Пресижин (Чанчжоу) Медикал Инструментс Ко., Лтд.</p>	<p>Степлер RLC8038S хирургический режущий с длиной ряда скоб 80 мм и высотой скоб 3,8 мм P3H 2020/10104 от 14.09.2022 Рич Сёрджиал, Инк.</p>	<p>Инструменты сшивающие для наложения хирургических швов, модели QHC (артикул QHC75-3.8) ФСЗ 2007/00920 от 26.12.2007 Чангжоу Сити Жие Медикал Девайс Институт</p>	<p>Инструмент линейный сшивающий с ножом SLC, вариант: SLC80B P3H 2021/14965 от 13.01.2023 Виктор Медикал Инструмент Ко., Лтд.</p>
<p>Линейный сшивающий аппарат не менее 70 мм и не более 80 мм</p>	<p>75 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>75 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>75 мм</p>	<p>80 мм</p>
<p>с функцией регулирования высоты закрытия скобок</p>	<p>Соответствие</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>
<p>для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>для прошивания сверхтолстой ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>	<p>для прошивания нормальной ткани</p>
<p>Аппарат состоит из опорной и кассетной половин, замыкающихся при помощи запирающего рычага.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>	<p>Соответствие</p>
<p>Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>
<p>Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>
<p>На одной из branшей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а</p>													





Для позиции 26

<p><b>Характеристики, установленные Заказчиком</b></p>	<p>Кассета со скобами к аппарату сшивающе-режущему с регулируемой высотой закрытия скобок (артикул SR75) ФСЗ 2011/08985 от 23.12.2019 Этикон Эндо-Серджери, ЭлЭл-Си</p>	<p>Картридж GIATM с применением технологии Tri-Starple™, черный сверхтолстый, 80 мм, в составе с инструкцией по применению (артикул GIA80XTS) P3H 2022/17195 от 17.05.2022 Ковидиен Ллс</p>	<p>Одноразовый загружаемый блок GIATM Auto Suture™ с технологией DST Series™ 80 мм - 3,8 мм (артикул GIA8038L) P3H 2020/9563 от 20.08.2020 Ковидиен Ллс</p>	<p>Кассета прямая с ножом к линейным сшивающе-режущим аппаратам, синяя, длина шва 80 мм, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VLSC80BB P3H 2020/11148 от 08.05.2024 Фолькманн Медицин Техник ГмбХ</p>	<p>Кассета для инструмента линейного шва с ножом KYQZ (размер - 80 мм; высота скобки - L) (артикул KYQZ-80L) ФСЗ 2009/04760 от 16.09.2009 Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд.</p>	<p>Картридж GK753 P3H 2020/12620 от 20.11.2020 Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд.</p>	<p>Кассеты сменные Reloading Staples Unit for Linear Cutter Stapler со скобами для степлера сшивающего с ножом: Размер: - длина 80 мм, высота скрепок 3.8 мм (SADB-80N) P3H 2013/643 от 17.06.2021 БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Эквипмент Ко. Лтд</p>	<p>Картриджи для линейного степлера (артикул DLCSC-80L) ФСЗ 2008/02015 от 25.07.2023 Грена Лтд.</p>	<p>Картридж синий, с количеством скоб 88, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-80L) P3H 2020/9937 от 09.04.2020 Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко., Лтд.</p>	<p>Кассеты для инструмента линейного шва PYQG (размер: 80; высота скобки: L) PYQG-80B P3H 2013/50 от 15.03.2013 Пресижин (Чанчжоу) Медикал Инструментс Ко., Лтд.</p>	<p>Картриджи RLC8038L одноразовые с длиной ряда скоб 80 мм и высотой 3,8 мм P3H 2020/10104 от 14.09.2022 Рич Сёрджикал, Инк.</p>	<p>Принадлежности: Скобы. (артикул QCB75-3.8) ФСЗ 2007/00920 от 26.12.2007 Чангжоу Сити Жие Медикал Девайс Институт</p>	<p>Кассета к инструменту SLC, вариант: LCR80B P3H 2021/14965 от 13.01.2023 Виктор Медикал Инструмент Ко., Лтд.</p>
<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату не менее 70 мм и не более 80 мм</p>	<p>75 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>75 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>80 мм</p>	<p>75 мм</p>	<p>80 мм</p>
<p>с регулируемой высотой закрытия скобок.</p>	<p>Соответствие</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок</p>

































Из сравнительной таблицы видно, что Заказчик исключает возможность поставки товара иных производителей для позиции 9.

Перечень несоответствий с требованиями Заказчика:

Наименование	Из инструкции от производителя																																																																		
Brightness Medical (DH29)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.</p> <p>Степлер предназначен для одноразового использования во время хирургической операции в области пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Степлер размещает титановые скобы в два ряда в шахматном порядке по кругу. Сразу после внедрения скобок, лезвие ножа иссекает лишнюю ткань,</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным.</p>																																																																		
Volkman (1847-VC29-B)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.</p> <p>Линейный аппарат обеспечивает формирование двухрядного скобочного шва с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава, расположенных в шахматном порядке. Конструкция линейного аппарата обеспечивает</p> <p>Диаметр встроенного лезвия 19,4 мм - не соответствует.</p> <p>Диапазон высоты закрытой скобки 1,0 - 2,3 мм - не соответствует.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование параметра</th> <th colspan="5">Значение</th> </tr> <tr> <th>Вариант исполнения изделия</th> <th colspan="5">Циркулярный изогнутый аппарат</th> </tr> <tr> <th>REF</th> <th>1847-VC21-B</th> <th>1847-VC25-B</th> <th>1847-VC29-B</th> <th>1847-VC32-B</th> <th>1847-VC34-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диаметр рабочей части (матрица), мм</td> <td>21±2</td> <td>25±2</td> <td>29±2</td> <td>32±2</td> <td>34±2</td> </tr> <tr> <td>Цветовая кодировка магазина со скобами</td> <td>синий</td> <td>синий</td> <td>зеленый</td> <td>белый</td> <td>серый</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры изделия (длина×ширина×высота), мм</td> <td colspan="5">445×26×165, допустимое отклонение ± 10 мм</td> </tr> <tr> <td>Масса изделия, г, не более</td> <td>355</td> <td>365</td> <td>375</td> <td>375</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>Размеры зазоров прошивания, мм</td> <td colspan="5">1,0-2,3±0,3</td> </tr> <tr> <td>Диаметр шва, мм</td> <td>16,5±0,2</td> <td>20,5±0,2</td> <td>24,5±0,2</td> <td>27,5±0,2</td> <td>29,5±0,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19±0,2</td> <td>23±0,2</td> <td>27±0,2</td> <td>30±0,2</td> <td>32±0,2</td> </tr> <tr> <td>Диаметр разреза, мм</td> <td>12,4±0,5</td> <td>15,4±0,5</td> <td>19,4±0,5</td> <td>20,4±0,5</td> <td>23,4±0,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Наименование параметра	Значение					Вариант исполнения изделия	Циркулярный изогнутый аппарат					REF	1847-VC21-B	1847-VC25-B	1847-VC29-B	1847-VC32-B	1847-VC34-B	Диаметр рабочей части (матрица), мм	21±2	25±2	29±2	32±2	34±2	Цветовая кодировка магазина со скобами	синий	синий	зеленый	белый	серый	Габаритные размеры изделия (длина×ширина×высота), мм	445×26×165, допустимое отклонение ± 10 мм					Масса изделия, г, не более	355	365	375	375	385	Размеры зазоров прошивания, мм	1,0-2,3±0,3					Диаметр шва, мм	16,5±0,2	20,5±0,2	24,5±0,2	27,5±0,2	29,5±0,2		19±0,2	23±0,2	27±0,2	30±0,2	32±0,2	Диаметр разреза, мм	12,4±0,5	15,4±0,5	19,4±0,5	20,4±0,5	23,4±0,5
Наименование параметра	Значение																																																																		
Вариант исполнения изделия	Циркулярный изогнутый аппарат																																																																		
REF	1847-VC21-B	1847-VC25-B	1847-VC29-B	1847-VC32-B	1847-VC34-B																																																														
Диаметр рабочей части (матрица), мм	21±2	25±2	29±2	32±2	34±2																																																														
Цветовая кодировка магазина со скобами	синий	синий	зеленый	белый	серый																																																														
Габаритные размеры изделия (длина×ширина×высота), мм	445×26×165, допустимое отклонение ± 10 мм																																																																		
Масса изделия, г, не более	355	365	375	375	385																																																														
Размеры зазоров прошивания, мм	1,0-2,3±0,3																																																																		
Диаметр шва, мм	16,5±0,2	20,5±0,2	24,5±0,2	27,5±0,2	29,5±0,2																																																														
	19±0,2	23±0,2	27±0,2	30±0,2	32±0,2																																																														
Диаметр разреза, мм	12,4±0,5	15,4±0,5	19,4±0,5	20,4±0,5	23,4±0,5																																																														
Johnson (CDH29A)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Технические характеристики</th> </tr> <tr> <th>REF</th> <th>CDH21A</th> <th>CDH25A</th> <th>CDH29A</th> <th>CDH33A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dimensions, mm / Габаритные размеры (длина),</td> <td>445 ± 5</td> <td>445 ± 5</td> <td>445 ± 5</td> <td>445 ± 5</td> </tr> <tr> <td>Number of staple lines / Количество рядов скоб в кассете</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Технические характеристики					REF	CDH21A	CDH25A	CDH29A	CDH33A	Dimensions, mm / Габаритные размеры (длина),	445 ± 5	445 ± 5	445 ± 5	445 ± 5	Number of staple lines / Количество рядов скоб в кассете	2	2	2	2																																														
Технические характеристики																																																																			
REF	CDH21A	CDH25A	CDH29A	CDH33A																																																															
Dimensions, mm / Габаритные размеры (длина),	445 ± 5	445 ± 5	445 ± 5	445 ± 5																																																															
Number of staple lines / Количество рядов скоб в кассете	2	2	2	2																																																															
Medtronic (TRIEEA28XT)	<p>Диапазон высоты закрытой скобки 1,5 - 2,0 - не соответствует.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>Aa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>Purple</td> <td> 4 mm</td> <td> 3.5 mm</td> <td> 3 mm</td> <td> 1.2 - 1.75 mm</td> <td>0.24 mm</td> <td>28 mm</td> <td>19.5 mm</td> <td>39</td> <td>1.5-2.25 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Black</td> <td> 5 mm</td> <td> 4.5 mm</td> <td> 4 mm</td> <td> 1.5 - 2.0 mm</td> <td>0.24 mm</td> <td>28 mm</td> <td>19.5 mm</td> <td>39</td> <td>2.25-3.0 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3 ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СКОБОК</b></p> <p>T) ЦВЕТ</p> <p>U) РАЗМЕР СКОБКИ</p> <p>V) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ (ВЫСОТА «В»)</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>		T	U	V	W	X	Y	Z	Aa	28	Purple	 4 mm	 3.5 mm	 3 mm	 1.2 - 1.75 mm	0.24 mm	28 mm	19.5 mm	39	1.5-2.25 mm		Black	 5 mm	 4.5 mm	 4 mm	 1.5 - 2.0 mm	0.24 mm	28 mm	19.5 mm	39	2.25-3.0 mm																																			
	T	U	V	W	X	Y	Z	Aa																																																											
28	Purple	 4 mm	 3.5 mm	 3 mm	 1.2 - 1.75 mm	0.24 mm	28 mm	19.5 mm	39	1.5-2.25 mm																																																									
	Black	 5 mm	 4.5 mm	 4 mm	 1.5 - 2.0 mm	0.24 mm	28 mm	19.5 mm	39	2.25-3.0 mm																																																									
Kangdi (KYGW-28.5)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.</p>																																																																		



- **Количество рядов скобочного шва: 2.**

Диаметр встроенного лезвия 19 мм. - не соответствует.

Диаметр сечения скобки 0,3 мм. - не соответствует.

Вывод: поставить данные товары не представляется возможным

Panther  
(FCSLWBE 29)

Двухрядный шов - не соответствует.

Степлер сшивающий хирургический Степлер Circular Stapler (FCSLWBE™) (далее по тексту - степлер FCSLWBE™ или степлер) выполняет круговые швы из устанавливаемых в ткани в шахматном порядке двойных рядов скоб из титана и резецирует излишнюю ткань, создавая таким образом круговой анастомоз. Степлер можно включить, прочно сжимая ручку, добиваясь максимального хода при ее сжатии. Поставляется 5 стандартных вариантов диаметра сшивающего степлера - 24 мм, 26 мм, 29 мм, 32 мм или 34 мм.

Фиксированная высота закрытой скобки 2 мм. - не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Grena  
(DCSCN-28)

Двухрядный шов - не соответствует.

Функция:

В круговом шшивателе используются титановые скобы, расположенные в круговом шахматном порядке двумя концентрическими кольцами внутри картриджа. Круговое

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Шеврон  
(SHGX-29)

Двухрядный шов - не соответствует.

Диаметр встроенного лезвия 19 мм. - не соответствует.

### Циркулярный сшивающе-режущий аппарат «Шеврон»

Назначение:



- одноразовые циркулярные сшивающе-режущие аппараты
- 2 ряда титановых скоб
- высота закрытой скобы 1,5 – 2 мм



Артикул	Внешний диаметр, мм
SHGX-21	21
SHGX-24	24
SHGX-26	26
SHGX-29	29

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Reach Surgical (ACS 28D)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.          Диаметр встроенного лезвия 18,8 мм. - не соответствует.          Диапазон высоты закрытой скобки 1,5 -2,2 мм. - не соответствует.          Длина изогнутого ствола 27 мм. - не соответствует.</p>																																																												
	<p style="text-align: center;"><b>ОПИСАНИЕ</b></p> <p>Циркулярные степлеры REACH со скобами при приведении в действие нажатием до упора рукояток накладывают двойные ступенчатые циркулярные ряды титановых скоб. Сразу после формирования скоб избыток</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																																																												
Precision (PYGX-29)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.          Диаметр встроенного лезвия 21 мм. - не соответствует.          Диаметр сечения скобки 0.3 мм. - не соответствует.</p> <p><b>Описание инструмента</b></p> <p>Линейный сшивающий аппарат накладывается два ряда скобок, расположенных в шахматном порядке и служит для ушивания/резекции тканей внутренних органов.</p> <table border="1" data-bbox="355 701 1174 1086"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Внешний диаметр</th> <th>Внутренний диаметр анастомоза</th> <th>Количество скрепок</th> <th>Ширина скрепки</th> <th>Высота скрепки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PYGX-17</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>4.0</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>PYGX-19</td> <td>19</td> <td>11</td> <td>16</td> <td>4.0</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>PYGX-21</td> <td>21</td> <td>13</td> <td>18</td> <td>4.0</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>PYGX-23</td> <td>23</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>4.0</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>PYGX-26</td> <td>26</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>4.0</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>PYGX-29</td> <td>29</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>4.0</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>PYGX-32</td> <td>32</td> <td>24</td> <td>28</td> <td>4.0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>PYGX-33</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>4.0</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>PYGX-35</td> <td>35</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>4.0</td> <td>5,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным.</p>	Модель	Внешний диаметр	Внутренний диаметр анастомоза	Количество скрепок	Ширина скрепки	Высота скрепки	PYGX-17	17	10	16	4.0	4,2	PYGX-19	19	11	16	4.0	4,2	PYGX-21	21	13	18	4.0	4,5	PYGX-23	23	15	18	4.0	4,5	PYGX-26	26	18	20	4.0	4,5	PYGX-29	29	21	24	4.0	4,8	PYGX-32	32	24	28	4.0	5,0	PYGX-33	33	25	28	4.0	5,2	PYGX-35	35	27	32	4.0	5,2
Модель	Внешний диаметр	Внутренний диаметр анастомоза	Количество скрепок	Ширина скрепки	Высота скрепки																																																								
PYGX-17	17	10	16	4.0	4,2																																																								
PYGX-19	19	11	16	4.0	4,2																																																								
PYGX-21	21	13	18	4.0	4,5																																																								
PYGX-23	23	15	18	4.0	4,5																																																								
PYGX-26	26	18	20	4.0	4,5																																																								
PYGX-29	29	21	24	4.0	4,8																																																								
PYGX-32	32	24	28	4.0	5,0																																																								
PYGX-33	33	25	28	4.0	5,2																																																								
PYGX-35	35	27	32	4.0	5,2																																																								
Changzhou City Zhiye Medical Devices Institute (WH-Y-29)	<p>Двухрядный шов - не соответствует.          Диапазон высоты закрытой скобки 1,44 - 2,4 мм - не соответствует.</p> <p>Особенности инструментов:          WH-Y - изогнутый, циркулярный степлер накладывается циркулярный, двойной зигзагообразный ряд скобок.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																																																												

Таким образом, Заказчиком по позиции 9 Технического задания установлены уникальные характеристики, которые соответствуют единственному производителю Мэрил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.

А именно: «... и наложения кругового трехрядного скобочного шва в шахматном порядке. Трёхрядный шов в шахматном порядке позволяет добиться наилучшей герметичности при



минимальном риске развития ишемии в тканях.»

**Особые свойства изделия**

Степлер циркулярный одноразовый MIRUS с набором скоб предназначен для наложения циркулярного шва с помощью хирургических титановых скоб: в шахматном порядке в 2 ряда (в случае двухрядного циркулярного степлера) и в 3 ряда (в случае трехрядного циркулярного степлера).

2. Степлер циркулярный одноразовый MIRUS с набором скоб трехрядный: MCS-21R3, MCS-24R3, MCS-25R3, MCS-26R3, MCS-29R3, MCS-31R3, MCS-32R3.

Таблица 3. Габаритные размеры скоб для степлера циркулярного одноразового MIRUS с набором скоб трехрядного


Код	Открытые скобы (мм)	Высота закрытых скоб (мм)
MCS-21R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1
MCS-24R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1
MCS-25R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1
MCS-26R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1
MCS-29R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1
MCS-31R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1
MCS-32R3	4,5±0.3	1,0-2,5±0.1

Из сравнительной таблицы видно, что Заказчик исключает возможность поставки товара какого-либо производителя для позиции 23.

Ковидиен Ллс (GIA60XTS)	С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.			
	Характеристики скоб	Размер скобы (открытая ножка) Высота/Ширина (± 0,05 мм) 	Закрытая ножка (± 0,05 мм) 	Диаметр (± 0,005 мм)
		3,0 мм/4,0 мм	1,25 мм	0,22 мм
		3,5 мм/4,0 мм	1,5 мм	0,22 мм
		4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)	1,75 мм	0,22 мм
		4,0 мм/4,0 мм (черная)	1,75 мм	0,24 мм
		4,5 мм/4,0 мм	2,0 мм	0,24 мм
		5,0 мм/4,0 мм	2,25 мм	0,24 мм
	Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.			
	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Сшивающий аппарат GIA™ с технологией Tri-Staple™ можно перезаряжать до 7 (семи) раз, что дает возможность воспользоваться аппаратом 8 (восемь) раз.			
	Вывод: поставить данный товар не представляется возможным			
Ковидиен Ллс (GIA6038S)	С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.			
	64 скрепки с высотой ножки 3,8 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм.			
	Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.			
	Предназначен для прошивания 8 кассет.			
	Вывод: поставить данный товар не представляется возможным			

<p>Фолькманн МедицинТехник ГмбХ (REF-1847VLC-B60-B)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p>Линейный сшивающе-режущий аппарат, обеспечивающий формирование четырехрядного скобочного шва с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок.</p> <p>Линейный сшивающе-режущий аппарат имеет возможность перезагрузки до 7 раз и возможность произвести до 8 прошиваний.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																								
<p>Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд. (KYQ-60L)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В ходе одного вмешательства инструмент может быть перезаряжен. Не перезаряжайте инструмент более семи раз и не используйте его для прошивания более восьми раз.</li> </ul> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																								
<p>Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд. (GH553)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="355 680 1406 927"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Параметр</th> <th colspan="6">Вариант исполнения картриджа</th> </tr> <tr> <th>GK553</th> <th>GK554</th> <th>GK753</th> <th>GK754</th> <th>GK1003</th> <th>GK1004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Высота скоб после прошивания, мм (±10%)</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Параметр	Вариант исполнения картриджа						GK553	GK554	GK753	GK754	GK1003	GK1004	Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0				
Параметр	Вариант исполнения картриджа																								
	GK553	GK554	GK753	GK754	GK1003	GK1004																			
Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0																			
<p>БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Эквипмент Ко. Лтд</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p>																								
<p>(SSAB-60 3.8mm)</p>	<table border="1" data-bbox="360 1267 1410 1532"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Длина шва из скоб</th> <th>Длина линии реза</th> <th>Размер скобы</th> <th>Размер скобы в закрытом состоянии</th> <th>Требование к сжимаемости ткани</th> <th>Цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSAB-60(3.8mm) SADB6 0N</td> <td>64</td> <td>60</td> <td>3.8mm</td> <td>1.5mm</td> <td>1.5mm</td> <td>голубой</td> </tr> </tbody> </table> <p>толщины тканей. Каждый хирургический степлер SSAB может быть перезаряжен 7 раз, что позволяет в сумме применить его 8 раз для одного пациента.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Код	Длина шва из скоб	Длина линии реза	Размер скобы	Размер скобы в закрытом состоянии	Требование к сжимаемости ткани	Цвет	SSAB-60(3.8mm) SADB6 0N	64	60	3.8mm	1.5mm	1.5mm	голубой										
Код	Длина шва из скоб	Длина линии реза	Размер скобы	Размер скобы в закрытом состоянии	Требование к сжимаемости ткани	Цвет																			
SSAB-60(3.8mm) SADB6 0N	64	60	3.8mm	1.5mm	1.5mm	голубой																			
<p>Грена Лтд. (DLCS-60L)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p><b>С замком безопасности</b></p> <table border="1" data-bbox="343 1800 1023 1912"> <thead> <tr> <th>Каталог №</th> <th>Размер</th> <th>Толщина ткани</th> <th>Количество в упаковке</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DLCS-60L</td> <td>60 мм</td> <td>1,5 мм</td> <td>стерильно – 1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>С замком безопасности</b></p> <table border="1" data-bbox="343 1935 1406 2047"> <thead> <tr> <th>Каталог №</th> <th>Линия разреза</th> <th>Ширина коронки скобки</th> <th>Высота открытой скобки</th> <th>Количество во скобок</th> <th>Длина шва</th> <th>Толщина ткани</th> <th>Диаметр скобки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DLCS-60L</td> <td>55</td> <td>3,0</td> <td>3,85</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>1,5</td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке	DLCS-60L	60 мм	1,5 мм	стерильно – 1	Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Количество во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки	DLCS-60L	55	3,0	3,85	60	61	1,5	0,24
Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке																						
DLCS-60L	60 мм	1,5 мм	стерильно – 1																						
Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Количество во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки																		
DLCS-60L	55	3,0	3,85	60	61	1,5	0,24																		



<p>Вуси Шуканг Медикал Эшплаенс Ко., Лтд. (SHQA-55L)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одноразовый</li> <li>• Титановые скобы</li> <li>• Возможно 7 раз менять картридж во время операции</li> <li>• Система предохранительной блокировки, чтобы избежать возможности выстрела использованного картриджа</li> <li>• Двухсторонняя кнопка включения, подходит для разных операций</li> </ul>  <table border="1" data-bbox="475 443 1295 616"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Длина разреза (мм)</th> <th>Длина шва (мм)</th> <th>Кол-во скоб</th> <th>Высота скобы (мм)</th> <th>Высота шва (мм)</th> <th>Цвет картриджа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SHQA-55L</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>56</td> <td>3.8</td> <td>L:1.5</td> <td>Голубой</td> </tr> <tr> <td>SHQA-55H</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>56</td> <td>4.8</td> <td>H:2.0</td> <td>Зеленый</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Артикул	Длина разреза (мм)	Длина шва (мм)	Кол-во скоб	Высота скобы (мм)	Высота шва (мм)	Цвет картриджа	SHQA-55L	58	60	56	3.8	L:1.5	Голубой	SHQA-55H	58	60	56	4.8	H:2.0	Зеленый														
Артикул	Длина разреза (мм)	Длина шва (мм)	Кол-во скоб	Высота скобы (мм)	Высота шва (мм)	Цвет картриджа																														
SHQA-55L	58	60	56	3.8	L:1.5	Голубой																														
SHQA-55H	58	60	56	4.8	H:2.0	Зеленый																														
<p>Пресижин (Чанчжоу) Медикал Инструментс Ко., Лтд. (PYQG-60B)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="359 766 1426 1120"> <thead> <tr> <th>Model Модель</th> <th>Cutting Length(mm) Длина реза (мм)</th> <th>Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)</th> <th>Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)</th> <th>Catridge colour Цвет картриджа</th> <th>Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок</th> <th>Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PYQG-55</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>2</td> <td>green зелёный</td> <td>56</td> <td>L (4.5)</td> </tr> <tr> <td>PYQG-55</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>1.5</td> <td>blue синий</td> <td>56</td> <td>H (3.85)</td> </tr> <tr> <td>PYQG-60</td> <td>60</td> <td>62</td> <td>2</td> <td>green зелёный</td> <td>58</td> <td>L (4.5)</td> </tr> <tr> <td>PYQG-60</td> <td>60</td> <td>62</td> <td>1.5</td> <td>blue синий</td> <td>58</td> <td>H (3.85)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Для перезарядки инструмента PYQG во время операции (только для одного пациента). Аппарат может быть перезаряжен кассетами для аппаратов данного типоразмера с общим количеством прошиваний не менее 8 раз.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Model Модель	Cutting Length(mm) Длина реза (мм)	Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)	Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)	Catridge colour Цвет картриджа	Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок	Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)	PYQG-55	55	57	2	green зелёный	56	L (4.5)	PYQG-55	55	57	1.5	blue синий	56	H (3.85)	PYQG-60	60	62	2	green зелёный	58	L (4.5)	PYQG-60	60	62	1.5	blue синий	58	H (3.85)
Model Модель	Cutting Length(mm) Длина реза (мм)	Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)	Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)	Catridge colour Цвет картриджа	Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок	Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)																														
PYQG-55	55	57	2	green зелёный	56	L (4.5)																														
PYQG-55	55	57	1.5	blue синий	56	H (3.85)																														
PYQG-60	60	62	2	green зелёный	58	L (4.5)																														
PYQG-60	60	62	1.5	blue синий	58	H (3.85)																														
<p>Рич Сёрджикал, Инк (RLC6038S)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p>12. Скобы высотой 3,8 мм нельзя применять на тканях с посткомпрессионной толщиной менее 1,5 мм во избежание недостаточной плотности наложения скобы, которая не может обеспечить должного гемостаза.</p> <p>13. Скобы высотой 3,8 мм нельзя применять на тканях, которые невозможно сдвинуть до толщины 1,5 мм. Такие ткани слишком толсты для этих скоб. Однако если ткань можно без проблем сдвинуть до 2 мм, можно применить скобы высотой 4,8 мм.</p> <p>2. Степлеры хирургические режущие поставляются стерилизованными и предназначены для перезарядки до 7 раз для выполнения всего 8 швов в ходе одной процедуры. Не стерилизуйте повторно.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																																			
<p>Чангжоу Сити Жие Медикал Девайс Институт (QHC55-3.8)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="363 1921 1426 2072"> <thead> <tr> <th>Код аппарата</th> <th>Цвет кассеты</th> <th>Код кассеты</th> <th>Длина разреза (мм)</th> <th>Длина наложения шва (мм)</th> <th>Толщина наложения шва (мм)</th> <th>Высота скрепки (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QHC55-3.8</td> <td>Синий</td> <td>QCB55-3.8</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>1.5</td> <td>3.85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Код аппарата	Цвет кассеты	Код кассеты	Длина разреза (мм)	Длина наложения шва (мм)	Толщина наложения шва (мм)	Высота скрепки (мм)	QHC55-3.8	Синий	QCB55-3.8	55	57	1.5	3.85																					
Код аппарата	Цвет кассеты	Код кассеты	Длина разреза (мм)	Длина наложения шва (мм)	Толщина наложения шва (мм)	Высота скрепки (мм)																														
QHC55-3.8	Синий	QCB55-3.8	55	57	1.5	3.85																														

Виктор Медикал Инструмент Ко., Лтд. (SLC60B)	С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует. Кассета может быть перезаряжена восемь раз в течение одного вмешательства для проведения в общей сложности восьми прошиваний.  Вывод: поставить данный товар не представляется возможным
--	---

Таким образом, Заказчиком по позиции 23 Технического задания установлены уникальные характеристики, которые соответствуют единственному производителю Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си.

А именно:

1. «с функцией регулирования высоты закрытия скобок»

Инструмент	Сменная кассета	Описание	Число скобок	Высота скобок в закрытом виде и цветовая маркировка переключателя	Цвет сменной кассеты
NTL55	SR55	Длина 55 мм	88	1,5 мм (синий) 1,8 мм (желтый) 2,0 мм (зеленый)	Черный

2. «Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов.»

Инструмент можно перезаряжать в рамках одного хирургического вмешательства. Инструмент может быть перезаряжен не более 12 раз для проведения максимум 12 прошиваний одним инструментом. Применение аппарата с материалами для укрепления механического шва может

Из сравнительной таблицы видно, что Заказчик исключает возможность поставки товара иных производителей для позиции 24.







Ковидиен Ллс (GIA60ХТС)	Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует. Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.
----------------------------	--

Характеристики скоб	Размер скобы (открытая ножка) Высота/Ширина (± 0,05 мм) 	Закрытая ножка (± 0,05 мм) 	Диаметр (± 0,005 мм)
	3,0 мм/4,0 мм	1,25 мм	0,22 мм
	3,5 мм/4,0 мм	1,5 мм	0,22 мм
	4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)	1,75 мм	0,22 мм
	4,0 мм/4,0 мм (черная)	1,75 мм	0,24 мм
	4,5 мм/4,0 мм	2,0 мм	0,24 мм
	5,0 мм/4,0 мм	2,25 мм	0,24 мм

Совместимость кассет GIA™ с технологией Tri-Staple™ с упрочняющим материалом для скобочных швов от других изготовителей не изучалась.

Вывод: поставить данные товары не представляется возможным



Ковидиен Ллс (GIA6038L)	Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вариант исполнения загрузочного блока</th> <th>Размер открытых скрепок Ширина/ Высота (± 0,05 мм) </th> <th>Размер закрытых скрепок (обычный) (± 0,05 мм) </th> <th>Диаметр р (± 0,005 мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GIA6025L</td> <td>2,84 мм/2,5мм</td> <td>1 мм</td> <td>0,14 мм</td> </tr> <tr> <td>GIA6038L</td> <td>2,84 мм/3,8 мм</td> <td>1,5 мм</td> <td>0,14мм</td> </tr> </tbody> </table>	Вариант исполнения загрузочного блока	Размер открытых скрепок Ширина/ Высота (± 0,05 мм) 	Размер закрытых скрепок (обычный) (± 0,05 мм) 	Диаметр р (± 0,005 мм)	GIA6025L	2,84 мм/2,5мм	1 мм	0,14 мм	GIA6038L	2,84 мм/3,8 мм	1,5 мм	0,14мм	<p>Кассета содержит 64 скобы – не соответствует.</p> <table border="1"> <tr> <td>Общее число скрепок</td> <td>GIA6025L</td> <td rowspan="4">64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GIA6038L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GIA6048L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GIA6038L</td> </tr> </table>	Общее число скрепок	GIA6025L	64		GIA6038L		GIA6048L		GIA6038L
Вариант исполнения загрузочного блока	Размер открытых скрепок Ширина/ Высота (± 0,05 мм) 	Размер закрытых скрепок (обычный) (± 0,05 мм) 	Диаметр р (± 0,005 мм)																			
GIA6025L	2,84 мм/2,5мм	1 мм	0,14 мм																			
GIA6038L	2,84 мм/3,8 мм	1,5 мм	0,14мм																			
Общее число скрепок	GIA6025L	64																				
	GIA6038L																					
	GIA6048L																					
	GIA6038L																					
Фолькманн МедицинТехник ГмбХ (REF-1847VLSC60B-B)	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.</p> <p>Кассета содержит 64 скобы – не соответствует.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Требование</th> <th colspan="2">Значения характеристик</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Совместимость с сшивающими аппаратами</td> <td>GIA6025L</td> <td>GIA6025S;GIA6038S;GIA6048S;</td> </tr> <tr> <td>GIA6038L</td> <td>SGIA6038S; GIA6025S;GIA6038S;GIA6048S;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Требование	Значения характеристик		Совместимость с сшивающими аппаратами	GIA6025L	GIA6025S;GIA6038S;GIA6048S;	GIA6038L	SGIA6038S; GIA6025S;GIA6038S;GIA6048S;													
Требование	Значения характеристик																					
Совместимость с сшивающими аппаратами	GIA6025L	GIA6025S;GIA6038S;GIA6048S;																				
	GIA6038L	SGIA6038S; GIA6025S;GIA6038S;GIA6048S;																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование параметра</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Номер по каталогу/ REF</td> <td>1847-VLSC60B - B</td> <td>1847-VLSC60G -B</td> </tr> <tr> <td>Высота скоб после прошивания, мм</td> <td>1,5±0,3</td> <td>2,0±0,3</td> </tr> <tr> <td>Количество скоб в кассете, шт.</td> <td colspan="2">64</td> </tr> </tbody> </table> <p>Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.</p> <p>Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Наименование параметра			Номер по каталогу/ REF	1847-VLSC60B - B	1847-VLSC60G -B	Высота скоб после прошивания, мм	1,5±0,3	2,0±0,3	Количество скоб в кассете, шт.	64										
Наименование параметра																						
Номер по каталогу/ REF	1847-VLSC60B - B	1847-VLSC60G -B																				
Высота скоб после прошивания, мм	1,5±0,3	2,0±0,3																				
Количество скоб в кассете, шт.	64																					

<p>Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд. (KYQZ-60L)</p>	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 60 скоб – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует. Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.</p> <p><b>Хирургические инструменты разных производителей могут различаться по диаметру. В связи с этим перед началом операции следует убедиться в совместимости применяемых инструментов и аксессуаров, произведенных разными фирмами.</b></p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>								
<p>Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд. (GK553)</p>	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 56 скоб – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="363 689 837 1122"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>GK553</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цвет картриджа</td> <td>Голубой</td> </tr> <tr> <td>Количество скоб в катридже, шт.</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Высота скоб после прошивания, мм (±10%)</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.</p> <p><b>СОВМЕСТИМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ</b></p> <p>Степлер поставляется совместно со скобами, заряженными внутри него. Запрещается использовать степлер с какими-либо другими скобами, кроме поставляемых совместно со степлером.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Параметр	GK553	Цвет картриджа	Голубой	Количество скоб в катридже, шт.	56	Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5
Параметр	GK553								
Цвет картриджа	Голубой								
Количество скоб в катридже, шт.	56								
Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5								
<p>БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Эквипмент Ко. Лтд (SADB-60N)</p>	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 64 скобы – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.</p>								

Код	Длина шва из скоб	Длина линии реза	Размер скобы	Размер скобы в закрытом состоянии	Требование к сжимаемости ткани	Цвет
SSAB-60(3.8м) SADB6 ON SSAB	64	60	3.8мм	1.5мм	1.5мм	голубой

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Грена Лтд.  
(DLCSC-60L)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 60 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

С замком безопасности

Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Количество во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки
DLCSC-60L	55	3,0	3,85	60	61	1,5	0,24

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Вуси Шуканг  
Медикал  
Эсплаенс Ко.,  
Лтд.  
(SHQRA-55L)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 56 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

2.1 Степлер, в составе:

- Степлер «Шеврон» режущий, с длиной шва 60 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-55L);
- Картридж синий, с количеством скоб 56, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-55L), не более 20 уп. – при необходимости.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Пресижин  
(Чанчжоу)  
Медикал  
Инструментс  
Ко., Лтд.  
(PYQG-60B)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 58 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Model Модель	Cutting Length(mm) Длина реза (мм)	Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)	Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)	Cartridge colour Цвет катриджа	Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок	Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)
PYQG-55	55	57	2	green зелёный	56	L (4.5)
PYQG-55	55	57	1.5	blue синий	56	H (3.85)
PYQG-60	60	62	2	green зелёный	58	L (4.5)
PYQG-60	60	62	1.5	blue синий	58	H (3.85)

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Рич  
Сёрджикал,

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Инк.  
(RLC6038L)

Кассета содержит 64 скобы – не соответствует.

Картридж	Подходящая модель степлера	Цвет картриджа	Габаритные размеры картриджа*	Угол заточки скобы	Количество скобок в картридже	Длина ряда скоб, мм	Высота скоб, мм	Ширина скобы, мм	Толщина скобы, мм	Масса, г
RLC6038L	RLC6038S	Синий	103±10*23±5*20±5	45°±10°	64	60±5,0	3,8±0,5	2,85±0,5	0,23±0,08	8±2

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Применяется совместно со степлерами линейными RLC, FLC, RLS (поставляются отдельно)

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Чангжоу Сити  
Жие Медикал  
Девайс  
Институт  
(QCB55-3.8)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 56 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Код аппарата	Цвет кассеты	Код кассеты	Длина разреза (мм)	Длина наложения шва (мм)	Толщина наложения шва (мм)	Высота скрепки (мм)
QHC55-3.8	Синий	QCB55-3.8	55	57	15	3.85

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным



Виктор  
Медикал  
Инструмент  
Ко., Лтд.  
(LCR60B)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 60 скоб – не соответствует.

Таблица № 15.

Вариант исполнения/ артикул	Подходящая модель кассеты	Длина шва, мм	Высота скобы, мм	Количество рядов в кассете, шт.	Количество скоб в кассете, шт.	Цвет
SLC60B	LCR60B	60	3,8	4	60	синий

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 23 (производитель Эतिकон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Информация, необходимая для идентификации изделия с целью получения безопасной комбинации и по совместному использованию, указана в таблице № 15.

Таблица № 15. Комбинация изделий с принадлежностями.

Артикул	Кассета
<b>4. Инструмент линейный сшивающий с ножом SLC</b>	
SLC60B	LCR60B
SLC60G	LCR60G
SLC80B	LCR80B
SLC80G	LCR80G
SLC100B	LCR100B

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Таким образом, Заказчиком по позиции 24 Технического задания установлены уникальные характеристики, которые соответствуют единственному производителю Эतिकон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си.

А именно:

1. «Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с регулируемой высотой закрытия скобок»

**Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим с регулируемой высотой закрытия скобок**

2. «Кассета содержит не менее 88 скобок»
3. «Высота закрытой скобки регулируемая: - для тканей нормальной толщины не менее 1,4 мм не более 1,6 мм; - для утолщенных тканей не менее 1,7 мм не более 1,9 мм; - для толстых тканей не менее 2,0 мм не более 2,2 мм.»




Ниже приведены коды к инструменту и сменным кассетам:


Инструмент	Сменная кассета	Описание	Число скобок	Высота скобок в закрытом виде и цветовая маркировка переключателя	Цвет сменной кассеты
NTLC55	SR55	Длина 55 мм	88	1,5 мм (синий) 1,8 мм (желтый) 2,0 мм (зеленый)	Черный

4. Кассета совместима с аппаратом позиция №23 закупки.

**Примечание:** Линейный Аппарат 55/75 мм совместим только со сменными кассетами, предназначенными для Линейного Аппарата 55/75 мм.

Из сравнительной таблицы видно, что Заказчик исключает возможность поставки товара какого-либо производителя для позиции 25.

Ковидиен Ллс (GIA80XTS)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="347 136 1161 656"> <thead> <tr> <th>Характеристики скоб</th> <th>Размер скобы (открытая ножка) Высота/Ширина (± 0,05 мм)</th> <th>Закрытая ножка (± 0,05 мм)</th> <th>Диаметр (± 0,005 мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,0 мм/4,0 мм</td> <td>1,25 мм</td> <td>0,22 мм</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,5 мм/4,0 мм</td> <td>1,5 мм</td> <td>0,22 мм</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)</td> <td>1,75 мм</td> <td>0,22 мм</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,0 мм/4,0 мм (черная)</td> <td>1,75 мм</td> <td>0,24 мм</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,5 мм/4,0 мм</td> <td>2,0 мм</td> <td>0,24 мм</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5,0 мм/4,0 мм</td> <td>2,25 мм</td> <td>0,24 мм</td> </tr> </tbody> </table> <p>Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.  <b>ВНИМАНИЕ!</b> Сшивающий аппарат GIA™ с технологией Tri-Staple™ можно перезаряжать до 7 (семи) раз, что дает возможность воспользоваться аппаратом 8 (восемь) раз.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Характеристики скоб	Размер скобы (открытая ножка) Высота/Ширина (± 0,05 мм)	Закрытая ножка (± 0,05 мм)	Диаметр (± 0,005 мм)		3,0 мм/4,0 мм	1,25 мм	0,22 мм		3,5 мм/4,0 мм	1,5 мм	0,22 мм		4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)	1,75 мм	0,22 мм		4,0 мм/4,0 мм (черная)	1,75 мм	0,24 мм		4,5 мм/4,0 мм	2,0 мм	0,24 мм		5,0 мм/4,0 мм	2,25 мм	0,24 мм
Характеристики скоб	Размер скобы (открытая ножка) Высота/Ширина (± 0,05 мм)	Закрытая ножка (± 0,05 мм)	Диаметр (± 0,005 мм)																										
	3,0 мм/4,0 мм	1,25 мм	0,22 мм																										
	3,5 мм/4,0 мм	1,5 мм	0,22 мм																										
	4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)	1,75 мм	0,22 мм																										
	4,0 мм/4,0 мм (черная)	1,75 мм	0,24 мм																										
	4,5 мм/4,0 мм	2,0 мм	0,24 мм																										
	5,0 мм/4,0 мм	2,25 мм	0,24 мм																										
Ковидиен Ллс (GIA8038S)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.  64 крепки с высотой ножки 3,8 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм.</p> <p>Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.  Предназначен для прошивания 8 кассет.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																												
Фолькманн МедицинТехник ГмбХ (REF-1847VLC-B80-B)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p>Линейный сшивающе-режущий аппарат, обеспечивающий формирование четырехрядного скобочного шва с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок. Линейный сшивающе-режущий аппарат имеет возможность перезагрузки до 7 раз и возможность произвести до 8 прошиваний.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																												
Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд. (KYQ-80L)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В ходе одного вмешательства инструмент может быть перезаряжен. Не перезаряжайте инструмент более семи раз и не используйте его для прошивания более восьми раз.</li> </ul> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																												
Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд. (GH753)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.  Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="347 1787 1406 2033"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Параметр</th> <th colspan="6">Вариант исполнения картриджа</th> </tr> <tr> <th>GK553</th> <th>GK554</th> <th>GK753</th> <th>GK754</th> <th>GK1003</th> <th>GK1004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Высота скоб после прошивания, мм (±10%)</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Параметр	Вариант исполнения картриджа						GK553	GK554	GK753	GK754	GK1003	GK1004	Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0								
Параметр	Вариант исполнения картриджа																												
	GK553	GK554	GK753	GK754	GK1003	GK1004																							
Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0																							

БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Эквипмент Ко. Лтд (SSAB-80 3.8mm)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.          Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="351 168 1404 436"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Длина шва из скоб</th> <th>Длина линии реза</th> <th>Размер скобы</th> <th>Размер скобы в закрытом состоянии</th> <th>Требование к сжимаемости ткани</th> <th>Цвет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSAB-80(3.8мм) SADB80N</td> <td>84</td> <td>80</td> <td>3.8мм</td> <td>1.5мм</td> <td>1.5мм</td> <td>голубой</td> </tr> </tbody> </table> <p>толщины тканей. Каждый хирургический степлер SSAB может быть перезаряжен 7 раз, что позволяет в сумме применить его 8 раз для одного пациента.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Код	Длина шва из скоб	Длина линии реза	Размер скобы	Размер скобы в закрытом состоянии	Требование к сжимаемости ткани	Цвет	SSAB-80(3.8мм) SADB80N	84	80	3.8мм	1.5мм	1.5мм	голубой																																														
Код	Длина шва из скоб	Длина линии реза	Размер скобы	Размер скобы в закрытом состоянии	Требование к сжимаемости ткани	Цвет																																																							
SSAB-80(3.8мм) SADB80N	84	80	3.8мм	1.5мм	1.5мм	голубой																																																							
Грена Лтд. (DLCS-80L)	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует.          Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p><b>С замком безопасности</b></p> <table border="1" data-bbox="343 716 1061 963"> <thead> <tr> <th>Каталог №</th> <th>Размер</th> <th>Толщина ткани</th> <th>Количество в упаковке</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DLCS-60L</td> <td>60 мм</td> <td>1,5 мм</td> <td>стерильно – 1</td> </tr> <tr> <td>DLCS-60H</td> <td>60 мм</td> <td>2,0 мм</td> <td>стерильно – 1</td> </tr> <tr> <td>DLCS-80L</td> <td>80 мм</td> <td>1,5 мм</td> <td>стерильно – 1</td> </tr> <tr> <td>DLCS-80H</td> <td>80 мм</td> <td>2,0 мм</td> <td>стерильно – 1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>С замком безопасности</b></p> <table border="1" data-bbox="343 974 1404 1209"> <thead> <tr> <th>Каталог №</th> <th>Линия разреза</th> <th>Ширина коронки скобки</th> <th>Высота открытой скобки</th> <th>Количество во скобок</th> <th>Длина шва</th> <th>Толщина ткани</th> <th>Диаметр скобки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DLCSC-60L</td> <td>55</td> <td>3,0</td> <td>3,85</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>1,5</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>DLCSC-60H</td> <td>55</td> <td>3,0</td> <td>4,50</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>2,0</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>DLCSC-80L</td> <td>75</td> <td>3,0</td> <td>3,85</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>1,5</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>DLCSC-80H</td> <td>75</td> <td>3,0</td> <td>4,50</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>2,0</td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке	DLCS-60L	60 мм	1,5 мм	стерильно – 1	DLCS-60H	60 мм	2,0 мм	стерильно – 1	DLCS-80L	80 мм	1,5 мм	стерильно – 1	DLCS-80H	80 мм	2,0 мм	стерильно – 1	Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Количество во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки	DLCSC-60L	55	3,0	3,85	60	61	1,5	0,24	DLCSC-60H	55	3,0	4,50	60	61	2,0	0,24	DLCSC-80L	75	3,0	3,85	80	81	1,5	0,24	DLCSC-80H	75	3,0	4,50	80	81	2,0	0,24
Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке																																																										
DLCS-60L	60 мм	1,5 мм	стерильно – 1																																																										
DLCS-60H	60 мм	2,0 мм	стерильно – 1																																																										
DLCS-80L	80 мм	1,5 мм	стерильно – 1																																																										
DLCS-80H	80 мм	2,0 мм	стерильно – 1																																																										
Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Количество во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки																																																						
DLCSC-60L	55	3,0	3,85	60	61	1,5	0,24																																																						
DLCSC-60H	55	3,0	4,50	60	61	2,0	0,24																																																						
DLCSC-80L	75	3,0	3,85	80	81	1,5	0,24																																																						
DLCSC-80H	75	3,0	4,50	80	81	2,0	0,24																																																						
Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко., Лтд.	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p>																																																												
(SHQA-80L)	<p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одноразовый</li> <li>• Титановые скобы</li> <li>• Возможно 7 раз менять картридж во время операции</li> <li>• Система предохранительной блокировки, чтобы избежать возможности выстрела использованного картриджа</li> <li>• Двухсторонняя кнопка включения, подходит для разных операций</li> </ul>  <table border="1" data-bbox="351 1769 1404 2004"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Длина разреза (мм)</th> <th>Длина шва (мм)</th> <th>Кол-во скоб</th> <th>Высота скобы (мм)</th> <th>Высота шва (мм)</th> <th>Цвет картриджа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SHQA-80L</td> <td>78</td> <td>80.5</td> <td>88</td> <td>3.8</td> <td>L:1.5 H:2.0</td> <td>Голубой</td> </tr> <tr> <td>SHQA-80H</td> <td>78</td> <td>80.5</td> <td>88</td> <td>4.8</td> <td>L:1.5 H:2.0</td> <td>Зеленый</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Артикул	Длина разреза (мм)	Длина шва (мм)	Кол-во скоб	Высота скобы (мм)	Высота шва (мм)	Цвет картриджа	SHQA-80L	78	80.5	88	3.8	L:1.5 H:2.0	Голубой	SHQA-80H	78	80.5	88	4.8	L:1.5 H:2.0	Зеленый																																							
Артикул	Длина разреза (мм)	Длина шва (мм)	Кол-во скоб	Высота скобы (мм)	Высота шва (мм)	Цвет картриджа																																																							
SHQA-80L	78	80.5	88	3.8	L:1.5 H:2.0	Голубой																																																							
SHQA-80H	78	80.5	88	4.8	L:1.5 H:2.0	Зеленый																																																							



<p>Пресижин (Чанчжоу) Медикал Инструментс Ко., Лтд. (PYQG-80B)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="343 168 1407 414"> <thead> <tr> <th>Model Модель</th> <th>Cutting Length(mm) Длина реза (мм)</th> <th>Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)</th> <th>Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)</th> <th>Cartridge colour Цвет катриджа</th> <th>Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок</th> <th>Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PYQG-80</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>2</td> <td>green зелёный</td> <td>78</td> <td>L (4.5)</td> </tr> <tr> <td>PYQG-80</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>1.5</td> <td>blue синий</td> <td>78</td> <td>H (3.85)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Для перезарядки инструмента PYQG во время операции (только для одного пациента). Аппарат может быть перезаряжен кассетами для аппаратов данного типоразмера с общим количеством прошиваний не менее 8 раз.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Model Модель	Cutting Length(mm) Длина реза (мм)	Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)	Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)	Cartridge colour Цвет катриджа	Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок	Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)	PYQG-80	80	82	2	green зелёный	78	L (4.5)	PYQG-80	80	82	1.5	blue синий	78	H (3.85)							
Model Модель	Cutting Length(mm) Длина реза (мм)	Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)	Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)	Cartridge colour Цвет катриджа	Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок	Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)																							
PYQG-80	80	82	2	green зелёный	78	L (4.5)																							
PYQG-80	80	82	1.5	blue синий	78	H (3.85)																							
<p>Рич Сёрджикал, Инк (RLC8038S)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p>12. Скобы высотой 3,8 мм нельзя применять на тканях с посткомпрессионной толщиной менее 1,5 мм во избежание недостаточной плотности наложения скобы, которая не может обеспечить должного гемостаза.</p> <p>13. Скобы высотой 3,8 мм нельзя применять на тканях, которые невозможно сдвинуть до толщины 1,5 мм. Такие ткани слишком толсты для этих скоб. Однако если ткань можно без проблем сдвинуть до 2 мм, можно применить скобы высотой 4,8 мм.</p> <p>2. Степлеры хирургические режущие поставляются стерилизованными и предназначены для перезарядки до 7 раз для выполнения всего 8 швов в ходе одной процедуры. Не стерилизуйте повторно.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																												
<p>Чангжоу Сити Жие Медикал Девайс Институт (QHC75-3.8)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="359 1220 1415 1467"> <thead> <tr> <th>Код аппарата</th> <th>Цвет кассеты</th> <th>Код кассеты</th> <th>Длина разреза (мм)</th> <th>Длина наложения шва (мм)</th> <th>Толщина наложения шва (мм)</th> <th>Высота скрепки (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QHC55-3.8</td> <td>Синий</td> <td>QC855-3.8</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>1.5</td> <td>3.85</td> </tr> <tr> <td>QHC55-4.5</td> <td>Зеленый</td> <td>QC855-4.5</td> <td>55</td> <td>57</td> <td>2.0</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>QHC75-3.8</td> <td>Синий</td> <td>QC875-3.8</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>1.5</td> <td>3.85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Код аппарата	Цвет кассеты	Код кассеты	Длина разреза (мм)	Длина наложения шва (мм)	Толщина наложения шва (мм)	Высота скрепки (мм)	QHC55-3.8	Синий	QC855-3.8	55	57	1.5	3.85	QHC55-4.5	Зеленый	QC855-4.5	55	57	2.0	4.5	QHC75-3.8	Синий	QC875-3.8	75	77	1.5	3.85
Код аппарата	Цвет кассеты	Код кассеты	Длина разреза (мм)	Длина наложения шва (мм)	Толщина наложения шва (мм)	Высота скрепки (мм)																							
QHC55-3.8	Синий	QC855-3.8	55	57	1.5	3.85																							
QHC55-4.5	Зеленый	QC855-4.5	55	57	2.0	4.5																							
QHC75-3.8	Синий	QC875-3.8	75	77	1.5	3.85																							
<p>Виктор Медикал Инструмент Ко., Лтд. (SLC80B)</p>	<p>С нерегулируемой высотой закрытия скобок - не соответствует. Аппарат может быть перезаряжен 8 раз - не соответствует.</p> <p>Кассета может быть перезаряжена восемь раз в течение одного вмешательства для проведения в общей сложности восьми прошиваний.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																												

Таким образом, Заказчиком по позиции 25 Технического задания установлены уникальные характеристики, которые соответствуют единственному производителю Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си.

А именно:

1. «с функцией регулирования высоты закрытия скобок»



Инструмент	Сменная кассета	Описание	Число скобок	Высота скобок в закрытом виде и цветовая маркировка переключателя	Цвет сменной кассеты
NTLС55	SR55	Длина 55 мм	88	1,5 мм (синий) 1,8 мм (желтый) 2,0 мм (зеленый)	Черный
NTLС75	SR75	Длина 75 мм	118	1,5 мм (синий) 1,8 мм (желтый) 2,0 мм (зеленый)	Черный

2. «Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов.»

Инструмент можно перезаряжать в рамках одного хирургического вмешательства. Инструмент может быть перезаряжен не более 12 раз для проведения максимум 12 прошиваний одним инструментом. Применение аппарата с материалами для укрепления механического шва может

Из сравнительной таблицы видно, что Заказчик исключает возможность поставки товара иных производителей для позиции 26.



Ковидиен Ллс (GIA60ХТС)	Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует. Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.																					
	Характеристики скоб	Размер скобы (открытая ножка) Высота/Ширина (± 0,05 мм) 	Закрытая ножка (± 0,05 мм) 	Диаметр (± 0,005 мм) <table border="1" data-bbox="598 1467 1332 1736"> <tr><td>3,0 мм/4,0 мм</td><td>1,25 мм</td><td>0,22 мм</td></tr> <tr><td>3,5 мм/4,0 мм</td><td>1,5 мм</td><td>0,22 мм</td></tr> <tr><td>4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)</td><td>1,75 мм</td><td>0,22 мм</td></tr> <tr><td>4,0 мм/4,0 мм (черная)</td><td>1,75 мм</td><td>0,24 мм</td></tr> <tr><td>4,5 мм/4,0 мм</td><td>2,0 мм</td><td>0,24 мм</td></tr> <tr><td>5,0 мм/4,0 мм</td><td>2,25 мм</td><td>0,24 мм</td></tr> </table>	3,0 мм/4,0 мм	1,25 мм	0,22 мм	3,5 мм/4,0 мм	1,5 мм	0,22 мм	4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)	1,75 мм	0,22 мм	4,0 мм/4,0 мм (черная)	1,75 мм	0,24 мм	4,5 мм/4,0 мм	2,0 мм	0,24 мм	5,0 мм/4,0 мм	2,25 мм	0,24 мм
3,0 мм/4,0 мм	1,25 мм	0,22 мм																				
3,5 мм/4,0 мм	1,5 мм	0,22 мм																				
4,0 мм/4,0 мм (фиолетовая)	1,75 мм	0,22 мм																				
4,0 мм/4,0 мм (черная)	1,75 мм	0,24 мм																				
4,5 мм/4,0 мм	2,0 мм	0,24 мм																				
5,0 мм/4,0 мм	2,25 мм	0,24 мм																				
Совместимость кассет GIA™ с технологией Tri-Staple™ с упрочняющим материалом для скобочных швов от других изготовителей не изучалась. Вывод: поставить данные товары не представляется возможным																						

Ковидиен Ллс  
(GIA8038L)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Таблица характеристик

Ref одноразового загрузаемого блока GIA	Ref сшивающего аппарата	Цвет	Длина скрепчюого шва	Размер открытых скрепок	Размер закрытых скрепок (обычный)	Требования к компрессии ткани
GIA8038L	GIA 8038S	Голубой	80 мм	2,84 мм  3,8 мм	1,5 мм 	1,5 мм
GIA8048L		Зеленый		2,84 мм  4,8 мм	2 мм 	2 мм
GIA8038L	GIA 8048S	Голубой	80 мм	2,84 мм  3,8 мм	1,5 мм 	1,5 мм
GIA8048L		Зеленый		2,84 мм  4,8 мм	2 мм 	2 мм

Вариант исполнения загрузочного блока	Размер открытых скрепок Ширина/ Высота (± 0,05 мм) 	Размер закрытых скрепок (обычный) (± 0,05 мм) 	Диаметр р (± 0,005 мм)
GIA6025L	2,84 мм/2,5 мм	1 мм	0,14 мм
GIA6038L	2,84 мм/3,8 мм	1,5 мм	0,14 мм
GIA6048L	2,84 мм/4,8 мм	2,0 мм	0,14 мм
GIA8038L	2,84 мм/3,8 мм	1,5 мм	0,14 мм

Кассета содержит 84 скобы – не соответствует.

Общее число скрепок	GIA6025L	64
	GIA6038L	
	GIA6048L	
	GIA8038L	
	GIA8048L	84

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Требование	Значения характеристик	
Совместимость с сшивающими аппаратами	GIA6025L	GIA6025S; GIA6038S; GIA6048S;
	GIA6038L	SGIA6038S; GIA6025S; GIA6038S; GIA6048S;
	GIA6048L	GIA6025S; GIA6038S; GIA6048S;
	GIA8038L	GIA8038S; GIA8048S
	GIA8048L	

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

<p>Фолькманн МедицинТехник ГмбХ (REF-1847VLSC80B-B)</p>	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 84 скобы – не соответствует.</p> <table border="1" data-bbox="363 203 1422 703"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 203 655 255">Наименование параметра</th> <th colspan="4" data-bbox="655 203 1422 255">Значение параметра</th> </tr> <tr> <th data-bbox="363 255 655 309">Номер по каталогу/ REF</th> <th data-bbox="655 255 858 309">1847-VLSC60B - B</th> <th data-bbox="858 255 1038 309">1847-VLSC60G -B</th> <th data-bbox="1038 255 1219 309">1847-VLSC80B-B</th> <th data-bbox="1219 255 1422 309">1847-VLSC80G-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 309 655 340">Длина шва, мм</td> <td colspan="2" data-bbox="655 309 1038 340">60±5</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 309 1422 340">80±5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 340 655 371">Высота скобы, мм</td> <td data-bbox="655 340 858 371">3,8±0,5</td> <td data-bbox="858 340 1038 371">4,5±0,5</td> <td data-bbox="1038 340 1219 371">3,8±0,5</td> <td data-bbox="1219 340 1422 371">4,5±0,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 371 655 403">Цвет кассеты</td> <td data-bbox="655 371 858 403">Синий</td> <td data-bbox="858 371 1038 403">Зеленый</td> <td data-bbox="1038 371 1219 403">Синий</td> <td data-bbox="1219 371 1422 403">Зеленый</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 403 655 454">Высота скоб после прошивания, мм</td> <td data-bbox="655 403 858 454">1,5±0,3</td> <td data-bbox="858 403 1038 454">2,0±0,3</td> <td data-bbox="1038 403 1219 454">1,5±0,3</td> <td data-bbox="1219 403 1422 454">2,0±0,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 454 655 506">Диаметр сечения скобы, мм</td> <td colspan="4" data-bbox="655 454 1422 506">0,25±0,03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 506 655 560">Форма скоб, после прошивания</td> <td colspan="4" data-bbox="655 506 1422 560">B-образная</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 560 655 591">Длина скобы, мм</td> <td colspan="4" data-bbox="655 560 1422 591">3±0,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 591 655 622">Количество рядов скоб</td> <td colspan="4" data-bbox="655 591 1422 622">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 622 655 703">Количество скоб в кассете, шт.</td> <td data-bbox="655 622 858 703">64</td> <td data-bbox="858 622 1038 703"></td> <td data-bbox="1038 622 1219 703">84</td> <td data-bbox="1219 622 1422 703"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует. Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.</p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>	Наименование параметра	Значение параметра				Номер по каталогу/ REF	1847-VLSC60B - B	1847-VLSC60G -B	1847-VLSC80B-B	1847-VLSC80G-B	Длина шва, мм	60±5		80±5		Высота скобы, мм	3,8±0,5	4,5±0,5	3,8±0,5	4,5±0,5	Цвет кассеты	Синий	Зеленый	Синий	Зеленый	Высота скоб после прошивания, мм	1,5±0,3	2,0±0,3	1,5±0,3	2,0±0,3	Диаметр сечения скобы, мм	0,25±0,03				Форма скоб, после прошивания	B-образная				Длина скобы, мм	3±0,5				Количество рядов скоб	4				Количество скоб в кассете, шт.	64		84	
Наименование параметра	Значение параметра																																																							
Номер по каталогу/ REF	1847-VLSC60B - B	1847-VLSC60G -B	1847-VLSC80B-B	1847-VLSC80G-B																																																				
Длина шва, мм	60±5		80±5																																																					
Высота скобы, мм	3,8±0,5	4,5±0,5	3,8±0,5	4,5±0,5																																																				
Цвет кассеты	Синий	Зеленый	Синий	Зеленый																																																				
Высота скоб после прошивания, мм	1,5±0,3	2,0±0,3	1,5±0,3	2,0±0,3																																																				
Диаметр сечения скобы, мм	0,25±0,03																																																							
Форма скоб, после прошивания	B-образная																																																							
Длина скобы, мм	3±0,5																																																							
Количество рядов скоб	4																																																							
Количество скоб в кассете, шт.	64		84																																																					
<p>Чангжоу Кангди Медикал Стаплер Ко., Лтд. (KYQZ-80L)</p>	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 80 скоб – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует. Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.</p> <p><b>Хирургические инструменты разных производителей могут различаться по диаметру. В связи с этим перед началом операции следует убедиться в совместимости применяемых инструментов и аксессуаров, произведенных разными фирмами.</b></p> <p>Вывод: поставить данный товар не представляется возможным</p>																																																							
<p>Цзянсу Брайтнесс Медикал Девайсес Ко., Лтд. (GK753)</p>	<p>Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует. Кассета содержит 76 скоб – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.</p>																																																							

Параметр	Вариант исполнения картриджа					
	GK553	GK554	GK753	GK754	GK1003	GK1004
Цвет картриджа	Голубой	Зеленый	Голубой	Зеленый	Голубой	Зеленый
Количество скоб в картридже, шт.	56	56	76	76	100	100
Высота скобы до прошивания, мм (±0,3)	3,85	4,50	3,85	4,50	3,85	4,50
Высота скоб после прошивания, мм (±10%)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон Эндо Серджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

**СОВМЕСТИМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Степлер поставляется совместно со скобами, заряженными внутри него.  
Запрещается использовать степлер с какими-либо другими скобами, кроме поставляемых совместно со степлером.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

БИ.  
ДЖЕЙ.Ж.ЭФ.  
Пантер  
Медикал  
Эквипмент  
Ко. Лтд  
(SADB-80N)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 84 скобы – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Код	Длина шва из скоб	Длина линии реза	Размер скобы	Размер скобы в закрытом состоянии	Требование к сжимаемости ткани	Цвет
SSAB-80(3.8м) SADB80N	84	80	3.8мм	1.5мм	1.5мм	голубой

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Грена Лтд.  
(DLCS-80L)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 80 скоб – не соответствует. Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

С замком безопасности			
Каталог №	Размер	Толщина ткани	Количество в упаковке
DLCS-60L	60 мм	1,5 мм	стерильно – 1
DLCS-60H	60 мм	2,0 мм	стерильно – 1
DLCS-80L	80 мм	1,5 мм	стерильно – 1
DLCS-80H	80 мм	2,0 мм	стерильно – 1



С замком безопасности

Каталог №	Линия разреза	Ширина коронки скобки	Высота открытой скобки	Количество во скобок	Длина шва	Толщина ткани	Диаметр скобки
DLCSC-60L	55	3,0	3,85	60	61	1,5	0,24
DLCSC-60H	55	3,0	4,50	60	61	2,0	0,24
DLCSC-80L	75	3,0	3,85	80	81	1,5	0,24
DLCSC-80H	75	3,0	4,50	80	81	2,0	0,24

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Вуси Шуканг  
Медикал  
Эпплаенс Ко.,  
Лтд.  
(SHQRA-80L)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 88 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

2.3 Степлер, в составе:

- Степлер «Шеврон» режущий, с длиной шва 80,5 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-80L);

- Картридж синий, с количеством скоб 88, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-80L), не более 20 уп. – при необходимости.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Пресижин  
(Чанчжоу)  
Медикал  
Инструментс  
Ко., Лтд.  
(PYQG-80B)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 78 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Model Модель	Cutting Length(mm) Длина реза (мм)	Suturing Length(mm) Длина наложения шва (мм)	Suturing Thickness(mm) Толщина наложения шва (мм)	Cartridge colour Цвет катриджа	Number Titanium Nail Кол-во титановых скрепок	Height of Nail(mm) Высота скрепок (мм)
PYQG-55	55	57	2	green зелёный	56	L (4.5)
PYQG-55	55	57	1.5	blue синий	56	H (3.85)
PYQG-60	60	62	2	green зелёный	58	L (4.5)
PYQG-60	60	62	1.5	blue синий	58	H (3.85)
PYQG-75	75	77	2	green зелёный	76	L (4.5)
PYQG-75	75	77	1.5	blue синий	76	H (3.85)
PYQG-80	80	82	2	green зелёный	78	L (4.5)
PYQG-80	80	82	1.5	blue синий	78	H (3.85)

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Рич  
Сёрджикал,  
Инк.  
(RLC8038L)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 84 скобы – не соответствует.

Картридж	Подходящая модель степлера	Цвет картриджа	Габаритные размеры картриджа*	Угол заточки скобы	Количество скобок в картридже	Длина ряда скоб, мм	Высота скоб, мм	Ширина скобы, мм	Толщина скобы, мм	Масса, г
RLC6038L	RLC6038S	Синий	103±10*23±5*20±5	45°±10°	64	60±5,0	3,8±0,5	2,85±0,5	0,23±0,08	8±2
RLC6048L	RLC6048S	Зеленый	103±10*23±5*20±5	45°±10°	64	60±5,0	4,8±0,5	2,85±0,5	0,23±0,08	8±2
RLC8038L	RLC8038S	Синий	123±10*23±5*20±5	45°±10°	84	80±5,0	3,8±0,5	2,85±0,5	0,23±0,08	10±2

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Применяется совместно со степлерами линейными RLC, FLC, RLS (поставляются отдельно)

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Чангжоу Сити  
Жие Медикал  
Девайс  
Институт  
(QCB75-3.8)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 76 скоб – не соответствует.

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Код аппарата	Цвет кассеты	Код кассеты	Длина разреза (мм)	Длина наложения шва (мм)	Толщина наложения шва (мм)	Высота скрепки (мм)
QHC55-3.8	Синий	QCB55-3.8	55	57	1.5	3.85
QHN55-4.5	Зеленый	QCH55-4.5	55	57	2.0	4.5
QHC75-3.8	Синий	QCB75-3.8	75	77	1.5	3.85

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Виктор  
Медикал  
Инструмент  
Ко., Лтд.  
(LCR80B)

Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с нерегулируемой высотой закрытия скобок – не соответствует.

Кассета содержит 84 скоб – не соответствует.

Таблица № 6.

Вариант исполнения/ артикул	Подходящая модель кассеты	Длина шва, мм	Высота скобы, мм	Количество рядов в кассете, шт.	Количество скоб в кассете, шт.	Цвет
SLC80B	LCR80B	80	3,8	4	84	синий
SLC80G	LCR80G	80	4,8	4	84	зеленый

Фиксируемая высота закрытой скобки – не соответствует.

Отсутствует совместимость с позицией 25 (производитель Этикон ЭндоСерджери, Эл-Эл-Си) – не соответствует.

Информация, необходимая для идентификации изделия с целью получения безопасной комбинации и по совместному использованию, указана в таблице № 15.

Таблица № 15. Комбинация изделий с принадлежностями.

Артикул	Кассета
4. Инструмент линейный сшивающий с ножом SLC	
SLC60B	LCR60B
SLC60G	LCR60G
SLC80B	LCR80B
SLC80G	LCR80G
SLC100B	LCR100B

Вывод: поставить данный товар не представляется возможным

Таким образом, Заказчиком по позиции 26 Технического задания установлены уникальные характеристики, которые соответствуют единственному производителю Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си.

А именно:

1. «Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату с регулируемой высотой закрытия скобок»

**Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим с регулируемой высотой закрытия скобок**

2. «Кассета содержит не менее 118 скобок»
3. «Высота закрытой скобки регулируемая: - для тканей нормальной толщины не менее 1,4 мм не более 1,6 мм; - для утолщенных тканей не менее 1,7 мм не более 1,9 мм; - для толстых тканей не менее 2,0 мм не более 2,2 мм.»

Ниже приведены коды к инструменту и сменным кассетам:

Инструмент	Сменная кассета	Описание	Число скобок	Высота скобок в закрытом виде и цветовая маркировка переключателя	Цвет сменной кассеты
NTLC55	SR55	Длина 55 мм	88	1,5 мм (синий) 1,8 мм (желтый) 2,0 мм (зеленый)	Черный
NTLC75	SR75	Длина 75 мм	118	1,5 мм (синий) 1,8 мм (желтый) 2,0 мм (зеленый)	Черный

4. Кассета совместима с аппаратом позиция №25 закупки.

**Примечание:** Линейный Аппарат 55/75 мм совместим только со сменными кассетами, предназначенными для Линейного Аппарата 55/75 мм.

**Просим Комиссию обязать Заказчика привести в соответствие данные позиции и «вынести» единственного производителя в отдельный лот, во избежание ограничения конкуренции участников закупки.**

Нарушения норм Закона о закупках, которые приводят к разночтения информации, опубликованной Заказчиком о предмете договора и его количестве, а также включение условий в описание объекта закупки влечет за собой ограничение количества участников закупки. Что приводит к заключению контракта по НМЦД с единственным участником, который имеет партнерские отношения и/или иные договоры о сотрудничестве с производителями по указанным позициям выше.

При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, координация заказчиком деятельности их участников, а также заключение соглашений между заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для какихлибо участников. Система закупок предполагает свободную конкуренцию.

Считаем, что Заказчик создал на необоснованные препятствия для участия в закупки участникам.

Согласно нормам части 1 статьи 1 Закона о закупках целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, в товарах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

На основании вышеизложенного, мы считаем, что заказчик, допустив ошибку при описании объекта закупки ограничил возможность участия в закупке и нарушил положения пункта 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и части 1 статьи 2 Закона о закупках.

Прошу:

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести проверку правомерности действий Заказчика, содержания извещения;
3. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
4. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки

(должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (ФИО) \_\_\_\_\_  
ЭП/МП



