

ООО «КАРАТ»

ИНН 5904247089 КПП 590401001 ОГРН 1115904005568 от 05.04.2011г.

Адрес: г.Пермь, 614023, Танцорова, 37, 90

Тел. 8/342/ 279-18-72

Банковские реквизиты: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк БИК 042202603
р/сч 40702810149770031885 кор/счет 30101810900000000603

Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Ставропольскому краю
Факс: (8652)35-51-19
to26@fas.gov.ru

Исх. № 583 от 04.08. 2022 г.

Жалоба на действия заказчика

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	ООО «Карат», г.Пермь, 614023, Танцорова, 37, 90, номер контактного телефона/факса +7(342)279-18-72.
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» (ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ») Место нахождения: 356241, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49 Телефакс (86553) 2-32-06
СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ	Контактное лицо Кравцова Анна Геннадьевна Тел. (86553) 2-32-06 доб. 118 e-mail: gos.zakupki@fnac.center Сведения о членах комиссии отсутствуют
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ	Электронный аукцион на закупку весов номер на сайте гос закупок 32211583979
СУТЬ ЖАЛОБЫ	<p>При размещении заказа путем электронного аукциона № 32211583979 заказчиком были допущены следующие нарушения :</p> <p>1. В соответствии с законодательством о закупках заказчик обязан устанавливать требования к товару однозначно, не допуская двойных толкований и возможных разночтений. Заказчиком для весов лабораторных установлены невыполнимые и противоречащие друг другу требования :</p> <p>А) Заказчиком установлено требование к поставке весов CUX420S (или аналог) В то же время , данные весы имеют характеристики, не соответствующие требованиям заказчика : действительная цена деления (дискретность) 0,1 г. Заказчиком установлено требование 0,01г Минимальный предел взвешивания 2 г. Заказчиком установлено не более 0,2 г</p> <p>Б) Размер платформы/весовой чашки, мм [±15 %] 140 × 120 или Ø 120 В то же время, размеры весовой платформы согласно документации производителя 108x105 мм, что выходит за установленные рамки .</p> <p>2. Заказчиком установлено требование Нелинейность, г, не более ±0,02., Среднее время стабилизации показаний, сек., не более 3. Данные параметры не является ГОСТовским, не определяются при государственных испытаниях весов при внесении их в Госреестр СИ РФ, соответственно, не указываются в официальной документации на весы и не могут быть подтверждены такими документами. Следовательно, установление таких требований к весам предоставляет преимущество отдельным производителям или поставщикам при осуществлении допуска участников при проведении закупки в нарушение Ст. 17 ФЗ-135 " О защите конкуренции "</p> <p>На основании вышеизложенного прошу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провести проверку указанных обстоятельств.2. Признать жалобу обоснованной и обязать Заказчика отменить запрос котировок на закупку лабораторных весов № 322115839793. Привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение ст. 17 ФЗ-135 " О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ"

	5. Привлечь к ответственности должностных лиц Заказчика в соответствии с законодательством РФ на нарушение требований по формированию ТЗ в соответствии с ФЗ-223 6. Привлечь к ответственности должностных лиц Заказчика согласно Ч.4.1. ст 7.30 КоАП РФ.

Приложения к жалобе:

1. Документация о проведении закупки № **32211583979**
2. Описание Типа на весы CUX(CUW)420S - приложение к СУТ
3. Руководство по эксплуатации производителя, поставляемого вместе с весами .

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Плеханов В.А.
(Ф.И.О)

МП