

ООО «ДТК»

г. Москва, г. Троицк, улица Полковника милиции Курочкина, дом 8, этаж 3,
помещение 312

Исх. №511/Т

ОТ «17» сентября 2021 г.

Куда: Руководителю Управление Федеральной
антимонопольной службы по Красноярскому краю

Захарову Валерию Михайловичу

Адрес: 660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"

e-mail: to24@fas.gov.ru

Телефон/факс: 8(391)211-00-00

Заказчик: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1»

Адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 14.

Главный врач Гершенович Григорий Маркелович

e-mail: kkpnd1@kraspsixo.ru

Контактный телефон: 8 (391) 246-25-98

Заявитель: ООО «ДТК»

Адрес: 108841, Россия, г.Москва, г.Троицк,

ул.Полковника милиции Курочкина д.8 этаж 3 помещение 312

Генеральный директор: Муравьева О.Е.

e-mail: TND@dtkmail.ru

Контактный телефон: +7-499-520-69-64

Адрес официального сайта, на котором
размещена информация о размещении заказа: <http://zakupki.gov.ru>

номер извещения 32110476483

Наименование объекта закупки: Поставка реагентов
диагностических для нужд

КГБУЗ ККПНД №1

Начальная (максимальная) цена контракта 1 630 482,00 руб.

Оператор электронной площадки:

ООО «РТС-тендер»

Адрес: Россия, 121151, Москва г,

наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 25 помещение №1

<https://223.rts-tender.ru/>

Контактный телефон 8-495-419-17-25

Жалоба на действия (бездействие) заказчика

Заказчик опубликовал аукцион в электронной форме на закупку реагентов диагностических, извещение о проведении которого размещено на сайте zakupki.gov.ru (извещение N 32110476483), дата опубликования новой редакции извещения: 07.09.2021 на электронной торговой площадке РТС-тендер. Заказчик указал следующие характеристики изделия:

№	Наименование товара	Характеристики
1	Реагент диагностический	<p>Набор тест-полосок для одновременного выявления 11-и видов наркотических соединений в моче.</p> <p>Состав: Амфетамин (AMP) не более 1000 нг/мл; кокаин (COC) не более 300нг/мл; марихуана (THC) не более 50 нг/мл; бензодиазепины (BZO) не более 300 нг/мл; барбитураты (BAR) не более 300нг/мл; метамфетамин (MET) не более 500 нг/мл; метадон (MTD) не более 300 нг/мл; экстази (MDMA) не более 500 нг/мл; морфин не более 300 нг/мл; синтетические каннабиноиды не более 30 нг/мл; синтетические катиноны не более 500 нг/мл.</p> <p>Контроль фальсификации: Температурный индикатор, Окислители/РСС, Удельный вес, рН, Нитриты, Глутаральдегид, Креатинин, Цветная шкала интерпретации.</p>

Единое медицинское изделие со всеми вышеперечисленными характеристиками не зарегистрировано на территории РФ. Описание технических характеристик изделия составлено некорректно. Как следствие, невозможно предложить Заказчику к поставке то, что он запрашивает. А именно:

1. Описание технических характеристик изделия, возможно, соответствуют характеристикам тестового контейнера. Однако, в России нет зарегистрированного в Росздравнадзоре РФ тестового контейнера на указанные 11 видов наркотических веществ. А в описании изделия Заказчик запрашивает не тест-контейнер, а набор тест-полосок (т.е, мультитест).
2. Требование наличия температурного индикатора нереализуемо для набора тест-полосок, в силу конструктивных особенностей.

ООО «ДТК» обратилось к Заказчику с вопросом по разъяснению аукционной документации: *В характеристиках технического задания прописано наличие температурного индикатора. В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ наборов полосок для выявления 11-ти видов наркотических соединений с контролем фальсификации и температурным индикатором не зарегистрировано.*

Зарегистрированы только тест-контейнеры, которые есть в наличии у единственного производителя, что ограничивает возможность участия в закупке других производителей с аналогичной продукцией.

Просим дать разъяснения по характеристикам запрашиваемой продукции и внести изменения в характеристики.

Заказчик, в установленные сроки разместил ответ, в котором не видит нарушений при составлении технического задания.

Текст разъяснения:

П.5 Приложения №3 приказа Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015г. № 933н, с целью исключения фальсификации биологического объекта мочи, регламентирует наличие температурного контроля, измерение уровня рН, относительной плотности и креатинина.

В утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 28 июня 2017 года Обзоре судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд указано: «по общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки».

Потенциальный поставщик (Участник закупки) является коммерческой организацией, осуществляющей на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Отсутствие у него товара, технические характеристики которого соответствуют потребностям заказчика, связано только с его предпринимательской деятельностью, от требований, содержащихся в аукционной документации, не зависит и, соответственно, само по себе не может свидетельствовать об ограничении заказчиком количества участников размещения заказа (Решение Пермского УФАС от 16 апреля 2014 г. по жалобе N 04781-14).

Таким образом, Заказчик в своем ответе отказался корректировать технические характеристики закупаемого изделия, несмотря на некорректность формулировок.

Для соблюдения основополагающего принципа Закона N 223-ФЗ, о целевом и экономически эффективном расходовании денежных средств на приобретение товаров и услуг, направленном на сокращение материальных издержек Заказчика, просим внести изменения в техническое задание закупки, что позволит создать конкурентную среду и возможность потенциальным поставщикам участвовать в данном аукционе с продукцией, стоимость которой может быть снижена в 2 раза по отношению к указанной НМЦК.

Просим:

1. Приостановить проведение закупки к электронному аукциону № 32110476483.
2. Внести изменения в техническое задание к аукциону № 32110476483 разделив лот на две позиции:
 - Набор тест-полосок для одновременного выявления 11-и видов наркотических соединений в моче

- Контроль фальсификации: Окислители/РСС, Удельный вес, рН, Нитриты, Глутаральдегид, Креатинин, Цветная шкала интерпретации.

3 . Исключить из технического задания требование: **Температурный индикатор**

Приложение к жалобе:

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме №32110476483;
2. Документация закупки;
3. Запрос на площадку о разъяснении аукционной документации
4. Ответ Заказчика по разъяснению аукционной документации, размещенный на электронной площадке;
5. Копия устава ООО «ДТК»;
6. Копия свидетельства о постановке на учет;
7. Копия решения учредителя №1 ООО «ДТК» от 14.01.2019 г.;
8. Копия приказа №1 о вступлении в должность от 21.01.2019 г.;
9. Копия листа записи в ЕГРЮЛ;
10. Копия выписки ЕГРЮЛ от «23» августа 2021 г.

Генеральный директор

ООО «ДТК» _____



Муравьева О.Е.