

Профит АСК



Profit ASK

ООО «Профит АСК» РФ, г. Новосибирск, ул. Писемского д.6  
тел/факс: +7(499)7032137 +7 (383) 233-12-42  
[www.profitask.info](http://www.profitask.info)

Profit ASK Ltd. Russia Novosibirsk city, Pisemskiy St.  
Tel./ Fax: +7(499)7032137 +7 (383) 233-12-42  
[www.profitask.info](http://www.profitask.info)

Исх. № 5 от 18.07.2019

Руководителю Кемеровского  
УФАС России,  
Кухарской Наталье Евгеньевны

От Директора ООО «Профит АСК»  
Акентьевой Анастасии Александровны

**Жалоба на действие заказчика  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА"**

**Заказчик:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕ-  
ВА"

**Место нахождения:**

650066, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД КЕМЕРОВО, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, дом 22

**Почтовый адрес:**

650066, КЕМЕРОВСКАЯ, КЕМЕРОВО, ОКТЯБРЬСКИЙ, дом 22

**Адрес электронной почты:** [kr.zakupki@yandex.ru](mailto:kr.zakupki@yandex.ru)

**Номер контактного телефона:** +7 (3842) 396471

**Ответственное должностное лицо:** Ятковская Елена Владимировна

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Профит АСК»

**Место нахождения:** 630110 г. Новосибирск ул. Писемского, д.6, каб. 38

**Почтовый адрес:** 630032, а/я 137

**Адрес электронной почты:** [info@profitask.info](mailto:info@profitask.info)

**Номер контактного телефона:** +7(383) 3080126

**Факс:** +7(383) 3080126

**Контактное лицо:** Акентьева Анастасия Александровна

**ИНН:** 541 078 6570

**Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме:** 31908066087

**Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:**  
05.07.2019

**Дата и время окончания подачи заявок на запрос котировок в электронной форме:**  
15.07.2019 в 09:00

**Дата подведения итогов:** 15.07.2019

**Электронная площадка в сети Интернет:** <http://otc-tender.ru>

**Наименование объекта закупки:**

Поставка датчика пульсоксиметрического и кабеля соединительного

**Начальная максимальная цена контракта** 1 881 190, 74 рублей.

без зчп

Официальный сайт, на котором размещена информация о запросе котировок в электронной форме:

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908066087>

**Обжалуемые действия:**

Руководствуясь положениями ст. 105 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ООО «Профит АСК» обращается к Вам с жалобой на действия заказчика, аукционной комиссии, нарушающие права и законные интересы участника закупки, а именно – *неправомерное отклонение заявки на участие в процедуре*.

05.07.2019 Заказчиком - Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева», на сайте Государственных закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) был опубликован запрос котировок в электронной форме реестровый номер извещения № 31908066087.

**Наименование объекта закупки:** Поставка датчика пульсоксиметрического и кабеля соединительного.

По данным технического задания, Заказчик, хочет приобрести

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Единица измерения	Количество
1	Датчик одноразовый для пульсоксиметрии, адгезивный	упак	30
2	Многоразовый соединительный кабель для подключения	шт	8

С техническими характеристиками, согласно извещения о проведении запроса котировок в электронной форме пункт 8. Описание объекта закупки. (Приложение 1 к Жалобе)

13.07.19 нами, на сайте <http://otc-tender.ru> нами была подана заявка на участие в запросе котировок в электронной форме. (Приложение №2 к Жалобе)

В п 3 Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме мы выражаем согласие, в том числе и о заключении договора в случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме.

А также указываем конкретные характеристики поставляемых датчиков, из нашей заявки:

Категория пациентов	для новорожденных весом до 3 кг и взрослых весом более 40 кг
---------------------	--

А также кабель с характеристиками:

	Характеристики	Значение параметра
<b>1.</b>	<b>Общие требования</b>	
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Наличие
	Декларация соответствия	Наличие
	Инструкция на русском языке	Наличие
<b>2.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Многоразовый соединительный кабель для подключения серии LNCS к LNOP	Соответствие
	Применение с приборами и датчиками непрерывного неинвазивного мониторинга показателей сатурации кислорода (SpO2), частоты пульса (PR) индекса перфузии (PI), работающими с использованием технологии MasimoSET	Соответствие
	Поддержка технологии X-Cal для обеспечения работоспособности системы монитор-кабель-датчик	Наличие
<b>3.</b>	<b>Физические характеристики</b>	
	Многоразовый электрический кабель	соответствие

	Длина кабеля	46 см
	Тип коннектора для подсоединения к кабелю пациента	LNOP
	Тип коннектора для подсоединения к датчику	LNCS
	Коннектор для подсоединения к датчику	9-типиновый
	Совместимость с технологиями MasimoSET	Наличие

Что касается регистрационных удостоверений:

РОСЗДРАВНАДЗОР РФ не выпускал отдельного регистрационного удостоверения на запрашиваемые заказчиком датчики и кабель, тип имеющегося оборудования заказчик не указал. Запрашиваемые заказчиком датчики и кабель поставляются производителем в составе различного оборудования в том числе и с пульсоксиметром MASIMO, модель «RAD-8», регистрационное удостоверение на который мы приложили к своей заявке. (Приложение №3 к Жалобе)

Датчики поставляются как комплектующие (запасные части) к оборудованию.

17.07.19, с опозданием на 2 дня заказчик опубликовал протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (Протокол № 1804-07-19-ЗКЭФ (31908066087) приложение №4 к Жалобе), отклонив нашу заявку с обоснованием:

Отклонить заявку участника, согласно п.11 подраздела 8 раздела 1 Положения о закупках, в связи с несоответствием предложения участника закупки требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

1) отсутствует согласие участника на подписание договора в случае признания их победителем. В п.3 заявки содержится информация от ООО «Медхимпром»;

2) технические характеристики по позиции 1, согласно приложенному участником регистрационному удостоверению не соответствуют требуемым параметрам извещения: установлено требование «Категория пациентов: для новорожденных весом не более 3кг и взрослых весом не менее 40кг», участник закупки предлагает: «датчик для детей и взрослых весом 10-50кг (1864), ушной датчик для детей и взрослых весом >30кг (1895)». «Поддержка технологии X-Cal для обеспечения работоспособности системы монитор-кабель-датчик – наличие, участник закупки предлагает датчики без поддержки технологии X-Cal для обеспечения работоспособности системы монитор-кабель-датчик»;

технические характеристики по позиции 2, согласно приложенному участником регистрационному удостоверению не соответствуют требуемым параметрам извещения: установлено требование «Многоразовый соединительный кабель для подключения серии LNCS к LNOP – соответствие», участник закупки предлагает кабель (2017,1814) не соответствующий данной характеристике. «Тип коннектора для подсоединения к кабелю пациента – LNOP», участник закупки предлагает – «LNCS (2017,1814)».

Хотя технические характеристики поставляемого товара, указанные нами в заявке, полностью соответствуют характеристикам, запрашиваемых заказчиком.


Считаем, что отклонение заявки заказчиком является необоснованным, что ведет к ограничению конкуренции и заключению контракта по завышенной стоимости, что нарушает требования:

- Методические рекомендации по техническому обслуживанию медицинской техники, введенные в действие письмом Минздрава России от 27.10.2003 №293-22/233
- Требования ФЗ 135 «О защите конкуренции»;
- Поручения Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № ВП-П12-7292 ФАС России и Минздравсоцразвития России подготовленное и направленное в субъекты Российской Федерации совместным письмом от 05.12.2011 № ИА/45240. Согласно которого установление требований, ограничивающих количество участников размещения заказа, влечет необоснованный отказ в допуске к участию в торгах участников размещения заказа, что является нарушением процедуры проведения торгов и нарушает права предпринимателей.

В связи с вышеизложенным, просим обязать заказчика отменить протокол рассмотрения и оценки заявок в запросе котировок в электронной форме, допустить нашу заявку к участию и рассмотреть заявки повторно.

С Уважением,

Директор ООО «Профит АСК»



Акентьева Анастасия Александровна

Исп.: Акентьева А.А. (383) 3080126  
info@profitask.info