

1

### **Жалоба на действия Заказчика.**

#### **Заказчик:**

Наименование:

Государственное автономное учреждение города Москвы «

Гормедтехника Департамента здравоохранения города

#### **Заявитель:**

Наименование: ООО «СМ-Альянс»

#### **Номер извещения о закупке:**

**Указание на обжалуемые действия (бездействие) лица, действия (бездействие) которых обжалуются, соответствующие доводы:**

Заказчиком в техническом задании установлены противоречивые требования. П . 2.9.8. содержит следующую информацию «Управляемое давление в фазе вдоха дополнительно к уровню РЕЕР/СРАР, применяемое к принудительным вдохам, **минимальное значение, максимальное значение**». Исходя из указанной информации не ясно, каким является указанное значение параметра, минимальным либо максимальным; оно не может являться одновременно и минимальным и максимальным.

15.08.2022 посредством функционала торговой площадки нами был направлен запрос Заказчику (копия запроса прилагается к настоящей жалобе) с предложением скорректировать техническое задание с целью исключения указанной ошибки. Согласно пункту 9 аукционной документации, в течение **трех рабочих дней** с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса. Однако в указанный в документации **трёхдневный срок** Заказчик не опубликовал разъяснение по нашему запросу, тем самым нарушив условия аукционной документации.

Позднее в ходе анализа технического задания было выявлено ещё одно противоречивое требование:

2.9.9	Давление поддержки в фазе вдоха дополнительно к уровню РЕЕР/СРАР, применяемое к спонтанным вдохам, <b>минимальное значение</b>	Не более 1	см. вод. ст.	Определяет настройки параметров режима проводимой ИВЛ в зависимости от возрастной категории пациентов
2.9.10	Давление поддержки в фазе вдоха дополнительно к уровню РЕЕР/СРАР, применяемое к спонтанным вдохам, <b>минимальное значение</b>	Не менее 60	см. вод. ст.	Определяет настройки параметров режима проводимой ИВЛ в зависимости от возрастной категории пациентов

Один и тот же параметр не может иметь значение одновременно «Не более 1 см. вод. ст.» и «Не менее 60 см. вод. ст.».

На основании вышеизложенного и руководствуясь общими принципами гражданского права, а также подпунктом 3) п. 10 статьи 3 закона 223-ФЗ

**Просим:**

1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести проверку правомерности действий Заказчика, содержания аукционной документации
3. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
4. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки.

Приложения:

1. Копия решения единственного учредителя;
2. Копия запроса о разъяснениях документации.