


№ 8/М

От 04.06.2020 г.

Куда: УФАС по Костромской области
г. Кострома, переулок Кадыевский, д. 4, 3 этаж
to44@fas.gov.ru

От кого: ООО «ПИК-Эксперт» (ИНН 7723889835)
117036, город Москва, улица Гримау,
дом 10а строение 1, часть ком. 5

Заказчик: ФБУ «Костромской ЦСМ»
156005, г. Кострома, ул. Советская, дом 118А



Оператор электронной площадки:
ЗАО «Сбербанк - АСТ»
119435, город Москва,
Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9
info@sberbank-ast.ru

Жалоба на действия закупочной комиссии

1. **Заказчик:** Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области» (ФБУ «Костромской ЦСМ»);
Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Советская, дом 118А;

Контактные лица: Жирнов Илья Сергеевич, Власик Сергей Иванович;

Тел/факс: 8 (4942) 77-85-22; 77-85-41; e-mail: : kcsm@kosnet.ru

Фамилии, имена, отчества членов закупочной комиссии действия (бездействия) которых обжалуются:

Председатель комиссии: Кротов Олег Геннадьевич, начальник отдела по работе с крупными корпоративными клиентами;

Заместитель председателя комиссии: Власик С.И., руководитель ДП группы;

Члены комиссии:

- Харинова Оксана Викторовна, экономист;
- Себекина Ольга Александровна, бухгалтер 2 кат.;
- Гусев Дмитрий Анатольевич, инженер-программист

2. **Участник закупки (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Производственная инжиниринговая компания – Эксперт», **ИНН:** 7723889835. **Адрес:** 117036, город Москва, улица Гримау, дом 10а строение 1, часть ком. 5;

телефоны для связи: +7 (495)150-38-29;

e-mail: info@pik-expert.ru

контактное лицо: Енжаев Михаил Иванович

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**
www.zakupki.gov.ru,

Номер извещения: № 32009144825

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 14.05.2020.

4. Наименование закупки: открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Весов специальных для калибровки и поверки дозаторов MPS6,6S или эквивалент для нужд ФБУ «Костромской ЦСМ»

5. Заказчик: ФБУ «Костромской ЦСМ»

6. Предмет закупки: Весы специальные для калибровки и поверки дозаторов MPS6,6S или эквивалент – 1 шт.

7. Начальная (максимальная) цена договора, руб.: 2 764 725,00 руб. (Два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС-20%.

8. Дата рассмотрения заявок участников закупки: 26.05.2020 г.

9. Обжалуемые действия: в нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" отказано в допуске к участию в закупочной процедуре ООО «ПИК-Эксперт».

Доводы жалобы:

При участии в обжалуемой закупке ООО «ПИК-Эксперт» направило заявку на участие в процедуре с предложением аналога - весы производства Mettler Toledo.

27 мая 2020 г. (опубликовано 29.05.2020 г.) протоколом заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников открытого запроса котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) на поставку Весов специальных для калибровки и поверки дозаторов MPS6,6S или эквивалент для нужд ФБУ «Костромской ЦСМ», предложение компании ООО "ПИК-Эксперт" было отклонено ввиду следующего:

«Предложенные участником Весы лабораторные электронные неавтоматического действия Excellence Analytical модификации XPR26/A не соответствуют требованиям части II технического задания п. 4. Требования к техническим характеристикам товара:

Закупаемые весы должны быть утвержденного типа, внесены в государственный реестр средств измерений РФ, должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.

Весы должны соответствовать требованиям нормативных и технических документов, указанных в описании типа.

Технические характеристики поставляемых весов должны в полной мере соответствовать, указанным в данной Технической части документации

Максимальная нагрузка (max), г	Действительная цена деления (d), мг	Линейность, мг	Воспроизводительность, мг	Пределы допускаемой погрешности, мг	Гарантийный срок, мес	Время установления показаний (среднее), с
6,1	0,001	0,004	0,001	До 500 мг - 0,003 мг	24	5

Действующее свидетельство о первичной поверке оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга от 02.07.2015 г. № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» со сроком действия на момент поставки не более 1/3 межповерочного интервала.

Руководствуясь действующим законодательством в сфере обеспечения единства измерений, предлагаемый участником механизм с оформлением сертификата калибровки и протоколом калибровки на весы лабораторные электронные неавтоматического действия Excellence Analytical модификации XPR26/A, не может быть реализован для использования средства измерений в качестве эталона.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации № 734 от 26.09.2010 в редакции от 21.10.2019 г. № 1355 п. 12. «Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц, вместо первичной аттестации и периодической

аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в порядке, утверждаемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» с выпиской свидетельства о первичной поверке оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга от 02.07.2015 г. № 1815 приложение 1а «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». (с 22 января 2020 г. в редакции Постановления Российской Федерации от 21.10.2019 №1355).

То есть для того, чтобы обеспечить условия технического задания, предлагаемые весы лабораторные электронные неавтоматического действия Excellence Analytical модификации XPR26/A должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, **как единичный экземпляр** с новым описанием типа в котором будет регламентироваться такая характеристика, как воспроизводимость.»

До опубликования данного протокола участнику ООО «ПИК-Эксперт» был направлен запрос на разъяснения с вопросами к техническим параметрам.

В ответе на запрос разъяснений организатора торгов ООО «ПИК-Эксперт» 27.05.2020 указало, что метрологические параметры указанные заказчиком будут подтверждены свидетельством о поверке и сертификатом калибровки, что не противоречит действующему в РФ законодательству (письмо от 27.05.2020 г.).

Весы, предлагаемые участником ООО «ПИК-Эксперт» **внесены в Государственный Реестр средств измерений**, что подтверждается данными реестра средств измерений, а также приложение к свидетельству № 74426 об утверждении типа средств измерений. Предлагаемые весы внесены в реестр средств измерений по ГОСТ OIML R 76-1-2011, и, по рекомендации Росстандарта, для подтверждения некоторых дополнительных метрологических характеристик, не нормированных в ГОСТ OIML R 76-1-2011, но указанных в технической документации, можно прибегать к калибровке.

Еще одним основанием для отказа в допуске к участию в закупочной процедуре явилось то, что предлагаемые весы лабораторные электронные неавтоматического действия Excellence Analytical модификации XPR26/A (далее по тексту – Весы) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, **как единичный экземпляр** с новым описанием типа в котором будет регламентироваться такая характеристика, как воспроизводимость. Данное обоснование закупочной комиссии не соответствует, в том числе, требованиям Документации о запросе котировок в электронной форме (далее по тексту – Документация). Так, в технической части Документации значится:

- **закупаемые весы должны быть утвержденного типа, внесены в государственный реестр средств измерений РФ, должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.**

- весы должны соответствовать требованиям нормативных и технических документов, указанных в описании типа.

- **технические характеристики поставляемых весов должны в полной мере соответствовать указанным в данной Технической части документации.** (раздел 4 технической части Документации «Требования к техническим характеристикам товара»).

Следует заметить, что нигде в технической части документации не значится, что предлагаемые весы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, **как единичный экземпляр** с новым описанием типа в котором будет регламентироваться такая характеристика, как воспроизводимость. То есть получается, что дополнительные требования к предмету закупки, возникли именно в процессе рассмотрения предложения ООО «ПИК-Эксперт», что свидетельствует о нарушении конкуренции и о намерении приобрести Весы конкретного производителя, не предоставляя тем самым, возможность поставки эквивалента. Хотя, возможность поставки эквивалента прямо предусмотрена условиями Документации.

Кроме того, необходимость внесения предлагаемых к поставке весов в Государственный реестр средств измерений, **как единичный экземпляр с новым описанием типа**, нормативно Заказчиком не обоснована.

Таким образом, эквивалентность предложения ООО «ПИК-Эксперт» подтверждается и свидетельством о поверке и сертификатом калибровки, что не противоречит Федеральному закону №102 "Об обеспечении единства средств измерений".

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах.

На основании изложенного,

прошу:

отменить протокол рассмотрения и оценки заявок участников открытого запроса котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) на поставку Весов специальных для калибровки и поверки дозаторов MPS6,6S или эквивалент для нужд ФБУ «Костромской ЦСМ» от 27.05.2020 г.;

- вернуть процедуру закупки на стадию оценки заявок участников открытого запроса котировок и признать предложение ООО "ПИК-Эксперт" соответствующим условиям закупки, допустить к дальнейшему участию в закупочной процедуре.

Приложения:

- техническое предложение ООО «ПИК-Эксперт»
- протокол от 27.05.2020 г.
- запрос на разъяснения технических параметров
- ответ на разъяснения от 27.05.2020 г.
- декларация ТР ТС
- свидетельство СИ
- выдержка из руководства по эксплуатации весов – аналога
- письмо-запрос в орган сертификации о погрешности весов
- письмо органа сертификации о погрешности весов
- информационное письмо Mettler Toledo Instruments Ltd от 26.05.2020 г.
- ответ заказчика на запрос разъяснения протокола комиссии.

Генеральный директор

Енжаев М.И.

