

Общество с ограниченной ответственностью

«Инмед»

ИНН/КПП 5904380267/590401001

614007, Пермский край, г. Пермь, ул.Николая Островского, д.59, офис 614

Исх. № 20 от 22.04.2021г.

Управление Федеральной Антимонопольной Службы по Самарской области
443086, г. Самара ул. Ерошевского 3а
Телефон/факс: Канцелярия 8-(846)-200-15-36 (каб. № 442)
E-mail: to63@fas.gov.ru (не более 10Мб)

Заявитель: ООО «Инмед»
614007, Пермский край, г.Пермь, ул.Николая Островского, д. 59,
офис 614
Телефон: 89058772484
E-mail: Inmedperm@yandex.ru

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Самарской области «Самарская
стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района»
443009, г. Самара, ул. Свободы, 121
Контакты: телефон: 8-846-9954149 приемная
E-mail: gbuz2sst@mail.ru

Жалоба на действия котировочной комиссии

Состав аукционной комиссии

Галахова А.В.	Зам. председателя комиссии
Гусев Д.А.	Член комиссии
Романова Е.А.	Член комиссии
Санососюк Н.О.	Член комиссии

ООО «Инмед» (Поставщик) приняло участие в запросе котировок (Извещение № 32110170497) на поставку стоматологических установок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в процедуре № 32110170497 от 16.04.2021г., заявка ООО «Инмед» отклонена по следующему основанию:

«Не соответствует техническому заданию. В техническом задании указано «Модуль для подключения микромотора ДП-5 (или эквивалент м/м ДП-5), 1 шт. Участник предоставил «Модуль для подключения микромотора ROSE 4000,1 шт». У заказчика имеются в наличии микромоторы LG-5, которые не совместимы с модулем микромотора ROSE 4000.Требуется дополнительное финансирование.

Аукционная комиссия при проведении запроса котировок допустила нарушения положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по следующему основанию:

Согласно котировочной документацией предметом поставки является стоматологическая установка. Стоматологическая установка состоит из комплектующих (составных частей) : стоматологическое кресло, блок врача, блок управления, блок ассистента, блок освещения и компрессор. На блоке врача устанавливается микромотор, в который крепится стоматологический наконечник с вращающим элементом. Фактически микромотор можно приобретать отдельно от стоматологической установки либо сразу в комплекте. Современные стоматологические микромоторы универсальны и подходят ко всем видам стоматологических наконечников. На стоматологическую установку можно установить любой микромотор исходя из пожелания конечного Покупателя.

Заказчиком в документации был указан Микромотор ДП-5 или эквивалент. ООО «Инмед» в своей заявке предложило к поставке эквивалент и соответствующий к нему модуль. Однако заявка была отклонена. Причем в данном случае не рассматривался вопрос о несоответствии или соответствии предлагаемого товара, причина отклонения- наличие конкретных моделей микромоторов у Заказчика. Таким образом, не понятно для чего Заказчиком предоставлено участнику право предоставления эквивалента, так как исходя из протокола эквивалент недопустим в связи с наличием товара (допустим только один микромотор и один вид модуля). Хотя в документации отсутствует ссылка на необходимость соответствия оборудования имеющемуся у Заказчик. Дополнительно надо указать и то, что такое дорогостоящее оборудование как установка не приобретается под имеющиеся «недорогое» комплектующее (по типу автомобиль не приобретается под имеющиеся шины). В данном случае при наличии у Заказчика определённых микромоторов необходимо либо было указать на конкретный модуль и микромотор к нему либо приобрести установку без модуля с дальнейшей закупкой инструментов под нее с указанием конкретной торговой марки.

Дополнительно необходимо отметить и тот факт, что к производству и выпуску в обращение медицинских изделий, в отличие от других изделий, установлены специальные требования, определенные Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закона об основах охраны здоровья), постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона об основах охраны здоровья на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти...».

Согласно пункту 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 были утверждены Правила государственной регистрации медицинских изделий. Пунктом 6 указанных Правил установлено, что документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие (далее - регистрационное удостоверение). Форма регистрационного удостоверения утверждается регистрирующим органом. Регистрационное удостоверение выдается бессрочно. В пункте 10 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти осуществляет ведение государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, и размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет». Следовательно, внесение медицинских изделий, являющихся предметом поставки, в Государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, свидетельствует о соответствии товара требованиям качества и безопасности. Согласно данным официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на территории РФ не зарегистрировано и не допущено к обороту медицинское изделие «микромотор ДП-5». Однако не смотря на этом Заказчиком приобретается данный товар.

Таким образом, считаем что Заказчик совершил такие юридически значимые действия как отклонение заявки ООО «Инмед» без правового основания. Данные действия косвенно подтверждают

авторизацию данного лота под конкретного Поставщика (Заказчик необоснованно отклонил ненужного участника и заключает контракт на товар с несуществующим регистрационным удостоверением)

На основании вышеизложенного, считаем решение и действия Заказчика (Уполномоченного органа), не законным, противоречащим нормам Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в сфере закупок.

ПРОСИМ:

Исходя из вышеизложенного, ООО «Инмед» просит:

1. Приостановить запрос котировок (Извещение № 32110170497) на поставку стоматологических установок для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района».

2. Отменить протоколу подведения итогов процедуры № № 32110170497 от 16.04.2021г.

3. Обязать Заказчика принять новый протокол, в котором признать заявку ООО «Инмед» соответствующей требованиям и заключить с ООО «Инмед» договор.

Приложение

1.Решение на руководителя.

Директор _____ Майшева Елена Владимировна