

056/07/3-300/0000

Handwritten signature and date: 19.03.20

Общество с ограниченной ответственностью

«МЕДТЕХКОМ»

ИНН 5611072791 КПП 561101001

ОГРН 1145658035302

р/с 40702810600490012519 Филиал «Приволжский» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде

Лицензия № ФС-99-04-006231 от 23.01.2019г. , Лицензия № 56.01.15.002.Л.000001.05.15 от 18.05.2015г выданной
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

Почтовый адрес: г.Оренбург, ул.Терешковой, д.22, офис 204-207, тел.: 305-367, 305-368, mail medtechkom@mail.ru

Исх.№24 от 13 марта 2020г.

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области
Окшину Владимиру Васильевичу
г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 22

Handwritten signature and date: 19.03.20

Копия Заказчику:
Государственное автономное учреждения здравоохранения
«Оренбургская областная больница №3»
460040, Оренбургская область г. Оренбург, пр. Гагарина, 19а
Телефон: 8 (3532) 33-67-20
Адрес электронной почты: econ-oob3@yandex.ru

Заявитель:

ООО «МЕДТЕХКОМ»
460008, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312, кв.38
Телефон: 305-368, 305-367
адрес эл.почты: medtechkom@mail.ru

Заказчик:

Государственное автономное учреждения здравоохранения
«Оренбургская областная больница №3»
460040, Оренбургская область г. Оренбург, пр. Гагарина,
19а
Телефон: 8 (3532) 33-67-20
Адрес электронной почты: econ-oob3@yandex.ru

Информация о закупке:
Наименование объекта закупки:

Аукцион в электронной форме
Оказание услуг по техническому обслуживанию
медицинских изделий (в том числе источников
ионизирующего излучения (генерирующих), сосудов,
работающих под давлением)

Номер извещения:
Начальная (максимальная) цена
контракта

32008925909
648 539,69 Российский рубль

Наименование электронной площадки: <http://www.rts-tender.ru/>

Handwritten signature and date: 13 MAR 2020 12:03

ЖАЛОБА
На положения аукционной документации

28.02.2020 года на электронной торговой площадке РТС-тендер размещено извещение №32008925909 государственного Заказчика ГАУЗ «Оренбургская областная больница №3». Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий (в том числе источников ионизирующего излучения (генерирующих), сосудов, работающих под давлением)». Изучив аукционную документацию, мы пришли к выводу, что она составлена с нарушениями Законодательства, а именно:

1. Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий (в том числе источников ионизирующего излучения (генерирующих), сосудов, работающих под давлением)», однако в разделе III Техническое задание п.6.1. Перечень выполняемых работ (оказания услуг) появляются другие виды работ:

6.1.3.	Техническое освидетельствование. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
6.1.4.	Периодические испытания медицинских электрических изделий
6.1.5.	Периодические испытания аппаратов рентгеновских. Аппараты и комплексы, рентгеновские медицинские диагностические для маммографии
6.1.6.	Периодические испытания аппаратов рентгеновских. Рентгеновские дентальные интраоральные аппараты
6.1.7.	Периодические испытания аппаратов рентгеновских. Рентгеновские дентальные панорамные аппараты
6.1.8.	Периодические испытания аппаратов рентгеновских. Аппараты и комплексы рентгеновские медицинские диагностические для рентгенографии на 1 рабочее место
6.1.9.	Периодические испытания аппаратов рентгеновских. Аппараты и комплексы рентгеновские медицинские диагностические для рентгенографии, рентгеноскопии и томографии на 3 рабочих места

Далее, в п. 27.1. **Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме** установлено требование о наличии у участников закупки следующих документов:

- 1) Копия лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники с указанием видов выполняемых работ: наладка, контроль технического состояния, периодическое и текущее Техническое обслуживание, ремонт медицинской техники.
- 2) Копия лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) с указанием видов выполняемых работ: Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих)

а в техническом задании п. 1. **ТРЕБОВАНИЕ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ** предъявляются другие требования:

1.3.	Исполнитель в области работ с сосудами, работающими под давлением свыше 0,07 МПа на опасных производственных объектах, обязан иметь разрешительные документы на осуществление деятельности: - Исполнитель работ по техническому освидетельствованию должен являться Специализированной организацией, уполномоченной для проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, имеющей в своем составе подразделения (аттестованные лаборатории) неразрушающего контроля, укомплектованные работниками, аттестованными в порядке, установленном Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах", утвержденными приказом Ростехнадзора от 21.11.2016 г. N 490, и располагающие на правах собственности и иных законных основаниях необходимыми для проведения технического освидетельствования конкретных видов оборудования методиками и комплектом измерительных, диагностических приборов и устройств.
1.4.	Исполнитель работ по визуально-измерительному контролю должен иметь свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, удовлетворяющей требованиям системы неразрушающего контроля согласно ПБ-03-372-00 «Об утверждении Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля» Область аттестации должна содержать: Раздел Аттестата "Наименование оборудования (объектов)" должно содержать: 1. Объекты котлонадзора 1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа Раздел Аттестата "Виды (методы) неразрушающего контроля" должен содержать: 11. Визуальный и измерительный Раздел Аттестата "Виды деятельности" должен содержать: Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при эксплуатации вышеперечисленных объектов.

1.5.	Исполнитель работ (услуг) по испытаниям электрической безопасности медицинских электрических изделий обязан иметь разрешительные документы на осуществление деятельности: Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра и (или) испытательной лаборатории, содержащего область аккредитации, соответствующую объекту закупки или выписку из реестра аккредитованных лиц - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования (Статья 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).
1.6.	Исполнитель работ (услуг) по испытаниям в области контроля параметров рентгеновской техники обязан иметь разрешительные документы на осуществление деятельности: Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра и (или) испытательной лаборатории, содержащего область аккредитации, соответствующую объекту закупки или выписку из реестра аккредитованных лиц - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования (Статья 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).

Данные виды работ являются испытаниями.

Работы по техническому обслуживанию медицинских изделий и испытания не связаны между собой и являются разными видами деятельности по следующим причинам:

1. Они имеют разные коды по ОКВЭД. Технические испытания, исследования и сертификация имеют код 743, а предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры имеет код 33.10.9.
2. Для осуществления каждого вида деятельности необходима различная разрешительная документация: лицензия для технического обслуживания, аттестат аккредитации для испытаний.
3. Работы по техническому обслуживанию и испытаниям имеют разную периодичность.
4. Работы по испытаниям не входят в состав работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

Основание:

- ПИСЬМО от 27 октября 2003 года №293-22/233 О введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»
- Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 года №469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники»

Таким образом данная закупка предполагает выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования и испытаниям, выполнение которых технологически и документально не связаны между собой.

Основание: Решение Оренбургского УФАС России от 08 сентября 2015 года.

На основании изложенного ООО «МЕДТЕХКОМ» просит:

- принять настоящую жалобу к рассмотрению,
- признать аукционную документацию не соответствующей действующему Законодательству
- исключить из аукционной документации «испытания», выделив их в отдельную закупку (6.1.3., - 6.1.9., 1.3.-1.6., 2.1.2.-2.1.3., 2.4.-2.5., 6.3.1.-6.3.7.)

Приложение:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «МЕДТЕХКОМ» №ЮЭ9965-20-17073454 от 02.03.2020г.
2. Решение №3 о назначении директора ООО «МЕДТЕХКОМ»
3. Извещение по проведению аукциона в электронной форме № 32008925909
4. ПИСЬМО от 27 октября 2003 года №293-22/233 О введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»
5. Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 года №469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники»
6. Решение Оренбургского УФАС России от 08 сентября 2015 года.
7. Письмо ГАУЗ ООБ №3 от 03 марта 2020 года

Директор ООО «МЕДТЕХКОМ»

