



ООО «Медкорп-МТ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 19, к 2, Э 1 ПИВБ К32 РМЗ
Фактический адрес: 105318, Москва, ул.
Мироновская, д. 33, стр. 26
тел: (495) 969-61-47, (495) 960-39-84 т/ф: (499) 788-
78-03 (499) 788-78-04, (499) 788-78-05
ИНН 7718654186 КПП 771801001 ОГРН
1077757666183 ОКВЭД 46.18.1; 46.46.2
Email: medcorp@medcorp.ru
www.medcorp.ru

Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москва
г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ООО «Медкорп-МТ»
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул.
Мироновская, д. 33, стр. 26
Контактный телефон/факс: 8 (495) 960-39-84
Адрес электронной почты: medcorp@medcorp.ru

ЖАЛОБА

**на незаконные действия Уполномоченного органа, Заказчика при проведении аукциона в
электронной форме «Аукцион в электронной форме на поставку комплекса лечебно-
диагностического подвижного для нужд ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ» в 2020 г.
(номер извещения – №32009436134)**

Заявитель:

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26
Контактный телефон/факс: 8 (495) 960-39-84, 8 (499) 788-78-03
Адрес электронной почты (E-mail): medcorp@medcorp.ru

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 220 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

ИНН 7703173546

КПП 770301001

ОГРН 1037700202022

Место нахождения 123022, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЗАМОРЁНОВА, дом 27

Почтовый адрес 123376, г Москва, ул Заморёнова, дом 27

Контактное лицо Чибисов Д.Н.

Электронная почта ChibisovDN@zdrav.mos.ru

26.08.2020 г. на официальном сайте «<http://roseltorg.ru>» было опубликовано извещение
№32009436134 о проведении электронного аукциона **Аукцион в электронной форме на
поставку комплекса лечебно-диагностического подвижного для нужд ГБУЗ «ГП № 220
ДЗМ» в 2020 г»** ([https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?regNumber=32009436134&backUrl=ea139289-3e88-406b-9e1e-8145fe9008f1](https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009436134&backUrl=ea139289-3e88-406b-9e1e-8145fe9008f1)).

Дата и время окончания подачи заявок – 03.09.2020 в 09:00 (МСК)

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок –04.09.2020

ООО «Медкорп-МТ» намереваясь принять участие в вышеназванном электронном аукционе, в ходе изучения документации по данному аукциону выявило, что указанный в составе закупки Рентгеновский маммографический аппарат с цифровой регистрацией изображений не соответствует Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Предмет жалобы:

По мнению Заявителя «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку комплекса лечебно-диагностического подвижного для нужд ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ» в 2020 году» - составлено таким образом, что любое аналогичное оборудование соответствующее техническим требованиям в части оборудования «Рентгеновский маммографический аппарат с цифровой регистрацией изображений», не соответствует Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Доводы жалобы:

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Заявитель считает, Заказчик составил ТЗ, так что требованиям ТЗ удовлетворяет лишь комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС. Так в техническом задании присутствует пункт

51.2.	Потребляемая мощность, кВА	Не более 0,6
51.4	- размер рабочего поля, мм	(не менее 170) × (не менее 230)
51.9	- диапазон изменения анодного напряжения, кВ	от 28 до 40

Указанному требованию соответствует только маммограф МАДИС использующий в своей комплектации приемник с использованием ПЗС матрицы с оптической системой переноса изображения. Главный недостаток цифровых детекторов с экраном, оптикой и ПЗС матрицей типа «Экран-Оптика-ПЗС» - низкая квантовая эффективность, вызванная потерями сигнала при преобразовании (рентгеновского излучения в видимое световое), и, в еще большей степени, потерями в оптическом узле.

Использование в тракте оптического объектива приводит к возникновению искажений: геометрических и яркостных, которые ухудшают диагностическую ценность снимка. Светосила объектива, его коэффициент сбора светового потока, вносимые им искажения и шумы – все это приводит к резкому ухудшению квантовой эффективности детектора «Экран-Оптика-ПЗС», и ограничивают его пространственное разрешение и пороговый контраст.

Низкая квантовая эффективность детекторов на ПЗС (на порядок меньше, чем в современных плоскочастотных приемниках) приводит к существенному увеличению лучевой нагрузки на пациентов и медицинский персонал, к преждевременному износу дорогостоящей рентгеновской трубки.

Другим недостатком детекторов на ПЗС является слабое пространственное разрешение. Часто продавцы лукавят, приводя величины пространственного разрешения для объектов с контрастом 100%. Однако, в подавляющем большинстве исследований, а в маммографии в

100% исследований, изображения имеют низкие значения контраста при которых пространственное разрешение у детекторов на ПЗС в несколько раз хуже чем у современных плоскочелюстных матричных приемников, что резко снижает диагностическую достоверность таких исследований, приводит к необходимости повторных съемок, повышает риск пропуска патологии в начальной стадии её развития, усложненной терапии и к тяжелым последствиям для здоровья пациента.

Именно из-за этого Заказчик намеренно не включил требования, позволяющие определить оборудование, явно **не соответствующее действующей нормативной документации**, например в техническом задании отсутствуют

- требования к мощности и токам (или количеству электричества) рентгеновского питающего устройства, равно как и к мощности и токам (или количеству электричества) рентгеновского излучателя;
- для приемника рентгеновского изображения не указаны параметры квантовой эффективности регистрации (DQE) и функции передачи модуляции (MTF);
- требования к теплоемкости рентгеновского излучателя;
- параметры отсеивающего раstra.
- параметры фокусного расстояния и тд и тд.

Согласно п.13 ст. 38 N 323-ФЗ «13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) **либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации.**» Заявитель считает, что оборудование, удовлетворяющее требованиям аукционной документации, являющееся характерной чертой аппарата «Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-14309534-118-2003», производства Фирма "Радмир" Дочернего предприятия АО "Научно-исследовательского института радиотехнических измерений", Украина, и не соответствует требованиям действующей на территории России нормативной документации.

Так же считаем, что Заказчик намеренно не указал некоторые, и занижил важные технические характеристики цифровых маммографических систем, тем самым нарушив действующую на территории РФ нормативно техническую документацию.

Полные тексты нормативных документов, которым по мнению заявителя должна соответствовать аукционная документация, будут направлены в Федеральную антимонопольную службу дополнительно.

Прошу:

рассмотреть настоящую жалобу, провести соответствующую проверку, принять решение в соответствии с Законом.

Генеральный директор _____ **М.М. Воробьев**