

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 14
Тел/факс +7 (812) 6071118
8 800 100 9889 звонок по России бесплатный
email: info@proflabspb.ru

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области

199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13,
лит.А Р

№ 417 от 28.09.2021 г.

Жалоба

1. Извещение № 247/215-2021 о проведении открытого аукциона на право заключения Договора на поставку дилатометра. (№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке АО «Обуховский завод»).

Способ закупки и форма проведения: открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора на поставку дилатометра. Начальная (максимальная) цена договора – 11 352 120,83 рублей.

2. Заказчик: Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» (АО «Обуховский завод») Место нахождения: Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д. 120,
Телефон: 8 (812) 363-91-28, 363-95-57
Факс: 8 (812) 363-95-57, 363-98-11
E-mail: otdel093@goz.ru
Контактное лицо: Дедусь Мария Константиновна, Кендигелян Михаил Сергеевич

3. Участник размещения заказа (Заявитель): ООО "ПрофЛаб" ИНН: 7804506826, КПП:780401001 Юридический адрес: Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д 14, Лит. Ю, пом. 2Н,
Тел/факс: (812) 6071118, 8(800)1009881
E-mail: info@proflabspb.ru

4. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
<http://223etp.zakazrf.ru>.

5. Заявитель обжалует действия комиссии по закупкам, созданной Заказчиком, в связи с отклонением заявки Заявителя.

Доводы жалобы:

На электронной площадке 24.09.2021 г. опубликован **Протокол № 1103 Заседания главной закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения Договора на поставку дилатометра от 21.09.2021 г.**

24.09.2021 г. опубликован Протокол № 1104 заседания закупочной комиссии подведения итогов участия в открытом аукционе на право заключения Договора на поставку дилатометра от 21.09.2021 г.

Согласно Протоколу № 1103, по результатам рассмотрения членами закупочной комиссии заявок на участие в аукционе, на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, было принято решение:

Отклонить заявку ООО «ПрофЛаб».

Причина отклонения:

- п.п. 3 п. 1.3.2. Документации «несоответствия предлагаемой продукции требованиям, установленным в извещении о закупке», а именно п. 8 таблицы «Технические требования» - в Документации указано (рабочий диапазон температур: до 1000 °С), в предложении Участника одним из калибровочных образцов указан золото (Au), у которого температура фазового перехода (точка плавления) свыше 1000°С (1064,18°С). (С.59 Краткий справочник физико-химических величин Равдель А.А., Пономарева А.М. 2003.). Таким образом, Участником будет поставлено только 6 работоспособных образцов; Л таблицы «Технические требования» максимальная длина образца: не менее 52 мм (не менее 56 мм при исследовании усадки), предложение Участника в соответствии с ТЗ, однако, в руководстве по эксплуатации оборудования приведено максимальное значение длины образца 50 мм. Выдержка (стр.32) из руководства по эксплуатации моделей L75HX500LT, L75HX1000, L75HX1400, L75HX1550.

ООО «ПрофЛаб» несогласно с членами комиссии, по следующим основаниям:

Пунктом 3.2.1 «Документации к извещению № 247/215-2021 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку дилатометра» предусмотрено, что в целях подтверждения соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, участники процедуры закупки в заявке обязаны предоставить техническое описание заявленной модели оборудования, оформленное в соответствии с техническими параметрами заданного Технического задания (Приложение № 3 к Извещению № 247/215-2021).

В техническом описании участник обязан указать торговое наименование поставляемого оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации (или паспортом), модель.

В Технических требованиях Заказчика (лист 26 Документации), п/п 1 «Измерительный блок» предусмотрено:

«-температурный диапазон в диапазон в поставляемой комплектации: от не менее 25°С (от не выше 5°С при подключении внешнего источника сжатого воздуха) до не более, чем 1000°С;

- возможность расширения температурного диапазона: от не более, чем - 180°С до не менее 2000°С.».

П. 8. Калибровочный набор по температуре:

«- состоит из не менее 7 разных веществ (по не менее 400 мг каждое)

- наименование веществ: указываются Поставщиком;

- рабочий диапазон температур: до 1000 оС».

ООО «ПрофЛаб» направило Техническое предложение на поставку дилатометра L75HS1000OE.1 (производитель Linseis Messgeraete GmbH Германия) с техническими характеристиками к оборудованию «Дилатометр», где

в п/п 1 «Измерительный блок» указано:

« - температурный диапазон в поставляемой комплектации: от 25°С (от 5°С при подключении внешнего источника сжатого воздуха) до 1000°С; **соответствует Техническим требованиям Заказчика**

- имеется возможность расширения температурного диапазона: от - 180° С до 2000° С, **соответствует Техническим требованиям Заказчика».**

П. 8. Калибровочный набор по температуре:

«- количество – 1 шт., **соответствует Техническим требованиям Заказчика;**

- состоит из 8 разных веществ (по 400 мг каждое), **соответствует Техническим требованиям Заказчика, поскольку в требованиях указано «из не менее 7 разных веществ;**

- наименование веществ: In, Sn, Al, Zn, Bi, Au, Ga – **соответствует Техническим требованиям Заказчика, поскольку в требованиях указано «наименование указываются Поставщиком»;**

- рабочий диапазон температур: до 1000 о С».

Температура фазового перехода (точка плавления) золота составляет 1064 о С, предложенное Участником оборудование имеет опцию расширения температурного диапазона до 2000 о С, таким образом, золото в качестве калибровочного вещества соответствует Техническим требованиям Заказчика.

Предложение ООО «Профлаб», в п/п 1 «Измерительный блок» указано:

«- максимальная длина образца: 56 мм, **что соответствует Техническим требованиям Заказчика, поскольку в требованиях указано «максимальная длина образца: не менее 52 мм (не менее 56 мм при исследовании усадки)».**

Комиссии, при рассмотрении заявки ссылалась на информацию руководства по эксплуатации оборудования, где приведено максимальное значение длины образца 50 мм, выдержка (стр.32) из руководства по эксплуатации моделей L75HX500LT, L75HX1000, L75HX1400, L75HX1550.

Вывод комиссии не соответствует действительности, т.к комиссия в протоколе ссылается на руководство по эксплуатации для моделей, которых ООО «Профлаб» не предлагало, к поставке предложено оборудование - дилатометр L75HS1000OE.1

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен пунктом 1.2.2 Положения о закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Согласно п. п. 2, 3 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ установлено, что в документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик.

Признавая заявку ООО «Профлаб» несоответствующей требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, Заявитель полагает, что указанные действия Заказчика нарушают положения Закона N 223-ФЗ.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Признать незаконными действия комиссии по отклонению заявки ООО «Профлаб» на участие в участия в открытом аукционе на право заключения Договора на поставку дилатометра.
2. Приостановить процедуру, отменить протоколы №1103 № 1104 от 21.09.2021 г.
3. Обязать Заказчика провести открытый аукцион в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложения:

1. протокол № 1103;
2. протокол № 1104;
3. документация;
4. извещение;
5. техническое предложение.

Генеральный директор



И.С. Маратканов