

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

АДРЕС

ТЕЛЕФОНЫ

В
ИНТЕРНЕТЕ

Россия

Исх. № 57
дата: 14.09.2022г.

Куда: В Центральный аппарат
Федеральной антимонопольной службы России
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11 (Д-242, ГСП-3)

От кого: ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект»
(ООО «ТД «ЭСКО»») (ИНН: [REDACTED])

Адрес места нахождения: [REDACTED]

Адрес для корреспонденции: [REDACTED]

Жалоба на действия

заказчика, комиссии по осуществлению закупок

Заказчик – ОАО «РЖД»

Закупка осуществляется для нужд ОАО "РЖД".

Место нахождения заказчика: [REDACTED]

Почтовый адрес заказчика: [REDACTED]

Контактные данные:

Контактное лицо: Специалист по закупкам [REDACTED]

Адрес электронной почты: [REDACTED]

Номер телефона: [REDACTED]

Участник закупки (заявитель):

ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект» (ООО «ТД «ЭСКО»)

(ИНН: [REDACTED])

Адрес места нахождения: [REDACTED]

Адрес для корреспонденции [REDACTED]

этаж 3, кабинет 11. Тел. [REDACTED]

Контактное лицо: [REDACTED] (Руководитель тендерного
отдела).

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

АДРЕС

ТЕЛЕФОНЫ

В
ИНТЕРНЕТЕ

125140, Москва
Ул. Гурьянова, д. 11
этаж 5, каб. 11
7702790095
8 800 50 70 37
www.ekoimp.ru

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: <https://223.rts-tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=2486269&ss0=1&code=-5#1>
4. Номер извещения: №3550/ОАЭ-ЦДЗС/22
Дата опубликования извещения о проведении закупки: 25.08.2022.
5. Наименование закупки: Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22 на право заключения договора поставки оборудования контрольно- измерительного и диагностического.
6. Доводы жалобы:

В соответствии с Протоколом № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического от 12.09.2022г. принято решение, что заявка на участие в открытом аукционе № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22 отклоняется и в допуске к участию в открытом аукционе № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22 отказано следующему участнику: Участнику № 2 (ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект» (ООО «ТД «ЭСКО»)) (ИНН: 7702790095) на основании подпункта 3.6.6.4 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.6.28. документации о закупке, а именно: характеристики товара указанные в техническом предложении участника не соответствуют характеристикам, предусмотренным приложением № 1.1 к документации о закупке:

Требования технического задания		Техническое предложение участника	
Тепловизионный комплекс		Тепловизионный комплекс DT-9897H	
Погрешность измерения температуры	не более 2%	Погрешность измерения температуры	±2% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C)

При этом указанный вывод в Протоколе является неправомерным в связи со следующим:

- 1) В протоколе рассмотрения первых частей заявок аукциона № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 от 12.09.2022г. в п.1.3.1 приведена таблица с указанием требований технического задания и характеристики тепловизионного

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

АДРЕС

ТЕЛЕФОНЫ

В
ИНТЕРНЕТЕ

Россия, 125110, Москва,

+7 (495) 252-80-83

info@eskomp.ru

ул. Гиляровского, д.51

8 800 350 70 31

www.eskomp.ru

этаж 3, каб. 11

комплекса, предложенного участником №2. Так, в Приложении № 1.1 к документации о закупке в разделе «Технические и функциональные характеристики товара» указано, что погрешность измерения температуры не более 2%. Данная формулировка означает, что отклонение от точного (эталонного) значения измерения температуры возможно как в большую, так и в меньшую сторону в пределах 2%.

При этом в предложении участника указан соответствующий показатель погрешности температуры: $\pm 2\%$ показания. Величина погрешности подтверждается в инструкции по эксплуатации товара.

Таким образом, действия Конкурсной комиссии, выразившиеся в отклонении заявки заявителя, нарушают принципы и основные положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ и содержит признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена действующим законодательством.

2) Кроме того, техническим специалистом была подготовлена сравнительная таблица основных тепловизионных комплексов (Тепловизоры инфракрасные Guide серии D моделей D160, D400, Камеры тепловизионные портативные НКMICRO HM-TP, Тепловизор модели DT-9897H), подходящих под технические требования аукционной документации с указанием технических характеристик (в том числе погрешности измерения температуры). Так, в Описании типа средств измерений, утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии показатели погрешности измерения температуры тепловизионных комплексов указываются в формате « $\pm 2\%$ » показания. В Инструкции по эксплуатации «Тепловизора модели DT-9897H» (стр.7), который был обозначен в заявке также погрешность измерения температуры указана « $\pm 2\%$ » показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", **прошу:**

1. Рассмотреть настоящую Жалобу в установленном законе порядке.
2. Признать незаконными действия Заказчика - ОАО "РЖД" по организации и проведению процедуры закупки.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

АДРЕС

ТЕЛЕФОНЫ

В
ИНТЕРНЕТЕ

129110, Москва,
Митяевского д. 51,
129110, 420, 31

+7 (495) 258-49-83
8 800 350-70-37

info@eskomp.ru
www.eskomp.ru

3. Выдать обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение нарушений, приостановления процедуры определения поставщика в части заключения контракта, отмены неправомерного протокола рассмотрения первых частей заявок аукциона № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 от 12.09.2022г., повторного проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок аукциона.

Приложения:

1. Аукционная документация по Открытому аукциону среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22 на право заключения договора поставки оборудования контрольно-измерительного и диагностического – 1 экз.
2. Протокол рассмотрения первых частей заявок аукциона № 3550/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 от 12.09.2022г. – 1 экз.
3. Сравнительная таблица тепловизионных комплексов с указанием технических характеристик (в том числе погрешности измерения температуры) – 1 экз.
4. Описание типа средств измерений «Тепловизоры инфракрасные Guide серии D моделей D160, D400», «Камеры тепловизионные портативные НИКМІСRO НМ-ТР», Инструкция по эксплуатации «Тепловизор модели DT-9897H» - 1 экз.

Генеральный директор

ООО [REDACTED]

[REDACTED]

