

**Московский УФАС России**

**Заявитель жалобы:**  
ООО «БиоЛима»

**Заказчик:**  
Государственное автономное учреждение города Москвы  
«Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»

### **ЖАЛОБА**

**на действия Заказчика, связанные с нарушением Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»**

**Номер извещения № 32312397308**

**Заказчик:** Государственное автономное учреждение города Москвы «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»

**Аукционная документация размещена на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)**

**Способ размещения закупки:** Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

**Объект закупки:** Аукцион в электронной форме на поставку анализатора автоматического гематологического для оснащения поликлиник г. Москвы (Столичное здравоохранение) (ПС32023-137)

**Дата опубликования извещения:** 18.05.2023

**Дата и время окончания подачи заявок:** 26.05.2023 10:00 (МСК)

Дата проведения процедуры подачи ценовых: 30.05.2023

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.06.2023

### Доводы жалобы

Заявитель жалобы детально изучил аукционную документацию и пришел к выводу о том, что при составлении документации Заказчиком нарушены требования п.2 ч.3 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а именно:

**Под совокупность требований технического задания и неизменяемых параметров (значений), указанных в техническом задании, подходит только один настольный гематологический анализатор, представленный в настоящее время на рынке в Российской Федерации – BC-30s Mindray.**

Как видно из сравнительной таблицы, Заказчиком установлены требования, исключающие возможность участия в данной закупке анализаторов других производителей. Желтым цветом выделены характеристики, не попадающие под требования ТЗ (Приложение № 1 – Сравнительная таблица).

Просим внести следующие изменения в техническое задание:

#### **2.2.6 «WBC (лейкоциты с дифференцировкой на 3 субпопуляции) – Наличие»**

**Изменить на «WBC (лейкоциты с дифференцировкой на 3 или 5 субпопуляции) – Наличие»**

Изменение данной характеристики позволит предложить Заказчику более современное и технологичное оборудование. Анализаторы с дифференцировкой лейкоцитов по 3 популяциям (3-diff анализаторы) относятся к более простым моделям. Их возможностей достаточно для того, чтобы оценить ключевые характеристики лейкоцитарной формулы – лимфоциты LYM, клетки среднего размера MID (преимущественно моноциты) и гранулоциты GRA (суммарное количество нейтрофилов, эозинофилов и базофилов), но предоставить детализированную информацию они не способны. Анализаторы с дифференцировкой лейкоцитов по 5 популяциям (5-diff анализаторы) способны точно дифференцировать все типы лейкоцитов отдельно (лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты), что существенно повышает диагностический потенциал анализа.

#### **2.2.8 «GRA (гранулоциты, кол-во) – Наличие» - Удалить.**

Данная характеристика не актуальна для 5-diff анализаторов. Количество гранулоцитов – это упрощенный параметр, включающий в себя сумму трех типов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. 5-diff анализаторы способны определять количество каждого из этих типов клеток по отдельности. Просим удалить данную характеристику, это позволит потенциальным участникам предложить к поставке оборудование более высокого класса. К тому же, исключение данного параметра никак не ограничит интересы Заказчика, поскольку определение гранулоцитов по умолчанию входит в 3-diff анализ и его наличие уже напрямую следует из пункта 2.2.6 Технического задания.

#### **2.2.9. «MID (моноциты, эозинофилы, базофилы кол-во) – Наличие» - Удалить.**

Данный параметр абсолютного содержания смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов («средних клеток») не актуален для 5-diff анализаторов. Количество MID в 3-diff анализаторах – это упрощенный параметр, позволяющий оценить примерное количество моноцитов. 5-diff анализаторы способны определять точное количество моноцитов. Просим удалить данную характеристику, это позволит потенциальным участникам предложить к поставке оборудование более высокого класса. К тому же, исключение данного параметра никак не ограничит интересы Заказчика, поскольку в 3-diff анализаторах данный параметр присутствует по умолчанию и его наличие уже напрямую следует из пункта 2.2.6 Технического задания.

#### **2.2.11. «GRA% (гранулоциты) – Наличие» - Удалить.**

Данная характеристика не актуальна для 5-diff анализаторов. Относительное процентное содержание гранулоцитов – это упрощенный параметр, включающий в себя сумму по трем типам лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. 5-diff анализаторы способны определять относительное процентное содержание каждого из этих типов клеток по отдельности. Просим удалить данную характеристику, это позволит потенциальным участникам предложить к поставке оборудование более высокого класса. К тому же, исключение данного параметра никак не ограничит интересы Заказчика, поскольку определение гранулоцитов по умолчанию входит в 3-diff анализ и его наличие уже напрямую следует из пункта 2.2.6 Технического задания.

#### **2.2.12 «MID% (моноциты, эозинофилы, базофилы) - Наличие» - Удалить.**

Данный параметр не актуален для 5-diff анализаторов, поскольку они способны определять точное процентное содержание моноцитов. Просим удалить данную характеристику, это позволит потенциальным участникам предложить к поставке оборудование более высокого класса. К тому же, исключение данного параметра никак не ограничит интересы Заказчика, поскольку в 3-diff анализаторах данный параметр присутствует по умолчанию и его наличие уже напрямую следует из пункта 2.2.6 Технического задания.

#### **2.2.13 «WBC Histogram (гистограмма распределения лейкоцитов по объему с дифференцировкой по 3 популяциям) – Наличие»**

**Изменить на WBC Histogram (гистограмма распределения лейкоцитов по объему с дифференцировкой по 3 или 5 популяциям) – Наличие».**

Изменение данной характеристики позволит предложить Заказчику более современное и технологичное оборудование. 3-diff гематологические анализаторы относятся к более простым моделям. Их возможностей достаточно для того, чтобы оценить ключевые характеристики лейкоцитарной формулы, но предоставить детализированную информацию они не способны. 5-diff анализаторы способны точно дифференцировать все типы лейкоцитов, что существенно повышает диагностический потенциал анализа.

#### **2.3 «Максимальная производительность - Не менее 70 обр/час»**

**Изменить на «Максимальная производительность - Не менее 60 обр/час»**

Данный пункт является ограничивающим и полностью исключает конкуренцию, поскольку в настоящий момент на рынке доступен единственный соответствующий характеристикам технического задания 3-diff анализатор с производительностью 70 образцов в час – BC-30s Mindray.

Предложенное изменение несущественно в условиях работы поликлиник, в лабораториях с небольшим потоком, при этом оно значительно расширит круг потенциальных участников закупки.

**2.12 «Встроенный термопринтер – наличие» - Удалить.**

Просим удалить данную характеристику, она является избыточной, поскольку в техническом задании в п. 3.2 предусмотрена поставка лазерного принтера в комплекте с прибором. К тому же она не актуальна в условиях работы поликлиник г. Москвы, которые имеют доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

**На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,**

**ПРОСИМ:**

1. Признать действия Заказчика при формировании и утверждении извещения о проведении закупки несоответствующими законодательству.
2. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений, в том числе о внесении изменений в документацию об аукционе.

**Приложения:**

1. Приложение 1 – Сравнительная таблица
2. Приложение 2 - Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание жалобы.
3. Извещение и документы извещения расположены по адресу:  
<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15285596>

Дата – 26 мая 2023 года

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Акимов А.В.