



**ХРОМАТЭК**  
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ООО «Хроматэк ТД»  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, д. 126, поз. 10  
ИНН 1215185314 КПП 121501001  
ОГРН 1141215009198  
Тел. 89371186301  
e-mail: chromatectd@mail.ru

26.01.2020 № ТД-22-24

Ставропольское УФАС России

Адрес: 355003, г.Ставрополь, ул.Ленина, 384  
Телефон/факс: (8652) 35-51-19 Пресс-служба: 35-14-11  
E-mail: to26@fas.gov.ru

**Участник закупки:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Хроматэк Торговый Дом»  
ИНН 1215185314, ОГРН 1141215009198  
Юридический адрес: 424000,  
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.  
Машиностроителей, д. 126, поз. 10  
Телефон 89371186301 chromatectd@mail.ru

**Заказчик:**

федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Северо-Кавказская  
межрегиональная ветеринарная лаборатория»;  
ИНН – 2634027831, тел. +7 (8652) 298792  
Адрес:  
6355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
шоссе Старомарьевское, 34  
Адрес электронной почты: smvl\_lab@mail.ru

Наименование объекта закупки: Поставка  
комплекса хроматографического газового

**Извещение № 32110975930**

Протокол рассмотрения заявок на участие в  
электронном аукционе № 32110975930 от  
18.01.2022

### **ЖАЛОБА**

на действия заказчика

22.12.2021 заказчиком ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория» было размещено извещение о проведении закупки № 32110975930 на поставку комплекса хроматографического газового с начальной ценой 1 910 960,00 руб.

ООО «Хроматэк ТД» была направлена заявка на участие в закупке, полностью соответствующая требованиям документации.

19.01.2021 Заказчиком размещен Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, согласно которому заявка ООО «Хроматэк ТД» была отклонена с указанием следующей причины:

В соответствии с пунктом 7.1. Документации об аукционе в электронной форме, если в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах, комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки.

Разделом III Техническое задание, Документацией об аукционе в электронной форме (далее - Документация) установлено:

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) повышенной чувствительности	1 шт.
- предел детектирования по гептану в нонане или пропану в азоте, не более	$1,0 \times 10^{-12}$ г/с

В своей заявке участник аукциона в электронной форме, идентификационный номер заявки № 4432, предлагает к поставке Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»:

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) повышенной чувствительности	1 шт.
- предел детектирования по гептану в нонане или пропану в азоте, не более	$1,0 \times 10^{-12}$ г/с

Представленная участником информация не подтверждается информацией, размещенной в реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений «Аршин» (далее - ФГИС «Аршин»)

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registrv/4/items/372060>

(приведено изображение)

В размещенном файле, для открытого пользования, на сайте ФГИС «Аршин» описания типа прибора 2019-58954-14.pdf, на странице 3 указано:

ПИД по углероду в углеводородах (гептане, пропане и др.)	$1,1 \times 10^{-12}$ г/с
--	---------------------------

**Не соответствует Документации**

(приведено изображение)

1. Вывод комиссии о несоответствии предложенного оборудования является неверным. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» имеет предел заявленный детектирования по углероду  $1,0 \times 10^{-12}$  г/с.

Комиссией не учтено, что в Описании типа средств измерений (на которое имеется ссылка в протоколе) все пределы детектирования хроматографического комплекса в таблице «Метрологические и технические характеристики» приведены с условием «не более». Это означает, что Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» является средством измерения в том случае, когда предел детектирования не превышает значения  $1,1 \times 10^{-12}$  г/с (в случае превышения такое оборудование средством измерения не является). Соответствие указанной характеристике подтверждается в ходе проведения первичной государственной поверки типа средств измерений на основании статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (пункты 1 и 2). Ограничение касается только условия «не более», вместе с тем характеристики детектора ПИД хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» могут иметь диапазон значений ниже ограничения, например,  $0,9 \times 10^{-12}$  г/с, что подтверждается протоколом поверки с результатами измерений. При этом оборудование обладает требуемой чувствительностью и является средством измерений.

2. Документация закупки № 32110975930 не содержит условия, согласно которым характеристики оборудования определяются именно по Описанию типа средств измерений. В

представленном в протоколе Описании типа средств измерений хроматографа «Хромос ГХ-1000» второго участника закупки также имеются сведения о пределе детектирования по углероду детектора ПИД «не более»  $1,3 \times 10^{-12}$  г/с, а в отношении детектора ПИД с повышенной чувствительностью также указано «не более»  $1,0 \times 10^{-12}$  г/с. Это указывает на то, что чувствительность детекторов не является точной и постоянной (неизменяемой) величиной и в каждом конкурентном случае точные характеристики определяются только в результате прохождения первичной поверки.

3. В документации в качестве основания для отклонения заявки указано только несоответствие заявки требованиям документации (пп. «б» п. 5.10). Заявка ООО «Хроматэк ТД» точно соответствует требованиям технического задания, в том числе по пределу детектирования детектора ПИД.

4. Как следует из вышеуказанного пункта 1 характеристики детектора ПИД хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» могут иметь диапазон значений ниже ограничения  $1,1 \times 10^{-12}$  г/с. В случае с заявленной характеристикой  $1,0 \times 10^{-12}$  г/с ООО «Хроматэк ТД» как поставщик несет прямую ответственность за соответствие поставляемого оборудования и в случае превышения задекларированного значения в полной мере несет ответственность за оборудование ненадлежащего качества с оплатой всех неустоек и штрафов. Соответствие оборудованию требованиям заказчика проверяется при поставке.

5. В связи с соответствием заявки требованиям документации и отсутствием недостоверности снятие заявки является созданием преимущества второму участнику закупки, что нарушает требования Закона «О защите конкуренции», так как оба участника изначально имеют равное положение пред заказчиком.

Создание необоснованных преимуществ прямо противоречит требованиям статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В результате устранения конкуренции аукцион признается несостоявшимся и допущенный участник получает право заключения договора на поставку оборудования по наибольшей цене. Между тем актуальная стоимость хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» в требуемой комплектации составляет 950 000 руб. (аналогичное оборудование заявлено по закупке в рамках Федерального закона «О контрактной системе» № 1165502212721000021, цена контракта 954 647,30 руб.). В настоящей закупке начальная цена практически на 1 млн превышает рыночную стоимость оборудования. Отсутствие конкуренции приведет к значительному перерасходу средств бюджетного учреждения.

Ответственность за эффективность и экономию бюджетных средств возлагается на заказчика. К числу принципов Закона № 223-ФЗ относится также обеспечение конкуренции и равноправие участия в торгах.

Необоснованным отклонением заявки нарушено право ООО «Хроматэк ТД» на участие в закупке и признание его победителем, созданы преимущества другому участнику закупки, что прямо противоречит требованиям статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

На основании изложенного и руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"


ПРОШУ

1. Приостановить проведение закупки и запретить заключение договора по результатам подведения итогов закупки № 32110975930.
2. Провести проверку действий заказчика.
3. Отменить Протоколы закупки № 32110975930 и вынести предписание о повторном проведении закупки с учетом устраненных нарушений.

Приложения:

- 1) Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
- 2) Документация закупки № 32110975930.
- 3) Документы заявки ООО «Хроматэк ТД».
- 4) Протокол поверки хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»
- 5) Описание типа хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»
- 6) Описание типа хроматографа «Хромос ГХ-1000»»

Генеральный директор  
ООО «Хроматэк ТД»



Е.А. Мусин

ООО  
"ХРОМАТ  
ЭК ТД"

Подписано  
цифровой  
подписью: ООО  
"ХРОМАТЭК ТД"  
Дата: 2022.01.26  
13:27:29 +03'00'