

Общество с ограниченной ответственностью

ИстраМед

Россия, 143532, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 17, кв. 7

Тел.: 8 495 7218463

ОГРН 1075017004402, ИНН 5017072644, КПП 501701001

Исх. № 13 от "26" марта 2020 года

В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443086, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА ЕРОШЕВСКОГО, ДОМ 3А

Тел./факс: 8 (846) 200-15-36 / 8 (846) 200-15-37

Адрес электронной почты: to63@fas.gov.ru

Заявитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРАМЕД"

Место нахождения: 143530, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА КОСМОНАВТА КОМАРОВА, Д. 10

Почтовый адрес: 143530, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ГОРОД ДЕДОВСК, УЛИЦА ГАГАРИНА, Д. 17, КВ. 7

Тел./факс: 8 (495) 721-84-63

Адрес электронной почты: istra-med2007@rambler.ru

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА"

Место нахождения: 443095, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 159

Почтовый адрес: 443095, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 159

Телефон/факс: 8 (846) 273-36-23

Адрес электронной почты: zakupki@sokb.ru

ЖАЛОБА на действия Заказчика

19 марта 2020 года в единой информационной системе в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/>) и на официальном сайте электронной площадки (<http://com.roseltorg.ru>) было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 32009005886 на поставку комплекса суточного мониторинга артериального давления для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина».

Заказчик - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА".

Размещение закупки осуществляет Заказчик (организатор процедуры закупки, торгов).

Начальная (максимальная) цена договора 315 000,00 (Триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Подача заявок:

Дата начала срока подачи заявок: 19.03.2020.

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика): 06.04.2020 в 10:00.

Рассмотрение заявок: до 07.04.2020 15:00 (по местному времени заказчика).

Проведение торгов: 09.04.2020 в 10:00 (по местному времени заказчика).

Дата и время подведения итогов: до 13.04.2020 10:00 (по местному времени заказчика).

Считаем, что при проведении процедуры размещения указанной закупки заказчик допустил нарушения положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – "Закон № 223-ФЗ"), а именно осуществление

Заказчиком закупки с нарушением требований Закона № 223-ФЗ и порядка подготовки и осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке заказчика (основание, предусмотренное п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ) в части включения в описание предмета закупки требований к товарам, информации, работам, услугам, влекущих за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

На основании ч. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 ст. 2 Закона № 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - Положение о закупке).

Частью 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке определяется документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Во исполнение требований ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок размещено Положение о закупке № 1190178872 в редакции версии 2 от 05.03.2020 г. (Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", приложение к приказу министерства здравоохранения Самарской области от 18.12.2019 г. № 1713) (далее – Положение о закупке).

Заказчик в части аукционной документации «Описание объекта закупки» указал следующее требование к Комплексу суточного мониторинга артериального давления (СМАД) МД-01М или эквиваленту:

Размер аппарата, мм	104*68*26
---------------------	-----------

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (далее – Закон № 102-ФЗ) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений.

В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований (ч. 1 ст. 9 Закона № 102-ФЗ).

Специалистами нашей организации были проанализированы описания типов средств измерений на обращающиеся на российском рынке комплексы суточного мониторинга артериального давления, содержащиеся в разделе Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений "Сведения об утвержденных типах средств измерений" (<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4>), созданного в целях реализации ст. 20 Закона № 102-ФЗ, и было установлено, что вышеуказанному требованию описания объекта закупки соответствует лишь только оборудование производства ООО «Медиком» (учитывая соответствие существующих регистраторов АД также по другим требованиям описания объекта закупки), что подтверждается данными из названного раздела Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений:

Наименование медицинского оборудования / производитель (изготовитель)	Габариты, мм	Источник информации
Приборы для суточного мониторинга артериального давления модели АВРМ	100x71x31	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 21535-18, лист № 2,

ООО «Медитех» (MEDITECH, KFT) Венгрия		таблица 4 «Основные технические характеристики»
Системы холтеровского мониторинга артериального давления SCHILLER BR-102 plus Фирма SCHILLER AG, Швейцария	101x69x28	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 39566-08, лист № 3, таблица 2
Комплексы программно-аппаратные суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» ООО «Петр Телегин», Россия	94x63x28	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 51278-12, лист № 5, таблица 4 «Основные технические характеристики»
Комплексы мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-«Союз-«ДМС» ООО «ДМС Передовые Технологии», Россия	94x63x28	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 27335-14, лист № 5, таблица 2 «Метрологические и технические характеристики»
Комплексы аппаратно-программные носимые с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) «Кардиотехника-04» НАО «Инкарт», Россия	160x100x41	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 46599-11, лист № 4, «Метрологические и технические характеристики», п. 7
Комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД «Кардиотехника-07» ООО «Инкарт», Россия	140x90x40	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 41021-09, лист № 3, таблица 3 «Технические характеристики»
Мониторы суточного автоматического измерения артериального давления «КАРДИАН МД» УП «КАРДИАН», Республика Беларусь	107x77x27	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 51822-17, лист № 4, таблица 3 «Технические характеристики»
Комплексы мониторинга артериального давления КАРДИОСЕНС АД, ООО «Медпроминжиниринг», Россия	115x66x28	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 58257-14, лист № 3, таблица 2 «Метрологические и технические характеристики»
Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», ООО «Компания НЕО», Россия	135x70x25	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 36779-13, лист № 4, габаритные размеры.
Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби», ООО «Медиком», Россия	104x68x26	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 65089-16, лист № 7, таблица № 4 «Основные технические характеристики».
Мониторы артериального давления Mobil-O-Graph с принадлежностями Фирма «I.E.M GmbH», Германия	128x75x30	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 61547-15, лист № 2, таблица 3 «Метрологические и технические характеристики».
Регистраторы носимые Oscar-2 для суточного мониторирования артериального давления, Фирма SunTech Medical Inc., США	120x70x35	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 69583-17, лист № 2, таблица 3 «Основные технические характеристики»
Мониторы артериального давления амбулаторные Topport V	100x80x27	Описание типа средства измерений, номер в госреестре 69705-17, лист № 2, таблица 3 «Основные технические характеристики»

Согласно пп. 2 п. 3.8.2 Положения о закупке в описание предмета закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Тем самым, Заказчиком допущено нарушение пп. 2 п. 3.8.2 Положения о закупке и п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, согласно которому при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами ... в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции":


п р о ш у:

1. Разобраться в создавшейся ситуации и принять меры по пресечению нарушений норм Закона № 223-ФЗ.
2. Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу.
3. Признать незаконными действия Заказчика по электронному аукциону изв. № 32009005886, выразившиеся во включении в описание предмета закупки требований к товарам, информации, работам, услугам, влекущих за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.
4. В случае установления нарушений в действиях Заказчика выдать соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений.

Приложения:

1. Копия извещения о проведении электронного аукциона;
2. Копия документации об электронном аукционе;
3. Копия технического задания;
4. Копия описания типа средства измерений на Приборы для суточного мониторирования артериального давления модели АВРМ;
5. Копия описания типа средства измерений на Системы холтеровского мониторинга артериального давления SCHILLER BR-102 plus;
6. Копия описания типа средства измерений на Комплексы программно-аппаратные суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ";
7. Копия описания типа средства измерений на Комплекты мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-"Союз-"ДМС";
8. Копия описания типа средства измерений на Комплексы аппаратно-программные носимые с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "Кардиотехника-04";
9. Копия описания типа средства измерений на Комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД «Кардиотехника-07»;
10. Копия описания типа средства измерений на Мониторы суточного автоматического измерения артериального давления "КАРДИАН МД";
11. Копия описания типа средства измерений на Комплексы мониторинга артериального давления КАРДИОСЕНС АД;
12. Копия описания типа средства измерений на Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента";
13. Копия описания типа средства измерений на Комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД "Медиком-комби";
14. Копия описания типа средства измерений на Мониторы артериального давления Mobil-O-Graph с принадлежностями;
15. Копия описания типа средства измерений на Регистраторы носимые Oscar-2 для суточного мониторирования артериального давления;
16. Копия описания типа средства измерений на Мониторы артериального давления амбулаторные Topoport V;
17. Копия решения единственного участника ООО "ИстраМед" от 01.11.2019 г. (о назначении директора).

Директор



М.И. Рожков